

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Dobava bakrenih ploščic za varjenje vrečk za kri za aparat Terumo TSCD II
  - Naročnik bo ploščice naročal sukcesivno na vsake 3 mesece
  - Dobavni rok je 10 delovnih dni od pisnega naročila
2. Redno letno vzdrževanje apratov Terumo TSCD II – 8 kom
  - Redno vzdrževanje po protokolu proizvajalca
  - Validacija in kalibracija aprata 2x letno v skladu s parametri EU haemovigilance
  - Pregled mehanskih delov aparata
  - Čiščenje naprave
  - Priprava končnega servisnega poročila za naročnika

### ZAHTEVE:

- Ponudnik mora imeti veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artiklov, ki so predmet razpisa.
- Ponudnik mora imeti zagotovljen servis za aparate na območju Republike Slovenije. Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na aparatih in pooblastilo za delo na aparatih (dokazila se priložijo ponudbi).
- Odzivni čas v primeru okvare aparata je 24 ur.
- Za čas opravljanja rednega vzdrževanja in serisa aparata, ki traja dlje kot 3 dni, mora ponudnik zagotoviti nadomestni aparat.