

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „NABAVA OPREME ZA POTREBE ODDELKA ZA PATOLOGIJO“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.11.2016, številka objave JN007584/2016-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.12.2016, številka objave 2016/S 232-422543, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Ponudbe je treba oddati do 11.01.2017 do 11.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 11.01.2017 ob 13.00 uri v prostorih sejne sobe Nabavne službe, stavba št. 3, (3. nadstropje).

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do 03.01.2017 do 12.00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 06.01.2017.

2. Sklop 1: Nabava formalinske postaje

Naročnik dopušča površino delovne plošče iz nerjavnega jekla.

3. Sklop 2: Nabava digestorijev

Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.2 iz sklopa 2, kot sledi:

- dimenzije vseh treh digestorijev: Š: 120 cm do 135 cm x G: 76 cm do 90 cm x V: 210 cm do 255 cm.

4. Sklop 6: Nabava kriostata

Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.2 iz sklopa 6, kot sledi:

- nastavitev debeline rezov: vsaj v območju od 1 – 100 mikrometra.

5. Sklop 5: Nabava dveh tiskalnikov za biopsijske histsete

Naročnik spreminja tehnične zahteve glede kota tiskanja na kasete. Nova zahteva se glasi: »omogočiti mora tiskanje na kasete pod kotom 35 in 45 stopinj«.

6. Sklop 5: Nabava dveh tiskalnikov za biopsijske histosete

Dodatna zahteva k sklopu 5: Nabava dveh tiskalnikov za biopsijske histosete, se tako glasi:

- omogočati mora urejeno zbiranje kaset v zbiralnik.

7. Sklop 1: Nabava formalinske postaje,

Naročnik dopolnjuje prvotno zahtevo št. 1.3 iz sklopa 1, kot sledi:

- postaja mora imeti zaprt sistem za pripravo, točenje in odlivanje formalina, mešanje formalina naj poteka po sistemu zaprte zanke.

8. Sklop 1: Nabava formalinske postaje

Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.2 iz sklopa 1, kot sledi:

- dimenzije postaje Š: 71 x G: 76 x V: 210 cm (dovoljeno odstopanje + 25%).

9. Sklop 1: Nabava formalinske postaje

Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.7 iz sklopa 1, kot sledi:

- postaja mora imeti zbiralnik za zbiranje odpadnega formalina količine vsaj 25 litrov, opremljenim z nivojskim senzorjem za maksimum in akustičnim alarmom.

10. Sklop 1: Nabava formalinske postaje

Dodatna zahteva k sklopu 1 se glasi:

- rezervoar za formalin količine vsaj 50 litrov naj bo opremljen z nivojskim senzorjem za minimum in akustičnim alarmom.