

C4) Specifikacija zahtev naročnika za sklop 4

Predmet JN:

Dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije s pripadajočimi monitorji, respiratorji in infuzijskimi črpalkami, UKC Maribor in nabava medicinske opreme za potrebe intenzivne terapije

SKLOP 4: SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA

1. STOJALO ZA INFUZIJE – 20 kos:

- 1.1 premično na vozičku s 5 antistatičnimi kolesi,
- 1.2 iz nerjavečega jekla,
- 1.3 Nastavljivo po višini s pomočjo vijaka ali gumba vsaj v območju od 1350 do 1900 mm,
- 1.4 štiri (4) kljuke.

Kot npr. model št. 1610022, proizvajalca Medicop d.o.o. ali enakovreden.

2. POLICE za namestitev na sistem medicinskih tirnic – 10 kos:

- 2.1 za namestitev monitorja za nadzor življenjskih funkcij,
- 2.2 velikost: 530 x 370 mm (dovoljeno odstopanje dimenzij: $\pm 3\%$),
- 2.3 s predalom,
- 2.4 material polic: nerjaveče jeklo,
- 2.5 pritrditev na tirnice dimenzij 25 x 10 mm.

Kot npr. model št. 1610001, proizvajalca Medicop d.o.o. ali enakovreden.

3. VAKUMSKI ASPIRATORJI – 10 kos:

- 3.1 se poveže s centralnim vakumskim sistemom s priključkom na gibljivi cevi (dolžina vsaj 180 cm),
- 3.2 namestitev na stensko tirnico (na obstoječo - dimenzije 25 x 10 mm),
- 3.3 vakuumski regulator (0 -1.0 bar),
- 3.4 gumb za regulacijo,
- 3.5 manometer, varnostni ventil,
- 3.6 bakterijski filter in dodatna varnostna posoda (preprečuje vstop tekočine v posodo).

4. MERILEC PRETOKA ZA KISIK – 10 kos:

- 4.1 omogoča pretok v razponu od 0 -15l/min,
- 4.2 s priključkom na gibljivi cevi (dolžina vsaj 180 cm),
- 4.3 pritrditev na stensko tirnico (na obstoječo - dimenzije 25 x 10 mm).

5. NOSILEC PREGRADNE ZAVESE Z ZAVESO – 8 kos

- 5.1 pritrditev na stensko tirnico dimenzije 25 x 10 mm,
- 5.2 izvlečni teleskopski sistem (v zloženem stanju največ 700 mm, povsem izvlečena vsaj 1600 mm),
- 5.3 material: nerjavno jeklo ali aluminij,
- 5.4 višina: vsaj 1400 mm.



Slika je simbolična.

6. KOŠARA ZA KATETRE »A« – 20 KOS

6.1 izdelane iz kromirane mrežaste pločevine ali iz inox žice (žična izvedba)

6.2 za namestitev na stensko tirnico dim. 25 x 10 mm,

6.3 velikost: 80 x 140 x 470 mm.

Kot npr. model št. 1610040, proizvajalca Medicop d.o.o. ali enakovreden.

Dovoljeno odstopanje dimenzij košare: +10%.

7. KOŠARA ZA KATETRE »B« – 20 KOS

7.1 izdelane iz kromirane mrežaste pločevine ali iz inox žice (žična izvedba)

7.2 za namestitev na stensko tirnico dim. 25 x 10 mm,

7.3 velikost: 100 x 200 x 250 mm.

Kot npr. model št. 1610042, proizvajalca Medicop d.o.o. ali enakovreden.

Dovoljeno odstopanje dimenzij košare: +10%.

OPOMBA: stenske tirnice dim 25 x 10 mm so že prisotne.