

Štev.: 462-21(810203)/2019-4
Dne: 26. 7. 2019**ZADEVA: 3. Popravek razpisne dokumentacije**

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T na Radiološkem oddelku v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje osmih let po poteku garancijske dobe«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 24. 6. 2019, št. objave JN004421/2019-B01 in v Uradnem listu EU, št. objave 2019/S 120-293507 z dne 25. 6. 2019 in popravkoma, datum objave 19. 7. 2019, št. objave JN004421/2019-K01 in v Uradnem listu EU, št. objave 2019/S 139-342293 z dne 22. 7. 2019 in datum objave 22. 7. 2019, št. objave JN004421/2019-K02 in v Uradnem listu EU, št. objave 2019/S 140-344776 z dne 23. 7. 2019 kot sledi v nadaljevanju:

1. Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika in dodaja točko:

»8.4.11. Injektor naj ima tehnologijo zaprtega sistema brizg (t.i. piston based tehnologija) ali avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.«

Naročnik tudi dodaja sledečo alinejo v točki 8.4.A Specifikacij zahtev naročnika:

»Injektor naj ima tehnologijo zaprtega sistema brizg (t.i. piston based tehnologija) ali avtomatsko zaznavanje zraka v sistemu.«
2. V pogodbi o nakupu naprave za magnetno resonanco 1,5 T se briše v 3. členu, 8. odstavku, točka 15. (Listine o uničenju obstoječega MR aparata)
3. V pogodbi o nakupu naprave za magnetno resonanco 1,5 T se v 4. členu, v 2. vrstici tabele briše : »na poooblaščno deponijo.«
4. Naročnik usklajuje določilo v Projektni dokumentaciji 6.4 Okvirni terminski plan izvajanja investicije z določilom v vzorcu pogodbe o nakupu naprave za magnetno resonanco 1,5 (OBR 4) tako, da se določilo:
»Okvirni terminski plan mora predložiti ponudnik kot sestavni del ponudbe.«
nadomesti z določilom:
»Najkasneje v roku desetih dni od sklenitve pogodbe mora izvajalec uporabniku predati podroben terminski plan za vse aktivnosti pogodbenih del.«
5. Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika –določilo, ki se glasi:

»2.1. Maksimalna jakost gradienta minimalno 45 mT/m.« se nadomesti z določilom:
»2.1. Maksimalna jakost gradienta minimalno 44 mT/m.«
6. Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika –določilo, ki se glasi:

»4.4.2 Dve namenski veliki telesni tuljavi z minimalno 18 kanali.« se nadomesti z določilom:

»4.4.2 Dve namenski veliki telesni tuljavi z minimalno 16 kanali.«

7. Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika –določilo, ki se glasi:

»4.4.3 Namenska nefleksibilna tuljava za periferijo žilja z minimalno 36 kanali.« se nadomesti z določilom:

»4.4.3 Namenska nefleksibilna tuljava za periferijo žilja z minimalno 32 kanali.«

8. Naročnik spreminja Specifikacije zahtev naročnika –določilo, ki se glasi:

»6.1 Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema.« se dopolni z določilom, tako da se glasi:

»6.1 Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema ali enim 24 palčnim monitorjem.«

Oddelek nabave opreme

Priloge:

- Specifikacije zahtev naročnika – popravek 2
- Vzorec pogodbe: Obrazec OBR 4 - popravek 2

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)