



Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00  
E: gp.mnz@gov.si  
www.gov.si

**Vsem potencialnim ponudnikom**

Številka: 430-1401/2020/11 (1631-10)  
Datum: 25. 1. 2021

**Zadeva: Sprememba razpisne dokumentacije**

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo zaščitnih rokavic za enkratno uporabo in medicinskih mask TIP IIR za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi, št. 430-1401/2020, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije dne 29. 12. 2020, pod objavo št. 2020/S 253-638337 in na portalu javnih naročil dne 28. 12. 2020, pod objavo št. JN008047/2020-B01, smo s strani potencialnega ponudnika prejeli pisno vprašanje, na podlagi katerega se je naročnik odločil za spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:

**I. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Glede na naravo spremembe razpisne dokumentacije in vezano na čas podaje odgovora in spodaj navedeno spremembo, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer podaja naslednje spremembe razpisne dokumentacije:

**1. Naročnik v I. delu razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) spreminja rok za oddajo ponudb in datum odpiranja ponudb kot sledi:**

- a.) Na strani 4 v poglavju 3. (Rok in način predložitve ponudbe) se spremeni datum predložitve ponudbe, in sicer se ponudba šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do **9. 2. 2021 do 11.00 ure ter če do tega enakega roka prejme vzorce blaga, kot je navedeno v točki 3.2 teh navodil**,
- b.) Na strani 5 v poglavju 4. (Odpiranje ponudb) se spremeni datum odpiranja ponudb, in sicer: odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN **dne 9. 2. 2021 in se bo začelo ob 12.00 uri**.

Zahteva glede veljavnosti ponudbe ostaja nespremenjena.

**2. Sprememba v II. delu razpisne dokumentacije (Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika) in sicer se spremeni točka 1.1 (SKLOP 1: Zaščitne rokavice za enkratno uporabo, ki izpolnjujejo naslednje:) tako, da se po novem glasi:**

**1.1.1. Tehnične zahteve naročnika:**

- zagotavljanje zaščite pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi
- material nitril ali kombinacija neoprena in nitrila
- brez pudra
- hrapave konice prstov
- dolžina min. 240 mm
- enojna debelina rokavic na konicah prstov min. 0,12 mm
- AQL od 0,65 do 1,5 (testna metoda EN 374)
- rok uporabe najmanj 3 leta od datuma proizvodnje
- **velikostne številke in količina: XL 350.000 kosov, L 500.000 kosov, M 300.000 kosov, S 50.000 kosov.**

**1.1.2. Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo zaščitne rokavice za enkratno uporabo zagotavljati zaščito po standardu SIST EN ISO 374 in SIST EN 420 oziroma SIST EN ISO 21420.**

**3. Sprememba ponudbenega predračuna** – skladno s prejšnjo točko naročnik spreminja ponudbeni predračun, ki se skupaj z njegovim čistopisom nahaja v posebnih datotekah, ki sta prilogi k temu dopisu.

V primeru, da bodo ponudniki v svoji ponudbi predložili prvotni obrazec ponudbenega predračuna, objavljenega pred njegovo spremembo, bo naročnik njihov ponudbeni predračun štel za ustreznega, v kolikor bo njihovo ponujeno blago ustrezalo vsem zahtevam naročnika. V tem primeru bo naročnik izbranega ponudnika pred sklenitvijo pogodbe pozval k predložitvi izpolnjenega obrazca spremenjenega ponudbenega predračuna, skladno z njegovo ponudbo.

Sprememba razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembo razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Lep pozdrav,

Aleš Hojs  
minister



Prilogi:

- Ponudbeni predračun – Priloga št. 4.1-1 (z označeno spremembo)
- Ponudbeni predračun – Priloga št. 4.1-1 (čistopis)

Poslati:

- naslovnikom – preko portala javnih naročil