

Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo "Nabava RTG aparatov", objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 24. 8. 2021, številka objave JN005783/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 25. 8. 2021, številka objave 2021/S 164-430646, naročnik **dopolnjuje** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

Naročnik v skladu z objavljenim odgovorom na portalu javnih naročil, dopolnjuje dokument »C) Specifikacija zahtev naročnika«, točko 3.2 »Obseg nastavitve višine mize mora biti vsaj v območju 51 – 95 cm« na način, da je dovoljeno odstopanje od navedenih zahtev za največ 5 %.

Oddelek nabave opreme

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)