

Datum: 29.7.2022  
Številka:

## Vsem potencialnim ponudnikom

**ZADEVA:** Spremembe razpisne dokumentacije  
**VEZA:** Javno naročilo št. JN-B-3/2022 – Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje, št. JN-B-3/2022, objavljenim na portalu javnih naročil 11. 7. 2022, pod št. objave JN004827/2022-B01, in v Uradnem listu Evropske unije 12. 7. 2022, pod številko objave 2022/S 132-375857, se je naročnik na podlagi pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov odločil za spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:

V razpisni dokumentaciji se spremeni »Priloga A – STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RTG APARAT«, in sicer se:

1. v točki »B Generator« spremeni zaporedna številka 2, ki se po novem glasi:  
»Omogočena mora biti izbira toka v obsegu vsaj od 4 10 mA do 1000 mA.«
2. v točki »C Stropni nosilec RTG cevi in RTG cev« spremeni zaporedna številka 8, ki se po novem glasi:  
»Vertikalni pomik mora biti najmanj 180 166 cm.«
3. v točki »J Ostalo« spremeni zaporedna številka 5, ki se po novem glasi:  
~~»Omogočena mora biti~~ Željena je funkcionalna izmenjava prenosnih slikovnih sprejemnikov med RTG diagnostičnimi sistemi istega proizvajalca, ki so že ~~nameščeni~~ v uporabi v SB Trbovlje.«

Vse spremembe so razvidne v dokumentu »Priloga A–sprememba 1«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte s prvotno objavljenim dokumentom »Priloga A«.

V primeru, da bo ponudnik v svoji ponudbi predložil prvoten dokument »Priloga A«, ki je bil objavljen pred njegovo spremembo, bo naročnik predloženo prilogo štel za ustrezno, v kolikor bo iz ostale predložene dokumentacije razvidno, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam naročnika. V tem primeru bo naročnik izbranega ponudnika pred sklenitvijo pogodbe pozval k potrditvi spremenjene »Priloge A«.

Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav,

Direktor  
Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.



Priloge:

- Priloga A–sprememba 1

Posredovano:

- naslovníkom – Portal javnih naročil