

Datum: 4.8.2022

Številka: JN-B-3/2022/M

Vsem potencialnim ponudnikom

- ZADEVA:** Spremembe razpisne dokumentacije in ZVD poročilo o pregledu rentgenskega aparata
- VEZA:** Javno naročilo št. JN-B-3/2022 – Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedba potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata, izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje, št. JN-B-3/2022, objavljenim na portalu javnih naročil 11. 7. 2022, pod št. objave JN004827/2022-B01, in v Uradnem listu Evropske unije 12. 7. 2022, pod številko objave 2022/S 132-375857, se je naročnik na podlagi pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov odločil za spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:

- A) V razpisni dokumentaciji se v I. delu razpisne dokumentacije, točki 2.2, podtočki b), besedilo drugega odstavka poenoti z naročnikovo zahtevo zadnjega odstavka 13. člena osnutka pogodbe za sklop 2, tako da se pravilno glasi:

»Predmet javnega naročila je samo nova oprema, ponudnik pa mora zanjo zagotavljati vse rezervne dele še najmanj 10 let **po izteku garancijskega roka od uspešne primopredaje predmetne opreme naročniku/uporabniku.**«

- B) V razpisni dokumentaciji se spremeni »Priloga A – STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RTG APARAT«, in sicer se:

1. v točki »C Stropni nosilec RTG cevi in RTG cev« spremeni zaporedna številka 3, ki se po novem glasi:

»Sistem ima rotirajočo anodo, katere rotacija mora biti vsaj **8000 9000** vrtljajev na minuto.«

2. v točki »E Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik na stenskem stativu« spremeni zaporedna številka 6, ki se po novem glasi:

»Rešetka, ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,15 m do 1,8 m **oziroma temu enakovredna programska rešetka z isto funkcionalnostjo.**«

3. v točki »E Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik na stenskem stativu« spremeni zaporedna številka 5, ki se po novem glasi:

»Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot **6 7 s** za prikaz popolnoma rekonstruirane slike **v polni velikosti**).«
4. v točki »F Miza za preiskovanja« spremeni zaporedna številka 6, ki se po novem glasi:

»Prečni pomik mize mora biti vsaj v območju od **-14 - 12,8 cm** do **+14 + 12,8 cm**.«
5. v točki »G Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik v mizi za preiskovanja« spremeni zaporedna številka 5, ki se po novem glasi:

»Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot **6 7 s** za prikaz popolnoma rekonstruirane slike **v polni velikosti**).«
6. v točki »I Delovna postaja« spremeni zaporedna številka 1, ki se po novem glasi:

»Monitor diagonale vsaj **21,3" 23"**.«
7. v točki »I Delovna postaja« črta celotna zaporedna številka 4:

~~»Avtomatski digitalni sistem mora omogočati obdelavo digitalnih slik z izjemno visoko dinamično občutljivostjo ter izjemnim razmerjem signal-šum.«~~
8. v točki »I Delovna postaja« dopolni zaporedna številka 6, ki se po novem glasi:

»Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov:
 - DICOM Send,
 - DICOM Storage Commitment,
 - DICOM Modality Worklist Management,
 - **Dose Structured Report.**«
9. v točki »J Ostalo« spremeni zaporedna številka 2, ki se po novem glasi:

~~»Sistem vsebuje stensko držalo za rešetke oziroma namensko integrirano rešitev v obliki prostora za shranjevanje dveh rešetak v predalu ohišja za detektorjem stenskega stativa in shranjevanje ene rešetke v ohišju pod detektorjem mize.«~~
10. v točki »J Ostalo« črta celotna zaporedna številka 4:

~~»Možnost kasnejše nadgradnje za slikanje dolgih struktur s samodejnim lepljenjem slik in prepoznavanjem ukrivljenosti anatomij.«~~

Vse spremembe iz točke B) so razvidne v dokumentu »Priloga A–sprememba 2«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte z že popravljenim dokumentom »Priloga A–sprememba 1«.

V primeru, da bo ponudnik v svoji ponudbi predložil prvoten ali že popravljen dokument »Priloga A« (oziroma Priloga A – sprememba 1«), ki je bil objavljen pred to spremembo, bo naročnik predloženo prilogo štel za ustrezno, v kolikor bo iz ostale predložene dokumentacije razvidno, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam naročnika. V tem primeru bo naročnik izbranega ponudnika pred sklenitvijo pogodbe pozval k potrditvi spremenjene »Priloge A«.

Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik kot sestavni del razpisne dokumentacije na prošnjo potencialnega ponudnika objavlja tudi ZVD Poročilo o pregledu rentgenskega aparata LDOZ-2241/2022.

Lep pozdrav,

Direktor
Metod Kurent, dipl. inž. str. spec.



Priloge:

- Priloga A-sprememba 2
- Poročilo o pregledu rentgenskega aparata LODOZ-2241/2022

Posredovano:

- naslovníkom – Portal javnih naročil