

Datum: 2. 2. 2023
Številka: 2022/462-3/10

Vsem potencialnim ponudnikom

ZADEVA: Spremembe razpisne dokumentacije

VEZA: Javno naročilo št. 2022/462-3 – Nakup endoskopske opreme, vzdrževanje opreme ter sukcesivna dobava potrošnega materiala v SB Trbovlje

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup endoskopske opreme, vzdrževanje opreme ter sukcesivno dobavo potrošnega materiala v SB Trbovlje, št. 2022/462-3, objavljenim na portalu javnih naročil 13. 1. 2023, pod št. objave JN00 166/2023-B01, in v Uradnem listu EU 16. 1. 2023, pod št. objave 2023/S 011-026935, se je naročnik na podlagi pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov odločil za spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:

I.

Spremeni se priloga »5_Osnutki pogodb«, in sicer se:

- na koncu drugega odstavka 13. člena Osnutka pogodbe za vsebinski del 1 doda besedilo: »V primeru da izvajalec ne more zagotoviti odprave napak v navedenem roku, bo uporabniku za čas popravila zagotovil enakovredno brezplačno nadomestno opremo.« ter
- na koncu petega odstavka 7. člena Osnutka pogodbe za vsebinski del 2 doda besedilo: »V primeru da izvajalec ne more zagotoviti odprave napak v navedenem roku, bo naročniku za čas popravila zagotovil enakovredno brezplačno nadomestno opremo.«

Spremembe so razvidne v dokumentu »5_Osnutki pogodb-sprememba 1«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte s prvotno objavljenim dokumentom »5_Osnutki pogodb«.

II.

Spremeni se priloga »3_Tehnične specifikacije za vsebinski del 1«, in sicer se:

1. v točki 3. Stroj za pranje in dezinfekcijo fleksibilnih endoskopov spremenita naročnikovi zahtevi iz podtočk 3.1.26 in 3.2.3 tako, da se pravilno glasita:
»3.1.26 Termodezinfektor ne sme presegati naslednjih dimenzij: 900x950x~~1980~~ 2140 mm (šxgxv)
3.2.3 Priključni adapter za priključitev fleksibilnih endoskopov (video bronhoskop) proizvajalca Karl Storz Olympus in Pentax, 1 kos ~~za posamezno napravo~~«;
2. v točki 6. Ultrazvočni čistilec se spremenijo naročnikove zahteve iz podtočk 6.1.1, 6.1.2 in 6.2.1 tako, da se pravilno glasijo:
»6.1.1 Kapaciteta od min 7,5 do max 22 ~~20~~ litrov (+/- 10%)
6.1.2 Velikost ~~komore~~ aparata max 50x30x15 cm z možnim odstopanjem ~~15%~~ 50 x 43 x 27 cm

6.2.1 Pokrov iz nerjaveče jeklene pločevine **ali prozorne plastike**«;

3. v točki 10. Električna aspiracijska črpalka naročnik črta naročnikove zahteve iz podtočk 10.1.10 in 10.1.11;
4. naročnik v povezavi s točkama 9. Aparat za merjenje tesnosti endoskopov in 11. Aparat za podporo in sledljivost ročnega čiščenja endoskopov dodaja možnost združitve obeh aparatov v eno napravo, pod pogojem, da nova naprava ustreza vsem naročnikovim zahtevam iz točk 9. in 11. (razen glede dimenzij iz točke 11.1.1)
5. V točki 12. Voziček za transport endoskopov se spremeni naročnikova zahteva iz podtočke 12.1.1 tako, da se pravilno glasi:

»12.1.1 Dimenzije: **max 1000 x 600 x 500 cm (odstopanje +/- 10%) 1100 x 660 x 680**«

Spremembe so razvidne v dokumentu »3_Tehnične specifikacije za vsebinski del 1-sprememba 1«, ki je priloga k temu dopisu, in ki ga zamenjajte s prvotno objavljenim dokumentom »3_Tehnične specifikacije za vsebinski del 1«.

Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav,

Direktor
Metod Kurent



Priloge:

- dokument »3_Tehnične specifikacije za vsebinski del 1-sprememba 1«
- dokument »5_Osnutki pogodb-sprememba 1«

Posredovano:

- naslovníkom – Portal javnih naročil