OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 012 Intenzivna interna medicina			
967010	01	INTERPART D.O.O.	Arterijski kateter nima varnostnega stiščka.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**014**	**Fizioterapija**	
967454	03	TREND MEDIKAL	Elektrode niso kompatibilne s pritiskačem kablov. Velikost elektrode ni skladna z zahtevami v razpisu.
967455	03	TREND MEDIKAL	Pritiskač na elektrodi ni kompatibilen s pritiskačem na priključnem kablu. Velikost elektrode ni skladna z zahtevami v razpisu.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**015**	**Gastroenterologija**	
967309	01	INTERPART D.O.O.	Ne zagotavlja zadostne fiksacije drenažnih katetrov.
967315	01	MEDIP D.O.O.	Konica punkcijske igle je slabo vidna, držalo ročaja punkcijske igle je težko premično in se ga slabo nadzira (otežena manipulacija) zato je povečano tveganje za poškodbo.
967494	01	MEDIP D.O.O.	Slabša vidljivost med diaskopijo. na uvajalnem delu artikla ni jasno označena točka nepovratka.
967494	33	OLYMPUS CZECH GROUP	Naročnik ni dostavil vzorca s kat. št., ki jo je prijavil v ponudbo, zato prijavljeni kat. št. ni možno podati ocene ustreznosti.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**025**	**Neonatologija**	
967210	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Vzorci niso dostavljeni.
967210	01	DVOJICA D.O.O.	Manšete so trde, ostre. Niso gladke in so neprimerne za čisčenje in razkuževanje, če bi jih želeli uporabiti večkrat pri istem otroku.
967211	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Vzorci niso dostavljeni.
967211	01	DVOJICA D.O.O.	Manšete so trde, ostre. Niso gladke in so neprimerne za čisčenje in razkuževanje, če bi jih želeli uporabiti večkrat pri istem otroku.
967212	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Vzorci niso dostavljeni.
967212	01	DVOJICA D.O.O.	Manšete so trde, ostre. Niso gladke in so neprimerne za čisčenje in razkuževanje, če bi jih želeli uporabiti večkrat pri istem otroku.
967213	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Vzorci niso dostavljeni.
967213	01	DVOJICA D.O.O.	Manšete so trde, ostre. Niso gladke in so neprimerne za čisčenje in razkuževanje, če bi jih želeli uporabiti večkrat pri istem otroku.
967214	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Vzorci niso dostavljeni.
967214	01	DVOJICA D.O.O.	Manšete so trde, ostre. Niso gladke in so neprimerne za čisčenje in razkuževanje, če bi jih želeli uporabiti večkrat pri istem otroku.
967389	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Vzorci niso dostavljeni.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**028**	**ORL in MFK. OP**	
967272	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Material kanile je pretrd (zunanji), notranji vložek se pri minimalnem čiščenju uniči.
967273	01	INTERPART D.O.O.	Material kanile je pretrd.
967273	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Material kanile je pretrd (zunanji), notranji vložek se pri minimalnem čiščenju uniči.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**042**	**Pljučni ODD.**	
967111	01	TREND MEDIKAL	Kateter nima zaščite za ušesa - dolgotrajna uporaba povzroči razjede za ušesi.
967111	01	INTERPART D.O.O.	Ponujeni artikel nima ustreznega priključka.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**049**	**Urologija OP**	
967076	01	INTERPART D.O.O.	200 ml vrečka je neustrezna zaradi nepraktičnega rokovanja ter manjše čvrstosti materiala. 400ml vrečke ni bilo možno testirati, saj ni bila sterilna - področje vrečke je bilo perforirano s sponkami.
967180	01	PRO-GEM D.O.O.	Kateter je neustrezen, ker se ne da uvajati preko žice.
967180	01	THOMY FREY EAST D.O.O.	Kateter je neustrezen, ker se ne da uvajati preko žice.
967181	01	PRO-GEM D.O.O.	Kateter je nustrezen,saj ga ni možno uvajati preko žice.
967182	01	PRO-GEM D.O.O.	Kateter je neustrezen, ker ga ni možno uvajati preko žice.
967251	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Prevleka za UZ sondo ni ustrezna, saj ni sterilna.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**067**	**Centralni venski katetri - 7-svetlinski (lumenski) EIMOS - 100% skupina**	
967014	01	INTERPART D.O.O.	Ne vsebuje integriranih brezigelnih varnostnih konektov.
967015	01	INTERPART D.O.O.	Ne vsebuje integriranih brezigelnih varnostnih konektov.