

Številka: 200-22/2022-187
Datum: 24.01.2023

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-22/2022-177 z dne 12.01.2023**

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-22/2022
Predmet javnega naročila	MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo Sklop 1: MP za anes.in int.ter-ostalo Sklop 2: MP za anest.in int.ter.-asp.vrečke COB
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-22/2022-177 z dne 12.01.2023, kot sledi:

1) N000714 Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr.manjša-št.10/20-26cm/

- Artikel 464635 »Manšeta RR 1Xupor. enocevna ODRASLI manjša 20,5-28,5cm kat.št. V1013C Vistar Medical Supplies Co.« ponudnika **Afiris d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeno blago ne izpolnjuje tehničnih specifikacij glede dolžine.**«

Naročnik za artikel 464635 s ponudnikom Mediasi d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 462824 »MANŠETA RR enocevna ODRASLA 18-26cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1S-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos)« ponudnika **Pharmamed-Mado d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 462824 s ponudnikom Pharmamed-Mado d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

2) N001834 MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2S CEVKO

- Artikel 464663 »MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO odrasli kat.št. 032-10-002NC Flexicare (sc=50kos)« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: ni brez DEHP in PVC**«

Naročnik za artikel 464663 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 464664 »"MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO odrasli kat.št. ZAR-MTS-XL Zarys (sc=50kos)« ponudnika **Medic-um store d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: ni brez DEHP in PVC**«

Naročnik za artikel 464664 s ponudnikom Medic-um store d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970814 »MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO kat.št. 1135015 Intersurgical (sc=40kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.

Naročnik bo za artikel 970814 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

3) N001836 MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S)

- Artikel 464665 »"MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) MASKA CELO OBR. ZA 2 SIST. M« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.

Naročnik bo za artikel 464665 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

- Naročnik za artikel 464666 »MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) DiMax ZERO kat.št. 700/6844 Dimar« s ponudnikom Ram2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**, saj po spremembi odločitve, artikel ni več najugodnejši skladno s postavljenimi merili izbora.

4) N001837 MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL)

- Artikel 967193 »MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) kat.št. 2290090 Intersurgical (sc=5kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.

Naročnik bo za artikel 967193 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

- Naročnik za artikel 464667 »MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) DiMax ZERO kat.št. 700/6847 Dimar« s ponudnikom Ram2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**, saj po spremembi odločitve, artikel ni več najugodnejši skladno s postavljenimi merili izbora.

5) N001838 MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster.

- Artikel 967574 »MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 11914020328 Securmed« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**komplet ne vsebuje maske brez DEHP in PVC**«

Naročnik za artikel 967574 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel N001838 »MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster.« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**komplet ne vsebuje maske brez DEHP in PVC**«

Naročnik za artikel N001838 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel N001838 »MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster.« ponudnika **Dräger Slovenija d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**komplet ne vsebuje maske brez DEHP in PVC**«

Naročnik za artikel N001838 s ponudnikom Dräger Slovenija d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**

-Artikel 967611 »MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 1107085 Intersurgical (sc=25kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.

Naročnik bo za artikel 967611 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

6) N001913 SISTEM DIHALNI ENOCEVNI ZA ANEST. APARAT ZA 7-DNEVNO UPORABO, DOLŽINA CEVI 2,4M

- Artikel 464668 »SISTEM DIHALNI 2,4M odrasli 7-dnevna uporaba kat.št. AMUF1920/030 Armstrong Medical (sc=10kos)« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:

»* **Sistem ni testiran na preprečevanje okužb s sledečimi patogeni:**

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.

* **Komplet ne vsebuje zamaška za testiranje sistema, ki mora omogočati zamašitev notranjega lumna sistema na strani pacienta.**«

Naročnik za artikel 464668 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel 961771 »SISTEM DIHALNI 2,4M A8 2,4M KRAK 2L 7-dnevna uporaba kat.št. 2902103 Intersurgical « ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 961771 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

7) N002048 TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg

- Artikel 958608 »TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg kat.št. 8202000 Intersurgical« ponudnika **Medic-um store d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:
»Pri navedbi nadšifre na CE certifikatu ni navedena nadšifra N002048.«
Naročnik za artikel 958608 s ponudnikom Medic-um store d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel 958608 »TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg kat.št. 8202000 Intersurgical« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 958608 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

8) N002092 DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil)

- Artikel 462906 »DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil) 2,4m kat.št. 038-35-954 Flexicare (sc=10kos)« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:
»* Sistem ni prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in ni preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae. Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.«
Naročnik za artikel 462906 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel N002092 »DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil)« ponudnika **Medic-um store d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:
»* Sistem ni prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in ni preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae. Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.«
Naročnik za artikel N002092 s ponudnikom Medic-um store d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel 008032 »DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil) kat.št. 2230002 Intersurgical« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 008032 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

9) N002095 FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR

- Artikel 463029 »FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR kat.št. 038-41-365 Flexicare (sc=50kos)« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:
»* Ponujeni filter bakterijski ni preizkušen na učinkovitost filtracije z TBC. Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000: 55:458-65): 1997, kot je bilo zahtevano v strokovnih kriterijih.
* Ponujeni filter pri preizkušeni s testom s soljo po standardu ISO 23328-1 ne ustreza zahtevanim strokovnim kriterijem propustnosti soli do 0.60%.«
Naročnik za artikel 463029 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel 461538 »FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR kat.št. 1944003 Intersurgical« ponudnika **Medic-um store d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 461538 s ponudnikom Medic-um store d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

10) N002097 FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR

- Artikel 966848 »FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT z luer portom ThermoShield kat.št. 038-41-355 Flexicare« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:

»* **Ponujeni filter bakterijski ni preizkušen na učinkovitost filtracije z TBC. Hepatitis C. Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-11 bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000: 55:458-65): 1997, kot je bilo zahtevano v strokovnih kriterijih;**
* **Ponujeni filter pri preizkušenosti s testom s soljo po standardu ISO 23328-1 ne ustreza zahtevanim strokovnim kriterijem propustnosti soli do 0,65%.«**

Naročnik za artikel 966848 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 464695 »FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR VIR/BAKT kat.št. 1941000 Intersurgical (sc=70kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 464695 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

11) N003881 SET ZA 24 URNO USTNO NEGO

- Artikel 961989 »SET ZA 24 URNO USTNO NEGO kat.št. 3014100 Intersurgical« **ponudnika Medic-um store d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:

»**Pri navedbi nadšifre na CE certifikatu ni navedena nadšifra N003881.«**

Naročnik za artikel 961989 s ponudnikom Medic-um store d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 961989 »SET ZA 24 URNO USTNO NEGO kat.št. 3014100 Intersurgical« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 961989 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

12) N003882: KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr

- Artikel 961990 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr kat.št. 3721001 Intersurgical« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.«**

Naročnik za artikel 961990 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 461398 » KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr kat.št. 22714186-5 Halyard« ponudnika **Meditrade d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 461398 s ponudnikom Meditrade d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

13) N003883: KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr

- Artikel 961991 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr kat.št. 3721002 Intersurgical« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.«**

Naročnik za artikel 961991 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 461399 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr kat.št. 22716186-5 Halyard« ponudnika **Meditrade d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 461399 s ponudnikom Meditrade d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

14) N003884: KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr

- Artikel 464705 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr kat.št. 3721006 Intersurgical (sc=15kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.«**

Naročnik za artikel 464705 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 461400 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr kat.št. 227141863-5 Halyard« ponudnika **Meditrade d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 461400 s ponudnikom Meditrade d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

15) N003885 KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr

- Artikel 464706 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr kat.št. 3721007 Intersurgical (sc=15kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.**«
Naročnik za artikel 464706 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 461401 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr kat.št. 227161863-5 Halyard« ponudnika **Meditrade d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 461401 s ponudnikom Meditrade d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

16) N003889 LEPILO ZA FIKSACIJO OVK

- Artikel 464707 »LEPILO ZA FIKSACIJO OVK 0,15ML kat.št. SP-015V50 Adhezion Biomedical (sc=50kos)« ponudnika **Euromed d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: v sestavi in ne dosega zahtevane polimerizacije.**«
Naročnik za artikel 464707 s ponudnikom Euromed d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 462920 »LEPILO ZA FIKSACIJO OVK sintetično za kožo GLUBRAN TISS2 0,25ML kat.št. G-NBOC2-25 Gem (sc=10kos)« ponudnika **Pharmamed-Mado d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 462920 s ponudnikom Pharmamed-Mado d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

17) N003892 KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 2

- Artikel 462922 »KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 2 Veoflo small kat.št. 032-10-160 Flexicare (sc=25kos)« ponudnika **Inspira d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**Prijavljene nosne kanile za izvajanje terapije z visokimi pretoki nimajo zaščito na predelu ličnic.**«
Naročnik za artikel 462922 s ponudnikom Inspira d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970815 »KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost S kat.št. 7300000 Intersurgical (sc=7kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 970815 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

18) N003893 KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 3

- Artikel 462923 »KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 3 Veoflo medium kat.št. 032-10-161 Flexicare (sc=25kos)« ponudnika **Inspira d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**Prijavljene nosne kanile za izvajanje terapije z visokimi pretoki nimajo zaščito na predelu ličnic.**«
Naročnik za artikel 462923 s ponudnikom Inspira d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970816 »KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost M kat.št. 7301000 Intersurgical (sc=7kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 970816 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

19) N003894 KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 4

- Artikel 462924 »KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 4 Veoflo large kat.št. 032-10-162 Flexicare (sc=25kos)« ponudnika **Inspira d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »**Prijavljene nosne kanile za izvajanje terapije z visokimi pretoki nimajo zaščito na predelu ličnic.**«
Naročnik za artikel 462924 s ponudnikom Inspira d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970817 »KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost L kat.št. 7302000 Intersurgical (sc=7kos)« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 970817 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

20) N005733 NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK

- Artikel 461942 »NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK kat.št. AL-08026.V001 Altera (sc=50kos)« ponudnika **Medic-um store d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom:

Pri navedbi nadšifre na CE certifikatu ni navedena nadšifra N005733.

Naročnik za artikel 461942 s ponudnikom Medic-um store d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

-Artikel 970818 »NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK kat.št. 038-41-250T Flexicare (sc=50kom)« ponudnika **Ram 2 d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 970818 s ponudnikom Ram 2 d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

21) N005740: KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr

- Artikel 962657 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 12Fr kat.št. 3721000 Intersurgical« ponudnika **Anmedic d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.**«

Naročnik za artikel 962657 s ponudnikom Anmedic d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 461541 »KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr kat.št. 22712186-5 Halyard (sc=20kos)« ponudnika **Meditrade d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**

Naročnik bo za artikel 461541 s ponudnikom Meditrade d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

22) N005741 KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr:

Vse ponujene artikle pod razpisano nadšifro se označi kot **neustrezne z razlogom: »Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.«**

Naročnik za razpisano nadšifro **ne bo sklenil okvirnega sporazuma z nobenim ponudnikom.**

23) N005742 SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg

Vse ponujene artikle pod razpisano nadšifro se označi kot **neustrezne z razlogom: »Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.«**

Naročnik za razpisano nadšifro **ne bo sklenil okvirnega sporazuma z nobenim ponudnikom.**

24) N005743 SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg

Vse ponujene artikle pod razpisano nadšifro se označi kot **neustrezne z razlogom: »Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.«**

Naročnik za razpisano nadšifro **ne bo sklenil okvirnega sporazuma z nobenim ponudnikom.**

25) N005775 PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI

- Artikel 461603 »PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI MICROBORE QUAD-FUSE EXT.SET, 4IV kat.št. MZ9275 Carefusion (sc=50kos)« ponudnika **Mediasi d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom:

»* **nima ravne poti tekočine, nevtralni premik ob odmiku brizgalke je večji kot 0,02ml;**

* **polnitveni volumen je večji kot 0,06 ml. Polnitveni volumen podaljška je večji kot 2,2 ml.**

* **dolžina podaljška je krajša od 26 cm.**

* **brezigelni konekt ne omogoča do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija).**

* **brezigelni konekt ne ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil).«**

Naročnik za artikel 461603 s ponudnikom Mediasi d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

-Artikel 957425 »PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI

ŠTIRIKANALNI kat.št. 011-MC330258 ICU Medical« ponudnika **Pharmamed-Mado d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 957425 s ponudnikom Pharmamed-Mado d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

26) N005944 VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 500ML (60 DNI)

- Artikel 464719 »VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 450ML Allegra z adapterjem kat.št. 5001866 Wilamed (sc=25kos)« ponudnika **Inspira d.o.o.** se izloči kot **neustrezen** z razlogom: »**ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam v pakiranju in uporabnosti v številu dni.**«

Naročnik za artikel 464719 s ponudnikom Inspira d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 961975 AQUA DESTILATA ZA INHAL. S KONEKTOM AQUAPACK 500ML kat.št. 2510 Covidien (sc=15kos) ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 961975 s ponudnikom Interpart d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

27) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-22/2022-177 z dne 12.01.2023 ne spreminja.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku **osmih delovnih dneh** od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00649022.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravi: Borut Močnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Natali Sardon Pahor, dipl. ekon. (UN)

PRILOGE:
- preglednica

Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.



Sifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	DODATNI PODATKI	Rezultat	Cena z popustom	Vrednost	LPO	OPOMBA	Strokovne zahteve
		N000714	Manšeta RR 1Xupor./enocevnna/Odr. manjša-št.10/20-26cm/														
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	464635	Manšeta RR 1Xupor. enocevna ODRASLI manjša 20,5-28,5cm kat.št. V1013C Vistar Medical Supplies Co.	N000714	KOS	008438	AFIRIS, TRGOVINA IN SERVIS	3,7300	0	Artikel	PD1: Manšeta za merjenje neinvazivnega krvnega tlaka - 1x upor. PD4: 20,5 - 28,5 cm PD6: 1 kos PD7: Brez latexa PD8: Cena z vključenim DDV, Bayonet priključek	Neustrezen	3,7300	373,0000	100.000	ponujeno blago ne izpolnjuje tehničnih specifikacij glede dolžine.	
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	462824	MANŠETA RR enocevna ODRASLA 18-26cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1S-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos)	N000714	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	4,3900	1	Artikel		Ustrezen	4,3900	439,0000	100.000		
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	N000714	Manšeta RR 1Xupor./enocevnna/Odr. manjša-št.10/20-26cm/	N000714	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	6,1000	0	Nadomestek	PD1: NIBP manšeta odrasla 20,5-28,5cm PD4: 20,5-28,5 PD6: 10 PD7: 20,5-28,5cm PD8: tkana, small adult velikost	Neustrezen	6,1000	610,0000	100.000		Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom. Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%.
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	N000714	Manšeta RR 1Xupor./enocevnna/Odr. manjša-št.10/20-26cm/	N000714	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	12,5000	0	Nadomestek	PD1: RR mala odrasla manšeta, enkratna uporaba, 20-26 cm PD4: 20 - 26 cm PD6: 1 PD7: RR mala odrasla manšeta, enkratna uporaba, 20-26 cm	Neustrezen	12,5000	1.250,0000	100.000		Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom. Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%.
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	961481	MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI manjša št. 10 20-26cm kat.št. 00732094050226 WelchAllyn	N000714	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	37,1399	0	Artikel		Ustrezen	37,1399	3.713,9900	100.000		
		N001834	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO														
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	464663	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO odrasli kat.št. 032-10-002NC Flexicare (sc=50kos)	N001834	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	0,7200	0	Artikel	PD1: Maska kisikova z nastavkom za O2 s cevko PD4: Odrasli PD6: 50 PD7: Maska kisikova z nastavkom za O2 s cevko	Neustrezen	0,7200	2.160,0000	3000.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: ni brez DEHP in PVC	
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	464664	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO odrasli kat.št. ZAR-MTS-XL Zarys (sc=50kos)	N001834	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	0,8541	0	Artikel	PD1: Maska ZA KISIK - ODRASLA PD4: XL PD6: 50 PD7: BREZ LATEKSA	Neustrezen	0,8541	2.562,3000	3000.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: ni brez DEHP in PVC	
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	970814	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO kat.št. 1135015 Intersurgical (sc=40kos)	N001834	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	1,2900	1	Artikel	PD1: Maska ECO ZA KISIK A40 PD4: Odrasli PD6: 40 PD7: Termoplastični elastomer, polipropilen, elastika	Ustrezen	1,2900	3.870,0000	3000.000		
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	055114	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO kat.št. 1041 Teleflex Medical Hudson	N001834	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	1,5195	0	Artikel		Ustrezen	1,5195	4.558,5000	3000.000		
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	N001834	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO	N001834	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	1,5900	0	Nadomestek	PD1: Maska za kisik s cevjo 2.1 m, vel.L, sterilna PD4: L PD6: 50 PD7: Maska za kisik s cevjo 2.1 m, vel.L, sterilna	Neustrezen	1,5900	4.770,0000	3000.000		Maska kisikova/odrasli z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko. Za 1x uporabo. Z kovinskim nastavkom za boljše prileganje na nosnem predelu. Z priloženo elastiko za okoli glave.
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	N001834	MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO	N001834	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	5,6120	0	Nadomestek	PD1: Kisikova maska z nastavkom za O2 s cevko PD4: Maska - odrasla PD6: 50 PD7: Kisikova maska za odrasle za dovajanje O2 s pirloženo cevko za kisik dolžine 213cm.	Neustrezen	5,6120	16.836,0000	3000.000		Maska kisikova/odrasli z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko. Za 1x uporabo. Z kovinskim nastavkom za boljše prileganje na nosnem predelu. Z priloženo elastiko za okoli glave.
		N001836	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S)														
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	464665	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) MASKA CELO OBR. ZA 2 SIST. M	N001836	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	97,4800	1	Artikel	PD1: Maska CELO OBR. ZA 2 SIST. M PD4: M PD6: 10 PD7: Polikarbonat, silikon, bombaž, plastični velcro	Ustrezen	97,4800	974,8000	10.000		
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	N001836	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S)	N001836	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	125,6600	0	Nadomestek	PD1: Celobrazna maska za NIV, mala PD4: Odrasla, mala, mrtvi prostor 315 ml. PD6: 1 PD7: Celobrazna maska za izvajanje NIV za odrasle, transparentna, s silikonsko blazino in priloženim trakom za nameščanje, velikost: srednja.	Neustrezen	125,6600	1.256,6000	10.000	Neustrezen - ob namestitvi tišči v predelu nosu - po 10 min. pacient toži za bolečino (možnost dekubitusa).	
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	N001836	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S)	N001836	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	150,0000	0	Nadomestek	PD1: Maska celobrazna NV, dvocevna, velikost S/M PD4: S-M PD6: 1 PD7: Maska celobrazna NV, dvocevna, velikost S/M	Neustrezen	150,0000	1.500,0000	10.000	Vzorec ni bil poslan.	
1506-1	MP za anes.in.int.ter-ostalo	464666	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) DiMax ZERO kat.št. 700/6844 Dimar	N001836	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	158,7750	0	Artikel	PD1: Dimar DIMAX ZERO "Avatar" vseobrazna maska z manometrom, vhodom za NG sondo, 5-točkovnim trakom, vel. S PD4: S PD6: 1 PD7: Maska za neinvazivno ventilacijo, dvocevni sistem full face Avatar mala S PD8: brez CO2 zastajanja	Ustrezen	158,7750	1.587,7500	10.000		
		N001837	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL)														

1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	967193	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) kat.št. 2290090 Intersurgical (sc=5kos)	N001837	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	97,4800	1	Najugodnejša cena	Artikel	PD1: MASKA CELO OBR. ZA 2 SIST. XL PD4: XL PD6: 5 PD7: Polikarbonat, silikon, bombaž, plastični velcro	Ustrezen	97,4800	4.874,0000	50.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N001837	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL)	N001837	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	125,6600	0		Nadomestek	PD1: Celobrazna maska za NIV, velika PD4: Odrasla, velika; mrtvi prostor 535 ml. PD6: 1 PD7: Celobrazna maska za izvajanje NIV za odrasle, transparentna, s silikonsko blazino in priloženim trakom za nameščanje, velikost: velika.	Neustrezen	125,6600	6.283,0000	50.000	Neustrezen - ob namestitvi tišči v predelu nosu - po 10 min. pacient toži za bolečino (možnost dekubitusa).	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N001837	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL)	N001837	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	128,1000	0		Nadomestek	PD1: MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) PD4: XL PD6: 5 PD7: MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO - CPAP	Neustrezen	128,1000	6.405,0000	50.000	Vzorec ni bil poslan.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N001837	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL)	N001837	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	150,0000	0		Nadomestek	PD1: Maska celobrazna NV, dvocevna, velikost XL PD4: XL PD6: 1 PD7: Maska celobrazna NV, dvocevna, velikost XL	Neustrezen	150,0000	7.500,0000	50.000	Neustrezen - rabimo tudi venter elbow	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464667	MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) DiMax ZERO kat.št. 700/6847 Dimar	N001837	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	158,7750	0		Artikel	PD1: Dimar DIMAX ZERO "Avatar" vseobrazna maska z manometrom, vhodom za NG sondo, 5-točkovnim trakom, vel. XL PD4: XL PD6: 1 PD7: Maska za neinvazivno ventilacijo, dvocevni sistem full face Avatar XL PD8: brez CO2 zastajanja	Ustrezen	158,7750	7.938,7500	50.000		
		N001838	MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster.															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	967574	MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 11914020328 Secured	N001838	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	1,7849	0		Artikel		Neustrezen	1,7849	2.677,3500	1500.000	komplet ne vsebuje maske brez DEHP in PVC	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N001838	MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster.	N001838	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	1,9100	0		Nadomestek	PD1: Maska Venturi in pribor za odrasle PD4: Odrasli PD6: 50 PD7: Maska Venturi in pribor za odrasle	Neustrezen	1,9100	2.865,0000	1500.000	komplet ne vsebuje maske brez DEHP in PVC	Maska kisikova/odrasli za aplikacijo različnih koncentracij O2. Z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko od 200cm do 215cm. Za 1x uporabo. Maska je brez pvc in DEHP z priloženo elastiko za okoli glave. Nastavki za določanje koncentracije kisika morajo biti barvno ter številčno označeni.
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N001838	MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster.	N001838	KOS	000095	DRÄGER SLOVENIJA	2,4400	0		Nadomestek	PD1: VENTURI MASKA KOMPLET PD4: M/L PD6: 25 PD7: MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE	Neustrezen	2,4400	3.660,0000	1500.000	komplet ne vsebuje maske brez DEHP in PVC	Maska kisikova/odrasli za aplikacijo različnih koncentracij O2. Z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko od 200cm do 215cm. Za 1x uporabo. Maska je brez pvc in DEHP z priloženo elastiko za okoli glave. Nastavki za določanje koncentracije kisika morajo biti barvno ter številčno označeni.
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	967611	MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 1107085 Intersurgical (sc=25kos)	N001838	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	3,4900	1	Najugodnejša cena	Artikel	PD1: MASKA VENTURI ECO ODR A25 PD4: 1,8m, 6 venturijev PD6: 25 PD7: Polipropilen, PVC, termoelastični polimer, elastika, polietilen nizke gostote	Ustrezen	3,4900	5.235,0000	1500.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	954486	MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 41098 Teleflex Medical - Hudson ster.	N001838	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	3,6000	0		Artikel		Ustrezen	3,6000	5.400,0000	1500.000		
		N001913	SISTEM DIHALNI ENOCEVNI ZA ANEST. APARAT ZA 7-DNEVNO UPORABO, DOLŽINA CEVI 2,4M															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464668	SISTEM DIHALNI 2,4M odrasli 7-dnevna uporaba kat.št. AMUF1920/030 Armstrong Medical (sc=10kos)	N001913	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	17,9900	0		Artikel	PD1: Sistem dihalni enocevni za anest. aparat PD4: Odrasli PD6: 10 PD7: Sistem dihalni enocevni za anest. aparat	Neustrezen	17,9900	899,5000	50.000	Sistem ni testiran na preprečevanje okužb s sledečimi patogeni: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.; Komplet ne vsebuje zamaška za testiranje sistema, ki mora omogočati zamašitev notranjega lumna sistema na strani pacienta.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961771	SISTEM DIHALNI 2,4M A8 2,4M KRAK 2L 7-dnevna uporaba kat.št. 2902103 Intersurgical	N001913	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	32,3300	1	Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	32,3300	1.616,5000	50.000		
		N002048	TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	958608	TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg kat.št. 8202000 Intersurgical	N002048	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	15,7380	0		Artikel		Neustrezen	15,7380	1.259,0400	80.000	Pri navedbi nadšifre na CE certifikatu ni navedena nadšifra N002048.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	958608	TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg kat.št. 8202000 Intersurgical	N002048	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	16,4100	1	Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	16,4100	1.312,8000	80.000		
		N002092	DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil)															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	462906	DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil) 2,4m kat.št. 038-35-954 Flexicare (sc=10kos)	N002092	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	60,0000	0		Artikel		Neustrezen	60,0000	600,0000	10.000	Sistem ni prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in ni preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002092	DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil)	N002092	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	63,4400	0		Nadomestek	PD1: DIHALNI SISTEM ZA CPAP (MASKA ZA CPAP IN 2X PEEP VENTIL) PD4: v kompletu z veliko masko PD6: 15 PD7: 22-milimetrski dihalni sistem Flextube CPAP z dvojno vhodno masko in fiksacijskim pasom, 5-in 20cm H2O C-PEEP ventili in filtrom, dolžina 2m PD8: enako kot 2230002 Intersurgical	Neustrezen	63,4400	634,4000	10.000	Sistem ni prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in ni preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.	Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh časovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99%, na vse prej navedene bakterije.
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	008032	DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil) kat.št. 2230002 Intersurgical	N002092	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	66,2100	1	Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	66,2100	662,1000	10.000		

		N002095	FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	463029	FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR kat.št. 038-41-365 Flexicare (sc=50kos)	N002095	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	1,6300	0	Artikel		Neustrezen	1,6300	6.520,0000	4000.000	Ponujeni filter bakteriiski ni preizkušen na učinkovitost filtracije z TBC. Hepatitis C. Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000: 55:458-65):. 1997, kot je bilo zahtevano v strokovnih kriterijih. Ponujeni filter pri preizkušnosti s testom s soljo po standardu ISO 23328-1 ne ustreza zahtevanim strokovnim kriteriem propustnosti soli do 0,60%.		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461538	FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR kat.št. 1944003 Intersurgical	N002095	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	2,3180	1	Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	2,3180	9.272,0000	4000.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461538	FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR kat.št. 1944003 Intersurgical	N002095	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	2,4300	0	Artikel		Ustrezen	2,4300	9.720,0000	4000.000			
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002095	FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR	N002095	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	2,5010	0	Nadomestek	PD1: Filter, baktericidni, odrasli PD4: 35g PD6: 25 PD7: Filtrir, elektrostatski, odralsi, za dihalne volumne 300-1500 mL.	Neustrezen	2,5010	10.004,0000	4000.000		Filter viralno bakteriološki za odrasle. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen filtra sme biti največ 68 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 120 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 5 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra največ 42 g, biti mora elektrostatičen. Zamašek spojke Luer za meritev (et)CO2 ne sme biti ločljiv od filtra. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije z TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000: 55:458-65). Filtracijska učinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,999%. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je lahko prepustnost največ 0,60%.	
		N002097	FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	966848	FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT z luer portom ThermoShield kat.št. 038-41-355 Flexicare	N002097	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	1,5900	0	Artikel		Neustrezen	1,5900	6.360,0000	4000.000	Ponujeni filter bakteriiski ni preizkušen na učinkovitost filtracije z TBC. Hepatitis C. Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-11 bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000: 55:458-65):. 1997, kot je bilo zahtevano v strokovnih kriterijih; Ponujeni filter pri preizkušnosti s testom s soljo po standardu ISO 23328-1 ne ustreza zahtevanim strokovnim kriterijem propustnosti soli do 0,65%.		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464695	FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR VIR/BAKT kat.št. 1941000 Intersurgical (sc=70kos)	N002097	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	2,5500	1	Najugodnejša cena	Artikel	PD1: FILTER VIR/BAKT, VLAŽ A70 PD4: 43g PD6: 70 PD7: PU pena, ABS, TPE, POM, PP	Ustrezen	2,5500	10.200,0000	4000.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961985	FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT kat.št. 1941-001 Intersurgical	N002097	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	2,7816	0	Artikel		Ustrezen	2,7816	11.126,4000	4000.000			
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N002097	FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR	N002097	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	6,0878	0	Nadomestek	PD1: Filter, vlažilni, odrasli PD4: 48g PD6: 25 PD7: Filter, odrasli, vlažilni, za dihalne volumne 300-1500 mL.	Neustrezen	6,0878	24.351,2000	4000.000	Filter viralno-bakteriološki, za odrasle, vlažilni. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen filtra sme biti največ 70 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti večji od 125 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 14 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra največ 45 g, biti mora elektrostatičen. Zamašek spojke Luer za meritev etCO2 ne sme biti ločljiv od filtra. Preizkušen mora biti glede učinkovitosti filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000: 55:458-65). Filtracijska učinkovitost po postopku BS EN 13328-1 na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,999 %. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Povračilo vlage mora biti pri dihalnem volumnu 500 ml najmanj 28 mg H2O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je prepustnost lahko največ 0,65 %.		
		N003881	SET ZA 24 URNO USTNO NEGO															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961989	SET ZA 24 URNO USTNO NEGO kat.št. 3014100 Intersurgical	N003881	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	10,9800	0	Artikel		Neustrezen	10,9800	1.098,0000	100.000	Pri navedbi nadšifre na CE certifikatu ni navedena nadšifra N003881.		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961989	SET ZA 24 URNO USTNO NEGO kat.št. 3014100 Intersurgical	N003881	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	22,5700	1	Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	22,5700	2.257,0000	100.000		
		N003882	KATERER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr															
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961990	KATERER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr kat.št. 3721001 Intersurgical	N003882	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	19,7600	0	Artikel		Neustrezen	19,7600	988,0000	50.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461398	KATERER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr kat.št. 22714186-5 Halyard	N003882	KOS	000243	MEDITRADE D.O.O.	21,8380	1	Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	21,8380	1.091,9000	50.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N003882	KATERER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr	N003882	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	31,3052	0	Nadomestek	PD1: Sistem za zaprto aspiracijo za tubus, 72 urni, 14 FR PD4: Dolžina katetra 54cm. PD6: 10 PD7: Sistem za zaprto aspiracijo za endotrahealni tubus, 72 urni, 14 FR, barvno označena velikost, dolžina katetra 58 cm, z izolirnim ventilom in mehkim zaščitnim rokavom; priloženih 10 vial s fiziološko raztopino.	Neustrezen	31,3052	1.565,2600	50.000	Katerer aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz tubusa, 72 urni, 14 FR, velikost barvno označena , dolžina katetra 54 cm, na katetru označena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna čistilna komora z avtomatskim zaklopom, aspiracijski gumb mora omogočati rokovanje (odpiranje in zaklepanje) z eno roko, mehek zaščiten rokav, vključenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev.		

		N003883	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961991	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr kat.št. 3721002 Intersurgical	N003883	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	19,7600	0	Artikel		Neustrezen	19,7600	592,8000	30.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461399	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr kat.št. 22716186-5 Halyard	N003883	KOS	000243	MEDITRADE D.O.O.	21,8380	1	Najugodnejša cena	Artikel	Ustrezen	21,8380	655,1400	30.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N003883	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr	N003883	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	31,3052	0	Nadomeste k	PD1: Sistem za zaprto aspiracijo za tubus, 72 urni, 16 FR PD4: Dolžina katetra 58 cm. PD6: 10 PD7: Sistem za zaprto aspiracijo za endotrahealni tubus, 72 urni, 16 FR, barvno označena velikost, dolžina katetra 58 cm, z izolirnim ventilom in mehkim zaščitnim rokavom; priloženih 10 vial s fiziološko raztopino.	Neustrezen	31,3052	939,1560	30.000		Kateter aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz tubusa, 72 urni, 16 FR, velikost barvno označena , dolžina katetra 54 cm, na katetru označena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna čistilna komora z avtomatskim zaklopom, aspiracijski gumb mora omogočati rokovanje (odpiranje in zaklepanje) z eno roko, mehek zaščiten rokav, vključenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev.
		N003884	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464705	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr kat.št. 3721006 Intersurgical (sc=15kos)	N003884	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	19,7600	0	Artikel	PD1: SET ZA ZAPRTO ASPIR TRAHEA Z AMPULAMI NACL 14F, 72H A15 PD4: F14 PD6: 15 PD7: ABS, MABS, SS, PP, TPU, HDPE, Silikon, NBR, LDPE, NaCl raztopina PD8: isti artikel, kot na šifri #961992, gre samo za popravek kataloške številke	Neustrezen	19,7600	197,6000	10.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461400	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr kat.št. 227141863-5 Halyard	N003884	KOS	000243	MEDITRADE D.O.O.	21,8380	1	Najugodnejša cena	Artikel	Ustrezen	21,8380	218,3800	10.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N003884	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr	N003884	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	31,3052	0	Nadomeste k	PD1: Sistem za zaprto aspiracijo za traheostomsko kanilo, 72 urni, 14 FR PD4: Dolžina katetra 365 mm. PD6: 10 PD7: Sistem za zaprto aspiracijo za traheostomsko kanilo, 72 urni, 14 FR, barvno označena velikost, dolžina katetra 365 mm, z izolirnim ventilom in mehkim zaščitnim rokavom; priloženih 10 vial s fiziološko raztopino.	Neustrezen	31,3052	313,0520	10.000		Kateter inspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz traheostomske kanile, 72 urni, 14FR, velikost barvno označena , dolžina katetra 30,5 cm, na katetru označena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna čistilna komora z avtomatskim zaklopom, aspiracijski gumb mora omogočati rokovanje (odpiranje in zaklepanje) z eno roko, mehek zaščiten rokav, vključenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev.
		N003885	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464706	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr kat.št. 3721007 Intersurgical (sc=15kos)	N003885	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	19,7600	0	Artikel	PD1: SET ZA ZAPRTO ASPIR TRAHEA Z AMPULAMI NACL 16F, 72H A15 PD4: F16 PD6: 15 PD7: ABS, MABS, SS, PP, TPU, HDPE, Silikon, NBR, LDPE, NaCl raztopina PD8: isti artikel, kot na šifri #961993, gre samo za popravek kataloške številke	Neustrezen	19,7600	197,6000	10.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461401	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr kat.št. 227161863-5 Halyard	N003885	KOS	000243	MEDITRADE D.O.O.	21,8380	1	Najugodnejša cena	Artikel	Ustrezen	21,8380	218,3800	10.000		
		N003889	LEPILO ZA FIKSACIJO OVK														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464707	LEPILO ZA FIKSACIJO OVK 0,15ML kat.št. SP-015V50 Adhezion Biomedical (sc=50kos)	N003889	KOS	008454	EUROMED TRGOVINA IN STORITVE	9,2700	0	Artikel	PD1: LEPILO ZA FIKSACIJO OVK PD4: 0,15ML PD6: 50 PD7: LEPILO ZA FIKSACIJO OVK	Neustrezen	9,2700	185,4000	20.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: v sestavi in ne dosega zahtevane polimerizacije.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	462920	LEPILO ZA FIKSACIJO OVK sintetično za kožo GLUBRAN TISS2 0,25ML kat.št. G-NBOC2-25 Gem (sc=10kos)	N003889	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	9,3900	1	Najugodnejša cena	Artikel	Ustrezen	9,3900	187,8000	20.000		
		N003892	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 2														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	462922	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 2 Veoflo small kat.št. 032-10-160 Flexicare (sc=25kos)	N003892	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	18,6041	0	Artikel		Neustrezen	18,6041	465,1025	25.000	Prijavljene nosne kanile za izvajanje terapije z visokimi pretoki nimajo zaščito na predelu ličnic.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	970815	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost S kat.št. 7300000 Intersurgical (sc=7kos)	N003892	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	21,3500	1	Najugodnejša cena	Artikel	Ustrezen	21,3500	533,7500	25.000		
		N003893	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 3														

1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	462923	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 3 Veoflo medium kat.št. 032-10-161 Flexicare (sc=25kos)	N003893	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	18,6041	0	Artikel		Neustrezen	18,6041	3.720,8200	200.000	Prijavljene nosne kanile za izvajanje terapije z visokimi pretoki nimajo zaščito na predelu ličnic.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	970816	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost M kat.št. 7301000 Intersurgical (sc=7kos)	N003893	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	21,3500	1	Najugodnejša cena	PD1: Kanila za HFT srednja A7 PD4: M PD6: 7 PD7: Polioksimetilen, polietilen visoke gostote, polipropilen, silikon, elastika, poliester, termoplastični elastomer	Ustrezen	21,3500	4.270,0000	200.000		
		N003894	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 4														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	462924	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 4 Veoflo large kat.št. 032-10-162 Flexicare (sc=25kos)	N003894	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	18,6041	0	Artikel		Neustrezen	18,6041	2.790,6150	150.000	Prijavljene nosne kanile za izvajanje terapije z visokimi pretoki nimajo zaščito na predelu ličnic.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	970817	KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost L kat.št. 7302000 Intersurgical (sc=7kos)	N003894	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	21,3500	1	Najugodnejša cena	PD1: Kanila za HFT velika A7 PD4: L PD6: 7 PD7: Polioksimetilen, polietilen visoke gostote, polipropilen, silikon, elastika, poliester, termoplastični elastomer	Ustrezen	21,3500	3.202,5000	150.000		
		N005733	NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461942	NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK kat.št. AL-08026.V001 Altera (sc=50kos)	N005733	KOS	002666	MEDIC-UM STORE, PRODAJA	1,1590	0	Artikel		Neustrezen	1,1590	289,7500	250.000	Pri navedbi nadšifre na CE certifikatu ni navedena nadšifra N005733.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	970818	NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK kat.št. 038-41-250T Flexicare (sc=50kom)	N005733	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	1,4000	1	Najugodnejša cena	PD1: Nos umetni s cevko za O2 2M PD4: 15M PD6: 50 PD7: Nos umetni s cevko za O2 2M	Ustrezen	1,4000	350,0000	250.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	001478	NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK Trach-Vent+ and Oxy Tube kat.št. 41322 Teleflex Medical - Hudson (Gibeck) (sc=10kom)	N005733	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	1,4890	0	Artikel		Ustrezen	1,4890	372,2500	250.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005733	NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK	N005733	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	2,8200	0	Nadomestek	PD1: NOS UMETNI S CEVJO A40 PD4: 8g PD6: 40 PD7: Polipropilen, polietilen visoke gostote, poliuretanska pena	Neustrezen	2,8200	705,0000	250.000	Umetni nos s cevko za kisik. Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povračilo vlage ne sme biti manj kot 26 mg H2O/l pri VT 500 ml. Imeti mora zavarovano odprtino za aspiracijo s pokrovom, ki je pritrjen na rob odprtine. Vsebovati mora varovalni mehanizem proti zadužitvi, ki mora biti pri kašlju propusten. Imeti mora gibljiv priključek za cevko za kisik. V kompletu je cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina med 1,8 in 2,1 m.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005733	NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK	N005733	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	6,3440	0	Nadomestek	PD1: Umetni nos s cevko za kisik PD4: filter 8,5g; dolžina cevi 200 cm PD6: 25 PD7: Umetni nos s priloženo cevko za kisik, povračilo vlage 28,5mg H2O pri Vt 500 mL; dolžina cevke 200 cm.	Neustrezen	6,3440	1.586,0000	250.000	Umetni nos s cevko za kisik. Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povračilo vlage ne sme biti manj kot 26 mg H2O/l pri VT 500 ml. Imeti mora zavarovano odprtino za aspiracijo s pokrovom, ki je pritrjen na rob odprtine. Vsebovati mora varovalni mehanizem proti zadužitvi, ki mora biti pri kašlju propusten. Imeti mora gibljiv priključek za cevko za kisik. V kompletu je cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina med 1,8 in 2,1 m.	
		N005740	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	962657	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 12Fr kat.št. 3721000 Intersurgical	N005740	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	19,7600	0	Artikel		Neustrezen	19,7600	592,8000	30.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam: nima čistilne komore z avtomatskim zaklopom.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461541	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr kat.št. 22712186-5 Halyard (sc=20kos)	N005740	KOS	000243	MEDITRADE D.O.O.	21,8380	1	Najugodnejša cena		Ustrezen	21,8380	655,1400	30.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005740	KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr	N005740	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	27,4500	0	Nadomestek	PD1: Sistem za zaprto aspiracijo za tubus, 72 urni, 12 FR PD4: Dolžina katetra 58cm. PD6: 10 PD7: Sistem za zaprto aspiracijo za endotrahealni tubus, 72 urni, 12 FR, barvno označena velikost, dolžina katetra 58 cm, z izolirnim ventilom in mehkim zaščitnim rokavom; priloženih 10 vial s fiziološko raztopino.	Neustrezen	27,4500	823,5000	30.000	Kateter aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz tubusa, 72 urni, 12 FR, velikost barvno označena , dolžina katetra 54 cm, na katetru označena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna čistilna komora z avtomatskim zaklopom, aspiracijski gumb mora omogočati rokovanje (odpiranje in zaklepanje) z eno roko, mehek zaščiten rokav, vključenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev. Lahko tudi 12 vial	
		N005741	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464712	SENZOR SPO2 NOVOROJENČKI kat.št. UD401-2N UpnMed	N005741	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	10,5000	0	Artikel	PD1: Senzor SpO2 novorojenčki PD4: novorojenčki PD6: 1 PD7: Senzor SpO2 novorojenčki	Neustrezen	10,5000	1.575,0000	150.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005741	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv	N005741	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	12,2000	0	Nadomestek	PD1: SpO2 senzor enkratni Neonatalni <3kg ali odrasli >40kg, lepjljivi, OEM Nellcor Oximax MAX-N PD4: <3kg, >40kg PD6: 24 PD7: SpO2 senzor enkratni Neonatalni <3kg ali odrasli >40kg, lepjljivi, OEM Nellcor Oximax MAX-N	Neustrezen	12,2000	1.830,0000	150.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg -Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) -Senzor mora biti kompatibilen z OxiMax tehnologijo (kot Nellcore MAX-N-I ali enakovredno) Mora biti latex-free
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	962658	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba kat.št. MAX-N-I Covidien	N005741	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	14,3960	0	Artikel		Neustrezen	14,3960	2.159,4000	150.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	963750	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba RD SET Neo kat.št. 4003 Masimo (sc=20kos)	N005741	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	17,5700	0	Artikel		Neustrezen	17,5700	2.635,5000	150.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	

1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	963750	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba RD SET Neo kat.št. 4003 Masimo (sc=20kos)	N005741	KOS	000095	DRAGER SLOVENIJA	29,2100	0	Artikel		Neustrezen	29,2100	4.381,5000	150.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	
		N005742	SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	963751	SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg RD SET TFA-1 kat.št. 4016 Masimo (sc=10kos)	N005742	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	45,1400	0	Artikel		Neustrezen	45,1400	1.354,2000	30.000	Zaradi napake v povpraševanju se ident ne odda.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	962659	SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg kat.št. MAX-FAST-I Covidien	N005742	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	45,1400	0	Artikel		Neustrezen	45,1400	1.354,2000	30.000	Zaradi napake v povpraševanju se ident ne odda.	
		N005743	SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464713	SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. UD401-2I UpnMed	N005743	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	10,5000	0	Artikel	PD1: Senzor SpO2 dojenčki PD4: dojenčki PD6: 1 PD7: Senzor SpO2 dojenčki	Neustrezen	10,5000	1.050,0000	100.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005743	SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg	N005743	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	12,2000	0	Nadomestek	PD1: SpO2 senzor za dojenca 3-20kg, OEM Nellcor Oximax MAX-I PD4: 3-20kg PD6: 24 PD7: SpO2 senzor za dojenca 3-20kg, OEM Nellcor Oximax MAX-I	Neustrezen	12,2000	1.220,0000	100.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-I-I ali enakovredno).
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	962660	SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. MAX-I-I Covidien	N005743	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	14,3960	0	Artikel		Neustrezen	14,3960	1.439,6000	100.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005743	SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg	N005743	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	25,6200	0	Nadomestek	PD1: SpO2 senzor za novorojenč 3kg-20kg A20 PD4: Dojenčki PD6: 20 PD7: Hipoalergena nalepka z led diodami	Neustrezen	25,6200	2.562,0000	100.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-I-I ali enakovredno).
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	962660	SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. MAX-I-I Covidien	N005743	KOS	000095	DRAGER SLOVENIJA	36,5400	0	Artikel		Neustrezen	36,5400	3.654,0000	100.000	Zaradi napake naročnika v povpraševanju se artikel ne odda.	
		N005775	PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	461603	PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI MICROBORE QUAD-FUSE EXT.SET, 4IV kat.št. MZ9275 Carefusion (sc=50kos)	N005775	KOS	000203	MEDIASI D.O.O.	6,7042	0	Artikel		Neustrezen	6,7042	3.352,1000	500.000	nima ravne poti tekočine, nevtralni premik ob odmiku brizgalke je večji kot 0,02ml; polnitveni volumen je večji kot 0,06 ml. Polnitveni volumen podaljška je večji kot 2,2 ml.; dolžina podaljška je krajša od 26 cm.; brezigelni konekt ne omogoča do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija).; brezigelni konekt ne ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil).	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	957425	PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI kat.št. 011-MC330258 ICU Medical	N005775	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	7,5500	1	Artikel		Ustrezen	7,5500	3.775,0000	500.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005775	PRIKLJUČEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI	N005775	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	14,4570	0	Nadomestek	PD1: Štirikanalni podaljšek s 4 brezigelnimi konekti PD4: 6 cm PD6: 10 PD7: Štirikanalni podaljšek dolžine 6 cm s štirimi brezigelnimi konekti.	Neustrezen	14,4570	7.228,5000	500.000		Štirikanalni podaljšek, ki ima tri debelejšše kanale, vsakega zaščitene s prozornim brezigelnim konektom, ki se jih ne da odstraniti. Vsak kanal posebej ima možnost zapore s stiškom. Zaščitni pokrovček na koncu priključka. Podaljšek mora imeti še en dodatni ločen dostop z brezigelnim konektom, ki se ga ne da sneti. Brezigelni konekt je prozoren, površina za razkuževanje BK pred dostopom je popolnoma ravna. BK mora imeti ravno pot tekočine, nevtralni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen je lahko največ 0,06 ml. Polnitveni volumen podaljška največ do 2,2 ml. Dolžina podaljška od 26 do 28 cm.BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji, da se kljub 7 dnevnii uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46%, (dokaz neodvisna randomizirana študija) BK mora omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil).
		N005944	VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 500ML (60 DNI)														
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	464719	VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 450ML Allegra z adapterjem kat.št. 5001866 Wilamed (sc=25kos)	N005944	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	4,3188	0	Artikel	PD1: Voda sterilna Allegra - 450 ml z adapterjem, pakiranje 25kom/šk PD4: 450ml z adapterjem PD6: 25 PD7: sterilan voda, do 35 dni	Neustrezen	4,3188	647,8200	150.000	ponujeni ident ne ustreza strokovnim zahtevam v pakiranju in uporabnosti v številu dni.	
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	961975	AQUA DESTILATA ZA INHAL. S KONEKTOM AQUAPACK 500ML kat.št. 2510 Covidien (sc=15kos)	N005944	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	4,6726	1	Artikel		Ustrezen	4,6726	700,8900	150.000		
1506-1	MP za anes.in int.ter-ostalo	N005944	VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 500ML (60 DNI)	N005944	KOS	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	7,2700	0	Nadomestek	PD1: Zaprti sistem vlaženja Aquapack 340 ml, z adapterjem PD4: 340 ml PD6: 20 PD7: Zaprti sistem vlaženja Aquapack 340 ml, z adapterjem	Neustrezen	7,2700	1.090,5000	150.000		Izpolnjuje standarde za uporabo v medicini. Izdelek v uporabi zagotavlja zaprt sistem vlaženja kisika v okviru preprečevanja bolnišničnih okužb. Klinično potrjena uporabnost vsaj 60 dni pri hladnem vlaženju. Dovoljena uporaba ene plastenke vode za več pacientov potrjeno z neodvisno študijo, Priložena uradna navodila v slo venskem jeziku. Deionizirana in petkrat destilirana voda. Mikrodifuzni kanali za kisik na dnu plastenke za popoln izkoristek vsebine.