Digitalno podpisal: Marjan Pintar
Datum: 11.10.2022 16:47:45 +02:00

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
Riharjeva ulica 38 | p.p. 3422 | 1000 Ljubljana | T: +386(0)592 27 190 |
E: gp.zdruzenje@zdrzz.si | www.zdrzz.si

Številka: 1434_12-2022
Datum: 11. 10. 2022

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: naročnik) na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za dobavo zaščitnih sredstev (na podlagi izvedenega odprtega postopka javnega naročanja, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN005258/2020-B01 z dne 21.08.2020) v **sklopu 4: Maske respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne,** sprejema naslednjo

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

Javno naročilo za **sklop 4: Maske respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne**, v vrednosti **279.990,00 EUR z DDV** se odda ponudniku **SANOLABOR, d.d.**

Obrazložitev:

I.

Podatki o prejetih ponudbah

Do roka za oddajo ponudb, t.j. do 8. 9. 2022 do 11.00 ure, sta prispeli 2 ponudbi naslednjih ponudnikov:

1. **SANOLABOR, d.d.,** Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
2. **TOSAMA d.o.o.,** Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 8. 9. 2022 ob 12:00 uri.

Prejeti ponudbi sta glede na ponudbeno vrednost razvrščeni po vrstnem redu:

Št.	PONUDNIK	Vrednost v EUR z DDV
1.	**TOSAMA d.o.o.,** Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale	**274.500,00**
2.	**SANOLABOR, d.d.,** Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana	**279.990,00**

II.

Preverjanje dopustnosti ponudb

Naročnik je skladno s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril, ali sta ponudbi ponudnikov, ki sta prispeli na predmetno javno naročilo, dopustni.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe najugodnejšega ponudnika **TOSAMA d.o.o.,** ki je, kot izhaja iz predložene ponudbe, ponudil drug artikel kot v prvotni ponudbi in ugotovil, da ponudba ponudnika **TOSAMA d.o.o.** ni dopustna, saj ponudnik ni izpolnil zahtev naročnika, ki jih je slednji določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnih naročil.

Pri testiranju vzorca, ki ga je naročnik izvedel na enak način, kot se bo artikel uporabljal v praksi (tj. primerno časovno obdobje, ob primernem številu medicinskega osebja, na način kot ga bo slednje uporabljalo) se je izkazalo, da je nad nosno spono previsok rob oz. več kot 15 mm širok pas maske, ki sili v oči, kar je zelo moteče pri nošnji maske, zelo pa tudi ovira nošenje očal. Zaradi navedenega so maske neudobne za nošnjo že po krajšem času in so kot take (tudi) v nasprotju s pričakovanimi običajnimi lastnostmi ponujenega produkta.

Pri testiranju se je izkazalo tudi, da so maske predvsem v zgornjem delu prevelike in ne tesnijo dobro – pri osebah z očali ob izdihu prihaja do rošenja stekel in tako ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, določenih v sklopu 4. Naročnik je namreč v tehničnih specifikacijah v Obr. predračun – 4. sklop (oz. v prvotnem obr. št. 5 DJN) izrecno določil, da »mora celotna maska omogočati dobro tesnjenje«, česar pa ponudnik ni izpolnil (zagotovil).

Pri pregledu predložene dokumentacije je naročnik ugotovil tudi neskladnost v navedbi kataloške številke ponujenega artikla, in sicer je na vzorcu mask in predloženi dokumentaciji navedena kataloška številka artikla 2120L, v obrazcu predračuna kataloška številka 20696/2120L, na zunanji embalaži kataloška številka ni natisnjena. Sta pa na zunanji embalaži nalepljeni dve nalepki: iz nalepke, ki je nalepljena v zgornjem desnem kotu, izhaja kataloška številka 2120L-B, iz nalepke na vrhnji strani embalaže pa komercialna šifra 20696/2120L. Iz splošnih zahtev specifikacije predmeta javnega naročila izhaja, da je potrebno za ponujeni izdelek navesti proizvajalca in kataloško številko, ki morajo biti navedeni tudi na primarni embalaži (na osnovnem pakiranju), česar pa ponudnik ni izpolnil.

Glede na navedeno, je naročnik ugotovil, da ponudnik v ponudbi za 4 sklop ni ponudil artikla, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zaradi česar je ponudba ponudnika **TOSAMA d.o.o.** na podlagi 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustna in se kot nedopustna izključi iz postopka oddaje javnega naročila za ta sklop.

Za **sklop 4: Maske respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne**, se za obdobje od 1. 11. 2022 do 31. 4. 2023 izbere drugo najugodnejšo ponudbo, ponudbo ponudnika **SANOLABOR, d.d.,** v skupni vrednosti **279.990,00 EUR z DDV,** ki je predložil dopustno ponudbo.

Z izbranim ponudnikom **SANOLABOR, d.d.** bodo naročniki sklenili pogodbe na podlagi vzorca iz povpraševanja.

PRAVNI POUK:

V skladu z 90. členom ZJN-3 bo odločitev o oddaji javnega naročila naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji javnega naročila v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Ponudnik mora vložiti zahtevek preko portala eRevizija. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini **1.000 EUR** na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-00525820.

Pripravil/a:
Mateja Kocman

Marjan Pintar,
direktor