SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

Številka: 264-2/2022-88
Datum: 17.05.2023

POPRAVEK/SPREMEMBA POPRAVKA/SPREMEMBE ODLOČITVE O IZIDU JAVNEGA NAROČILA št. 264-2/2022-85 z dne 11.05.2023

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**264-2/2022**
Predmet javnega naročila	**Instrumentarij** Sklop 1: Instrumentar-kirurški Sklop 2: Instrumentar-ORL Sklop 3: Instrumentar-endoskopski Sklop 4: Instrumentar-artroskopski Sklop 5: Instrumentar-ostalo
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 47. člen

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdani popravek/spremembo odločitve o izidu javnega naročila št.: 264-2/2022-85 z dne 11.05.2023, kot sledi:

SKLOP 1: Instrumentar-kirurški:

1) 276095 Kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv), Aesculap JK442 ali enakovredno

- Artikel 276095 Kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv), Aesculap JK442 ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276095 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276095 Kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv), Aesculap JK442 ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276095 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

2) 276096 Kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv), Aesculap JK444 ali enakovredno

- Artikel 276096 Kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv), Aesculap JK444 ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276096 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276096 Kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv), Aesculap JK444 ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276096 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

3) 276097 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno

- Artikel 276097 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276097 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276097 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276097 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

4) **276098 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP102 moder ali enakovredno**

- Artikel 276098 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP102 moder ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276098 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276098 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP102 moder ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276098 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

5) **276099 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP103 zelen ali enakovredno**

- Artikel 276099 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP103 zelen ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276099 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276099 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP103 zelen ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276099 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

6) **276100 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno**

- Artikel 276100 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276100 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276100 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276100 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

7) **276102 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP104 zlat ali enakovredno**

- Artikel 276102 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP104 zlat ali enakovredno **ponudnika Spes d.o.o**. se označi kot **neustrezen** iz razloga: **»Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.«**
Naročnik za artikel 276102 s ponudnikom Spes d.o.o. **ne bo sklenil pogodbe**.

- Artikel 276102 Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv), Aesculap JP104 zlat ali enakovredno **ponudnika Medis d.o.o. se označi kot najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 276102 s ponudnikom Medis d.o.o. **sklenil pogodbo.**

8) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 264-2/2022-85 z dne 11.05.2023 ne spreminja.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, vplačati takso v višini 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe (v EUR Z DDV) za javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Vlagatelj za izračun vrednosti takse uporabi podatke za izračun takse na izpisu: Podatki za izračun takse (številka izpisa: 5884), ki je priloga in sestavni del odločitve . Pri izračunu takse za posamezen artikel se upošteva 2% zapisane vrednosti z DDV.
Taksa se vplača na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00 017623.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravil: Borut Močnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo in javna naročila
Natali Sardon Pahor,dipl.ekon. (UN)

Direktor zavoda
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

PRILOGE:
-preglednica
-podatki za izračun takse

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila
- zbirka dokumentarnega gradiva

Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	*DODATNI PODATKI*	*Rezultat*	*OPOMBA*	*Strokovne zahteve*
		276095	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno											
1505-2	Instrumentar-kirurški	276095	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno	276095	KOS	008038	EDMAN D.O.O., TRGOVINA IN	218,8000	0	Nadomestek	PD1: Kontejner za sterilizacijo PD4: 580x280x135	Neustrezen	Artikel ne ustreza strokovnim Naročnik zahteva filtre za najmanj 5000 sterilizacij.	Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije
1505-2	Instrumentar-kirurški	276095	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno	276095	KOS	004067	SPES D.O.O.	289,0000	0	Nadomestek	PD1: Dno 1/1 zabojnika, brez filtra, 600x272x138mm PD4: vključena označevalna tablica	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276095**	**kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno**	**276095**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**333,3700**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM**	**Ustrezen**		**Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276095	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno	276095	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	493,4400	0	Nadomestek	PD1: Kontejner za sterilizacijo 580x280x135 mm	Neustrezen		Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije
		276096	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv),Aesculap JK444 ali enakovredno											
1505-2	Instrumentar-kirurški	276096	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv),Aesculap JK444 ali enakovredno	276096	KOS	004067	SPES D.O.O.	356,0000	0	Nadomestek	PD1: Dno 1/1 zabojnika, brez filtra, 600x272x190mm PD4: vključena označevalna tablica	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276096**	**kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv),Aesculap JK444 ali enakovredno**	**276096**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**370,4000**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:187MM**	**Ustrezen**		**Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276096	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv),Aesculap JK444 ali enakovredno	276096	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	664,7200	0	Nadomestek	PD1: Kontejner za sterilizacijo 580x280x200 mm	Neustrezen		Dno in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov(možnost izbire petih(5) barvnih odtenkov). Poleg tega mora imeti vpetje za dva trajna filtra(velikost 1/1) in en filter(velikost 3/4 ter 1/2), ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov(validirano po EN 868-8, aneks H) in se po potrebi lahko zamenjata, Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije
		276097	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno											
1505-2	Instrumentar-kirurški	276097	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno	276097	KOS	008038	EDMAN D.O.O., TRGOVINA IN	319,1700	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja za sterilizacijo, rdeč PD4: 580x280	Neustrezen	Artikel ne ustreza strokovnim zahtevam. Naročnik zahteva filtre za najmanj 5000 sterilizacij.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096.
1505-2	Instrumentar-kirurški	276097	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno	276097	KOS	004067	SPES D.O.O.	355,0000	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja, z ventilom, rdeč	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096.
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276097**	**Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdeč ali enakovrednc**	**276097**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**558,4600**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: PRIMELINE PRO 1/1 LID RED**	**Ustrezen**		**Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096.**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276097	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno	276097	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	664,7200	0	Nadomestek	PD1: Pokrov konterjnerja za sterilizacijo dim. 580x280mm, rdeč	Neustrezen		Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096.
		276098	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno											
1505-2	Instrumentar-kirurški	276098	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno	276098	KOS	008038	EDMAN D.O.O., TRGOVINA IN	319,1700	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja za sterilizacijo, moder PD4: 580x280	Neustrezen	Artikel ne ustreza strokovnim zahtevam. Naročnik zahteva filtre za najmanj 5000 sterilizacij.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	Instrumentar-kirurški	276098	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno	276098	KOS	004067	SPES D.O.O.	355,0000	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja, z ventilom, moder	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276098**	**Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno**	**276098**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**558,4600**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: PRIMELINE PRO 1/1 LID BLUE**	**Ustrezen**		**Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276098	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno	276098	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	664,7200	0	Nadomestek	PD1: Pokrov konterjnerja za sterilizacijo dim. 580x280mm, moder	Neustrezen		Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
		276099	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno											
1505-2	Instrumentar-kirurški	276099	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno	276099	KOS	008038	EDMAN D.O.O., TRGOVINA IN	319,1700	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja za sterilizacijo, zelen PD4: 580x280	Neustrezen	Artikel ne ustreza strokovnim zahtevam. Naročnik zahteva filtre za najmanj 5000 sterilizacij.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	Instrumentar-kirurški	276099	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno	276099	KOS	004067	SPES D.O.O.	355,0000	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja, z ventilom, zelen	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276099**	**Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno**	**276099**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**558,4600**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: PRIMELINE PRO 1/1 LID GREEN**	**Ustrezen**		**Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276099	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno	276099	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	664,7200	0	Nadomestek	PD1: Pokrov konterjnerja za sterilizacijo dim. 580x280mm, zelen	Neustrezen		Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096

		276100	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno												
1505-2	Instrumentar-kirurški	276100	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno	276100	KOS	008038	EDMAN D.O.O., TRGOVINA IN	319,1700	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja za sterilizacijo, srebrn PD4: 580x280	Neustrezen	Artikel ne ustreza strokovnim zahtevam. Naročnik zahteva filtre za najmanj 5000 sterilizacij.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	Instrumentar-kirurški	276100	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno	276100	KOS	004067	SPES D.O.O.	355,0000	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja, z ventilom, srebrn	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276100**	**Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno**	**276100**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**558,4600**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: PRIMELINE PRO 1/1 LID SILVER**	**Ustrezen**		**Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276100	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno	276100	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	664,7200	0	Nadomestek	PD1: Pokrov konterjnerja za sterilizacijo dim. 580x280mm, srebrn	Neustrezen		Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
		276102	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP104 zlat ali enakovredno												
1505-2	Instrumentar-kirurški	276102	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP104 zlat ali enakovredno	276102	KOS	004067	SPES D.O.O.	355,0000	0	Nadomestek	PD1: Pokrov kontejnerja, z ventilom, zlat	Neustrezen	Ponudnik je ponudil artikle, ki sicer imajo možnost sterilizacije 5000 ciklov, vendar pa imajo namesto zahtevanih zamenljivih filtrov sistem valvule, kar pa ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.	Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096
1505-2	**Instrumentar-kirurški**	**276102**	**Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP104 zlat ali enakovredno**	**276102**	**KOS**	**001045**	**MEDIS D.O.O.**	**558,4600**	**1 Najugodnejša cena**	**Nadomestek**	**PD1: PRIMELINE PRO 1/1 LID GOLD**	**Ustrezen**		**Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096**
1505-2	Instrumentar-kirurški	276102	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP104 zlat ali enakovredno	276102	KOS	000469	MARK MEDICAL D.O.O.	664,7200	0	Nadomestek	PD1: Pokrov konterjnerja za sterilizacijo dim. 580x280mm, rumen	Neustrezen		Z dvema filtroma za 5000 sterilizacij, po normi EN868 2009. Kompatibilno s ponujenim kontejnerjem 276095 in 276096

		Podatki za izračun takse	Datum: 17.05.2023 13:39:14
	Bolnica	**1505-2 Instrumentar-kirurški**	Stran:1 / 1
	ŠEMPETE		5884 Podatki za izračun takse

Artikel	Naziv	Vrednost z DDV
276095	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x135mm(dxšxv),Aesculap JK442 ali enakovredno	1.666,85
276096	kontejner za sterilizacijo kirurški Inštrumentov-dno zun.dim.592x274x187mm(dxšxv),Aesculap JK444 ali enakovredno	1.852,00
276097	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP101 rdeč ali enakovredno	1.116,92
276098	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP102 moder ali enakovredno	1.116,92
276099	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP103 zelen ali enakovredno	1.116,92
276102	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP104 zlat ali enakovredno	1.116,92
276100	Pokrov kontejnerja za sterilizacijo kirurških inštrumentov-dim.588x281x36mm,(dxšxv),Aesculap JP105 srebrn ali enakovredno	1.116,92