



UNIVERZA V LJUBLJANI
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Zdravstvena pot 5
1000 Ljubljana

Datum: 27.06.2023

Opr. št.: ZF-DEK / 497-2023

Zveza: postopek JN na ZF pod interno oznako: JN-04/2023-NOOLZP

Naročnik Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta izdaja na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3) in izvedenega javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pod številko JN003707/2023-W01 z dne 12.06.2023, za „**Nabavo opreme za prenovo študijskega programa Laboratorijska zobna protetika I. stopnje, UL ZF**“, za izbiro najugodnejšega ponudnika sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

V postopku oddaje javnega naročila „NABAVA OPREME ZA PRENOVO ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA I. STOPNJE, UL ZF“, se kot najugodnejša ponudnika izbere:

Sklop 1: REZKALNA ENOTA CAM - mokro/suha rezkalna enota:

DENTALIA d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana

za ponudbeno ceno 25.500,00 EUR brez DDV oz. 31.110,00 EUR z DDV.

Sklop 2: ZUNANJA SESALNA ENOTA ZA DELOVANJE REZKALNE ENOTE:

DENTALIA d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana

za ponudbeno ceno 1.500,00 EUR brez DDV oz. 1.830,00 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Naročnik Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: naročnik) je skladno s sklepom z dne 09.06.2023 pričel postopek oddaje javnega naročila kot naročila male vrednosti (št. JN-04/2023-NOOLZP) v skladu z določbami 47. člena ZJN-3. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12.06.2023, pod številko objave JN003707/2023-W01. Glede na potrebe in dinamiko svojega delovanja, je naročnik objavil namero oddaje javnega naročila za obdobje 12 mesecev. Skladno z zakonskimi določbami o postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet javnega naročila »Nabava opreme za prenovo študijskega programa Laboratorijska zobna protetika I. stopnje, UL ZF«, je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da bo po elektronskem javnem odpiranju ponudb v sistemu eJN, za izvedbo storitve izbral ponudnika, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in ki bo predložil najnižjo skupno ponujeno ceno (ob upoštevanju meril za ocenjevanje ponudb).

Do roka za oddajo ponudb, dne 22.06.2023 do 10:00. ure sta v informacijski sistem e-JN ponudbo pravočasno



oddala ponudnika:

Zap. št.	PONUDBNIK	Datum in ura oddaje ponudbe v sistemu eJN
1	INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje	21.06.2023 ob 14:57
2	DENTALIA d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana	22.06.2023 ob 09:53

Javno odpiranje ponudb je potekalo v informacijskem sistemu e-JN, dne 22.06.2023 s pričetkom ob 11:00 uri. Navedeno izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb, ki ga je samodejno ustvaril sistem e-JN.

I. Utemeljitev odločitve

Sklop 1: REZKALNA ENOTA CAM - mokro/suha rezkalna enota

in

Sklop 2: ZUNANJA SESALNA ENOTA ZA DELOVANJE REZKALNE ENOTE

Naročnik je s svojo strokovno komisijo v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila opravil pregled in ocenitev prejetih ponudb. Ponudnika, ki sta oddala pravočasni ponudbi, sta v svoji ponudbi glede na merila podala naslednje cene:

Ponujena cena / ponudnik	INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje	DENTALIA d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana
PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV - za Sklop 1	33.242,40 EUR	25.500,00 EUR
PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV - za Sklop 2	1.972,91 EUR	1.500,00 EUR
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV (za Sklop 1 in Sklop 2)	35.215,31 EUR	27.000,00 EUR

Strokovna komisija je pri pregledu dokazil obeh ponudnikov o tehnični ustreznosti opreme, kakor je bilo to zapisano v poglavju razpisne dokumentacije »18. Tehnične zahteve in specifikacije«, in pri tem zahtevano, da mora ponujena oprema imeti veljaven CE – Declaration of Conformity - certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata), ugotovila, da ponudnik Interdent d.o.o. samega certifikata za rezkalni aparat ni predložil, je pa komisija iz priložene tehnične dokumentacije in katalogov razbrala, da proizvajalec navaja usklajenost aparata ravno s tem zahtevanim evropskim CE certifikatom. Naročnik je iz previdnosti ponudnika Interdent d.o.o. pozval k dopolnitvi svoje ponudbe s predložitvijo certifikata CE, kar je le-ta v postavljenem roku tudi izvršil. Ker je certifikat CE jedrni na področju zlasti električnih aparatov, je naročnik ocenil, da zadevni certifikat vključuje in presega tehnične in varnostne zahteve za njegovo podelitev, in se odločil, da pri ponudnikih ne bo preverjal predložitve drugih, primeroma navedenih certifikatov.

Strokovna komisija je nadalje, pri pregledu in oceni ponudb v točki »18. Tehnične zahteve in specifikacije« iz razpisne dokumentacije, ugotovila, da obe ponudbi izpolnjujeta navedene zahteve, razen v točki Dopustne dimenzije (dopustne zunanje mere aparata). Naročnik ugotavlja, da bi v primeru zgolj stroge presoje ustreznosti obeh ponudb za rezkalne aparate po tehnični specifikaciji v rubriki »Dimenzije aparata«, lahko prešel v položaj, da bi obe moral zavrniti, saj v skladu z opredelitvijo, da naroča aparat z možnostjo suhega in mokrega rezkanja, obe ponujeni aparaturi v KONČNI dimenziji, tj. bodisi ob sestavi obeh modulov (za suho in



mokro rezkanje), bodisi aparatu, ki že vsebuje vgrajeno enoto za mokro rezkanje, presegata podane mere. Ker je naročnik ugotovil, da obe ponudbi v popolnosti izpolnjujeta vse preostale tehnične zahteve, obenem pa tudi merila, je v skladu z načeloma transparentnosti in enake obravnave vseh ponudnikov, obe ponudbi sprejel kot dopustni, in ju v nadaljevanju presojal le še v fazi točkovanja in dokončne odločitve po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe – najnižja ponujena cena.

Strokovna komisija je sklenila, da sta ponudbi obeh ponudnikov skladni z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sta ju oddala ponudnika, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujeta pogoje za sodelovanje, ponudbi pa nista neobičajno nizki in ne presegata zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da sta ponudbi skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustni.

Strokovna komisija naročnika je v postopku ocenjevanja in izbire najugodnejše ponudbe po merilu za izbor za predmetno javno naročilo iz razpisne dokumentacije, opravila točkovanje dopustnih ponudb obeh ponudnikov.

Skupno možno število točk, ki jih je dodeljeval naročnik pri vrednotenju ekonomsko najugodnejše ponudbe, je 100. Točke so bile dodeljene skladno z naslednjimi merili:

1. Skupna ponudbena cena brez DDV – največ 60 točk,
2. Tehnične značilnosti aparatov (rezkalnik, zunanja sesalna enota) – največ 40 točk.

Število točk po merilu »Skupna ponudbena cena brez DDV« se je izračunala tako, da se je skupna ponudbena cena (brez DDV) cenovno najugodnejšega ponudnika delila s skupno ponudbeno ceno (brez DDV) obravnavanega ponudnika, dobljeni količnik pa se je pomnožil s 60.

Po merilu »Tehnične značilnosti aparatov« prejme ponudba dodatne točke po naslednjih kriterijih, podrobneje opisanih v dokumentu Tehnične zahteve:

- celotno ohišje iz kovinske pločevine – 20 točk,
- programski vmesnik za povezavo s periferno enoto – 10 točk,
- upravljanje aparata z miško, tipkovnico in aplikacijo – 10 točk.

Tabela dokončnega ocenjevanja ponudb:

Kriterij ocenjevanja / ponudnik	INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje	DENTALIA d.o.o., Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana
<i>I. Tehnične zahteve</i>		
• celotno ohišje iz kovinske pločevine (možnih 20 točk)	20	20
• programski vmesnik za povezavo s periferno enoto (možnih 10 točk)	10	10
• upravljanje aparata z miško, tipkovnico in aplikacijo (možnih 10 točk)	10	10
<i>Skupaj točk za Tehnične značilnosti aparatov (rezkalnik, zunanja sesalna enota)</i>	40	40
II. Skupna ponudbena cena brez DDV	46	60



III. Skupno število točk	86	100
--------------------------	----	-----

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe

Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merilom EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA. Merilo, ki je bilo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika: najnižja ponujena cena za posamezen sklop v EUR z DDV. Končna razvrstitev obeh ponudnikov:

Ponudnik / Ponujena cena	PONUDBENA VREDNOST V EUR <u>BREZ DDV</u> - za Sklop 1	PONUDBENA VREDNOST V EUR <u>BREZ DDV</u> - za Sklop 2	SKUPNA PONUDBENA VREDNOST V EUR <u>BREZ DDV</u> (za Sklop 1 in Sklop 2)	SKUPNA PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV (za Sklop 1 in Sklop 2)
1. DENTALIA d.o.o. , Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana	25.500,00 EUR	1.500,00 EUR	27.000,00 EUR	32.940,00 EUR
2. INTERDENT d.o.o. , Opekarniška cesta 26, 3000 Celje	33.242,40 EUR	1.972,91 EUR	35.215,31 EUR	42.962,67 EUR

Glede na ugotovljeno je strokovna komisija naročniku predlagala, da skladno z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, določili ZJN-3 in merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe sprejme odločitev, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

II. Pouk o pravnem sredstvu

Pravno varstvo je ponudnikom zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

V skladu s 5. odstavkom 25. člena ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži na portalu eRevizija.

Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN { a.) ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,; b.) ime naročnika; c.) oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,; č.) predmet javnega naročila; d.) pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem; e.) potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora k zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Plačilo takse znaša **za Sklop 1: 658,80 EUR** in **za Sklop 2: 500,00 EUR**. Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 evrov in ne več kakor 25.000 evrov.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije (Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija) za



namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model (11),
2. P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 – Ministrstvo za finance),
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290),
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem kontnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6mest + 2 mesti za leto).

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. Celotni zapis sklica za predmetno javno naročilo se glasi: 11 16110-7111290-00370723 .

Zahtevek za revizijo se vloži v okviru portala eRevizija.

UL Zdravstvena fakulteta
DEKAN
izr. prof. dr. Andrej Starc

Vročiti:

- vsem ponudnikom – z objavo na Portalu javnih naročil (PJN)

Vložiti:

- v arhiv UL Zdravstvene fakultete.