OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 001		**SANITETNI MATERIAL - POVOJI, TAMPONI, RJUHA, PODLOGA ...**	
901752	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901762	01	TOSAMA d.o.o.	Podloge nimajo certifikata, da so registrirane, kot podloge obračalke
901764	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901764	05	SANOLABOR LJUBLJANA	Material ni primeren za testiranje, zaradi pretečenega roka uporabe

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 002		**SETI, PREGRINJALA, PODLOGE, PODVEZE (sterilno)**	
901199	01	TOSAMA d.o.o.	Ni incizijske folije v celoti, ne pokrije očesnih trepalnic
901763	05	TOSAMA d.o.o.	Niso dostavili vzorca
901767	01	KAVNIK D.O.O.	Plašč je krajši, kot razpisana zahteva (170cm). Na ovojnini ni kataloške številke in črtne kode za sledljivost
901768	01	TOSAMA d.o.o.	Plašč ni v celoti neprepusten za tekočine, ni lahek in zračen
901768	05	MEDITRADE D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901776	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Manjka prijemalka in komprese-zloženec 10x10cm, op podloga je premajhna
901776	01	MEDICA D.O.O.	Manjka prijemalka in komprese-zloženec 10x10cm, op podloga je premajhna
901776	06	B4SOUND	Op podloga je premajhna
901776	01	TOSAMA d.o.o.	Op podloga je premajhna
901777	01	PRO-GEM D.O.O.	Manjka prijemalka in komprese-zloženec 10x10cm, op podloga je premajhna
901777	05	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901777	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Manjka prijemalka, preveč kompres 90cmx90cm
901777	01	MEDICA D.O.O.	Manjka prijemalka in komprese-zloženec 10x10cm,op podloga je premajhna
901777	06	B4SOUND	Op podloga je premajhna
901778	01	PRO-GEM D.O.O.	Prvi sloj papirja prepušča vodo
901778	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Ovojni papir prepušča vodo, op rjuha nima lepilnega traku
901778	01	B4SOUND	Ovojni papir, oba sloja prepuščata vlago, tamponi so premajhni za čiščenje
901778	01	MEDICA D.O.O.	Zunanji ovojni papir premoči, prijemalka ni primerna za čiščenje
901779	01	PRO-GEM D.O.O.	Prvi sloj papirja prepušča vodo, priložena samo ena rjuha, zahtevane 3 kos
901779	05	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Niso dostavili vzorca

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
901779	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Ovojni papir prepušča vodo
901779	01	B4SOUND	Ovojni papir, oba sloja prepuščata vlago, tamponi so premajhni za čiščenje
901779	01	MEDICA D.O.O.	Pinceta slabo drži, ovojni papir - zunanji prepušča vlago
901779	01	MEDITRADE D.O.O.	Priložene rjuhe niso vpojne
901788	01	MEDICA D.O.O.	Zunanji ovojni papir premoči, prijemalka ni primerna za čiščenje
901821	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Kompresa je slabo vpojna

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 004		**ROKAVICE-KIRURŠKE (sterilno)**	
901787	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901787	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901787	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema, rob na zapestju se rola
901787	01	KAVNIK D.O.O.	Rokavice so debelejše od razpisnih zahtev, ne omogočajo finega oprijema
901787	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901788	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901788	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901788	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema, rob na zapestju se rola
901788	01	KAVNIK D.O.O.	Rokavice so debelejše od razpisnih zahtev, ne omogočajo finega oprijema
901788	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901789	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901789	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901789	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema, rob na zapestju se rola
901789	01	KAVNIK D.O.O.	Rokavice so debelejše od razpisnih zahtev, ne omogočajo finega oprijema
901789	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901790	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901790	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901790	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema, rob na zapestju se rola
901790	01	KAVNIK D.O.O.	Rokavice so debelejše od razpisnih zahtev, ne omogočajo finega oprijema
901790	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
901791	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901791	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema
901791	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so predebele, ne omogočajo finega oprijema, rob na zapestju se rola
901791	01	KAVNIK D.O.O.	Rokavice so debelejše od razpisnih zahtev, ne omogočajo finega oprijema
901791	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901792	01	INTERPART D.O.O.	Rokavice ne omogočajo finih oprijemov - mikrokirurgija
901792	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele ne omogočajo finega oprijema, rob ob zapestju se rola
901792	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice ne omogočajo finih oprijemov - mikrokirurgija
901792	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so grobe po občutku, barva rokavic je moteča, ni enaka L in D
901793	01	INTERPART D.O.O.	Rokavice ne omogočajo finih oprijemov - mikrokirurgija
901793	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele ne omogočajo finega oprijema, rob ob zapestju se rola
901793	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice ne omogočajo finih oprijemov - mikrokirurgija
901793	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so grobe po občutku, barva rokavic je moteča, ni enaka L in D
901794	01	INTERPART D.O.O.	Rokavice ne omogočajo finih oprijemov - mikrokirurgija
901794	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so predebele ne omogočajo finega oprijema, rob ob zapestju se rola
901794	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice ne omogočajo finih oprijemov - mikrokirurgija
901794	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so grobe po občutku, barva rokavic je moteča, ni enaka L in D
901795	01	COMBIC D.O.O.	Rokavice so pretanke
901795	01	PAUL HARTMAN ADRIATIC D.O.O.	Rokavice so pretanke
901795	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokavice so pretanke

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 005	**OBLOGE, OBLIŽI , GEL IN KAPLJICE**		
901552	06	SANOLABOR LJUBLJANA	Obloga ne ustreza dimenzijam razpisne dokumentacije
901552	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Obloga ne vsebuje NaCMC- hidrofiber
901610	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Ni iz hidrofiber (NaCMC) plasti
901611	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Ni iz hidrofiber (NaCMC) plasti
901796	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Film je neustrezen, ne vsebuje adhezivnega gela
901797	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Film je neustrezen, ne vsebuje adhezivnega gela
901800	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Obliž se ne obdrži na koži
901800	01	SIMPS,S D.O.O.	Obliž se ne obdrži na koži
901800	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Obliž se ne obdrži na koži
901801	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901801	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Obliž se težko loči od papirja, pri potnem in poraščenem pacientu lepilo ne drži in se odlepi
901801	06	MEDIASI d.o.o.	Obliž ima prekratka krilca za 1cm
901801	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Obliž nima podloge za krilca za i.v kanile, obliž v sredini ni prerezan do polovice
901802	05	KASTOR M.D. D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901803	05	KASTOR M.D. D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901806	05	INTERPART D.O.O.	Niso dostavili vzorca
901806	06	KASTOR M.D. D.O.O.	Obliž ne ustreza zahtevam dimenzij razpisne dokumentacija
901806	01	TOSAMA d.o.o.	Obliž je neustrezen za uporabo, ne prilagaja se koži pacienta, odstranjevanje je boleče
901807	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Napačno označen vzorec, obloga nima patentiranega 3D vpojnega jedra
901812	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Ne vsebuje natrijevega poliakrilata
901817	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Trakovi se hitro odlepijo po namestitvi, manj prilagodljivi za leplenje ran, lepilo ne drži

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
901817	01	LABOHEM D.O.O.	Trakovi se hitro odlepijo po namestitvi, manj prilagodljivi za lepljenje ran, lepilo ne drži
901817	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Trakovi se ob stiku s tekočino odlepijo, predebeli trakovi, po odstranitvi ostajajo ostanki lepila
901818	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Trakovi se ob stiku s tekočino odlepijo, predebeli trakovi, po odstranitvi ostajajo ostanki lepila, trakovi so preširoki
901818	01	LABOHEM D.O.O.	Trakovi se hitro odlepijo po namestitvi, manj prilagodljivi za lepljenje ran, lepilo ne drži
901818	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Trakovi se hitro odlepijo po namestitvi, manj prilagodljivi za lepljenje ran, lepilo ne drži
901820	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Obliž ne ustreza zahtevam RD, obliž za fiksacijo je za otroke
901820	01	TOSAMA d.o.o.	Obliž ne ustreza zahtevam RD, navaden sterilni obliž

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

39 OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**007**	**PODLOGE TALNE**	
901676	05	MIKRO POLO	Niso dostavili vzorca
901676	05	B4SOUND	Niso dostavili vzorca
901676	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Talna podloga ima premajhno lepljivost za odstranjevanje nesnage
901676	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Talna podloga ima premajhno lepljivost za odstranjevanje nesnage
901676	01	NOCOM D.O.O.	Talna podloga ima premajhno lepljivost za odstranjevanje nesnage