



DOM UPOKOJENCEV
ŠMARJE PRI JELŠAH

DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Rakeževa ulica 8
3240 Šmarje pri jelšah

03 81 71 460, 03 81 71 400
tajnistvo@dusmarje.si

Številka PJN: JN002637/2023-W01
Šmarje pri Jelšah, 4. 7. 2023

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. In 100/22 - ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA - JN002637/2023-W01

Javno naročilo »SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA, ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, ENTERALNE PREHRANE, OSEBNE VAROVALNE OPREME, RAZKUŽIL IN ROKAVIC« se po posameznih sklopih odda sledečim ponudnikom:

SKLOPI / IZBRANI PONUDNIKI	
2. sklop:	MATERIAL ZA OSKRBO RANE
1.	SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o., Motnica 003, 1236 Trzin
7. sklop:	OSTALI MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
1.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana
8. sklop:	ROKAVICE PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE, NE STERILNE
1.	PROLOCO MEDICO, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o., Trubarjeva cesta 093, 1000 Ljubljana
9. sklop:	ROKAVICE PREGLEDNE, NITRILNE, BREZ PUDRA, MOČNEJŠE, NE STERILNE
1.	Izdelava predmetov iz PE folije, Matjaž Kavnik s.p., Vosek 003E, Pesnica, 2231 Pernica
13. sklop:	ZAŠČITA ZA OČI
1.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici
14. sklop:	TYVEK
1.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici

Obrazložitev:

- Naročnik **DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah** je na Portalu javnih naročil objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti (v nadaljevanju javni razpis) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) za »SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA, ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, ENTERALNE PREHRANE, OSEBNE VAROVALNE OPREME, RAZKUŽIL IN ROKAVIC«.
- Razpisna dokumentacija je bila dostopna vsem potencialnim ponudnikom na Portalu javnih naročil.
- Naročnik je prejel vprašanja potencialnih ponudnikov, na katera je v roku podal odgovore.

4. Rok za oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN je bil do dne, 16. 5. 2023 do 12.00 ure.
5. Javno odpiranje ponudb je bilo dne, 16. 5. 2023, ob 13:00 uri. Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.
6. Zapisnik o odpiranju ponudb se je generiral po izvedenem odpiranju ponudb. Ponudniki so imeli v informacijskem sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki so jih ponudniki naložili v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
7. **Seznam prejetih ponudb:**

Ponudniki		Znesek z davkom (EUR)
2. sklop:	MATERIAL ZA OSKRBO RANE	
1.	SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o., Motnica 003, 1236 Trzin	3.314,88 €
2.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	4.379,79 €
7. sklop:	OSTALI MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO	
1.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici	3.588,93 €
2.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	4.172,62 €
8. sklop:	ROKAVICE PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE, NE STERILNE	
1.	PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana	13.812,84 €
2.	PROLOCO MEDICO, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o., Trubarjeva cesta 093, 1000 Ljubljana	13.875,06 €
3.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	13.937,28 €
4.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici	14.092,83 €
5.	ABK marketing, inženiring, trgovina, d.o.o., Špruha 013, 1236 Trzin	14.310,60 €
6.	Izdelava predmetov iz PE folije, Matjaž Kavnik s.p., Vosek 003E, Pesnica, 2231 Pernica	16.799,40 €
7.	LABORPLAST Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Nova Gorica, Gortanova ulica 035, 5000 Nova Gorica	18.207,44 €
8.	MAKOM TRGOVINA, d.o.o., Koroška cesta 064, 3320 Velenje	18.376,86 €
9. sklop:	ROKAVICE PREGLEDNE, NITRILNE, BREZ PUDRA, MOČNEJŠE, NE STERILNE	
1.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici	2.239,92 €
2.	LABORPLAST Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Nova Gorica, Gortanova ulica 035, 5000 Nova Gorica	2.344,34 €
3.	ABK marketing, inženiring, trgovina, d.o.o., Špruha 013, 1236 Trzin	2.470,50 €
4.	MAKOM TRGOVINA, d.o.o., Koroška cesta 064, 3320 Velenje	2.986,56 €
5.	PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana	3.843,00 €
6.	Izdelava predmetov iz PE folije, Matjaž Kavnik s.p., Vosek 003E, Pesnica, 2231 Pernica	5.215,50 €

7.	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor	7.411,50 €
8.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	13.176,00 €
13. sklop: ZAŠČITA ZA OČI		
1.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici	70,15 €
2.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	528,26 €
14. sklop: TYVEK		
1.	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici	96,99 €
2.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	457,87 €

8. Preverjanje ponudb:

- Strokovna komisija je v skladu s četrnim odstavkom 89. člena ponudbe razvrstila glede na merilo iz razpisne dokumentacije »ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop: **najnižja ponudbena cena z DDV**«.
- Pred razvrstitvijo je strokovna komisija ugotavljala morebitne računske napake. Napak ni bilo ugotovljenih.
- Strokovna komisija je najprej preverila prvouvrščene ponudnike (osnovno usposobljenost, preverjanje tehničnih specifikacij). V kolikor je ponudba bila dopustna, se ostale ponudbe podrobno niso preverjale.

Dopustna je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ugotovitve strokovne komisije:

2. sklop: MATERIAL ZA OSKRBO RANE

Ponudba ponudnika SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o., Motnica 003, 1236 Trzin, je v tem sklopu, dopustna.

7. sklop: OSTALI MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Ponudba ponudnika FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici, je v tem sklopu, nedopustna.

16. Vrečka za aspirator, imeti mora samo en priključek na cev, 2000 ml. Vrečka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Največja dovoljena teža prazne vrečke je 65 g in največja dovoljena višina prazne vrečke je do 7 cm. Omogočena mora biti serijska vezava, vsaj 10 vrečk na enem izvoru vakuumu. V vsaki vrečki mora biti hidrofolni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98 % učinkovitost

filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti testirana v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve vsaj 12 % več volumna od označenega. Pripomočke (posode), ki se uporabljajo pri aspiraciji za večkratno uporabo, je možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija (za Maxispeed 9,2 aspirator)

Ugotovitve: Iz tehničnega lista ni razvidno, da ponujen artikel izpolnjuje vse zahteve naročnika (da ima ročaj, sestava vrečke - brez PVC-ja, teža prazne vrečke, višina prazne vrečke, možnost polnitve vsaj 15 % več volumna od označenega...). Kljub pozivu ponudnik ni predložil dokazila, ki bi lahko potrdil, da ponujen artikel ustreza zahtevam. Artikel je neustrezen.

17. "Vrečka za aspirator, imeti mora samo en priključek na cev, 1000 ml. Vrečka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Največja dovoljena teža prazne vrečke je 55 g in največja dovoljena višina prazne vrečke je do 7 cm. Omogočena mora biti serijska vezava, vsaj 10 vrečk na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98 % učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti testirana v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve vsaj 15 % več volumna od označenega. Pripomočke (posode), ki se uporabljajo pri aspiraciji za večkratno uporabo, je možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija (vrečke za Maxispeed 9,2 aspirator)"

Ugotovitve: Iz tehničnega lista ni razvidno, da ponujen artikel izpolnjuje vse zahteve naročnika (da ima ročaj, sestava vrečke - brez PVC-ja, teža prazne vrečke, višina prazne vrečke, možnost polnitve vsaj 15 % več volumna od označenega...). Kljub pozivu ponudnik ni predložil dokazila, ki bi lahko potrdil, da ponujen artikel ustreza zahtevam. Artikel je neustrezen.

23. Nastavki za ušesni termometer Braun termoscan, LF 40 EULA

Ugotovitve: Ponudnik je na poziv dopolnil dokumentacijo, in sicer EC Certifikat, z deklaracijsko izjavo za termometer. Tehničnega lista ni predložil. V predračun je zapisal, da ponuja »Zaščitne leče FT 58«. Ponujeni nastavki niso v skladu s tehnično specifikacijo naročnika. Artikel je neustrezen.

8. sklop: ROKAVICE PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE, NE STERILNE

Ponudba ponudnika PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o., Beogradska ulica 4, 1000 Ljubljana, je v tem sklopu, nedopustna.

1. Dolžina min. 240mm, širina dlani 77mm. Debelina prsti: 0.11mm, debelina dlan: 0.07mm. Teža: 4.8g. Test neprepustnosti AQL 1,5 ali manj, vsebujejo <10µg proteinov na gram rokavice, natezna trdnost ASTM D3578: 28N/mm². Skladno z EN 455-1,2,-3,-4, EN 374-1,-2, CE in EN 420, uredba 2017/745, uredba 2016/425. Razred I, CE. Brez ftalatov, brez nitrozamina, brez NDMA in brez NDEA; velikost S, A100

2. Dolžina min. 240mm, širina dlani 95mm. Debelina prsti: 0.11mm, debelina dlan: 0,07mm. Teža: 4.8g. Test neprepustnosti AQL 1,5 ali manj, vsebujejo <10µg proteinov na gram rokavice, natezna trdnost ASTM D3578: 28N/mm². Skladno z EN 455-1,2,-3,-4, EN 374-1,-2, CE in EN 420, uredba 2017/745, uredba 2016/42. Razred I, CE. Brez ftalatov, brez nitrozamina, brez NDMA in brez NDEA; velikost M, A100

3. Dolžina min. 240mm, širina dlani 106mm. Debelina prsti: 0.11mm, debelina dlan: 0.07mm. Teža: 4.8g. Test neprepustnosti AQL 1,5 ali manj, vsebujejo <10µg proteinov na gram rokavice, natezna trdnost ASTM D3578: 28N/mm². Skladno z EN 455-1,2,-3,-4, EN 374-1,-2, CE in EN 420, uredba

2017/745, uredba 2016/42. Razred I, CE. Brez ftalatov, brez nitrozamina, brez NDMA in brez NDEA; velikost L, A100

Ugotovitve: Iz predloženega tehničnega lista je razvidno, da ponujene rokavice niso ustrezne debeline. Artikel pod zaporedno št. 1., 2., in 3. je neustrezen.

9. sklop: ROKAVICE PREGLEDNE, NITRILNE, BREZ PUDRA, MOČNEJŠE, NE STERILNE

1. Dolžina min. 240mm, širina 85mm. Debelina prsti: 0.15-0.17mm, debelina zapestje: 0.08-0.09mm, debelina dlan: 0.11-0.12mm. Teža: 5.6g. Test neprepustnosti G1, AQL 1.5. Skladno z EN 455-1,2,-3,-4, EN 374-1,-2, ISO 9001/13485, uredba EU 2016/425, kategorija III, HACCP, CE. Brez ftalatov, brez lateksa. Vijolične barve; velikost S, A100

2. Dolžina min. 240mm, širina 95mm. Debelina prsti: 0.15-0.17mm, debelina zapestje: 0.08-0.09mm, debelina dlan: 0.11-0.12mm. Teža: 6.0g. Test neprepustnosti G1, AQL 1.5. Skladno z EN 455-1,2,-3,-4, EN 374-1,-2,3, ISO 9001/13485, uredba EU 2016/425, kategorija III, HACCP, CE. Brez ftalatov, brez lateksa. Vijolične barve; velikost M, A100

3. Dolžina min. 240mm, širina 106mm. Debelina prsti: 0.15-0.17mm, debelina zapestje: 0.08-0.09mm, debelina dlan: 0.11-0.12mm. Teža: 6.6g. Test neprepustnosti G1, AQL 1.5. Skladno z EN 455-1,2,-3,-4, EN 374-1,-2, ISO 9001/13485, uredba EU 2016/425, kategorija III, HACCP, CE. Brez ftalatov, brez lateksa. Vijolične barve; velikost L, A100

Ponudba ponudnika FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici, je v tem sklopu, nedopustna.

Ugotovitve: Iz predložene dokumentacije je razviden model ponujenih rokavic. Tehničnega lista ponudnik ni predložil. Pri pregledu javno dostopne dokumentacije ugotavljamo, da ponujene rokavice niso ustrezne debeline. Artikel pod zaporedno št. 1., 2., in 3. je neustrezen.

Ponudba ponudnika LABORPLAST Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Nova Gorica, Gortanova ulica 035, 5000 Nova Gorica, je v tem sklopu, nedopustna.

Ugotovitve: Iz predloženega tehničnega lista je razvidno, da se dokumentacija ne ujema s ponujenimi artikli v ponudbenem predračunu. Ponudba je nedopustna.

Ponudba ponudnika ABK marketing, inženiring, trgovina, d.o.o., Špruha 013, 1236 Trzin, je v tem sklopu, nedopustna.

Ugotovitve: Iz predložene dokumentacije je razvidna serijska številka ponujenega artikla. Pri pregledu javno dostopne dokumentacije ugotavljamo, da ponujene rokavice niso ustrezne debeline. Artikel pod zaporedno št. 1., 2., in 3. je neustrezen.

Ponudba ponudnika MAKOM TRGOVINA, d.o.o., Koroška cesta 064, 3320 Velenje, je v tem sklopu, nedopustna.

Ugotovitve: Iz ponudbenega predračuna je razvidno, da ponujene rokavice niso ustreznega pakiranja. Artikel pod zaporedno št. 1., 2., in 3. je neustrezen.

Ponudba ponudnika PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, je v tem sklopu, nedopustna.

Ugotovitve: Iz predložene dokumentacije je razvidno, da ponujene rokavice niso ustrezne debeline. Artikel pod zaporedno št. 1., 2., in 3. je neustrezen.

13. sklop: ZAŠČITA ZA OČI

Ponudba ponudnika FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici, je v tem sklopu, dopustna.

14. sklop: TYVEK

Ponudba ponudnika FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici, je v tem sklopu, dopustna.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

Na podlagi desetega odstavka 90. člena ZJN-3 se odločitev o oddaji javnega naročila objavi na Portalu javnih naročil. Z dnem objave se šteje, da je odločitev vročena.

Pravni pouk:

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19); v nadaljevanju ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ki verjetno izkaže, da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zoper to pisno odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v roku pet (5) delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije vložijo zahtevo za revizijo.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma preko portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa za vložitev zahtevka skladno z določbo drugega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša 2.000,00 €. Vlagatelj, ki poda zahtevek za revizijo zoper enega ali več sklopov tega javnega naročila, mora plačati takso, ki ustreza seštevku takse za sklope, za katere vlagatelj vloga zahtevek za revizijo.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802; Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave javnega naročila)LL(eto23).



Gordana Drimel, direktorica

Vročiti:

- ☐ objava odločitve o oddaji javnega naročila preko Portala javnih naročil
- ☐ arhiv (tu)