



ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
Riharjeva ulica 38 | 1000 Ljubljana | Tel.: 0592 271 90
Faks: 0592 271 99 | gp.zdruzenje@zdrzz.si | www.zdrzz.si

Številka: 704
Datum: 24. 04. 2023

Na podlagi 3. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list Republike Slovenije št. 91/2015 s spremembami) naročnik ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Kot ekonomsko najugodnejša bo na javnem razpisu za oddajo javnega naročila »Dobava hitrih antigenih testov za SARS-CoV-2« izbrana ponudba ponudnika

AXON LAB d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, katerega skupna ponudbena vrednost znaša 930.800,00 EUR brez DDV.

Obrazložitev:

I.

Podatki o prejetih ponudbah

Naročnik je izvajal postopek javnega naročanja »Dobava hitrih antigenih testov za SARS-CoV-2« po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN001024/2023-B01 z dne 24. 2. 2023 in portalu EU pod št. objave 2023/S 041-121592 z dne 27. 2. 2023.

Do roka za oddajo ponudb, ki je bil določen za dne 31. 3. 2023, do 10:00 ure so prispele ponudbe petih (5) ponudnikov, in sicer:

Zap. št.	Naziv in naslov ponudnika
1	AXON LAB d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
2	GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
3	MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
4	MTD ELECTRONICS d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
5	SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana

II.

Razvrstitev ponudb glede na merila

Naročnik je v skladu s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 prispele ponudbe najprej razvrstil glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot je bilo to določeno v DJN, in sicer:

Zap. št.	PONUDBNIK	Vrednost v EUR brez DDV
1	MTD ELECTRONICS d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana	895.000,00
2	AXON LAB d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica	930.800,00
3	MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor	1.038.200,00
4	GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana	1.253.000,00*
5	SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana	2.559.700,00

*Podatek razviden iz vpisa vrednosti ponudbe na portalu e-JN. Ponudnik ni predložil celotnega obrazca Obr. št. 5: predračun- specifikacije.

III. Preverjanje dopustnosti ponudb

Naročnik je skladno s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril, ali je ponudba ponudnika, ki je prispela na predmetno javno naročilo, in je glede na merilo ekonomsko najugodnejša, dopustna.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe ponudnika **MTD ELECTRONICS d.o.o.**, ki je glede na merilo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo in ugotovil, da ponudba ponudnika **MTD ELECTRONICS d.o.o.** ni dopustna, saj ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, ki jih je slednji določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudb ugotovil, da je ponudnik **MTD ELECTRONICS d.o.o.** v Obr. št. 5: Predračun - Specifikacije ponudil artikel s kataložsko šifro CCOV-201 proizvajalca *Chil Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti*, ki je razvrščen na Seznam B v dokumentu Health Security Committee. EU Common list of COVID-19 antigen tests, in tako ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Naročnik je namreč v splošnih zahtevah v Obr. št. 5: Predračun - Specifikacije izrecno določil: »Test mora imeti ustrezno občutljivost in visoko specifičnost, ki mora biti dokazana s pomočjo klinične validacije v Evropski uniji (glej priporočila ECDC z dne 19. 11. 2020). Test mora biti na seznamu A v dokumentu: Health Security Committee. EU Common list of COVID-19 antigen tests. Seznam A (kategorija A) pomeni, da je bila evaluacija izvedena s prospektivno klinično študijo in ima ustrezno občutljivost in specifičnost. Test na tem seznamu so mednarodno sprejemljivi. Dokument je dosegljivi na: https://health.ec.europa.eu/publications/eu-common-list-covid-19-antigen-tests_en.«

Pri pregledu vzorcev ponudnika **MTD ELECTRONICS d.o.o.** je naročnik ugotovil tudi, da na ovojnicah brisov (paličic), ki jih proizvaja podjetje iz Turčije, ni podatka o pooblaščenem predstavniku proizvajalca v EU in pripadajoče oznake EC REP – avtorizirani predstavnik v EU, in tako ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Naročnik je namreč v tehničnih zahtevah v Obr. št. 5: Predračun - Specifikacije izrecno določil: »Na ovojnini brisov (paličic) morajo biti navedeni naslednji podatki: naziv in naslov proizvajalca (v kolikor proizvajalec ni iz EU, mora imeti ovojnina tudi podatek o pooblaščenem predstavniku proizvajalca v EU in pripadajočo oznako EC REP - avtorizirani predstavnik v EU), oznaka CE, ob kateri mora biti navedena identifikacijska številka priglasičenega organa ter oznaka, da so sterilne.«

Glede na navedeno, je naročnik ugotovil, da ponudnik v ponudbi ni ponudil artikla, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zaradi česar je ponudba ponudnika **MTD ELECTRONICS d.o.o.** na podlagi 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustna in se kot nedopustna izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

Nadalje je naročnik preveril glede na merilo naslednjo ekonomsko najugodnejšo ponudbo ponudnika **AXON LAB d.o.o.** in ugotovil, da je ponudba ponudnika **AXON LAB d.o.o.**, dopustna, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in je prispela pravočasno, pri njej pa ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik je skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku **AXON LAB d.o.o.** odda javno naročilo.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na merilo najugodnejša.

Dopustnosti ponudbe ostalih ponudnikov (GROUP 22 d.o.o., MIKRO+POLO d.o.o. in SANOLABOR, d.d.) naročnik skladno z 2. odstavkom 89. člena ZJN-3 ni preverjal.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev in je v skladu z določili ZJN-3 in glede na zgoraj navedeno obrazložitev odločil, ko izhaja iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji javnega naročila v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19). Ponudnik mora vložiti zahtevek za revizijo preko portala eRevizija. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 20.384,52 EUR na račun MF št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290 -00102423.

Marjan Pintar,
direktor

VROČITI:

- vsem ponudnikom, preko portala javnih naročil;
- arhiv naročnika.