OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**001**	**Izpiralne raztopine in voda za vlaženje kisika**	
080242	01	PROMED D.O.O	Iztok ni na sredini, ampak na strani.
080536	01	PROMED D.O.O	Iztok ni na sredini, ampak na strani.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**002**	**Medicinski pripomočki**	
080009	01	TOSAMA d.o.o.	Ponujen kožni marker in ne endoskopski marker.
080032	01	MINAMED	Neustrezna sestava in konsistenca.
080539	01	INTERPART D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj je gel slabše prevoden.
080539	01	IRIS D.O.O.	Gel je preveč viskozen in steče, kar onemogoča UZ preiskavo.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**003**	**Diagnostika in vitro**	
080347	01	MIKRO POLO	Artikel je neustrezen, saj odreagira kasneje na pričakovan čas, rezultat ni jasen.
080347	01	PROMED D.O.O	Artikel je neustrezen, saj odreagira kasneje na pričakovan čas, rezultat ni jasen.
080347	01	BETAMED d.o.o.	Artikel je neustrezen zaradi neustrezne embalaže, ki ovira proces dela. Nepraktično rokovanje.
080349	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj v UKC Maribor ne razpolagamo z aparatom, ki je potreben za analizo vzorcev.
080362	01	AXON LAB d.o.o.	Ponudnik ponuja test za določitev 13 parametrov. Zahtevano 10.
080530	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Navodila za uporabo so vsebinsko neustrezna.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 004	**Testi in indikatorji**		
080369	01	MIKRO POLO	Ponujen je integrator, namesto saržnega indikatorja.
080371	01	MIKRO POLO	Artikel je neustrezen, saj ni primeren za naš cevni sistem.
080378	01	SAN.KO.M. D.O.O.	Ponujeni integrator se ni dobro obarval v postopku testiranja. Ne ustreza zahtevani kakovosti.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 005 Blago široke potrošnje			
080551	01	TOSAMA d.o.o.	Ne ustreza razpisanim zahtevam po barvi in materialu.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 006	**Med. pripom. za otroški in porodni oddelek**		
010014	01	TOSAMA d.o.o.	Duda je prevelika.
010015	01	TOSAMA d.o.o.	Duda je prevelika.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**008**	**Igle za inzulin**	
080056	01	VENOFARMACIJA	Artikel je neustrezen, saj nima avtomatskega varnostnega zaklopa.
080287	06	IRIS D.O.O.	Neustrezna dolžina igle.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 009	**Med. pripom. za okulistiko, očesni pripravki**		
018001	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevani sestavi.
080305	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevani sestavi.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 010		**Med. pripom. za ginekološke oddelke**	
080297	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Neustrezna oblika.
080297	01	MEDITRADE D.O.O.	Neustrezna oblika. Vprašljiva ustreznost prenosa celic.
080323	01	ADVAMED d.o.o.	Ščetka ni ustrezna za vse pacientke.