



Datum: 17. 8. 2023
Številka: JN_2/2023

Naročnik na podlagi 90. člena ZJN-3 sprejema

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

za predmetno javno naročilo: NAKUP ZOBOZDRAVNIŠKIH STOLOV II, javno naročilo male vrednosti, objavljeno na portalu JN pod oznako JN004878/2023-W01 dne 25.7.2023.

Izbrani ponudnik je: 3D STRAŽIŠAR Dental depo d.o.o., Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 6, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Obrazložitev in utemeljitev odločitve:

Naročnik je do roka za oddajo ponudb, ki je bil dne 11.8.2023, prejel dve elektronsko oddani ponudbi ponudnikov:

-3D STRAŽIŠAR Dental depo, d.o.o., Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 6, 1351 Brezovica pri Ljubljani info@strazisar.si

- LUXUS PLUS, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o., Krekova ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica trgovinasilver@gmail.com

Naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil merilo ekonomsko najbolj ugodne ponudbe, kjer je vrednost ponudbe v EUR brez DDV edino merilo.

Ponudnika sta ponudila sledeče vrednosti v EUR brez DDV:


-3D STRAŽIŠAR Dental depo, d.o.o. je ponudil vrednost 109.315,00 EUR brez DDV

-LUXUS PLUS, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o. je ponudil vrednost 116.174,18 EUR brez DDV.

Naročnik je pristopil k pregledu ponudbe najbolj ugodnega ponudnika 3D STRAŽIŠAR Dental depo, d.o.o. in ugotovil, da je ponudba dopustna.

Naročnik je pristopil k pregledu ponudbe ponudnika LUXUS PLUS, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o. in ugotovil, da ponujeni predmet naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede na izpolnjeni obrazec obr. 3_1A tehnična specifikacija in sicer:

- Naročnik je zahteval »Turbinska cev, regulacija vode na koncu pri instrumentu«; ponudnik pa ponudil »omogoča regulacijo na dentalni enoti«;
- Naročnik je zahteval »Cev z mikro motorjem z regulacijo vode direktno na cevi pri mikromotorju«; ponudnik je ponudil »regulacijo na touch screenu«;



- Naročnik je zahteval »nerjaveča polička instalirana za asistent enoto, snemljiva«; ponudnik je pri postavki označil X, kar pomeni, da je ne ponuja;
- Naročnik je zahteval »povečevalno ogledalo za komunikacijo s pacientom«; ponudnik je pri postavki označil X, kar pomeni, da ga ne ponuja;
- Naročnik je zahteval »Škatla za higienske robce v standardni velikosti«; ponudnik je pri postavki označil X, kar pomeni, da je ne ponuja;
- Naročnik je zahteval »USB vmesnik z žicami«; ponudnik je pri postavki označil X, kar pomeni, da ga ne ponuja;
- Pri zaporedni št.23 je ponudnik navedel »endo ni«, kar ni ustrezno glede na zahteve naročnika.
- Pod zaporedno št. 54 je ponudnik označil X, kar pomeni da zahtevanega ne ponuja.

Naročnik ugotavlja, da je ponudba ponudnika LUXUS PLUS, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o., nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika iz tehnične specifikacije, ponudnik tudi ni ponudil odkupa rabljenih stolov, zato jo naročnik izloča iz ocenjevanja.

Naročnik ugotavlja, da je ponudba ponudnika 3D STRAŽIŠAR Dental depo, d.o.o., dopustna. Dopustna je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Pravni pouk:

Neizbrani ponudnik ima pravico, da v roku pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN) preko portala e-revizija. Zahtevku za revizijo, ki mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, mora biti priloženo potrdilo o plačani taksi, ki znaša 2.667,29 EUR.

Taksa se plača na račun št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem 11 16110-7111290-000487823. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo.

Direktor
Goran Štekar, dr.dent.med.

2

