

Številka: 200-7/2023-116
Datum: 12.09.2023

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-7/2023-111 z dne 31.08.2023**

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-7/2023
Predmet javnega naročila	MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo Sklop 1: MP za anes.in int.ter-ostalo Sklop 2: MP za anest.in int.ter.-asp.vrečke COB
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-7/2023-111 z dne 31.08.2023, kot sledi:

1) N010768 MANŠETA CELONOŽNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE

- Artikel 465101 »MANŠETA CELONOŽNA velikost L (4) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE kat.št. L-L4ZD2330 Mego Afek (sc=2kos)« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Manšeta ne omogoča merjenja venskega povratka in zato ne omogoča izvajanja kompresije individualno na vsakega bolnika, Merjenje se ne izvaja v intervalih na vsakih 30 minut.«

Naročnik za artikel 465101 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970855 »MANŠETA CELONOŽNA velikost L kat.št. 73013 Cardinal Health (sc=6kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 970855 s ponudnikom Interpart d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

2) N010769 MANŠETA CELONOŽNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE

- Artikel 465102 »MANŠETA CELONOŽNA velikost M (4) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE kat.št. M-L4ZD2320 Mego Afek« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Manšeta ne omogoča merjenja venskega povratka in zato ne omogoča izvajanja kompresije individualno na vsakega bolnika, Merjenje se ne izvaja v intervalih na vsakih 30 minut.«

Naročnik za artikel 465102 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970856 »MANŠETA CELONOŽNA velikost M kat.št. 73012 Cardinal Health (sc=10kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **najugodnejši.**

Naročnik bo za artikel 970856 s ponudnikom Interpart d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

3) N010771 "MANŠETA CELONOŽNA velikost S ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE"

- Artikel 465104 »MANŠETA CELONOŽNA velikost S (4) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE kat.št. S-L4ZD2410 Mego Afek (sc=2kos)« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Manšeta ne omogoča merjenja venskega povratka in zato ne omogoča izvajanja kompresije individualno na vsakega bolnika, Merjenje se ne izvaja v intervalih na vsakih 30 minut.«
Naročnik za artikel 465104 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970858 »"MANŠETA CELONOŽNA velikost S kat.št. 73011 Cardinal Health (sc=10kos)"« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 970858 s ponudnikom Interpart d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

4) N010770 MANŠETA STOPALNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE

- Artikel 465103 »MANŠETA STOPALNA velikost L (1) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE kat.št. L-L4ZD273M Mego Afek (sc=2kos)« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Manšeta ne omogoča merjenja venskega povratka in zato ne omogoča izvajanja kompresije individualno na vsakega bolnika, Merjenje se ne izvaja v intervalih na vsakih 30 minut.«
Naročnik za artikel 465103 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970857 »MANŠETA STOPALNA velikost L kat.št. 73033 Cardinal Health (sc=10kos)« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 970857 s ponudnikom Interpart d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

5) N010772 "MANŠETA STOPALNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE"

- Artikel 465105 »"MANŠETA STOPALNA velikost M (1) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE kat.št. M-L4ZD272M Mego Afek (sc=2kos)"« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Manšeta ne omogoča merjenja venskega povratka in zato ne omogoča izvajanja kompresije individualno na vsakega bolnika, Merjenje se ne izvaja v intervalih na vsakih 30 minut.«
Naročnik za artikel 465105 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 970859 »"MANŠETA STOPALNA velikost M kat.št. 73032 Cardinal Health (sc=10kos)"« ponudnika **Interpart d.o.o.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 970859 s ponudnikom Interpart d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

6) N010776 "SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI>40KG samolepljiv"

- artikel 465142 »SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Adult/Neonate kat.št. DEU490ANRD Medical Cables EU« ponudnika Dvojica d.o.o. se kot **ustrezen** (ustreza strokovnim zahtevam Masimo tehnologiji).
Naročnik bo za artikel 465142 s ponudnikom Dvojica d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

-artikel 465106 »"SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Neo CS-3 kat.št. 4478 Masimo (sc=20kos)« ponudnika Pharmamed-Mado d.o.o. se označi kot **ustrezen, vendar ni najugodnejši**.
Naročnik za artikel 465106 s ponudnikom Pharmamed-Mado d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

7) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-7/2023-111 z dne 31.08.2023 ne spreminja.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku **osmih delovnih dneh** od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00376023.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek, posl. sekr.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Natali Sardon Pahor, dipl. ekon. (UN)

PRILOGE:
- preglednica

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.



Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	DODATNI PODATKI	Rezultat	Vrednost	LPO	Strokovne zahteve
		N010768	MANŠETA CELONOŽNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE												
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465101	MANŠETA CELONOŽNA velikost L (4) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE kat.št. L-L4ZD2330 Mego Afek (sc=2kos)	N010768	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	30,1950		Artikel	PD1: MANŠETA 4 KOMORNA MEČA/STEGNO MEGO AFEK PD4: L PD6: 2 PD7: manšeta za preventivo globoke venske razjede	Neustrezen	452,9250	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	970855	MANŠETA CELONOŽNA velikost L kat.št. 73013 Cardinal Health (sc=6kos)	N010768	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	40,5040	1 Najugodnejš a cena	Artikel		Ustrezen	607,5600	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010768	MANŠETA CELONOŽNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE	N010768	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	50,0000	0	Nadomeste k	PD1: SCD600 manšeta celonožna odrasla velika FO-01-L PD4: kos PD6: 1 PD7: Poliester	Neustrezen	750,0000	15.000	Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 71.1 cm – 91.4 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu.Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.
		N010769	MANŠETA CELONOŽNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE												
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465102	MANŠETA CELONOŽNA velikost M (4) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE kat.št. M-L4ZD2320 Mego Afek	N010769	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	28,3650		Artikel	PD1: MANŠETA 4 KOMORNA MEČA/STEGNO MEGO AFEK PD4: M PD6: 2 PD7: manšeta za preventivo globoke venske razjede	Neustrezen	425,4750	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	970856	MANŠETA CELONOŽNA velikost M kat.št. 73012 Cardinal Health (sc=10kos)	N010769	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	40,5040	1 Najugodnejš a cena	Artikel		Ustrezen	607,5600	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010769	MANŠETA CELONOŽNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE	N010769	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	50,0000	0	Nadomeste k	PD1: SCD600 manšeta celonožna, odrasla FO-01-F PD4: kos PD6: 1 PD7: manšeta celonožna	Neustrezen	750,0000	15.000	Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 55.9 cm – 71.1 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.
		N010770	MANŠETA STOPALNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE												
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465103	MANŠETA STOPALNA velikost L (1) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE kat.št. L-L4ZD273M Mego Afek (sc=2kos)	N010770	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	33,5500		Artikel	PD1: MANŠETA 1 KOMORNA STOPALO VEL. L MEGO AFEK PD4: L PD6: 2 PD7: manšeta za preventivo globoke venske razjede	Neustrezen	503,2500	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	970857	MANŠETA STOPALNA velikost L kat.št. 73033 Cardinal Health (sc=10kos)	N010770	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	35,6240	1 Najugodnejš a cena	Artikel		Ustrezen	534,3600	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010770	MANŠETA STOPALNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE	N010770	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	50,0000	0	Nadomeste k	PD1: SCD600 Manšeta stopalna leva FO-03 PD4: kos PD6: 1 PD7: 420*360±20mm	Neustrezen	750,0000	15.000	Manšeta, stopalna, velika, nesterilna – za velikosti 41 in več,za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma
		N010771	MANŠETA CELONOŽNA velikost S ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE												
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465104	MANŠETA CELONOŽNA velikost S (4) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE kat.št. S-L4ZD2410 Mego Afek (sc=2kos)	N010771	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	30,1950		Artikel	PD1: MANŠETA 4 KOMORNA MEČA/STEGNO MEGO AFEK PD4: S PD6: 2 PD7: manšeta za preventivo globoke venske razjede	Neustrezen	452,9250	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	970858	MANŠETA CELONOŽNA velikost S kat.št. 73011 Cardinal Health (sc=10kos)	N010771	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	40,5040	1 Najugodnejš a cena	Artikel		Ustrezen	607,5600	15.000	

1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010771	MANŠETA CELONOŽNA velikost S ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE	N010771	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	50,0000	0	Nadomeste k	PD1: SCD600 manšeta celonožna odrasla mala FO-01-S PD4: kos PD6: 1 PD7: manšeta celonožna S	Neustrezen	750,0000	15.000	Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost S, za obseg stegna od 40.6 cm – 55.9 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu.Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.
		N010772	MANŠETA STOPALNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE												
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465105	MANŠETA STOPALNA velikost M (1) ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE kat.št. M-L4ZD272M Mego Afek (sc=2kos)	N010772	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	33,5500		Artikel	PD1: MANŠETA 1 KOMORNA STOPALO MEGO AFEK PD4: M PD6: 2 PD7: manšeta za preventivo globoke venske razjede	Neustrezen	503,2500	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	970859	MANŠETA STOPALNA velikost M kat.št. 73032 Cardinal Health (sc=10kos)	N010772	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	35,6240	1 Najugodnejš a cena	Artikel		Ustrezen	534,3600	15.000	
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010772	MANŠETA STOPALNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE	N010772	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	50,0000	0	Nadomeste k	PD1: SCD600 Manšeta stopalna FO-04 PD4: kos PD6: 1 PD7: Poliester	Neustrezen	750,0000	15.000	Manšeta, stopalna, srednja, nesterilna – za velikosti do 40, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.
		N010776	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv												
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465142	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv	N010776	KOS	002783	DVOJICA D.O.O.	15,8600	1 Najugodnejš a cena	artikel	PD1: Neonatalni/odrasli SpO2 senzor kompatibilen z Masimo PD4: 0,9-1m PD6: 1 PD7: Netkano blago, brez lateksa	Ustrezen	793,0000	50.000	Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg-Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števk med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) -Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnologijo ali enakovredno Mora biti latex-free
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	N010776	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv	N010776	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	17,2874	0	Nadomeste k	PD1: SpO2 senzor neonatalni, OEM MASIMO 4003 RD SET NEO PD4: kos PD6: 20 kos/škatlo, cena na kos PD7: SpO2 <3kg, >40kg, OEM Masimo RD 4003	Neustrezen	864,3700	50.000	Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg-Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števk med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) -Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnologijo ali enakovredno Mora biti latex-free
1506-1NP	MP za anes.in int.ter-ostalo	465106	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Neo CS-3 kat.št. 4478 Masimo (sc=20kos)	N010776	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	22,5700		Artikel	PD1: SpO2 RD senz odr/doje, 3ft <3 kg ali > 40 kg A20 PD4: Novorojenčki in odrasli PD6: 20 PD7: Hipoalergena nalepka z led diodami	Ustrezen	1.128,5000	50.000	