ZDRAVSTVENI DOM Metlika

ZDRAVSTVENI DOM METLIKA
CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 71
8330 METLIKA

Datum: 6.11.2017
Številka: JN-NMV 2/17

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) ter izvedenega postopka oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti »Dobava zobozdravstvenega materiala za potrebe ZD Metlika« naročnik izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Dobava zobozdravstvenega materiala za potrebe ZD Metlika« se odda

Ponudniku Sanolabor, d.d., Ljubljana v vrednosti 23.289,86€ brez DDV oz. 26.946,62€ z DDV

OBRAZLOŽITEV:

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako **JN008917/2017** z dne **16.10.2017**. Do roka za oddajo ponudb so prispele 3 pravočasne in pravilno označene ponudbe ponudnikov Sanolabor, d.d., Ljubljana, Interdent, d.o.o., Celje in Prodent, d.o.o., Ljubljana, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju z dne 27.10.2017, ki ga je naročnik poslal ponudnikom po izvedenem javnem odpiranju ponudb.

Pri popolnem pregledu vseh ponudb je naročnik ugotovil naslednje:

1. V **ponudbi ponudnika Prodent, d.o.o., Ljubljana, ki je ponudil najnižjo skupno vrednost 20.757,55€ brez DDV oz. 23.992,84€ z DDV** je naročnik ugotovil naslednje:

a) Pri artiklu pod zap. št. 1 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: SREDSTVO PROTI POOPERATIVNI PREOBČUTLJIVOSTI, ZARADI DELOVANJA ZNOTRAJ DENTINA NE USTVARJA POVRŠINSKEGA SLOJA, KLINIČNO DELOVANJE MIN 12 MESECEV, PENETRACIJA V ODPRTE DENTINSKE TUBULE VSE DO 200 MM1, PREPREČUJE RAZRAŠČANJE BAKTERIJ, V STEKLENIČKI 5ML
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Variotime easy Putty 600ml**, ki ne ustreza ne po volumnu (600ml namesto 5 ml), ne po namenu uporabe, saj je ponujeno sredstvo za odtiskovanje namesto sredstvo proti preobčutljivosti.

b) Pri artiklu pod zap. št. 4 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: A-SILIKON (VPS) ZA PRIMARNI ODTIS, FORMULA ZA VARIABILNI ČAS MEŠANJA + PRIPRAVA ZA ODTIS (60 - 150 SEKUND), INTRAORALNI ČAS STRJEVANJA 150 SEKUND, EN ISO TYPE 0, BAZA VIJOLIČNE BARVE, KATALIZATOR SVETLO SIVE BARVE, MAJHNE DIMENZIJSKE SPREMEMBE, GOSTOTA 1,6 g/cm? (pri 20 °C), MOŽNOST IZLITJA ODTISA 30 MIN. PO ODSTRANITVI IZ UST, OMOGOČA REPRODUKCIJA POVRŠINSKIH DETAJLOV MANJŠIH OD 20 ?M, 1SC= 2X300ML + ŽLIČKA
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Variotime heavy Tray 2 x 50ml**, ki ne ustreza zahtevanemu, saj je naročnik zahteval material in pakiranje za primarni odtis (2 x 300ml) v skladu z EN ISO TYPE 0, ponudnik pa je ponudil material v skladu z EN ISO TYPE 1 (drugačna viskoznost) in pakiranje za sekundarni odtis 2 x 50ml.

c) Pri artiklu pod zap. št. 118 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: KREMA ZA ZAŠČITO, NEGO IN OBNOVO KOŽE ROK, EMULZIJA VODA V OLJU, STOJEČA TUBA,100ML, SESTAVA VITAMIL E, VODA, TEKOČI PARAFIN, OKTIL PALMITAT, GLICEROL, SORBITAN OLEAT, POLIGLICEROL-3-RICINOLEAT, MLEČNA KISLINA, 100 ML

Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Krema za roke Esemtan 150ml**, ki ne ustreza zahtevanemu, saj je naročnik zahteval pakiranje po 100ml v tubi.

d) Pri artiklu pod zap. št. 126 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,6 X 25MM, SC A 100
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel Nastavki Black Mini 100x, ki ne ustreza zahtevanemu, saj niso ponujene injekcijske igle zahtevane dimenzije, ampak artikel s popolnoma drugim namenom uporabe.

V skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 je tako naročnik ugotovil, da ponudba ponudnika **Prodent, d.o.o., Ljubljana** ni dopustna, saj ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik se do ostalih artiklov iz ponudbe ni dodatno opredeljeval, ker že zaradi zgoraj navedenega, ponudba ponudnika **Prodent, d.o.o., Ljubljana** za ta sklop ni dopustna.

2. V **ponudbi ponudnika Interdent, d.o.o., Celje, ki je ponudil skupno vrednost 21.086,12€ brez DDV oz. 24.178,20€ z DDV** je naročnik ugotovil naslednje:

a) Pri artiklu pod zap. št. 4 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: A-SILIKON (VPS) ZA PRIMARNI ODTIS, FORMULA ZA VARIABILNI ČAS MEŠANJA + PRIPRAVA ZA ODTIS (60 - 150 SEKUND), INTRAORALNI ČAS STRJEVANJA 150 SEKUND, EN ISO TYPE 0, BAZA VIJOLIČNE BARVE, KATALIZATOR SVETLO SIVE BARVE, MAJHNE DIMENZIJSKE SPREMEMBE, GOSTOTA 1,6 g/cm3 (pri 20 °C), MOŽNOST IZLITJA ODTISA 30 MIN. PO ODSTRANITVI IZ UST, OMOGOČA REPRODUKCIJA POVRŠINSKIH DETAJLOV MANJŠIH OD 20 ?M, 1SC= 2X300ML + ŽLIČKA
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Express STD (ES7312), org.pak.2x305ml/550g**, kar ne ustreza zahtevanemu, saj je naročnik zahteval odtisni material z variabilnim časom strjevanja, ponudnik je ponudil material s fiksnim časom strjevanja, ki je daljši od zahtevanega, kar podaljšuje delo in je manj ugodno za pacienta. Ponujeni material ne ustreza zahtevam po gostoti (2,5g/cm3 namesto 1,6 g/cm3) in barvi.

b) Pri artiklu pod zap. št. 5 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: A-SILIKON (VPS) ZA KOREKTURNI ODTIS, FORMULA ZA VARIABILNI ČAS MEŠANJA + PRIPRAVA ZA ODTIS (60 - 150 SEKUND), INTRAORALNI ČAS STRJEVANJA 150 SEKUND, EN ISO TYPE 3, BAZA SVETLOZELENE BARVE, KATALIZATOR SVETLO SIVE BARVE, MAJHNE DIMENZIJSKE SPREMEMBE, GOSTOTA 1,2-1,4 g/cm3(pri 20 °C), MOŽNOST IZLITJA ODTISA 30 MIN. PO ODSTRANITVI IZ UST, OMOGOČA REPRODUKCIJA POVRŠINSKIH DETAJLOV MANJŠIH OD 20 ?M, V KARTUŠI, KOMPATIBILEN IN OD ISTEGA PROIZVAJALCA KOT ART.POD ZAP. ŠT. 4, 1SC= 2X50ML + 10X MEŠALNI NASTAVKI
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Express Light/Regular body kartuše, cena je za 2x48ml-org.pak.2x50ml**, kar ne ustreza zahtevanemu, saj je naročnik zahteval odtisni material z variabilnim časom strjevanja, ponudnik je ponudil material s fiksnim časom strjevanja, prav tako je ponudnik podal ceno za 2 x 48ml, namesto 2x 50ml, kot je bilo zahtevano.

c) Pri artiklu pod zap. št. 30 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: KONDENZACIJSKI GLASIONOMERNI CEMENT V KAPSULAH ZA NADGRADNJO IN POLNITVE, HITRO STRJUJOČ, JEDKANJE NI POTREBNO, RADIOPAČEN, PRIMEREN ZA RAZREDE I, II, V, KOT PODLOGA, ZA DOGRADITEV KRON, V KAPSULAH, V NAJMANJ SEDMIH BARVNIH ODTENKIH, S SKRAJŠANIM ČASOM ZA KOMPLETNO RESTAVRACIJO (3 MIN). IN KOMPRESIJSKO TRDNOSTJO MIN. 265 MPA, SC A 50CAPS A 0,14ML
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **RIVA Self Cure kapsule a50, razl.barve SDI8600002-8**, kar ne ustreza zahtevanemu, saj ponujeni artikle bistveno presega čas 3 minut za izdelavo kompletne restavracije, kot je bilo zahtevano.

d) Pri artiklu pod zap. št. 58 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: TRAK TAMPONADNI 1CM X 10M, IZ GAZE, POSAMIČNO PAKIRANJE, STERILEN
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **GAZA TRAK sterilna 1cm x 5m**, kar ne ustreza zahtevani dolžini 10m.

e) Pri artiklu pod zap. št. 118 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: KREMA ZA ZAŠČITO, NEGO IN OBNOVO KOŽE ROK, EMULZIJA VODA V OLJU, STOJEČA TUBA,100ML, SESTAVA VITAMIL E, VODA, TEKOČI PARAFIN, OKTIL PALMITAT, GLICEROL, SORBITAN OLEAT, POLIGLICEROL-3-RICINOLEAT, MLEČNA KISLINA, 100 ML
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Krema za roke OROCREMA 230ml**, ki ne ustreza zahtevanemu, saj je naročnik zahteval pakiranje po 100ml v tubi.

f) Pri artiklu pod zap. št. 124 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: ZAŠČITNE SERVIETE, TRISLOJNE, CELULOZA-POLIETILEN-CELULOZA, ABSORBIRAJO TEKOČINO, NE PREPUŠČAJO TEKOČINE, Z ŽEPKOM, S FIKSIRNIMI TRAKOVI, 37X 48 CM, ZAVITEK A 150 KOSOV
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Slinčki za enkratno uporabo dimenzije 33 X 45 cm, cena je za 150kos-org.pak.500kos,** ki ne ustreza zahtevanemu, saj je naročnik zahteval slinček dimenzije 37 x 48cm.

g) Pri artiklu pod zap. št. 194 je naročnik navedel naslednjo zahtevo: SLINČKI TRISLOJNI, CELULOZA-POLIETILEN-CELULOZA, ABSORBIRAJO TEKOČINO, NE PREPUŠČAJO TEKOČINE, Z ŽEPKOM, S FIKSIRNIMI TRAKOVI, 37 X 68 CM, ZAVITEK A 150 KOSOV
Ponudnik je v ponudbi ponudil artikel **Slinčki za enkratno uporabo dimenzije 37x68, 37x48, a150** in navedel poleg dveh dimenzij tudi dve različni kataloški številki, kar ne ustreza zahtevam naročnika, ki je pod to zap. št. izrecno zahteval slinček dimenzije 37 x 68cm. Ponudnik pod eno zap. št. in natančno zahtevo po velikosti ne more ponuditi dveh različnih dimenzij in dveh kat. št. Naročnik je drugo dimenzijo slinčkov (37x 48cm) zahteval pod zap. št. 124, kjer pa jo je ponudnik napačno ponudil (glej odločitev v točki 2.f).

V skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 je tako naročnik ugotovil, da ponudba ponudnika **Interdent, d.o.o., Celje** ni dopustna, saj ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik se do ostalih artiklov iz ponudbe ni dodatno opredeljeval, ker že zaradi zgoraj navedenega, ponudba ponudnika **Interdent, d.o.o., Celje** za ta sklop ni dopustna.

3. V **ponudbi ponudnika Sanolabor, d.d., Ljubljana, ki je ponudil skupno vrednost 23.289,86€ brez DDV oz. 26.946,62€ z DDV** je naročnik ugotovil naslednje:

Ponudba ponudnika **Sanolabor, d.d., Ljubljana** je dopustna v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, kar je naročnik ugotovil na podlagi podrobnejšega pregleda ponudbe, zato je naročnik javno naročilo oddal ponudniku **Sanolabor d.d., Ljubljana**, kot je razvidno iz izreka odločitve.

S tem je obvestilo obrazloženo in utemeljeno.

PRAVNI POUK:
Zoper to odločitev lahko ponudnik v roku 5 delovnih dni od objave odločitve o oddaji na Portalu JN vloži zahtevek za revizijo na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11; ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnem za javna naročila.
Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN, vlagatelj pa mora zahtevku tudi priložiti potrdilo o plačilu takse, ki znaša: 538,93€.

Takso je potrebno plačati na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00891717.

ZDRAVSTVENI DOM METLIKA
METLIKA
CBE 71

Odgovorna oseba naročnika:
direktorica Duška Vukšinič, mag. ekon. in posl. ved