SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

Številka: 200-27/2023-128
Datum: 28.02.2024

POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-23/2023-122 z dne 19.02.2024

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** **Ulica padlih borcev 13A** **5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**200-23/2023**
Predmet javnega naročila	**MP ostalo**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-23/2023-122 z dne 19.02.2024, kot sledi:

1) N008747 LOPATICA ZA JEZIK LESENA
- Artikel 465609 "LOPATICA ZA JEZIK LESENA 150x18MM kat.št. 9802 Meditrade (zav=100kos)" ponudnika **Meditrade d.o.o.** se označi kot **neustrezen** iz razloga: odstop od ponudbe - napačno podana cena na razpisano EM.
Naročnik za artikel 465609 s ponudnikom Meditrade d.o.o. ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

- Naročnik bo za artikel 013595 "LOPATICA ZA JEZIK LESENA kat.št. SLN001 Zarys (zav=100kos)" s ponudnikom Interpart d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

2) N007573 DROBILEC ZA TABLETE
Zaradi napake naročnika se vse ponudbe pod navedeno nadšifro zavrne in ne odda.

3) N008838 "VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA"
Artikel 465622 "VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA TEXIUM ZAPRT MOŠKI LUER Z Ž.POKR. kat.št. 10012241 Carefusion (sc=100kos)" ponudnika Mediasid.o.o. se označi kot neustrezen iz razloga: pretok je prenizek.
Naročnik za artikel 465622 s ponudnikom Mediasi d.o.o. ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

- Naročnik bo za artikel 958332 "VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA Spiros kat.št. CH-2000 ICU Medical (sc=100kos)" s ponudnikom Pharmamed Mado d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

4) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-27/2023-122 z dne 19.02.2024 ne spreminja.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku **osmih delovnih dneh** od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00701723.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek,posl.sekr.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Natali Sardon Pahor,dipl.ekon. (UN)

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" ŠEMPETER pri GORICI 3 NOVA GORICA

PRILOGE:
- preglednica

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva

Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	*DODATNI PODATKI*	*Rezultat*	*Vrednost*	*LPO*	*Strokovne zahteve*
		N007573	DROBILEC ZA TABLETE											
1544	MP ostalo	N007573	DROBILEC ZA TABLETE	KOS	001514	GOLIAS D.O.O.	1,2970	0	Nadomestek	PD1: Drobilec za tablete (pak po 30) PD4: 44,18 mm PD6: 30 PD7: Sestavljen iz dveh lončkov, z nazobčanim dnom.	Zaradi napake naročnika se artikel ne odda.	1.037,6000	800.000	Drobilec za tablete je sestavljen iz dveh prozornih lončkov, z nazobčanim dnom. Lončka sta med sabo skladna, ko damo enega v drugega, s pritiskom zobčki na dnu zdrobijo tableto. Drobilec je brez navoja.
1544	MP ostalo	051519	DROBILEC ZA TABLETE kat.št. 5163 Plastor d.o.o.	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	1,6486	0	Artikel		Zaradi napake naročnika se artikel ne odda.	1.318,8800	800.000	
1544	MP ostalo	N007573	DROBILEC ZA TABLETE	KOS	002051	MATJAŽ KAVNIK S.P.	2,5300	0	Nadomestek	PD1: Drobilec za tablete PD4: 35 mm PD6: 1 kos PD7: polycarbonat	Zaradi napake naročnika se artikel ne odda.	2.024,0000	800.000	Drobilec za tablete je sestavljen iz dveh prozornih lončkov, z nazobčanim dnom. Lončka sta med sabo skladna, ko damo enega v drugega, s pritiskom zobčki na dnu zdrobijo tableto. Drobilec je brez navoja.
1544	MP ostalo	N007573	DROBILEC ZA TABLETE	KOS	000049	IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA,	10,2480	0	Nadomestek	PD1: DROBILEC TABLET PD4: / PD6: 1 PD7: PP PD8: /	Zaradi napake naročnika se artikel ne odda.	8.198,4000	800.000	Drobilec za tablete je sestavljen iz dveh prozornih lončkov, z nazobčanim dnom. Lončka sta med sabo skladna, ko damo enega v drugega, s pritiskom zobčki na dnu zdrobijo tableto. Drobilec je brez navoja.
		N008747	LOPATICA ZA JEZIK LESENA											
1544	MP ostalo	465609	LOPATICA ZA JEZIK LESENA 150x18MM kat.št. 9802 Meditrade (zav=100kos)	ZAV	000243	MEDITRADE D.O.O.	0,0171	0	Artikel	PD1: Lopatica za jezik, lesena PD5: 9802 PD6: 100 PD7: Lopatica za jezik, lesena	Neustrezen: odstop od ponudbe - napačno podana cena na razpisano EM	1,7100	100.000	
1544	MP ostalo	013595	LOPATICA ZA JEZIK LESENA kat.št. SLN001 Zarys (zav=100kos)	ZAV	001547	INTERPART D.O.O.	1,5128	1 Najugodnejša	Artikel		Ustrezen	151,2800	100.000	
1544	MP ostalo	N008747	LOPATICA ZA JEZIK LESENA	ZAV	002051	MATJAŽ KAVNIK S.P.	1,5900	0	Nadomestek	PD1: Lesene palčke za usta PD4: 150 x 17 x 1,5 PD6: 100 kos PD7: naravni les - brezov	Neustrezen	159,0000	100.000	Lopatica namenjena diagnostičnemu pregledu ustne votline. Iz brezovega lesa. Lopatica ima zaobljen rob. In je gladka. Dolžina min. 15 cm max. 16 cm in širina min. 1,6 cm max. 1,8 cm.
1544	MP ostalo	013595	LOPATICA ZA JEZIK LESENA kat.št. SLN001 Zarys (zav=100kos)	ZAV	000032	SANOLABOR D.D.	1,6281	0	Artikel		Ustrezen	162,8100	100.000	
1544	MP ostalo	013595	LOPATICA ZA JEZIK LESENA kat.št. SLN001 Zarys (zav=100kos)	ZAV	000565	MEDICOTEHNA d.o.o.	1,7200	0	Artikel		Ustrezen	172,0000	100.000	
1544	MP ostalo	N008747	LOPATICA ZA JEZIK LESENA	ZAV	000120	COMBIC D.O.O.	3,8125	0	Nadomestek	PD1: LOPARČEK LESEN ZA JEZIK STERILEN, sc/a100 PD4: 18X150mm PD6: SC/A100 PD7: v medicinske namene skladno z zahtevanimi standardi	Neustrezen	381,2500	100.000	Lopatica namenjena diagnostičnemu pregledu ustne votline. Iz brezovega lesa. Lopatica ima zaobljen rob. In je gladka. Dolžina min. 15 cm max. 16 cm in širina min. 1,6 cm max. 1,8 cm.
		N008838	VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA											
1544	MP ostalo	465622	VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA TEXIUM ZAPRT MOŠKI LUER Z Ž.POKR. kat.št. 10012241 Carefusion (sc=100kos)	KOS	000203	MEDIASI D.O.O.	2,4034	0	Artikel	PD1: TEXIUM ZAPRT MOŠKI LUER Z Ž.POKR. a 100 PD4: / PD6: 100 PD7: TEXIUM ZAPRT MOŠKI LUER Z Ž.POKR. a 100	Neustrezen: pretok je prenizek	2.403,4000	1000.000	
1544	MP ostalo	958332	VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI SISTEMA Spiros kat.št. CH-2000 ICU Medical (sc=100kos)	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	4,8800	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	4.880,0000	1000.000	