

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

Ponudnik mora za ponujeno blago priložiti tehnično dokumentacijo s slikami v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, ter v predračun navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

V primeru, da proizvajalec in tip ponujenega blaga s strani ponudnika ne bo naveden in ga bo naročnik lahko nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije bo naročnik ta podatek upošteval. Glede na navedeno naročnik poudarja, to ni izločilni kriterij, v primeru, da bo lahko naročnik zahtevane podatke nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije ponudnika.

Predmet javnega naročila je dokup opreme za mobilno bolnišnico ROLE 2 BL z dobavo v letu 2024 in naslednjo razdelitvijo na sklope:

<i>Sklop</i>	<i>z.š.</i>	<i>artikel</i>	<i>Količina 2024</i>
SKLOP 1: Logistična oprema	1	Hladilni kontejner Mrtvašnica	1 kos
	2	Zunanji umivalnik za roke	1 kos
	3	Toplotna izolacija za šotore	22 kos
SKLOP 2: Kirurški inštrumenti	1	Trepanator	1 kos
	2	Kirurška žagica, vrtalnik z nastavki	1 kos
SKLOP 3: Vrtalnik za vzpostavitev intraosalne poti	1	Vrtalnik za vzpostavitev intraosalne poti	8 kpl
SKLOP 4: Operacijska miza	1	Operacijska miza	1 kpl
SKLOP 5: Mobilna operacijska miza	1	Mobilna operacijska miza	4 kpl

Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe.

Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.

TEHNIČNI OPISI in ZAHTEV PO SKLOPIH

SKLOP 1: LOGISTIČNA OPREMA

Naziv artikla		KOLIČINA 2024
1. Hladilni kontejner Mrtvašnica		1 kos
1.	Področje in namen uporabe	
Hladilni kontejner je namenjen shranjevanju trupel.		
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve	
Kontejner mrtvašnica mora imeti naslednje lastnosti:		
- Standardna dimenzija kontejnerja ST 20' - Zunanja višina max. 2600 cm - RAL 6014 F9 (olivno zelena) - Notranja konstrukcija je iz nerjavečega jekla (inox) - 6 polic iz nerjavečega jekla (inox) za odlaganje nosil nosilnosti min. 150 kg po polici - Montaža v hladilni zabojnik brez vijačenja v stene ali strop zabojnika - Hitra in preprosta demontaža z uporabo osnovnega orodja - Motažna povozna rampa z nosilnostjo vsaj 300 kg (možnost pritrdjevanja med transportom znotraj kontejnerja) - Hladilni del mora biti vgrajen v kotejner in ne sme segati izven standardnih dimezij kontejnerja - Kompresor hladilnika mora pri zunanji temperaturi 40 stopinj Celzija omogočati temperature v hladilniku do max 8 stopinj Celzija - Omogočiti mora vzdrževanje temperature 4-8 stopinj Celzija - Na vseh 4 stranicah in na strehi mora biti kontejner označen z rdečim križem na beli krožni podlagi (r = 100 cm). Točne pozicije in dimezije bo izbrani ponudnik dogovoril z naročnikom, po podpisu pogodbe		
Notranja razporeditev polic je skladna s spodnjo skico:		
TLORIS STRANSKI RIS 5400 2250 2200 2200 500 500 700		

3.	Tehnična dokumentacija
-	Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi.
-	Navodila glede intervalov vzdrževanja. Priloženo ob dobavi.
-	CE certifikat
4.	Ostale zahteve
-	1-letna garancija
-	Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga.
-	Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov.
-	Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe.
-	Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Zunanji umivalnik za roke	
1 kos	
1.	Področje in namen uporabe
Zunanji umivalnik za roke je namejen za higiensko umivanje rok zunaj in znotraj mobilnih objektov.	
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve
Umivalnik mora imeti naslednje lastnosti:	
-	Material umivalnega korita mora biti nerjavečega materiala. Ostale površine morajo omogočati enostavno čiščenje in vzdrževanje
-	Dimenzije zloženega 70 cm x 60 cm x 35 cm
-	Teža max 50 kg
-	4 noge iz nerjavečega materiala
-	Košarica za pribor
-	Instrumentalna mizica
-	Milnik
-	Cevi za čisto in odpadno vodo
-	Delovanje upravljanje pretoka vode z nogo
-	2 posodi za čisto vodo s kapaciteto 15 do 25 litrov
-	2 posodi za odpadno vodo s kapaciteto 15 do 25 litrov
-	Pakirano v zaščitnem zaboju za transport in shranjevanje
3.	Tehnična dokumentacija
-	Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi.
-	Navodila glede intervalov vzdrževanja. Priloženo ob dobavi.
-	CE certifikat
4.	Ostale zahteve
-	1-letna garancija
-	Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga.
-	Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov.
-	Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe.
-	Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.

3. Toplotna izolacija za šotore		22 kos
1.	Področje in namen uporabe	Toplotna izolacija je namenjena ohranjanju temperature v šotoru in zmanjšanju porabe energentov.
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve	Izolacija mora imeti naslednje lastnosti: - Širina 2,3 m in dolžine 6 m - Obrobljena mora biti z materialom, ki omogoča pritrdjevanje na alu konstrukcijo - Na vseh 4 kotih mora biti namešen trak s samozatezno sponko in na koncu pritrdilni kavelj - Material je PU pena prevlečena z alumijasto folijo - Združljiva mora biti z šotori proizvajalca Schall EH2 II - V kotih mora biti možnost pritrditve dodatne vrvi za montažo na šotor
3.	Tehnična dokumentacija	- Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi. - Navodila glede intervalov vzdrževanja. Priloženo ob dobavi. - CE certifikat
4.	Ostale zahteve	- 1 letna garancija - Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe. - Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.

SKLOP 2: KIRURŠKI INŠTRUMENTI

Naziv artikla		Količina 2024
1. Trepanator		1 kos
1.	Področje in namen uporabe	
Trepanator se uporablja med operativnimi posegi pri postopkih DCS, predvsem na področju OP glave.		
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve	
Trepanator mora imeti naslednje lastnosti:		
- hitro vrteče se vrtalno orodje – motor 0-60.000 vrtljajev / min na električni pogon. Omogoča uporabno različnih specialnih nastavkov - konzola na katero se električna vrtalka priklopi, omogoča regulacijo hitrosti vrtenja motorja ročnika in vodno hlajenje - omogoča kontrolo vrtenja. Možno ga je podaljšati in prilagoditi velikosti roke z enostavnim izvlekom notranje ročice. - <i>Zaščitna kapa za vstopno mesto za cev pred vstopom vode pri strojnem pranju</i> - Nastavek za vrtanje z mini hitro sklopko za - Nastavek sagitalna žagica - Nastavek recipročna žagica - Nastavek za kiršnerjeve žice s sklopko kanulacija od 0–1,6 mm, - Nastavek za kraniotomska rezila s ščitnikom - Nastavek za trepanator		
3.	Tehnična dokumentacija	
- Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi. - Navodila glede intervalov vzdrževanja.Priloženo ob dobavi.		
4.	Ostale zahteve	
- 1- letna garancija - Možnost vzdrževanja in popravil vsaj 8 let (<i>ni predmet tega javnega naročila!</i>). - Možnost nadomestnega aparata v času popravila na stroške dobavitelja. - Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga. - Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov. - Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe. - Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.		

2. Kirurška žagica, vrtalnik z nastavki		1 kos
1.	Področje in namen uporabe	
Kirurška žagica, vrtalnik se uporablja med kirurškimi posegi za izvedbo DCS operacij.		
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve	
Kirurška žagica, vrtalnik mora imeti naslednje lastnosti:		
- Baterijska vrtalka, kjer se iz plastičnega ohišja pred sterilizacijo odstrani celotna elektronika - Vrtalka je modularna in vsi nastavki se uporabljajo na osnovnem ročniku. - teža vrtalke cca 1300 g - prilagodljiva hitrost 0-18000 rpm - kanulacija 4.1 mm - baterija Li – Ion - moč 25.2 V - kapaciteta 1.2 Ah - čas polnjenja < 60 min - VARIO pladenj 1 kos, - baterijski vložek z elektronsko kontrolno enoto in motorjem - sterilno kritje - glava z hitro spojko - vpenjalna glava Jacobs za vrtanje (hitrost za vrtanje) z ključem, 0.5-7.3 - nastavek za acetabularno in medularno povrtavanje, - nastavek z hitro sklopko za K-zico 1.0-4.0mm - nastavek z hitro sklopko za DHS/DCS trojni sveder - nastavek - sagitalna žaga, dolga, s T-ključem - pokrov za baterijski - posodica s S specialnim oljem, 40ml 1 kos - Univerzalni baterijski polnilec - nastavek - recipročna / vbodna žaga - sternalni nastavek za recipročni / vbodno žago		
3.	Tehnična dokumentacija	
- Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi. - Navodila glede intervalov vzdrževanja. Priloženo ob dobavi.		
4.	Ostale zahteve	
- 1 letna garancija - Možnost vzdrževanja in popravil vsaj 8 let (<i>ni predmet tega javnega naročila!</i>). - Možnost nadomestnega aparata v času popravila, na stroške dobavitelja. - Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga. - Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov. - Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe. - Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.		

SKLOP 3: VRTALNIK ZA VZPOSTAVITEV INTRAOSALNE POTI

Naziv artikla		Količina 2024
1. Vrtalnik za vzpostavitev intraosalne poti		8 kpl
1.	Področje in namen uporabe	
Vrtalnik se uporablja za vzpostavitev intraosalne poti.		
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve	
Vrtalnik za vzpostavitev intraosalne poti mora imeti naslednje lastnosti:		
- Baterijska vrtalka, ki ima baterijo z zmogljivostjo vsaj 400 vbodov. - Indikator napolnjenosti baterije - Vrtalka je za večkratno uporabo. - Omogočati mora čiščenje in razkuževanje. - IO igle morajo biti streile in v različnih velikostih. V osnovnem kompletu morajo biti 2 igli dolžine 45 mm (z fiksaterjem), 2 igli dolžine 12 mm (z fiksaterjem) in 2 igli 15 mm (z fiksaterjem). - Komplet vrtalke in igle je pospravljen v zaščitni torbici ali kovčku. - teža vrtalke manj kot 350 g.		
3.	Tehnična dokumentacija	
- Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi. - Navodila glede intervalov vzdrževanja.Priloženo ob dobavi.		
4.	Ostale zahteve	
- 1- letna garancija - Možnost vzdrževanja in popravil vsaj 8 let (<i>ni predmet tega javnega naročila!</i>). - Možnost nadomestnega aparata v času popravila na stroške dobavitelja. - Ob dobavi mora biti priloženo tudi material in gradivo za usposabljanje (1 učni set vrtalke za usposabljanje z iglami simuliranimi vbodnimio mesti). - Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga. - Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov. - Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe. - Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.		

SKLOP 4: OPERACIJSKA MIZA

Naziv artikla		Količina 2024
1. Operacijska miza		1 kpl
1.	Področje in namen uporabe:	
Kirurška miza je namenjena izvajanju OP posegov v kirurgiji.		
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve:	
Kirurška miza mora biti:		
- Nastavljiva po višini ročno oz. nožno - Ergonomski in odstranljivi oblazinjeni deli - Omogočati mora čiščenje in dezinfekcijo - Stabilna mora biti v vseh nastavitvah - Omogočati mora RTG slikanja in uporabo c-lok RTG - Nosilnost vsaj 140 kg - Dvig vsaj od 75 cm do 95 cm - Trendelburgov položaj od -30 stopinj do + 30 stopinj - Lateralni nagib do 20 stopinj - Nastavljiv hrbtni naslon od – 40 stopinj do + 75 stopinj - Kolesa za premikanje mize velikosti vsaj 100 mm, ki morajo omogočati vožnjo in zaklepanje - Nastavljiv del za vsako nogo posebej od + 25 stopinj do – 90 stopinj - Ob straneh nosilne tirnice za montažo dodatne opreme - Opora za 2 roki - Aluminijasti transportni zaščitni zaboj za transport in shranjevanje OP mize		
3.	Tehnična dokumentacija	
Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi.		
- CE certifikat		
4.	Ostale zahteve	
- 1- letna garancija - Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga. - Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov. - Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe. - Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.		

SKLOP 5: MOBILNA OPERACIJSKA MIZA

Naziv artikla		Količina 2024
1. Mobilna operacijska miza		4 kpl
1.	Področje in namen uporabe	
Kirurška miza je namenjena izvajanju OP posegov v kirurgiji v šotoru ali drugih improviziranih objektih.		
2.	Funkcionalne in druge tehnične zahteve	
Kirurška miza mora biti:		
- Sestavljiva in namenjena hitri postavitvi. - 2 zložljive noge z možnostjo fiksacije NATO nosil (STANAG 2040) - 2 infuzijska stojala z možnostjo pritrditve na noge - 4 nosilci za pritrditev opreme - Zložljiva MAJO mizica s stojalom - Zložljiva Nato nosila (na ¼) - Transportni zaboj - Nosilnost vsaj 200 kg - Peščene ali zelene barve		
3.	Tehnična dokumentacija	
Navodila v slovenskem ali angleškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Priloženo ob dobavi.		
- CE certifikat		
4.	Ostale zahteve	
- 1- letna garancija - Ponudnik zagotavlja osnovno usposabljanje uporabnikov, ki se izvede ob kakovostnem prevzemu blaga. - Ponudnik zagotavlja ustrezno strokovno podporo (po telefonu ali online) tudi po zaključenem osnovnem usposabljanju uporabnikov. - Rok dobave: najkasneje v 90 koledarskih dni, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe. - Kraj dobave: Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica.		