Na podlagi 31. člena Statuta Instituta ter v skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23 v nadaljevanju: ZJN-3) izdajam

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

NAROČILO MALE VREDNOSTI

47. člen ZJN-3

(vrsta postopka)

»NABAVA IN INSTALACIJA SISTEMA ZA MIKROTEHTANJE «

(predmet javnega naročila)

JN08/24

(interna oznaka javnega naročila)

JN001828/2024

(številka objave na Portalu RS oziroma EU)

Javno naročilo se odda ponudniku:

METTLER TOLEDO družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Pot heroja Trtnika 026, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje na podlagi ponudbe št. 2000-2240007016 z dne 02.04.2024 v vrednosti 39.509,79 EUR brez DDV oziroma 48.201,94 EUR z DDV.

OBRAZLOŽITEV

1. Na javni razpis sta bili prek sistema e-JN pravočasno oddani **2** ponudbi:

Zap. št.	Naziv in naslov ponudnika	Datum in ura oddaje
1	LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Selca 163, Železniki, 4227 Selca	05.04.2024 08:30
2	METTLER TOLEDO družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Pot heroja Trtnika 026, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje	04.04.2024 14:11

2. Naročnik je razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena:

Zap. št.	Naziv in naslov ponudnika	Znesek EUR brez DDV	Znesek davka EUR	Znesek z DDV
1	LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Selca 163, Železniki, 4227 Selca	31.915,60	7.021,43	38.937,03
2	METTLER TOLEDO družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Pot heroja Trtnika 026, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje	39.509,79	8.692,15	48.201,94

3. Naročnik je preveril prvouvrščeno ponudbo ponudnika **LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Selca 163, Železniki, 4227 Selca** in ugotovil, da je ponudba **nedopustna**, ker ne zadosti definiciji dopustnosti ponudbe. Skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna namreč le tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Glede na navedene ugotovitve naročnik prvouvrščeno ponudbo **LOTRIČ Meroslovje d.o.o.** zavrača iz razloga, ker ponudba ne ustreza njegovim zahtevam v določenih tehničnih specifikacijah ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer:

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Mikrotehtnica** v Tehničnih specifikacijah med drugim zahteval, da mora mikrotehtnica pri meritvah zagotavljati Ponovljivost (pri nominalni obremenitvi): vsaj **0,25 µg**. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. v svoji ponudbi v tehničnih specifikacijah, pod alinejo **Mikrotehtnica** te lastnosti specificira z odstopanjem. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. ponuja Ponovljivost (pri nominalni obremenitvi) **0,35 µg,** kar ni skladno s tehničnimi specifikacijami določenimi v razpisni dokumentaciji.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Tipične vrednosti mikrotehtnice** v Tehničnih specifikacijah med drugim zahteval Odstopanje od linearnosti: **max 0,5 µg** in Odstopanje ekscentričnosti pri 1 g: **max 0,8 µg**. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. v svoji ponudbi v tehničnih specifikacijah, pod alinejo **Tipične vrednosti mikrotehtnice** te lastnosti specificira z odstopanjem. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. ponuja Odstopanje od linearnosti: **max 10 µg** in Odstopanje ekscentričnosti pri 1 g: **max 10 µg,** kar ni bila zahteva razpisne dokumentacije.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Dimenzije in druge specifikacije** v Tehničnih specifikacijah med drugim zahteval Velikost (Š × D × V): **ne več kot 130 × 400 × 200 mm** in Največja masa: **6 kg**. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. v tehničnih specifikacijah, pod alinejo **Dimenzije in druge specifikacije** te lastnosti specificira z odstopanjem. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. ponuja Velikost (Š × D × V): **262 x 413 x 184 mm** in Največjo maso: **9,1 kg**. Ponujena velikost in teža presegata zahtevane dimenzije tehničnih specifikacij naročnika.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Razelektritvena naprava za vzorce** v Tehničnih specifikacijah zahteval kompaktno razelektritveno napravo za vzorce. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. v tehničnih specifikacijah, pod alinejo **Razelektritvena naprava za vzorce** teh lastnosti ne specificira. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. navaja, da je razelektritvena naprava za vzorce vgrajena v sam sistem, česar v priloženih prospektih ni navedeno.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Zunanja protivetrna zaščita za mikrotehtnico** v Tehničnih specifikacijah med drugim zahteval Mere (V x Š x G): **največ 200 x 200 x 450 mm** in Največja masa: **4 kg**. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. v tehničnih specifikacijah, pod alinejo **Zunanja protivetrna zaščita za mikrotehtnico** te lastnosti specificira z odstopanjem. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. ponuja (V x Š x G): **250 x 350 x 560 mm** in Največja masa: **7,6 kg**. Ponujene dimenzije protivetrne zaščite presegajo zahtevane dimenzije določene v tehničnih zahtevah naročnika.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Termalni printer** v Tehničnih specifikacijah zahteval, da so vse zahteve **združene v eni napravi**. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. v tehničnih specifikacijah, pod alinejo **Termalni printer** te lastnosti specificira z odstopanjem. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. **ponuja več naprav**, kar ni v skladu s potrebami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji. Obenem ponujeno zaradi prostorske omejitve in kompaktnosti sistema pri naravi meritev, ne ustreza.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Testne uteži** v Tehničnih specifikacijah med drugim zahteval dodatno opremo (rokavice). Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. dodatne opreme (rokavice) ne ponuja v svoji ponudbi.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod alinejo **Antivibracijska betonska miza** v Tehničnih specifikacijah med drugim zahteval debele betonske podpornike širine vsaj 18 cm. Ponudnik Lotrič Meroslovje d.o.o. betonskih podpornikov ne ponuja v svoji ponudbi.

4. Nato je naročnik preveril drugo uvrščeno ponudbo ponudnika **METTLER TOLEDO družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Pot heroja Trtnika 026, Ljubljana, 1261 Ljubljana – Dobrunje,** ki je sicer po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba - najnižja cena manj ugodna, kot ponudba ponudnika LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Selca 163, Železniki, 4227 Selca, vendar je ugotovil, da je **dopustna**. Dopustna je namreč tista ponudba, ki jo skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

5. S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila.

PRAVNI POUK:

Vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda in zagovornik javnega interesa lahko vloži zahtevek za revizijo po odločitvi o oddaji javnega naročila v **pet delovnih dneh** od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vse elemente iz 15. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži prek spletnega informacijskega portala Državne revizijske komisije – eRevizija.

Vlagatelj mora zahtevku priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 964,04 € z DDV.

Taksa se plača na ustrezen račun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek.

Transakcijski račun:	SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri:	Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA:	BS LJ SI 2X
IBAN:	SI56011001000358802

Sklic:	11 16110-7111290-**00182824**

Ljubljana, 22.05.2024
(datum)

direktor:

Digitalni podpis:
ZALAR BOŠTJAN
Podpisano: 21.05.2024 15:46:47

prof. dr. Boštjan Zalar

Dokument prejme:

- Objava na Portalu javnih naročil
- Arhiv naročnika