



**DOM
POČITKA
MENGEŠ**

Dom počitka Mengeš
Glavni trg 13
1234 Mengeš

TEL: 01 723 72 28
E-MAIL: zavod@dpm.si

Številka na PJN: JN002238/2024-SL1/01
Mengeš, 10. 6. 2024

Na podlagi petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik **DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ**, sprejema naslednjo

SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA - JN002238/2024-SL1/01

Naročnik sprejema spremembo odločitve, da se vse prejete ponudbe za razpisan predmet javnega naročila »NAKUP BOLNIŠKIH POSTELJ IN OSTALE OPREME«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. JN002238/2024-SL1/01 v skladu s 5. odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), zavrnejo.

Obrazložitev:

1. Naročnik **DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ**, je na Portalu javnih naročil, dne 8. 4. 2024, pod št. JN002238/2024-SL1/01, objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) za predmet naročila »NAKUP BOLNIŠKIH POSTELJ IN OSTALE OPREME«.
2. Naročnik je dne 3. 6. 2024 objavil Odločitev o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil, pod št. JN002238/2024-ODL/01.
3. Naročnik je na podlagi Poziva k odpravi nezakonitosti in predloga za spremembo odločitve s strani ponudnika MEDPROM, Zastopanje in prodaja, d. o. o., Ukmarjeva ulica 004, 1000 Ljubljana, vrnil ponudbe na ponoven pregled glede dopustnosti.
4. Strokovna komisija je vrnila ponudbe nazaj v fazo pregleda in ugotavljala dopustnost prejetih ponudb. V razpisni dokumentaciji pri zahtevanih tehničnih specifikacijah je komisija ugotovila pomanjkljivosti pri zahtevah, ki jih v nadaljevanju naročnik izpostavlja. Ker je posledično dopuščena možnost različnih interpretacij je strokovna komisija ugotovila, da ni mogoče zakonito in gospodarno izbrati dopustno ponudbo, saj je v tehničnih specifikacijah niso bile ali pa niso bile dovolj jasno opredeljene zahteve naročnika, ki bi omogočale zakonito izbiro glede same ustreznosti ponujenih artiklov.

Strokovna komisija je ugotovila, da tehnične specifikacije v ponudbenem predračunu ponekod sploh niso navedene ali pa niso dovolj natančno opredeljene in je dopuščeno različno interpretiranje, kar pa pomeni posledično preveliko odstopanje od dejanskih potreb naročnika.

Opis naročila in ugotovitve v pomanjkljivosti tehničnih zahtev za posamezne artikle:

→ Artikel pod zaporedno št. 1 Bolniška postelja (BP)

- **vzglavni in vznožni del sta prav tako nastavljiva s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca, v primeru izpada el. toka je motor opremljen z baterijo, ki omogoča postavitev postelje v začetni položaj,**

Naročnik ni opredelil niti ene tehnične zahteve od pomembnih lastnost električne baterije za bolniško posteljo. Naročnik bi moral določiti vsaj nekaj od naštetih:

- Zmogljivost baterije (kapaciteta): Baterija mora imeti dovolj veliko kapaciteto (izraženo v Ah ali Wh), da lahko postelja deluje več ur brez napajanja iz omrežja, kar je ključno v primeru izpada električne energije.
- Čas polnjenja: Čas, potreben za popolno polnjenje baterije, naj bo čim krajši, da bo postelja hitro pripravljena za ponovno uporabo.
- Življenjska doba baterije: Dolga življenjska doba baterije, merjena v ciklih polnjenja in praznjenja, zagotavlja dolgotrajno zanesljivost in zmanjšuje potrebo po pogostih zamenjavah.
- Enostavna zamenjava: Baterija mora biti enostavno zamenljiva, da lahko zdravstveno osebje hitro zamenja baterijo brez potrebe po posebnem orodju ali tehničnem znanju.
- Stanje napolnjenosti: Indikatorji stanja napolnjenosti baterije, ki omogočajo spremljanje preostalega časa delovanja in pravočasno polnjenje baterije.
- Varnostne funkcije: Baterija mora imeti vgrajene varnostne funkcije, kot so zaščita pred prenapetostjo, pregrevanjem in kratkim stikom, da prepreči poškodbe postelje in zagotovi varnost pacienta in osebja.
- Kompatibilnost: Baterija mora biti kompatibilna s specifičnim modelom bolniške postelje in njenimi elektronskimi komponentami.
- Teža in velikost: Optimalna teža in velikost baterije za enostavno namestitev in neoviran dostop do drugih funkcij postelje.

Te lastnosti so ključne za zagotovitev, da električna baterija zanesljivo podpira delovanje bolniške postelje tudi v primeru izpada električne energije, kar je bistveno za varnost in udobje pacienta ter nemoteno delo zdravstvenega osebja. **Pri zelo pomanjkljivem obstoječem opisu naročnik ne more zagotoviti funkcionalnost, ki jo želi zagotoviti uporabnikom. Ponudbe prav tako niso primerljive, saj se dopušča različna kvaliteta...**

- **daljinski upravljelec odporen na padce, lahko se čisti z mokro krpo in razkužuje**

Naročnik je opredelil zahtevo vezano na daljinski upravljelec. Naročnik bi moral določiti vsaj nekaj od naštetih:

- Ergonomična oblika: Daljinski upravljelec mora biti ergonomsko oblikovan za enostavno uporabo in udobno držanje, tudi za uporabnike z omejeno gibljivostjo.
- Osvetljene tipke: Osvetljene tipke za uporabo v slabših svetlobnih pogojih, kar povečuje varnost in omogoča enostavno upravljanje ponoči.
- Funkcija zaklepanja: Možnost zaklepanja določenih funkcij daljinskega upravljalca, da se prepreči nenamerno spreminjanje nastavitev.
- Dolg doseg: Zadostna razdalja delovanja, da lahko uporabnik ali zdravstveno osebje upravlja posteljo z oddaljenosti.
- Dodatne funkcije: Možnost dodajanja ali prilagajanja funkcij, kot so shranjevanje priljubljenih nastavitev položajev, alarmi za pomoč, povezava z drugimi medicinskimi napravami.
- Vizualni in zvočni signali: Vizualni in zvočni povratni signali za potrjevanje izvedenih ukazov, kar omogoča uporabnikom preverjanje nastavitev brez fizičnega nadzora nad posteljo.
- Brežžična povezava: Brežžična povezava za večjo fleksibilnost uporabe in zmanjšanje omejitev zaradi kablov, s tem pa tudi manjša nevarnost spotikanja in večja varnost.

Te lastnosti zagotavljajo, da je daljinski upravljalca za električno bolniško posteljo enostaven za uporabo, varen in funkcionalen, kar pripomore k udobju pacienta in učinkovitemu delu zdravstvenega osebja.

Pri zelo pomanjkljivem obstoječem opisu naročnik ne more zagotoviti funkcionalnost, ki jo želi zagotoviti uporabnikom. Ponudbe prav tako niso primerljive, saj se dopušča različna kvaliteta, funkcionalnost...

- **Dimenzije:**
 - **nosilnost do 165 kg**

Naročnik ni jasno določil katero nosilnost je imel v mislih in tudi s tem, ko je dovolil »do 165 kg«, se dovoljuje možnost, da se različno interpretira. Dovolj jasno bi bilo, če bi naročnik podal sledečo zahtevo »Nosilnost (max. teža uporabnika): 165 kg«.

Pri obstoječem opisu se dopušča možnost različne interpretacije in nemogoča zakonita izbira ponudnika.

- **skupna obremenitev postelje do 200 kg**

Naročnik ni jasno določil kaj vključuje skupna obremenitev postelje in tudi s tem, ko je dovolil »do 200 kg«, se dovoljuje možnost, da se različno interpretira.

Razumevanje skupne obremenitve postelje je torej ključno za zagotavljanje varne in zanesljive uporabe v zdravstvenem okolju, kjer so varnost, udobje pacienta in učinkovitost dela zdravstvenega osebja najpomembnejši.

Naročnik ni jasno podal definicije, kaj upošteva pod zahtevo »skupna obremenitev postelje«. Tudi iz katalogov ta podatek ni jasen. Določeni proizvajalci štejejo zgolj težo uporabnika, vzmetnice in ostale medicinske opreme, določeni tega podatka ne razkrivajo.

Dovolj jasno bi bilo določeno, če bi naročnik določil »Zahtevana skupna obremenitev postelje (vključuje max. teža uporabnika, max. teža vzmetnice in posteljnine, max. teža dodatkov (kot so medicinski pripomočki in zdravstvenega osebja, če je to potrebno)): minimalno 200 kg«.

Pri obstoječem opisu se dopušča možnost različne interpretacije in onemogoča zakonita izbira ponudnika.

- **Postelja mora ustrezati standardu EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-2-52:2010 in vpisana v register JZMP.**

Zaradi netočne opredelitve »vpisana v register JZMP« je tu prostor za mnogo interpretacij, saj Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke vodi več registrov na svoji spletni strani, med drugimi Register medicinskih pripomočkov skladnih z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745 (MDR) in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov skladnih z Uredbo o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (EU) 2017/746, Register medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih...

Naročnik ni jasno opredelil na kateri register se sklicuje s svojo zahtevo. Pri obstoječem opisu se dopušča možnost različne interpretacije in onemogoča zakonita izbira ponudnika.

- **Pri pregledu tehnične specifikacije naročnik ni določil zahtev glede:**
 - **Teže same bolniške postelje**
 - **Ni določil, da želi tudi konzolo s trapezom**
 - **Ni določil dovoljenega razpona višine s trapezom: v cm**

→ **Artikel pod zap. št. 4 Servirna mizica (SO) (kompatibilna nočni omarici, tako da se pospravi pod omarico).**

Naročnik ni jasno opisal zahteve pod »kompatibilna nočni omarici, tako da se pospravi pod omarico«. Zaradi same narave dela, naročnik zahteva, da se servirna mizica pospravi med vrhno omarico in predalnikom, ter je popolnoma kompatibilna glede velikosti in uporabnosti obojega. Pri umeščanju mizice pod zgornjo polico nočne omarice se vsi zloženi predmeti na omarici ne predstavljajo. Glede na to, da ni bilo jasno določeno se ponovno pri obstoječem opisu dopušča možnost različne interpretacije in nemogoča zakonita izbira ponudnika.

5. **Strokovna komisija naročnika je ugotovila, da ni mogoče opraviti zakonite in gospodarne izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe, saj so v tehnični specifikaciji ponudbenega predračuna dopuščene možnosti različne interpretacije in niso dovolj jasno določene minimalne zahteve, zato je ponudbe nemogoče kakovostno primerjati. V fazi javnega naročila so se pri naročniku pojavila nova dejstva glede same potrebe po nakupu blaga, kar bo prav tako spremenilo povpraševanje naročnika.**
6. **Naročnik posledično na vse ugotovitve sprejema spremembo odločitve, da se vse prejete ponudbe za razpisan predmet javnega naročila »NAKUP BOLNIŠKIH POSTELJ IN OSTALE OPREME«, objavljenega na Portalu javnih naročil RS pod št. JN002238/2024-SL1/01 v skladu s 5. odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), zavrnejo.**

Na podlagi navedenega naročnik je naročnik odločil kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

Pravni pouk:

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 60/17 in 72/19); v nadaljevanju ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ki verjetno izkaže, da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zoper to pisno odločitev o ne oddaji javnega naročila lahko ponudnik v roku pet (5) delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije vložijo zahtevo za revizijo.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma preko portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa za vložitev zahtevka skladno z določbo drugega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša 1.000,00 €.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802; Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave javnega naročila)LL(leto24).



Lidija Krivec Fugger, direktorica

Vročiti:

- ☐ ponudniku z objavo odločitve o oddaji javnega naročila preko Portala javnih naročil
- ☐ arhiv (tu)