

Štev.: 460-14(809006)/2023-5

Dne: 07.05.2024

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.04.2024, številka objave JN002405/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 12.04.2024, številka objave 218131-2024, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Ident 914145
ŽICA KIRSCHNER 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm x 150mm je lahko s trokar/trokar konico ali trokar/ravno konico
2. Ident 914146
ŽICA KIRSCHNER 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm x 250mm ali 300 mm, mora biti s trokar/ravno konico.
3. Skupina 12: Prevotovi žebli
Žice morajo biti sterilno pakirane, zaradi sledljivosti vgrajenega materiala.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor