14 Osteosintetski material in implantati 2024-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**005**	**Intramedularni žebelj za zlome kolka z učvrstitvijo in pritegnitvijo preko kolčnih vijakov**	
914167	01	PRO MEDENS d.o.o.	Sistem ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne omogoča kompresije prekodrsnih vijakov in ne omogoča medsebojne učvrstitve proksimalnih vijakov.

14 Osteosintetski material in implantati 2024-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 016	**Kortikalni vijaki premera 2,7 mm**		
914207	01	PD MEDICAL	Ni samonarezni navoj.

14 Osteosintetski material in implantati 2024-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**017**	**Kortikalni vijaki premera 3,5 mm**	
914287	01	PD MEDICAL	NI samonarezni navoj
914291	01	PD MEDICAL	Ni samonarezni navoj.
914935	01	PD MEDICAL	Ni samonarezni navoj

14 Osteosintetski material in implantati 2024-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**025**	**Plošče žlebaste 1/3**	
914267	01	PD MEDICAL	Ne omogoča dinamizacije.
914268	01	PD MEDICAL	Ne omogoča dinamizacije
914269	01	PD MEDICAL	Ne omogoča dinamizacije

14 Osteosintetski material in implantati 2024-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 035	**Ploščice in vijaki za stabilizacijo vratne hrbtenice od spredaj s spremenljivim kotom**		
914514	01	REMEDIUM D.O.O.	Ponujeni sistem ni kotnostabilen in ne vsebuje bikortikalnih vijakov

14 Osteosintetski material in implantati 2024-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 061	**Implantati za ortopedijo**		
914156	01	ARTHREX ADRIA d.o.o.	Implantat se ne zagozdi v tarzalni kanal, pač pa ob rob tarzalnega sinusa.