OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

28 Medicinski potrošni material 3

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 016 Plastična in rekonstruktivna kirurgija			
967690	03	PFM MEDICAL S D.O.O.	Rezilo ni kompatibilno z aparatom, ki ga naročnik uporablja (Zimmer Biomet).

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

28 Medicinski potrošni material 3

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**018**	**Razni potrošni material - različni oddelki.**	
971357	01	FORMADENT d.o.o.	Ponujene brizgalke niso v aseptičnem pakiranju po 5 brizgalk.
971357	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Ponujene brizgalke niso v aseptičnem pakiranju po 5 brizgalk.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

28 Medicinski potrošni material 3

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 023 Urologija - potrošni material			
967057	08	SANOLABOR LJUBLJANA	Razpisana je kirurška svetilka, ponujena je vrečka za urin.

28 Medicinski potrošni material 3

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 041	**Anestezija, PM za ventilatorje Nihon Kohden, 100% sk.**		
967237	01	RAM 2	Ponujeni senzor je za večkratno uporabo, zahtevan je senzor za 1x uporabo.