REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

T: 03 428 07 50
F: 03 428 07 60
E: gp.mirs@gov.si
www.gov.si

Številka: 430-3/2024/7
Datum: 2. 9. 2024

V skladu z 2. in 3. odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3) Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, kot naročnik, v postopku oddaje javnega naročila sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo, katerega predmet je **izdelava, dobava in montaža pohodne klimatske komore z ustreznim sistemom za regulacijo temperature in vlage**, se odda ponudniku **KAMBIČ laboratorijska oprema d.o.o., Metliška cesta 16, 8333 Semič.**

Obrazložitev:

Predmet javnega naročila, prejem in javno odpiranje ponudb

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, kot naročnik, izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu z ZJN-3.

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS, in sicer 14. 6. 2024 pod številko JN004168/2024-SL1/01.

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava in montaža pohodne klimatske komore z ustreznim sistemom za regulacijo temperature in vlage.

Rok za oddajo ponudb je bil 3. 7. 2024 do 11:00 ure. Postopek javnega odpiranja ponudb je potekal samodejno v sistemu Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (e-JN) dne 3. 7. 2024 ob 12:00 uri.

Pravočasno sta v sistem e-JN prispeli ponudbi naslednjih dveh ponudnikov:

Naziv ponudnika	Datum prejetja	Ura
KAMBIČ laboratorijska oprema d.o.o., Metliška cesta 16, 8333 Semič	27. 6. 2024	12:27
LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej	1. 7. 2024	14:34

Podatki o ceni iz prejetih ponudb:

- Ponudnik KAMBIČ laboratorijska oprema d.o.o., Metliška cesta 16, 8333 Semič, je ponudil izvedbo predmetnega naročila v naslednji vrednosti:

Opis	Količina	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	% DDV	Vrednost z DDV
Izdelava, dobava in montaža pohodne klimatske komore z ustreznim sistemom za regulacijo temperature in vlage	1	134.200,00	29.524,00	22	163.724,00

- Ponudnik LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, je ponudil izvedbo predmetnega naročila v naslednji vrednosti:

Opis	Količina	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	% DDV	Vrednost z DDV
Izdelava, dobava in montaža pohodne klimatske komore z ustreznim sistemom za regulacijo temperature in vlage	1	119.780,00	26.351,60	22	146.131,60

Pregled in preveritev in ponudb

Delovna skupina za izvedbo postopka oddaje javnega naročila (v nadaljevanju: delovna skupina) je pregledala obe ponudbi.

Ugotovitve delovne skupine so navedene v nadaljevanju.

Delovna skupina je po pregledu ponudbe ponudnika KAMBIČ laboratorijska oprema d.o.o., Metliška cesta 16, 8333 Semič, ugotovila, da je njegova ponudba **dopustna**, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Delovna skupina je po pregledu ponudbe ponudnika LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ugotovila, da ponudba **ni dopustna,** ker ne ustreza vsem potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, in sicer pri naslednjih postavkah oziroma pogojih:

- protizdrsna izvedba tal: ni podatka v ponudbeni dokumentaciji,
- tla komore poravnana s tlemi prostora (v skladu s predpripravo prostora): ni podatka v ponudbeni dokumentaciji,
- »vetrolov« na notranji strani vhoda oz. v klimatski komori: ni podatka v ponudbeni dokumentaciji,
- vpih zraka v komoro po celi površini stropa, odsesavanje zraka pri tleh ob stenah: ni podatka v ponudbeni dokumentaciji, delno razvidno z risbe,
- komora mora omogočati kontrolo preko vmesnika USB ali serijskega vmesnika RS-232 in kontrolo preko etherneta, k dokumentaciji morajo biti priloženi komunikacijski protokoli: v tehnični dokumentaciji komunikacijski protokol ni omenjen,
- Poročilo ARSO za prvo polnitev (po potrebi glede na količino hladilnega medija): ni podatka v ponudbeni dokumentaciji.

Delovna skupina je ugotovila, da iz tehničnih specifikacij niti iz drugih delov ponudbene dokumentacije ponudnika LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ni moč ugotoviti izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.

Predlog delovne skupine

ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena določa posamezne dele ponudbe, pri katerih popravljanje ali dopolnjevanje ni dopustno, razen izjemoma kadar gre v teh primerih za popravek ali dopolnitev očitne napake in če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.

V skladu z omenjenim členom ponudnik praviloma ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi popravka računske napake, in
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

V skladu z navedenim ponudnik ne sme dopolnjevati svoje ponudbe z manjkajočimi podatki, ponudba pa ni dopustna če iz nje v drugih delih ni razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.

Na podlagi ugotovitve o nedopustnosti ponudbe ponudnika LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, je delovna skupina predlagala naročniku, da v okviru naročila katerega predmet je izdelava, dobava in montaža pohodne klimatske komore z ustreznim sistemom za regulacijo temperature in vlage, zavrne nedopustno ponudbo ponudnika LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ter javno naročilo katerega predmet je izdelava, dobava in montaža pohodne klimatske komore z ustreznim sistemom za regulacijo temperature in vlage, odda edinemu ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo, in sicer ponudniku KAMBIČ laboratorijska oprema d.o.o., Metliška cesta 16, 8333 Semič.

Naročnik je predlog delovne skupine upošteval in odločil kot izhaja iz izreka odločitve.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku petih delovnih dni od prejema te odločitve. Šteje se, da je odločitev vročena z dnem, ko je objavljena na portalu javnih naročil.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša **3.274,48** EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem, ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTPD, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802; namen nakazila: taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje referenca: 11 16110-7111290-00416824.

dr. Samo Kopač
direktor

Samo Kopač

Digitally signed by Samo Kopač
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Samo, sn=Kopač, cn=Samo Kopač, serialNumber=1235224914033
Date: 2024.09.09 11:45:45 +02'00'
Adobe Acrobat version: 2024.003.20054

Vročiti: objava na portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3