

Številka: 200-40/2024-42
Datum: 06.11.2024

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-40/2024
Predmet javnega naročila	MP za ERCP Sklop 1: MP za ERCP -kovinski stent za pož., JR 1553-1NP Sklop 2: MP za ERCP – ostalo-ostalo, JR 1553-2NP Sklop 3: MP za ERCP – pripomočki za ERCP, JR 1553-18NP
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

2.1 Sklop 1: MP za ERCP -kovinski stent za pož., JR 1553-1NP

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	200-40/2024-24	VenMed d.o.o., Škofjeloška cesta 26, 1215 Medvode

2.2 Sklop 2: MP za ERCP – ostalo-ostalo, JR 1553-2NP

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	200-40/2024-22	Angiomedic d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
2	200-40/2024-21	Medip d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana
3	200-40/2024-23	Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje
4	200-40/2024-20	Pro-gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
5	200-40/2024-24	VenMed d.o.o., Škofjeloška cesta 26, 1215 Medvode

2.3 Sklop 3: MP za ERCP – pripomočki za ERCP, JR 1553-18NP

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	/	/

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

3.1 Sklop 1: MP za ERCP -kovinski stent za pož., JR 1553-1NP

Zap. št.	Ponudnik	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe
1	VenMed d.o.o., Škofjeloška cesta 26, 1215 Medvode	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom se sklene okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

3.2 Sklop 2: MP za ERCP – ostalo-ostalo, JR 1553-2NP

Zap. št.	Ponudnik	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe
1	Angiomedic d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom se sklene okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
2	Medip d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo razen v delu oz. za sklope/artikle in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Izločeni so le artikli, pri katerih je v opombi naveden razlog neustreznosti, do ostalih se naročnik, skladno z merilom izbora, ni opredeljeval. S ponudnikom se sklene okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
3	Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom se sklene okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

4	Pro-gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom se sklone okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
5	VenMed d.o.o., Škofjeloška cesta 26, 1215 Medvode	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo razen v delu oz. za sklope/artikle in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Izloženi so le artikli, pri katerih je v opombi naveden razlog neustreznosti, do ostalih se naročnik, skladno z merilom izbora, ni opredeljeval. S ponudnikom se sklone okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

4. JAVNO NAROČILO SE NE ODDA

Zavrjene ponudbe in razlog zavrnitve	Naročnik je v posameznih sklopih/artiklih zavrnil ponudbe, za katere to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Prav tako je iz izpisa razviden razlog zavrnitve. Izloženi so le artikli, pri katerih je v opombi naveden razlog neustreznosti, do ostalih se naročnik, skladno z merilom izbora, ni opredeljeval.
	Naročnik je kot nedopustno zavrnil ponudbo ponudnika Medikal Intertrade d.o.o., Brodišče 12, 1236 Trzin za sklop 1. Ponudnik do roka za oddajo ponudb ni predložil ponudbe na portal e-JN, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Javno naročilo se ne odda	Naročnik za artikle, ki so navedeni v izpisu: Artikli iz JR BREZ Cene (št. izpisa 6172) ni prejel nobene ponudbe, zato javnega naročila za te artikle ne odda. Naročnik za sklop 3 ni prejel nobene ponudbe zato javnega naroča za ta sklop ne odda.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00606124.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek, posl.sekr.

Rebek

Vodja službe za nabavo in javna naročila:

Tjaša Brumat, mag.prava

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

PRILOGE:

Izpisi iz sistema GoSoft:

- Izpis ponujenih artiklov OP SB NG) (št. izpisa 5733 za sklop 1)
- Izpis ponujenih artiklov OP SB NG) (št. izpisa 5731 za sklop 2)
- Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa 5718 za posamezni sklop)
- Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890 za sklop 2)
- Artikli iz JR BREZ Cene (št. izpisa 6172 za sklop 2)

Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva



Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N008984	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK					
961179	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-8-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.454,4300	KOS	Artikel	
N008985	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK					
961180	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-10-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.454,4300	KOS	Artikel	
N008986	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK					
961181	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 12,5cmx20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-12,5 COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.454,4300	KOS	Artikel	
N008987	OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNI					
961182	OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 9cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-9-D COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.586,6500	KOS	Artikel	
N008988	OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNI					
961183	OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-12-D COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.586,6500	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N008989 961184	OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPČLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-8-C COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.586,6500	KOS	Artikel	
N008990 961185	OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-10-C COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.586,6500	KOS	Artikel	
N009326 965015	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-8-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.851,1000	KOS	Artikel	
N009327 965016	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-10-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.851,1000	KOS	Artikel	
N009328 965017	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-12-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.851,1000	KOS	Artikel	
N009329 965018	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-8-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.851,1000	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N009330 965019	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-10-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.851,1000	KOS	Artikel	
N009331 965020	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-12-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.851,1000	KOS	Artikel	
N009332 965021	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 15cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-15-E COOK Medical	VENMED D.O.O.	1.454,4300	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	LPO	EM	Cena	Vrednost LPO
Partner:	VENMED D.O.O.		14/14		46.541,84
961179	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-8-E COOK Medical	2,00	KOS	1.454,4300	2.908,86
961180	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-10-E COOK Medical	2,00	KOS	1.454,4300	2.908,86
961181	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 12,5cmx20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-12,5 COOK Medical	2,00	KOS	1.454,4300	2.908,86
961182	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 9cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-9-D COOK Medical	2,00	KOS	1.586,6500	3.173,30
961183	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-12-D COOK Medical	2,00	KOS	1.586,6500	3.173,30
961184	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPČLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-8-C COOK Medical	2,00	KOS	1.586,6500	3.173,30
961185	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-10-C COOK Medical	2,00	KOS	1.586,6500	3.173,30
965015	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-8-E COOK Medical	2,00	KOS	1.851,1000	3.702,20
	EKO artikel: Ni EKO				

Ident	Naziv	LPO	EM	Cena	Vrednost LPO
Partner:	VENMED D.O.O.		14/14		46.541,84
965016	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-10-E COOK Medical	2,00	KOS	1.851,1000	3.702,20
965017	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-12-E COOK Medical	2,00	KOS	1.851,1000	3.702,20
965018	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-8-E COOK Medical	2,00	KOS	1.851,1000	3.702,20
965019	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-10-E COOK Medical	2,00	KOS	1.851,1000	3.702,20
965020	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-12-E COOK Medical	2,00	KOS	1.851,1000	3.702,20
965021	EKO artikel: Ni EKO OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 15cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-15-E COOK Medical	2,00	KOS	1.454,4300	2.908,86
	EKO artikel: Ni EKO				

Vse cene so z vključenim DDV.

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N001965 961716	ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR): ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) kat.št. 00711113 US Endoscopy	ANGIOMEDIC, TRGOVINA IN	39,0400	KOS	Artikel	
N002980 465832	LOVILEC POLIPOV LOVILEC POLIPOV kat.št. FE-DP100 Fendo Medizintechnik (sc=24kos)	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	10,7360	KOS	Artikel	
N003036 466358	PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 ČLENO PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 ČLENOV kat.št. VDK-FG-23-230-B3 Vedkang (sc=10kos)	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	21,9600	KOS	Artikel	
N003035 466357	PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 ČLENI PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 ČLENI kat.št. VDK-FG-23-230-B1 Vedkang (sc=10kos)	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	21,9600	KOS	Artikel	
N010658 466362	KLIP ZA HEMOSTAZO KLIP ZA HEMOSTAZO HX-610-090L OLYMPUS CZECH GROUP, 90° kat.št. N6012730 Olympus (sc=40kos)		12,8800	KOS	Artikel	
N003067 466359	ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO E ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm SD-210U-25 kat.št. N3642630 Olympus (sc=10kos)	OLYMPUS CZECH GROUP,	15,6900	KOS	Artikel	
N003074 466360	IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - tanka NM-610U-0426 2,8MM, 2300MM kat.št. N6142750 Olympus (sc=5kos)	OLYMPUS CZECH GROUP,	43,7600	KOS	Artikel	
N011187 973312	KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN za večje defekte kat.št. M00521421 Boston Scientific (sc=10kos)	PRO-GEM D.O.O.	237,9000	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N008991 466361	ŽICA VODILNA KOVINSKA ZAOPOR ŽICA VODILNA KOVINSKA ZA OPORNICE/STENTE S PIŠTOLO, dolžina 400cm ravna kat.št. THSF-35-400 COOK Medical	VENMED D.O.O.	136,6400	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena EM
N010658 466362	KLIP ZA HEMOSTAZO KLIP ZA HEMOSTAZO HX-610-090L OLYMPUS CZECH GROUP, 90° kat.št. N6012730 Olympus (sc=40kos) Slovenski naziv materiala KLIP ZA HEMOSTAZO Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 90° Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 40 Opis sestave medicinskega pripomočka ?		12,8800 KOS
967883	EKO artikel: Ni EKO KLIP ZA HEMOSTAZO kat.št. SX-C-90 Ningbo (sc=30kos)	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	13,0540 KOS
N011187 N011187	EKO artikel: Ni EKO KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSK KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI za večje defekte Slovenski naziv materiala LOCKADO specialni klip za zapiranje večjih lezij. Odpiranje klipa 20mm, celotna dolžina 2300mm, funkcija rotacije ter repozicije Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 20mm, 2300mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka LOCKADO specialni klip za zapiranje večjih lezij. Odpiranje klipa 20mm, celotna dolžina 2300mm, funkcija rotacije ter repozicije	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	66,4900 KOS
N011187	EKO artikel: Ni EKO KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI za večje defekte Slovenski naziv materiala Klip za hemostazo Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 7 Fr, dolžina 230 cm, min. delovni kanal 2.8 mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka plastika, kovina	VENMED D.O.O.	222,8300 KOS
973312	EKO artikel: Ni EKO KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI IN za večje defekte kat.št. M00521421 Boston Scientific (sc=10kos) EKO artikel: Ni EKO	PRO-GEM D.O.O.	237,9000 KOS

Ident	Naziv	Naziv	CenaEM
N008991 466361	ŽICA VODILNA KOVINSKA ZAOPOR ŽICA VODILNA KOVINSKA ZA OPORNICE/STENTE S PIŠTOLO, dolžina 400cm ravna kat.št. THSF-35-400 COOK Medical Slovenski naziv materiala Vodilna žica Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka dolžina 400 cm, .035 inch Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka kovina Opomba ravna	VENMED D.O.O.	136,6400 KOS
N001965 961716	EKO artikel: Ni EKO ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR)i: ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) ANGIOMEDIC, TRGOVINA IN izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) kat.št. 00711113 US Endoscopy		39,0400 KOS
N001965	EKO artikel: Ni EKO ZANKA ZA POLIPEKTOMIJO (EMR) MEDIP, PRODAJA MEDICINSK izrazito TRDA VELIKA HEKSAGONALNA (25x40) Slovenski naziv materiala Zanka za polipektomijo ResectionMaster, 22mm Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 22mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka Zanka za polipektomijo ResectionMaster, 22mm		57,1155 KOS
N003067 N003067	EKO artikel: Ni EKO ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO EI ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm Slovenski naziv materiala Zanka za elektroresekcijo, ovalna, 25mm 25mm Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 25mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Zanka za elektroresekcijo, ovalna, 25mm	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	14,8840 KOS
466359	EKO artikel: Ni EKO ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm SD-210U-25 kat.št. N3642630 Olympus (sc=10kos) Slovenski naziv materiala ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 25mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka * EKO artikel: Ni EKO	OLYMPUS CZECH GROUP,	15,6900 KOS

Ident	Naziv	Naziv	Cena EM
N003067	ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO E		
N003067	ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm Slovenski naziv materiala Zanka za polipektomijo Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka Dolžina katetra 230cm, premer katetra 2,3mm. Dimenzije zanke 20 x 25mm. Z rotacijo Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 kos Opis sestave medicinskega pripomočka Dodatna spiralna žica okoli zanke za preprečevanje zdrsa po sluznici. Ultra trda žica. Minimalno pakiranje 20 kos. Sterilno Opomba Cena za 1 kos	ANGIOMEDIC, TRGOVINA IN	19,2760 KOS
N003067	EKO artikel: Ni EKO ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm Slovenski naziv materiala Zanka za elektroresekcijo Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 7 Fr, dolžina 240 cm, 2.5 X 5.5 cm, standard oval, min. delovni kanal 2.8 mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka žica nerjaveče jeklo, Teflon	VENMED D.O.O.	48,3100 KOS
N002974	EKO artikel: Ni EKO KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO		
N002974	KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO Slovenski naziv materiala Kleščice za biopsijo Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka zunani premer 2,4mm, dolžina 230 cm, nazobčane, z iglico, min. delovni kanal 2.8 mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka plastika, kovina	VENMED D.O.O.	61,4900 KOS
N002974	EKO artikel: Ni EKO KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO		
N002974	KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO Slovenski naziv materiala Biopsijske kleščice nazobčane, za večkratno uporabo Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 2,4x2300mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Biopsijske kleščice nazobčane, za večkratno uporabo	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	372,1000 KOS
N002980	EKO artikel: Ni EKO LOVILEC POLIPOV		
465832	LOVILEC POLIPOV kat.št. FE-DP100 Fendo Medizintechnik (sc=24kos)	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	10,7360 KOS
958497	EKO artikel: Ni EKO LOVILEC POLIPOV kat.št. 00711099 US Endoscopy	ANGIOMEDIC, TRGOVINA IN	11,5900 KOS
	EKO artikel: Ni EKO		

Ident	Naziv	Naziv	CenaEM
N003035 466357	PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 ČLENI PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 ČLENI kat.št. VDK-FG-23-230-B1 Vedkang (sc=10kos) Slovenski naziv materiala PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 CLENI Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 2300mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka PRIJEMALKA ZA POLIPE - 3 CLENI	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	21,9600 KOS
N003036 466358	PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 ČLENO PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 ČLENOV kat.št. VDK-FG-23-230-B3 Vedkang (sc=10kos) Slovenski naziv materiala PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 CLENOV Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 2300mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka PRIJEMALKA ZA POLIPE - 5 CLENOV	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	21,9600 KOS
N003074 N003074	IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO- IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOOMEDIP, PRODAJA MEDICINSK - tanka Slovenski naziv materiala Injekcijska igla, fleksibilna, 25G, dolžina konice 4mm Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 25G, 4mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka Injekcijska igla, fleksibilna, 25G, dolžina konice 4mm		20,2575 KOS
466360	EKO artikel: Ni EKO IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO OLYMPUS CZECH GROUP, - tanka NM-610U-0426 2,8MM, 2300MM kat.št. N6142750 Olympus (sc=5kos) Slovenski naziv materiala IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - tanka Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 2.8 mm, 2300 mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka *		43,7600 KOS
	EKO artikel: Ni EKO		

Vse cene so z vključenim DDV.



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

Partner: **001851**

Fax: **01/36-25-179**

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057

E: tajnistvo@bolnisnica-go.si

W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205

Matična številka: 5055695

IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

VENMED D.O.O.

ŠKOFJELOŠKA CESTA 026

1215 Medvode

Neustrezni artikli z obrazložitvijo

1553-2NP MP za ERCP - ostalo - ostalo 18.11.2024-02.07.2026

Artikel	Naziv	Opomba
N002974	KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO <i>Slovenski naziv materiala</i> Kleščice za biopsijo <i>Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka</i> zunanji premer 2,4mm, dolžina 230 cm, nazobčane, z iglico, min. delovni kanal 2.8 mm <i>Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju</i> 1 <i>Opis sestave medicinskega pripomočka</i> plastika, kovina	Ponudnik ni predložil referenčnega potrdila o uporabi.
N011187	KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI za večje defekte <i>Slovenski naziv materiala</i> Klip za hemostazo <i>Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka</i> 7 Fr, dolžina 230 cm, min. delovni kanal 2.8 mm <i>Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju</i> 1 <i>Opis sestave medicinskega pripomočka</i> plastika, kovina	Neustrezen - ne ustreza zahtevam - neustrezna dolžina.

Direktor zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

**MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE
OPREME D.O.O.**

LESKOŠKOVA CESTA 9 E

1000 Ljubljana

Neustrezni artikli z obrazložitvijo

1553-2NP MP za ERCP - ostalo - ostalo 18.11.2024-02.07.2026

Artikel	Naziv	Opomba
N003074	IGLA ZA SKLEROZACIJO IN TATOO - tanka <i>Slovenski naziv materiala</i> Injekcijska igla, fleksibilna, 25G, dolžina konice 4mm <i>Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka</i> 25G, 4mm <i>Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju</i> 10 <i>Opis sestave medicinskega pripomočka</i> Injekcijska igla, fleksibilna, 25G, dolžina konice 4mm	Ponudnik ni predložil referenčnega potrdila o uporabi. Neustrezen - ne ustreza zahtevam. Brez klika ročnika.
N002974	KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO <i>Slovenski naziv materiala</i> Biopsijske kleščice nazobčane, za večkratno uporabo <i>Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka</i> 2,4x2300mm <i>Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju</i> 1 <i>Opis sestave medicinskega pripomočka</i> Biopsijske kleščice nazobčane, za večkratno uporabo	Ponudnik ni predložil referenčnega potrdila o uporabi.
N011187	KLIP PREDNALOŽEN HEMOSTATSKI za večje defekte <i>Slovenski naziv materiala</i> LOCKADO specialni klip za zapiranje večjih lezij. Odpiranje klipa 20mm, celotna dolžina 2300mm, funkcija rotacije ter repozicije <i>Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka</i> 20mm, 2300mm <i>Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju</i> 10 <i>Opis sestave medicinskega pripomočka</i> LOCKADO specialni klip za zapiranje večjih lezij. Odpiranje klipa 20mm, celotna dolžina 2300mm, funkcija rotacije ter repozicije	Ponudnik ni predložil referenčnega potrdila o uporabi. Neustrezen - ne ustreza zahtevam. Neustrezna dolžina.
N003067	ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 25mm <i>Slovenski naziv materiala</i> Zanka za elektroresekcijo, ovalna, 25mm 25mm <i>Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka</i> 25mm <i>Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju</i> 5 <i>Opis sestave medicinskega pripomočka</i> Zanka za elektroresekcijo, ovalna, 25mm	Ponudnik ni predložil referenčnega potrdila o uporabi.

Sifra	Opis	Klas Jr	Artikel Nadr	Artikel	Naziv1	Naziv2	Lpo	Opomba	Em	Napakajr
1553-2NP	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C	N001963	N001963	STENT KOVINSKI ZA VARICE	POŽIRALNIKA		2 Samoraztegljiva opornica iz nitinola, krita, uporabna pri akutnem krvavenju iz varic. Opornica ima na vsakem koncu izvlečno zanko z zlatim markerjem, na sredini opornice je platina - iridij marker. Premer opornice je 30mm-25mm-30mm, dolžina 135mm. Opornica mora biti prednaložena v sistemu za uvajanje, sistem za uvajanje 9,4 mm (28F)/6,6mm (20F) dolžine 60cm. Dolžina balona 5 cm, maksimalno napolnjena dimenzija balona - diameter 7cm, volumen balona 180ml. V setu je priložena žica "ultra stiff, soft tip", 0,035 inča, dolžine 260cm in brizga z volumnom 50ml.	KOS	
1553-2NP	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C3, ANL06C	N001963	961786	SET ZA VARICE POŽIRALNIKA KOVINSKI	STENT DANIS kat.št. 019-08S-25-135-B Ella-CS		2	KOS	NI CENE
	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C	N002959	N002959	ERCP MEHANIČNI EKSTRAKTOR ZA ELLA	STENTE		3 Mehanični ekstraktor za ELLA stente kompatibilen z N001963	KOS	
1553-2NP	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C3, ANL06C	N002959	026528	ERCP MEHANIČNI EKSTRAKTOR ZA ELLA	STENTE kat.št. 015-01-28-1000 ELLA CS		3	KOS	NI CENE
	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C	N002974	N002974	KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO			10 Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana ovalna oblika čašic, z okencem za večji biopsijski vzorec, s sredinsko iglo. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za večkratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom.	KOS	
1553-2NP	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C3, ANL06C	N002974	957554	KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO	kat.št. 408460WN Medi-Globe		10	KOS	NI CENE
	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C	N003027	N003027	OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠČEN	premer 25mm, dolžina 113mm		3 Opornica / stent za kolon kovinski, oplasčen, premer sredine stenta 25mm, dolžina stenta 11,3cm, vodilo 18Fr x 95cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035", radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcije opornice v času do 5 dni.	KOS	
1553-2NP	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C3, ANL06C	N003027	957917	OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠČEN	premer 25mm, dolžina 113mm kat.št. 019-05-25-113-C18 ELLA CS		3	KOS	NI CENE
	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3, ANL06C	N003029	N003029	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK	OPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 110mm		3 Opornica / stent za požiralnik kovinski, oplasčen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25mm, dolžina stenta 110mm, vodilo 18Fr /28F x 75cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035" trdo, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, zanka na proksimalnem robu za možnost korekcije opornice, za metodo PULL	KOS	
1553-	MP za ERCP - ostalo - ostalo	ANL06C3,	N003029	957919	OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK	OPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 110mm kat.št. 019-07S-20-110 ELLA CS		3	KOS	NI CENE