SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

Številka: 200-42/2024-29
Datum: 20.11.2024

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**200-42/2024**
Predmet javnega naročila	**Medicinski papir (ponovitev)**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) 47. člen v povezavi z 48. členom

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Zap. Št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	200-42/2024-19	Meditrade d.o.o., Brnčičeva ulica 17b, 1231 Ljubljana - Črnuče
2	200-42/2024-20	SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Ponudnik	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe
1	Meditrade d.o.o., Brnčičeva ulica 17b, 1231 Ljubljana - Črnuče	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
2	SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni predložil dopustne ponudbe v delu oz. za sklope/artikle in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Izločeni so le artikli, pri katerih je v opombi naveden razlog neustreznosti, do ostalih se naročnik, skladno z merilom izbora, ni opredeljeval. S ponudnikom se **ne sklene** okvirnega sporazuma.

4. JAVNO NAROČILO SE NE ODDA

Zavrnjene ponudbe in razlog zavrnitve	Naročnik je **v posameznih sklopih/artiklih** zavrnil ponudbe, za katere to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Prav tako je iz izpisa razviden razlog zavrnitve. Izločeni so le artikli, pri katerih je v opombi naveden razlog neustreznosti, do ostalih se naročnik, skladno z merilom izbora, ni opredeljeval.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).
Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00703224.
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek,posl.sekr.
Rebek M.
Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat, mag.prava

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA derganca" NOVA GORICA ŠEMPETER pri GORICI 3

PRILOGE:
Izpisi iz sistema GoSoft:
- Izpis ponujenih artiklov OP SB NG) (št. izpisa 5731)
- Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa 5718)
- Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890)

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva

Oddaja artiklov ponudnikom

1559NP Medicinski papir

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N011847	ROKAV BREZ PREKLOPA 12CMx70I					
975208	ROKAV BREZ PREKLOPA 12CMx70 Ultra kat.št. GUL120X070 SPS Medical (sc=2kos)	MEDITRADE D.O.O.	39,5280	KOS	Artikel	
N011848	ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70I					
975209	ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70 Ultra kat.št. GUL160X070 SPS Medical (sc=2kos)	MEDITRADE D.O.O.	53,0700	KOS	Artikel	
N011849	ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70I					
975210	ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70 Ultra kat.št. GUL220X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	69,7840	KOS	Artikel	
N011850	ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx7					
975211	ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx70M Ultra kat.št. GUL285X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	88,2060	KOS	Artikel	
N011851	ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70I					
975212	ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70 Ultra kat.št. GUL320X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	106,3840	KOS	Artikel	
N011852	ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70I					
975213	ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70 Ultra kat.št. GUL380X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	126,0260	KOS	Artikel	
N011853	ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70I					
975214	ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70 Ultra kat.št. GUL420X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	139,5680	KOS	Artikel	
N011854	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx20(					
466369	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230114 VP Stericlin (sc=2kos)	MEDITRADE D.O.O.	44,6520	KOS	Artikel	
N011855	ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx20(					
466370	ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230117 VP Stericlin	MEDITRADE D.O.O.	70,6380	KOS	Artikel	

Oddaja artiklov ponudnikom

1559NP Medicinski papir

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N011856	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70I					
975217	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70 Ultra kat.št. GUL250X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	78,9340	KOS	Artikel	
N011857	ROKAV BREZ PREKLOPA 47CMx70I					
975218	ROKAV BREZ PREKLOPA 47CMx70 Ultra kat.št. GUL470X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	156,0380	KOS	Artikel	
N011858	ROKAV BREZ PREKLOPA 52CMx70I					
975219	ROKAV BREZ PREKLOPA 52CMx70 Ultra kat.št. GUL520X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	172,7520	KOS	Artikel	
N011859	ROKAV BREZ PREKLOPA 58CMx70I					
975220	ROKAV BREZ PREKLOPA 58CMx70 Ultra kat.št. GUL580X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	192,5160	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N011847	ROKAV BREZ PREKLOPA 12CMx70I			
975208	ROKAV BREZ PREKLOPA 12CMx70 Ultra kat.št. GUL120X070 SPS Medical (sc=2kos)	MEDITRADE D.O.O.	39,5280	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011848	ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70I			
N011848	ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	28,1800	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 150mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 150mmx70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.			
	EKO artikel: Ni EKO			
975209	ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70 Ultra kat.št. GUL160X070 SPS Medical (sc=2kos)	MEDITRADE D.O.O.	53,0700	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011849	ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70I			
N011849	ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	37,5800	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 200mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 200mmx70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.			
	EKO artikel: Ni EKO			
975210	ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70 Ultra kat.št. GUL220X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	69,7840	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011850	ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx7			
N011850	ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	56,3600	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 300mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 300mmX70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.			
	EKO artikel: Ni EKO			
975211	ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx70M Ultra kat.št. GUL285X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	88,2060	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N011851	ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70I			
N011851	ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	56,3600	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 300mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 300mmX70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO			
975212	ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70 Ultra kat.št. GUL320X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	106,3840	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011852	ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70I			
N011852	ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	75,1500	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 400mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 400mmx70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO			
975213	ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70 Ultra kat.št. GUL380X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	126,0260	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011853	ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70I			
N011853	ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	75,1500	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 400mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 400mmx70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO			
975214	ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70 Ultra kat.št. GUL420X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	139,5680	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N011854	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx20(			
466369	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230114 VP Stericlin (sc=2kos) Slovenski naziv materiala Rokav papir-folija 25cmx200m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 25cm x 200m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 2 Opis sestave medicinskega pripomočka Rokav papir-folija EKO artikel: Ni EKO	MEDITRADE D.O.O.	44,6520	KOS
975215	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx200M kat.št. 50250200 SAN.KO.M. EKO artikel: Ni EKO	SAN.KO.M. D.O.O.	50,3235	KOS
N011855	ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx20(			
466370	ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx200M See-through-reel kat.št. 3FKFS230117 VP Stericlin Slovenski naziv materiala Rokav papir-folija 35cmx200m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 35cm x 200m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Rokav papir-folija EKO artikel: Ni EKO	MEDITRADE D.O.O.	70,6380	KOS
975216	ROKAV BREZ PREKLOPA 35CMx200M kat.št. 50350200 SAN.KO.M. EKO artikel: Ni EKO	SAN.KO.M. D.O.O.	71,0967	KOS
N011856	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70I			
N011856	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70M Slovenski naziv materiala APealPack flat reel 250mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 250mmx70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO	SAN.KO.M. D.O.O.	46,9700	KOS
975217	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70 Ultra kat.št. GUL250X070 SPS Medical EKO artikel: Ni EKO	MEDITRADE D.O.O.	78,9340	KOS

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N011857	ROKAV BREZ PREKLOPA 47CMx70I			
N011857	ROKAV BREZ PREKLOPA 47CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	93,9400	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 500mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 500mm×70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO			
975218	ROKAV BREZ PREKLOPA 47CMx70 Ultra kat.št. GUL470X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	156,0380	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011858	ROKAV BREZ PREKLOPA 52CMx70I			
N011858	ROKAV BREZ PREKLOPA 52CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	93,9400	KOS
	Slovenski naziv materiala ApealPack flat reel 500mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 500mm×70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO			
975219	ROKAV BREZ PREKLOPA 52CMx70 Ultra kat.št. GUL520X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	172,7520	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N011859	ROKAV BREZ PREKLOPA 58CMx70I			
N011859	ROKAV BREZ PREKLOPA 58CMx70M	SAN.KO.M. D.O.O.	112,7300	KOS
	Slovenski naziv materiala APealPack flat reel 600mm×70m Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 600mm×70m Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel. EKO artikel: Ni EKO			
975220	ROKAV BREZ PREKLOPA 58CMx70 Ultra kat.št. GUL580X070 SPS Medical	MEDITRADE D.O.O.	192,5160	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Vse cene so z vključenim DDV.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Partner: **001620** Fax: **01/589-70-39**

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205
Matična številka: 5055695
IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

SAN.KO.M. D.O.O.

JEŽICA 017

1000 Ljubljana

Neustrezni artikli z obrazložitvijo
1559NP Medicinski papir 02.12.2024-01.08.2026

Artikel	Naziv	Opomba
N011848	ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 150mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 150mmx70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011849	ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 200mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 200mmx70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011856	ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70M *Slovenski naziv materiala* APealPack flat reel 250mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 250mmx70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011850	ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 300mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 300mmX70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.

Artikel	Naziv	Opomba
N011851	ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 300mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 300mmX70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011852	ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 400mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 400mmx70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011853	ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 400mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 400mmx70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011857	ROKAV BREZ PREKLOPA 47CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 500mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 500mm×70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011858	ROKAV BREZ PREKLOPA 52CMx70M *Slovenski naziv materiala* ApealPack flat reel 500mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 500mm×70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.
N011859	ROKAV BREZ PREKLOPA 58CMx70M *Slovenski naziv materiala* APealPack flat reel 600mm×70m *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 600mm×70m *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 1 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Sterilizacijska embalaža za parno,EO,FORM in plazma sterilizacijo. Proizvedeno po zahtevanih standardih, tehnični podatki v priloženem TDS-u za artikel.	Neustrezen - po testiranju z ortopedskim pripomočkom je v embalaži nastal kondenz.

Direktor zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.