



Interna številka naročila: 845080118-052-24

Ljubljana, oktober 2024

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:	4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom
Naročnik:	Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Naročnik izvaja naročilo v svojem imenu in za svoj račun.
Vrsta postopka:	Odprti postopek
Objava naročila:	Portal javnih naročil, Uradni list Evropske unije – portal TED

Naročnik vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da skladno z veljavnimi predpisi in to razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za predmetno javno naročilo.

KAZALO

NAVODILA PONUDNIKOM	3
1. PRAVNA PODLAGA	3
2. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	3
3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3
4. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3
5. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4
6. ODPIRANJE PONUDB	4
7. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	5
8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	5
8.1. Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost	5
8.2. Razlogi za izključitev	6
8.3. Pogoji za priznanje sposobnosti	8
9. POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB	9
10. FINANČNA ZAVAROVANJA	9
10.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku	9
11. MERILO	10
12. PONUDBENA DOKUMENTACIJA	10
12.1. Navodilo za izpolnitev obrazcev	10
12.2. Ponudba – ponudbeni predračun	12
12.3. Skupna ponudba	12
12.4. Ponudba s podizvajalci	13
13. ZAUPNOST	14
14. ODPSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	14
15. POGODBA	14
16. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	15
17. POUK O PRAVNEM VARSTVU	15
PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN	16
REFERENČNO POTRDILO	17
PODIZVAJALCI	18
IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH	19
MENIČNA IZJAVA	20
IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH DRUŽBAH	22
IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV	23
POGODBA O DOBAVI IN VZDRŽEVANJU 4K ENDOSKOPSKEGA VIDEOSTOLPA Z NAPREDNIM DOKUMENTACIJSKIM SISTEMOM	24
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	36

NAVODILA PONUDNIKOM

1. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023 in 88/2023; v nadaljevanju tudi: ZJN-3) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, področje predmeta javnega naročila ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila pripravil razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Navodila ponudnikom
2. Obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun«
3. Obrazec »ESPD«
4. Obrazec »Referenčno potrdilo«
5. Obrazec »Podizvajalci«
6. Obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«
7. Obrazec »Menična izjava«
8. Obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah«
9. Obrazec »Izjava o odsotnosti osebnih povezav«
10. Osnutek Pogodbe
11. Tehnične specifikacije

Gospodarski subjekti naj razpisno dokumentacijo skrbno preučijo in kakršne koli morebitne nejasnosti ali nestrinjanja z njo naročniku sporočijo preko Portala javnih naročil, do poteka roka za postavljanje vprašanj. V nasprotnem primeru se šteje, da je razpisna dokumentacija jasna in da se gospodarski subjekt z njo strinja.

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava, namestitve in vzdrževanje 4K endoskopskega videostolpa z naprednim dokumentacijskim sistemom.

Podrobnejša specifikacija predmeta naročila je razvidna iz Tehničnih specifikacij, osnutka Pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo za celotno javno naročilo. Naročnik ima za javno naročilo zagotovljena sredstva. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih sredstev, bo naročnik zavrnil kot nedopustne.

4. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvede odprti postopek (40. člen ZJN-3).

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za predmet javnega naročila v celoti. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, razen v primerih, opredeljenih v točki 14 te razpisne dokumentacije (»Odstop od oddaje javnega naročila«).

5. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, dostopnimi na portalu e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z oddajo ponudbe izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo v imenu ponudnika.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do _____ do 9:00 ure.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo kadarkoli umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

6. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan poteka roka za oddajo ponudb ob 10:00 uri, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

7. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanih oziroma pobudah v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do _____ **do 10:00 ure.**

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja ali pobude v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni, pri čemer bo, v kolikor bo to potrebno v luči načela sorazmernosti, podaljšal rok za oddajo ponudb. Ponudniki morajo spremljati morebitna pojasnila, spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, saj pojasnila, spremembe in dopolnitve predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1. Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost

Gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti in pri njih ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti in neobstoj razlogov za izključitev morajo, v kolikor ni pri posamezni točki navedeno drugače, izkazati vsi gospodarski subjekti v ponudbi, in sicer:

- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri jih ponudnik vključi v izvedbo javnega naročila;
- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (vključno s fizičnimi osebami, s katerimi sodeluje ponudnik in te pri njem niso zaposlene).

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD«, ki predstavlja posodobljeno uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD je treba v ponudbi predložiti za vse gospodarske subjekte, navedene v prvem odstavku te točke.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter na predmetnem obrazcu podati soglasje, da naročnik pridobi ta dokazila in informacije.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani

portala e-JN: <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj obrazec ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v formatu .xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v formatu .pdf, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (potrdil, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izpolnjenih naročil ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v sorazmernem roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik.

8.2. Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od naslednjih razlogov za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:
 - terorizem (108. člen KZ-1),
 - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
 - ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
 - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
 - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
 - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
 - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
 - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi; v delu II.B obrazca ESPD je obvezna navedba EMŠO številke vseh fizičnih oseb gospodarskih subjektov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ki so slovenski državljani).**

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).**

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

4. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

V kolikor gospodarski subjekt v zvezi z izkazovanjem neobstoja razlogov za izključitev v zgornjih točkah 1, 2 ali 4 ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

8.3. Pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik od ponudnikov zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev za priznanje sposobnosti:

1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) dobavil najmanj en endoskopski videostolp iste znamke, kot ga ponuja v predmetnem postopku javnega naročanja.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik. Skupina ponudnikov lahko pogoj izpolni skupaj. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) lahko pogoj izpolni tudi s podizvajalci.

Dokazilo:

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki prispevajo k izpolnitvi pogoja; zaželeno je, da ponudnik v delu IV.C obrazca ESPD v razdelek »Opis reference« navede tudi podatek o tem, kdo je referenčni naročnik) in
 - **Izpolnjen in s strani referenčnega naročnika potrjen obrazec »Referenčno potrdilo«.**
2. Ponudnik je s strani proizvajalca oziroma principala pooblaščen za prodajo in vzdrževanje endoskopskega videostolpa, ki ga ponuja.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik. Skupina ponudnikov lahko pogoj izpolni skupaj. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) lahko pogoj izpolni tudi s podizvajalci.

Dokazilo:

- **Pooblastilo oziroma drugo dokazilo o pooblaščenosti za prodajo in vzdrževanje opreme.**

9. POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

10. FINANČNA ZAVAROVANJA

10.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku

Pogodba o javnem naročilu bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to točko razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisom Pogodbe naročniku predložiti tri originalne podpisane in žigosane bianko menice v papirni obliki. Ponudnik pa mora **že v ponudbi predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava**, s katero naročnika za primer sklenitve Pogodbe ter izpolnitve katere od spodaj navedenih okoliščin pooblasti za izpolnitev vsake od bianko menic do višine 10% (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) oziroma 5% (za odpravo napak v garancijskem roku) od skupne vrednosti Pogodbe (v tej fazi: ponudbe) brez DDV.

Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenila vrednost predmeta naročila, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti tudi finančno zavarovanje.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do primopredaje ter od poteka garancijskega roka do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja, do višine 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,
- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),
- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,
- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,
- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izpolni in unovči od primopredaje do poteka garancijskega roka po pogodbi, do višine 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,
- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,
- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

11. MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV. Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo v dopustni ponudbi ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV (razen v primerih, opisanih v točki 14 »Odstop od oddaje javnega naročila«).

V primeru, da bo najnižja skupna ponudbena cena brez DDV v dveh ali več ponudbah enaka, bo naročnik med njimi izbral tisto ponudbo, ki je bila na portalu e-JN oddana prej.

12. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

12.1. Navodilo za izpolnitev obrazcev

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. Obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun«
2. Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Obrazec »Referenčno potrdilo« (za vse reference, ki jih uveljavlja ponudnik),
4. Obrazec »Podizvajalci« (obrazec se predloži le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci)
5. Obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih« (obrazec se predloži samo za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila)
6. Obrazec »Menična izjava«
7. Obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah«

8. Obrazec »Izjava o odsotnosti osebnih povezav«
9. Osnutek Pogodbe
10. Obrazec »Tehnične specifikacije«
11. Tehnična dokumentacija ponujene opreme (zaželeno)
12. Pooblastilo oziroma drugo dokazilo o pooblaščenosti za prodajo in vzdrževanje opreme
- 13. Cenik storitev (urna postavka) in nadomestnih delov za popravila opreme v pogarancijskem obdobju.**

Vsi ponudbeni obrazci morajo biti ustrezno izpolnjeni ter na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščen osebe in, v kolikor gospodarski subjekt posluje z žigom, tudi žigosani. Namesto lastnoročnega podpisa in žiga so lahko dokumenti podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Izjema od navedenih zahtev velja za osnutek Pogodbe, za katerega ni treba, da je izpolnjen, podpisan in žigosan, ponudnik pa se z njegovo predložitvijo v ponudbi strinja z njegovo vsebino.

V kolikor to ni posebej zahtevano oziroma dopuščeno, gospodarski subjekt ne sme pripisovati, črtati ali spreminjati vsebine razpisnih obrazcev, temveč mora, v kolikor meni, da ti niso ustrezni, naročnika o tem opozoriti na portalu javnih naročil pred potekom roka za postavljanje vprašanj. Prav tako ponudnik ne sme v ponudbo vlagati dokumentov, ki so v nasprotju z določili razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti v ponudbeni dokumentaciji, resnični, točni in nezavajajoči, da odražajo zadnje stanje, ter da listine ustrezajo izvirnikom. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled izvirnike predloženih dokumentov.

Ponudniki ne glede na izid postopka javnega naročanja prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno z morebitnimi drugimi stroški, ki jim nastanejo v postopku oziroma v zvezi s postopkom javnega naročanja. Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter skladno z veljavnimi predpisi.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo biti v slovenskem jeziku ali prevedeni v slovenski jezik. Izjema velja za tehnično in drugo dokumentacijo, vezano na predmet ponudbe (vključno z dokazilom o pooblaščenosti za prodajo in vzdrževanje), ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

V primerih, ko je v Tehničnih specifikacijah naveden določen standard, izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo, je zahtevano, kot je navedeno, ali enakovredno.

12.2. Ponudba – ponudbeni predračun

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun« poleg drugih podatkov skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo javnega naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične in druge zahteve, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi in drugimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, tako da lahko predmet javnega naročila izvede v rokih, pod pogoji in na način, kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudba mora biti veljavna še tri mesece od roka za oddajo ponudb. V kolikor bo postopek oddaje javnega naročila trajal dlje, kot je predvideno, in bo treba podaljšati veljavnost ponudbe, lahko to stori ponudnik samoiniciativno ali na poziv naročnika.

Ponudnik mora v Ponudbi – ponudbenem predračunu izpolniti in ponuditi vse postavke, pri čemer morajo biti cene vpisane v EUR ter zaokrožene na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik ne vpiše posamezne cene ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je cena za tako postavko nič (0) EUR, torej, da ponuja postavko, kjer ni vpisane cene, brezplačno oziroma, da je cena zanjo vključena v druge postavke ponudbenega predračuna.

Ponudnik Ponudbi – ponudbenem predračunu priloži lasten cenik vseh storitev (urna postavka) in nadomestnih delov za popravila opreme v pogarancijskem obdobju.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« naloži obrazec Ponudba – ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

12.3. Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov lahko predloži skupno ponudbo. V takem primeru je treba v obrazcih ESPD navesti vse gospodarske subjekte, ki so udeleženi v skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo na obrazcu ESPD navesti, kakšna je njihova vloga v skupini, pri čemer mora en ponudnik izbrati vlogo vodilnega partnerja. Naročnik bo do sprejema odločitve o naročilu komuniciral z vodilnim partnerjem.

V primeru skupne ponudbe pri nobenem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, pogoje za priznanje sposobnosti pa lahko izpolnijo ponudniki skupaj (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi).

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora zase izpolniti in predložiti obrazec ESPD, obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah ter obrazec Izjava o odsotnosti osebnih povezav.

Obrazce Ponudba – ponudbeni predračun, Podizvajalci, Menična izjava ter Tehnične specifikacije podpiše in žigosa vodilni partner v skupni ponudbi. Ponudniki morajo v svojem notranjem razmerju pooblastiti vodilnega partnerja za podpis oziroma predložitev vseh dokumentov, navedenih v tem odstavku. Takega pooblastila oziroma pooblastil ni treba predložiti že v ponudbeni dokumentaciji, moral pa ga/jih bo vodilni partner predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik zahteva, da predložijo akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge, pravice in obveznosti posameznih ponudnikov, način poravnavanja obveznosti s strani naročnika (vsakemu ponudniku posebej ali preko vodilnega partnerja) ter morebitna pooblastila za komunikacijo z naročnikom. V vsakem primeru vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

12.4. Ponudba s podizvajalci

Naročnik na podlagi osmega odstavka 94. člena ZJN-3 določa, da se določila te točke uporabljajo le za podizvajalce, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, to je podizvajalce, s katerimi ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti iz točke 8.3 teh navodil ponudnikom.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti vse podizvajalce. Ponudnik lahko odda v podizvajanje del javnega naročila, vendar ne celotnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudniku, ki namerava naročilo izvesti s podizvajalci, v ponudbi ni treba predložiti dogovorov oziroma pogodb s podizvajalci, moral pa jih bo predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval. Enako velja za primer, ko ponudnik uporabi zmogljivosti drugega subjekta skladno z 81. členom ZJN-3.

Pri nobenem od podizvajalcev ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Pogoje za priznanje sposobnosti lahko ponudnik oziroma skupina ponudnikov izpolnjuje s podizvajalci (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi). Odsotnost obstoja razlogov za izključitev in obstoj pogojev za priznanje sposobnosti se pri podizvajalcih dokazuje, kot pri ostalih gospodarskih subjektih, skladno s točko 8 te razpisne dokumentacije (»Ugotavljanje sposobnosti«).

Podizvajalci, ki bodo priglašeni v ponudbi, morajo ustrezno izpolniti, datirati, podpisati in žigosati svoj obrazec ESPD, ponudnik pa mora ta obrazec predložiti v svoji ponudbi za vsakega podizvajalca. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov), ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan obrazec »Podizvajalci«.

V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen, datiran ter s strani podizvajalca podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«. V primerih, ko je predvideno, da bodo neposredna plačila

podizvajalcu znašala več, kot 10.000,00 EUR brez DDV, je treba za takega podizvajalca predložiti tudi obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah.

13. ZAUPNOST

Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila.

V kolikor bo gospodarski subjekt določene podatke označil kot poslovno skrivnost, si naročnik pridržuje pravico, da ga pozove k predložitvi internega akta o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem mora biti opredeljeno, katere podatke je treba varovati kot poslovno skrivnost ter iz kakšnega razloga. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so po veljavnem pravu javni.

14. ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 do poteka roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik lahko skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila. Naročnik v nobenem od navedenih primerov gospodarskim subjektom ne odgovarja za kakršne koli stroške ali škodo.

15. POGODBA

Osnutek pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom, je del te razpisne dokumentacije. Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe na mestih, kjer je to predvideno, tudi izpolni z manjkajočimi podatki. Ponudnikom v fazi priprave in oddaje ponudbe osnutka pogodbe še ni treba datirati, podpisati in žigosati.

Naročnik bo pogodbo pred sklenitvijo v okviru tretjega odstavka 67. člena ZJN-3 tehnično in vsebinsko smiselno prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno, ter jo posredoval izbranemu ponudniku v podpis v roku iz osmega odstavka 90. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) dni od prejema pogodbe s strani naročnika podpisati in vrniti pogodbo naročniku. Izjemoma, v primeru nastanka nepredvidljivih in neodvrnljivih objektivnih okoliščin, ki bi onemogočale podpis pogodbe v zgoraj navedenem roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok za sklenitev pogodbe, ni pa k temu zavezan.

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izbrani ponudnik predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku.

16. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Vsak neupravičen poskus gospodarskega subjekta, da vpliva na obravnavo ponudb s strani naročnika ali odločitev glede oddaje naročila, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. V času trajanja razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, ki bo poskusil neupravičeno pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, oziroma ponudnika, ki bo predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o javnem naročilu.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe (z izjemo zakonitega uveljavljanja pravnega varstva), ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

17. POUK O PRAVNEM VARSTVU

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017 in 72/2019; ZPVPJN) določa drugače. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>). Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, mora pred vložitvijo zahtevka plačati takso v višini 4.000,00 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med., direktor



PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

Naziv ponudnika	
Naslov	
Matična številka	

V postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot ponudnik oziroma vodilni partner za skupino ponudnikov dajemo naslednjo ponudbo, veljavno 3 mesece od roka za oddajo ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi. Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila znaša:

Št.	Postavka	Enota mere	Kol.	Cena na EM brez DDV	Cena postavke brez DDV
1.	4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom (<u>dopisati proizvajalca in model</u>), z vso pripadajočo opremo: _____ _____ _____	kpl	1		
2.	Preventivno pogarancijsko vzdrževanje	leto	3		
3.	Kurativno pogarancijsko vzdrževanje, skladno s priloženim cenikom	kpl	1	50.000,00	50.000,00

Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) znaša:

Skupna ponudbena cena brez DDV	EUR
DDV _____%	EUR
Skupna ponudbena cena z DDV	EUR

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, vključno s Tehničnimi specifikacijami in Pogodbo.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe:

REFERENČNO POTRDILO

Referenčni naročnik: _____

daje to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je spodaj navedeni gospodarski subjekt uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) izvedel spodaj navedeni posel.

Gospodarski subjekt, ki je izvedel referenčni posel: _____

Naziv oziroma opis referenčnega posla: dobava endoskopskega videostolpa, in sicer:

Znamka referenčne opreme: _____

Datum/obdobje izvedbe referenčnega posla: _____

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

PODIZVAJALCI

Gospodarski subjekt: _____

V postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da bomo javno naročilo izvedli z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Naziv in naslov podizvajalca	Del naročila, ki ga prevzame podizvajalec	Kontaktna oseba podizvajalca, telefon, e-mail	Zakoniti zastopniki podizvajalca
1.				
2.				
3.				
4.				

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe:

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH

Gospodarski subjekt (podizvajalec): _____

V postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 podajamo zahtevo, da naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, namesto ponudnika _____ poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Skladno z drugo alinejo petega odstavka 94. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik namesto ponudnika poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

MENIČNA IZJAVA

Gospodarski subjekt: _____

V postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, pooblaščamo naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, da izpolni v vseh neizpolnjenih delih, vključno s pripisom »brez protesta«, vsako od podpisanih in žigosanih bianko menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, ki jih bomo predložili naročniku v primeru sklenitve Pogodbe o dobavi in vzdrževanju 4K endoskopskega videostolpa z naprednim dokumentacijskim sistemom. Ta menična izjava je veljavna do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja po Pogodbi.

Naročnik lahko vsako od bianko menic izpolni in unovči do primopredaje ter od poteka garancijskega roka do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja, do zneska _____ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti brez DDV, v primerih, če:

1. dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe; ali
2. dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe; ali
3. dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve); ali
4. dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika; ali
5. naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja; ali
6. dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika; ali
7. dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente; ali
8. dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

Naročnik lahko vsako od bianko menic izpolni in unovči od primopredaje do poteka garancijskega roka po Pogodbi, do zneska _____ EUR, kar predstavlja 5% pogodbene vrednosti brez DDV, v primerih, če:

1. dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,
2. izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

3. dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

S to izjavo tudi pooblaščamo naročnika, da predloži izpolnjeno menico v unovčenje kateri koli izmed poslovnih bank ali drugih oseb, ki v času unovčenja menice vodijo naše transakcijske račune. Hkrati nepreklicno dajemo nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da izplača menico, predloženo s strani naročnika, iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu. Menični znesek se nakaže na transakcijski račun naročnika, št. SI56 0110 0603 0277 894, odprt pri Banki Slovenije Ljubljana.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe:

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH DRUŽBAH

Gospodarski subjekt: _____

V postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu gospodarskega subjekta in o povezanih osebah.

V lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

Št.	Ime/Naziv	Naslov	Lastniški delež (%)
1			
2			
3			
4			

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z zgoraj navedenim subjektom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

Št.	Naziv	Naslov
1		
2		
3		
4		

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika): _____

Naslov stalnega bivališča: _____

v postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv: _____

Poslovni naslov: _____

Matična št.: _____

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjavo poda ena od odgovornih oseb ponudnika.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

POGODBA O DOBAVI IN VZDRŽEVANJU 4K ENDOSKOPSKEGA VIDEOSTOLPA Z NAPREDNIM DOKUMENTACIJSKIM SISTEMOM

ki jo sklepata:

NAROČNIK: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med.
Matična številka: 5057272000
ID številka za DDV: SI52111776

in

DOBAVITELJ:

ki ga zastopa _____
Matična številka: _____
ID številka za DDV: _____

1. člen (uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom«, št. objave na Portalu javnih naročil: _____;
- je bila druga stranka te pogodbe (dobavitelj) izbrana kot ponudnik, ki je oddal najugodnejšo dopustno ponudbo;
- sta ponudba dobavitelja z vsemi prilogami in razpisna dokumentacija za navedeno javno naročilo sestavni del te pogodbe in dobavitelja zavezujeta v celoti ter enako, kot ta pogodba. V primeru nezdružljivosti med določili pogodbe in ponudbe dobavitelja oziroma razpisne dokumentacije, veljajo najprej določila pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in nato ponudba.

2. člen (predmet pogodbe)

S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo naročniku dobavil v last in posest 4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom, z vso pripadajočo opremo, s karakteristikami, kot so navedene v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije in v ponudbi dobavitelja, vključno s Ponudbo – ponudbenim predračunom, naročniku ta endoskopski videostolp namestil in vzpostavil v ustrezno delovanje ter izvajal vzdrževanje videostolpa celotno garancijsko in pogarancijsko obdobje, naročnik pa se zavezuje, da bo dobavitelju za to plačal kupnino ter ceno pogarancijskega vzdrževanja.

Dobavitelj mora pogodbo izpolniti v celoti, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke ter v skladu s standardom dobrega strokovnjaka.

Dobavljena oprema mora imeti ves čas od dobave do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda s predpisi v EU in evropskimi standardi, kar predstavlja za naročnika bistven pogodbeni pogoj. Vsi izdelki, ki jih dobavitelj dobavi naročniku, morajo biti novi in nerabljeni.

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoča tveganja v zvezi z njegovo izpolnitvijo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma z vso prejeto dokumentacijo, ter so mu jasni in razumljivi pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev javnega naročila.

3. člen (pogodbena cena)

Pogodbena cena za predmet iz prejšnjega člena pogodbe znaša:

Št.	Postavka	Enota mere	Kol.	Cena na EM brez DDV	Cena postavke brez DDV
1.	4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom (<u>dopisati proizvajalca in model</u>), z vso pripadajočo opremo: _____ _____ _____	kpl	1		
2.	Preventivno pogarancijsko vzdrževanje	leto	3		
3.	Kurativno pogarancijsko vzdrževanje, skladno s priloženim cenikom	kpl	1	50.000,00	50.000,00

Skupna pogodbena cena brez DDV	EUR
DDV _____%	EUR
Skupna pogodbena cena z DDV	EUR

Cena dobave je fiksna in nespremenljiva ves čas od sklenitve pogodbe do njene izpolnitve.

Cena pogarancijskega vzdrževanja se v prvem letu trajanja pogodbe ne sme spremeniti. Katera koli pogodbena stranka lahko po preteku enega leta od sklenitve pogodbe drugo pogodbeno stranko z obrazloženim dopisom seznani z morebitnimi potrebovanimi

spremembami cen po pogodbi, upošteva indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: indeks). V takem primeru se lahko v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah sklepajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), izvede valorizacija pogodbenih cen. Cene se lahko valorizirajo šele, ko se indeks zviša oziroma zniža za 4%, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Povišanje oziroma znižanje cen lahko znaša največ 80% povišanja oziroma znižanja indeksa. Vsa nadaljnja povišanja oziroma znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje oziroma znižanje indeksa ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja oziroma znižanja denarnih obveznosti. V kolikor je sprememba indeksa izkazana in jo potrdi druga stranka, pogodbeni stranki spremembo cen uredita z aneksom k tej pogodbi.

Pogodbena cena zajema vse popuste in stroške (stroške dela, potrošnega materiala, potrebovanih strojev in opreme, zavarovanj, pridobitve listin in dokumentacije, dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske, organizacijske, režijske, manipulativne ter vse morebitne druge stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo pogodbe). Pogodbena cena za dobavo opreme vključuje transport dobav DDP (Incoterms 2020) na lokacijo naročnika razloženo, ter vključuje tudi namestitev, vzpostavitev in »zagon v živo«. Naročnik dobavitelju ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni.

V kolikor pride po sklenitvi pogodbe do spremembe veljavne zakonodaje, ki vpliva na izvajanje predmeta pogodbe, dobavitelj ni upravičen do zvišanja pogodbene cene, temveč mora svoje obveznosti izpolniti po pogodbeni ceni, skladno z veljavnimi predpisi, razen, kolikor bi se s spremembo zakonodaje spremenila višina davka na dodano vrednost.

4. člen **(način obračunavanja in plačila)**

Dobavljeno blago in izvedene storitve po tej pogodbi bo dobavitelj obračunal z izstavitvijo računov, ki jih bo naročniku dostavil v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik bo poravnaval svoje obveznosti do dobavitelja po tej pogodbi na podlagi pravilno izstavljenih računov. Dobavitelj izstavi račun za dobavo in namestitev dobavljene opreme v roku 8 dni po uspešno opravljenem prevzemu. Dobavitelj izstavi račun za storitve pogarancijskega vzdrževanja na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev ter cen na enoto mere. Dobavitelj izstavi naročniku račun v roku 8 dni po vsakokratni naročnikovi potrditvi poročila o opravljanem plačljivem vzdrževalnem posegu.

Naročnik plača nesporni del pravilno izstavljenega računa v roku 30 dni od dneva njegovega prejema. V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik poda nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj transakcijski račun.

Če naročnik zapadlega zneska po potrjenem računu ne plača pravočasno, je dobavitelj upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

5. člen

(rok izpolnitve)

Dobavitelj se obvezuje, da bo opremo iz 2. člena pogodbe dobavil, namestil in vzpostavil naročniku v roku 90 dni od sklenitve te pogodbe, nadalje pa bo skladno s priporočili proizvajalca oziroma posameznimi naročili naročnika izvajal vzdrževanje dobavljene opreme.

V primeru nastopa nepredvidljivih in neodvrtljivih okoliščin, ki bi dobavitelju onemogočale izpolnitev pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, se lahko ta rok podaljša s sporazumom pogodbenih strank, vendar največ za čas trajanja takih okoliščin. Dobavitelj je dolžan naročnika o nastopu takih okoliščin nemudoma obvestiti, sicer se nanje ne more sklicevati.

6. člen

(obveznosti dobavitelja)

Obveznosti dobavitelja po tej pogodbi so:

- svoje obveznosti izpolniti vestno, pošteno in kakovostno, brez napak in zamud, skladno z določili pogodbe ter v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke;
- zagotoviti vse tehnične, materialne in kadrovske vire, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe;
- sodelovati z naročnikom ter po potrebi z organi in tretjimi osebami s ciljem, da prevzete obveznosti izpolni kakovostno, pravočasno in brez napak;
- sproti popravljati in dopolnjevati način izpolnjevanja pogodbe, v kolikor naročnik ugotovi oziroma se izkaže, da je dobaviteljev način izpolnjevanja pogodbe pomanjkljiv ali nepravilen;
- varovati interese naročnika, ga sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti, ter mu na zahtevo dajati pojasnila glede izpolnjevanja pogodbe;
- zagotoviti vse potrebno, da naročnik pridobi lastninsko pravico na dobavljeni opremi.

7. člen

(obveznosti naročnika)

Obveznosti naročnika po tej pogodbi so:

- dobavitelju podati pojasnila in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za uspešno izpolnitev pogodbe;
- pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izpolnitev njegovih obveznosti;
- tolmačiti dobavitelju vse morebitne nejasnosti v obsegu in vsebini pogodbenih del;
- prevzeti ustrezno dobavljeno, nameščeno in vzpostavljeno naročeno opremo;
- dobavitelju plačati izpolnitev njegovih obveznosti skladno s to pogodbo.

8. člen (podizvajalci)

Dobavitelj bo to pogodbo izpolnil z naslednjimi podizvajalci: _____.

V primeru, da je kateri od podizvajalcev zahteval neposredna plačila, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Dobavitelj mora svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, ter natančno specifikacijo prejemnikov plačil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izpolnitev svojih obveznosti, neposredno povezanih s predmetom te pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi (tj. v petih dneh po sklenitvi pogodbe s podizvajalcem, a pred pričetkom izvajanja del s strani podizvajalca).

Vsak podizvajalec, ki bo nominiran naknadno, po sklenitvi te pogodbe, mora izkazovati odsotnost obstoja razlogov za izključitev. V primeru nominacije novega podizvajalca namesto prejšnjega, mora novi podizvajalec izkazovati tudi izpolnjevanje tistih pogojev za priznanje sposobnosti. Dobavitelj mora za podizvajalce, ki jih namerava v izpolnitev javnega naročila vključiti po sklenitvi pogodbe, predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ob predlogu za nominacijo, pred pričetkom izvajanja del s strani novega podizvajalca. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglasižen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del, dokler naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in, v kolikor bo to primerno, pogojev.

Dobavitelj mora za novo angažirane podizvajalce predložiti obrazec ESPD, obrazec »Podizvajalci« in, v kolikor je to relevantno, obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«, »Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah« ter »Referenčno potrdilo«. Zaradi hitrejše obravnave predloga za nominacijo podizvajalca lahko dobavitelj poleg navedenih obrazcev predloži tudi dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter, če je relevantno, o izpolnjevanju pogojev.

Naročnik bo zavrnil naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 8.2 razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, skladno s katero je bila sklenjena ta pogodba, ter zahteval zamenjavo predlaganega podizvajalca (oziroma prevzem dela naročila zavrnenega podizvajalca s strani dobavitelja),
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za oddajo javnega naročila vsaj v enaki meri, kot jih je izpolnjeval podizvajalec, namesto katerega želi dobavitelj nominirati novega podizvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni nominiral v svoji ponudbi in za njegovo nominacijo tudi ni pridobil naknadnega soglasja naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe kadarkoli preveri, delavci katerega gospodarskega subjekta izpolnjujejo predmet naročila.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, tudi če naročilo izvede s podizvajalci.

9. člen

(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj mora skupaj s podpisom te pogodbe naročniku predložiti tri originalne podpisane in žigosane bianko menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, v papirni obliki. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je dobavitelj naročniku že predložil menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, s katero je naročnika za primer izpolnitve katere od spodaj navedenih okoliščin pooblastil za izpolnitev vsake od bianko menic.

Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti menično izjavo. V primeru, ko naročnik unovči oziroma predloži v unovčitev posamezno bianko menico, mu mora dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja predložiti novo bianko menico v nadaljnje zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oziroma oprave napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do višine 10% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, do primopredaje ter od poteka garancijskega roka do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,
- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),
- dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,
- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko v delu, ki se nanaša

na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik pod pogoji iz prejšnjega odstavka izpolni in unovči tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja ali, če dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izpolni in unovči do višine 5% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, od primopredaje do poteka garancijskega roka po tej pogodbi, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,
- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,
- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

10. člen (prevzem)

Prevzem oziroma dobava opreme iz 2. člena pogodbe se opravi na lokaciji naročnika, in sicer na Ginekološki kliniki, v centralnem operacijskem bloku 2.

Dobavitelj je dolžan o nameravani dobavi naročnika obvestiti vsaj tri delovne dni vnaprej. Dobavljena oprema mora biti tovarniško zapečaten. Prevzem se opravi s prevzemnim (primopredajnim) zapisnikom, ki ga podpišeta odgovorna predstavnika naročnika in dobavitelja po ustrezni dobavi in namestitvi ter »zagonu v živo« opreme iz 2. člena pogodbe. Odgovorni predstavnik naročnika podpiše prevzemni zapisnik ob ugotovitvi, da dobavljena oprema nima očitnih napak, je nepoškodovana, ustrezno nameščena in preizkušena. Prevzemni zapisnik je obvezna priloga k računu dobavitelja.

Ob dobavi naročnik dobavljeno opremo pregleda in morebitne očitne napake graja nemudoma, skrite napake pa skladno z veljavnimi predpisi. Morebitne ugotovljene napake je dolžan dobavitelj odpraviti v sorazmernem roku, ki ga določi naročnik, upoštevajoč pomen napak za uporabo opreme ter zahtevnost aktivnosti, potrebnih za odpravo napak. V primeru, da odprava napake na opremi ni mogoča (kar določi dobavitelj) ali smiselna (kar določi naročnik) je dolžan dobavitelj zagotoviti novo opremo, ki bo skladna z razpisnimi zahtevami in dobaviteljevo ponudbeno dokumentacijo. Če dobavitelj ne odpravi napak (oziroma ne zamenja neustrezne opreme) v postavljenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na stroške dobavitelja, s pribitkom 5% za kritje naročnikovih manipulativnih stroškov. Navedeno naročniku ne preprečuje uveljavitve sankcij po tej pogodbi. Dobavitelj naročniku v vsakem primeru odgovarja za nastalo škodo zaradi napak oziroma zamud pri prevzemu.

Dobavitelj mora pred primopredajo oziroma v okviru primopredaje predati naročniku naslednjo dokumentacijo:

- Navodila za uporabo in vzdrževanje;
- Kompletno tehnično dokumentacijo oziroma tehnični opis opreme;
- CE certifikat skladno z veljavnimi predpisi v RS in EU. Nalepka s CE označbo naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo;

- Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;
- Garancijsko izjavo z dnem začetka garancije.

Dobavitelj mora v okviru pogodbene cene ob primopredaji na lokaciji naročnika izvesti primeren program šolanja oziroma izobraževanja uporabnikov naročnika za uporabo opreme (pri čemer udeležence in njihovo število določi naročnik). Dobavitelj mora po potrebi izvesti dodatna šolanja tudi kasneje, ob posegih.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji dobavitelja, ali ni skladna z določili te pogodbe oziroma s specifikacijami, bo zavržena, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Kot datum dobave šteje dan, ko je izvedena dobava, namestitev in vzpostavitev opreme ter so opravljene vse morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika, kar naročnik potrdi s prevzemnim zapisnikom. Z dnem prevzema opreme prične teči garancijsko obdobje za opremo.

11. člen

(garancija in pogarancijsko vzdrževanje)

Dobavitelj daje garancijo za kakovostno in pravilno delovanje dobavljene opreme za obdobje 2 let.

V garancijskem roku dobavitelj skrbi za brezhibno delovanje dobavljene opreme in skladno s tem zagotavlja brezplačno garancijsko servisiranje (odpravo napak) ter redno preventivno vzdrževanje opreme v skladu z zahtevami in priporočili proizvajalca. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravili v času garancijskega roka (potni stroški, porabljen čas, nadomestni deli, drug material ipd.) bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj sporoči naročniku najkasneje ob dobavi kontaktne podatke za prijavo napak oziroma naročanje servisnih storitev. Servisna služba mora biti organizirana tako, da omogoča zahtevani odzivni čas in čas odprave napake. Ne glede na to, ali dobavitelj zagotavlja servisiranje iz tujine, komunikacija z naročnikom poteka izključno v slovenskem jeziku.

Dobavitelj bo za obdobje 3 let od poteka garancijskega roka za opremo zagotavljal pooblaščen servisno službo, preko katere bo izvajal preventivne servisne preglede in popravila skladno z navodili in priporočili proizvajalca, ter na poziv naročnika.

Proizvajalec predpisuje servisni pregled, ki se izvaja _____-krat letno, kar znaša v 3 letih po poteku garancije skupaj _____ servisnih pregledov, v kolikor proizvajalec ne predpiše drugače. Pogodbena cena preventivnega pogarancijskega vzdrževanja se razdeli tako, da dobavitelj za vsak servisni pregled obračuna enak sorazmerni znesek skupne cene vzdrževanja za obdobje 3 let. Servisni pregledi znotraj garancijskega obdobja so všteti v ceno opreme (tj. se ne zaračunajo). V ceni garancijskega vzdrževanja so vključeni vsi

stroški, vključno z nadomestnimi deli, potrošnim materialom, porabljenim pri vzdrževanju, delom in potnimi stroški.

Storitve dobavitelja pri izvajanju preventivnega servisnega pregleda obsegajo (v kolikor proizvajalec ne predpisuje drugače):

- pregled dejanskega stanja,
- zamenjava predpisanih delov (v kolikor to proizvajalec zahteva oziroma priporoča) in preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu,
- nadgradnja strojne in/ali programske opreme, ki je priporočljiva ali nujna s strani proizvajalca za nemoteno in varno kakovostno izvajanje storitev,
- pisna izjava o ustreznosti opreme.

V primeru okvar opreme zunaj garancijske dobe dobavitelj naročniku po tej pogodbi zagotavlja popravila opreme (tj. kurativno pogarancijsko vzdrževanje), vključno z zamenjavo nadomestnih delov, skladno s cenikom, priloženim ponudbi, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba, do skupne pogodbene vrednosti kurativnega pogarancijskega vzdrževanja.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako v najkrajšem možnem času, pri čemer mora pristopiti k odpravi napake v roku 4 ur od prejema obvestila naročnika (odzivni čas), napako pa mora odpraviti v roku 48 ur od poteka odzivnega časa (rok za odpravo napake). V primeru, ko odprava napake traja dlje od roka za odpravo napake, mora dobavitelj naročniku v roku za odpravo napake brezplačno dostaviti in vzpostaviti enakovredno (ali boljšo) nadomestno opremo za čas odprave napake.

Dobavitelj posreduje naročniku po končanem delu poročilo o opravljenem delu, v katerem je specificiran porabljen material in porabljen delovni čas. Poročilo o opravljenem servisnem pregledu oziroma posegu (zunaj garancijskega obdobja), potrjeno s strani naročnika, je obvezna priloga k računu dobavitelja.

Pri vzdrževanju oziroma popravilih lahko dobavitelj dele dobavljene opreme nadomesti samo z originalnimi nadomestnimi deli. Dobavitelj je dolžan originalne nadomestne dele zagotavljati najmanj 5 let od primopredaje.

12. člen

(predstavnika pogodbenih strank)

Pogodbeni stranki imenujeta svoje predstavnike z namenom zagotoviti jasne in dostopne kanale komunikacije, sodelovanja, dajanja informacij in tekočega usklajevanja pri izvrševanju pogodbe.

Odgovorna predstavnika naročnika po tej pogodbi sta doc. dr. Kristina Drusany Starič, dr. med., in prof. dr. Borut Kobal, dr. med.

Odgovorni predstavnik dobavitelja po tej pogodbi je _____.

Pogodbeni stranki zagotovita, da sta njuna predstavnika pooblaščenata, da zanju podajata izjave volje v zvezi z izvrševanjem te pogodbe. V kolikor glede določenega vprašanja predstavnik stranke ni pooblaščen za dajanje izjav volje, mora to vnaprej posebej sporočiti

nasprotni stranki. Morebitno zamenjavo odgovornega predstavnika lahko pogodbeni stranka opravi samo s pisnim sporočilom nasprotni stranki.

13. člen **(odstop od pogodbe)**

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni v primerih, opredeljenih v tretjem in petem odstavku 9. člena pogodbe ali če dobavitelj drugače huje krši določila te pogodbe. Naročnik lahko skladno s tem odstavkom odstopi od pogodbe po predhodnem opominu, razen v primeru iz pete alineje tretjega odstavka 9. člena pogodbe, ko opomin ni potreben.

Naročnik lahko brez kakršnih koli obveznosti do dobavitelja odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni tudi v primeru, da za naročilo nima več zagotovljenih oziroma pripravljenih sredstev.

Dobavitelj lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni v primeru, ko naročnik zamuja s plačilom pravilno izstavljenega in prejetega računa, ki ga ni grajal, oziroma nespornega dela takega računa, več kot 90 dni, pri čemer je dobavitelj naročnika opomnil na njegove obveznosti po takem računu.

Odstop od pogodbe mora biti nasprotni stranki sporočen v pisni obliki. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora vsebovati obrazložitev okoliščin, ki predstavljajo razlog za odstop, ter navedbo datuma, od katerega odstop učinkuje.

Pogodba lahko v primeru, da ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank, preneha veljati tudi na podlagi sporazuma strank, s katerim stranki dogovorita podrobnosti glede prenehanja njunega pogodbenega razmerja.

14. člen **(pogodbena kazen)**

Če dobavitelj zamuja z izpolnitvijo katere koli svoje pogodbene obveznosti iz razloga, ki ne izvira iz sfere naročnika, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 promilov (5‰) celotne pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več, kot 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Če dobavitelj katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (pri čemer ne gre za izpolnitev z zamudo) oziroma jo preneha izpolnjevati ali jo izpolni z napako, ki je na poziv naročnika ne odpravi v celoti in v postavljenem roku, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Obveznost plačila pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. V kolikor nastane naročniku škoda, lahko naročnik njeno povrnitev uveljavlja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Naročnik iz naslova pogodbene kazni izstavi dobavitelju račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

15. člen

(socialna klavzula)

Ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca, ali če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo ta o tem obvesti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, in ki ni daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ni daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

16. člen

(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

17. člen

(varstvo osebnih podatkov)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenili posebno pogodbo.

18. člen **(varstvo zaupnih podatkov)**

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

19. člen **(končne določbe)**

Stranki se zavezujeta, da bosta pri izvrševanju te pogodbe ravnali v dobri veri, skladno z načelom vestnosti in poštenja, ter da bosta storili vse, kar je potrebno in dopustno za izpolnitev pogodbe.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko dobavitelj predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. Pogodba je sklenjena do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja in dobaviteljevi odpravi morebitnih notificiranih napak.

Naročnik in dobavitelj se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazuma ne bi mogla doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod. Če je pogodba elektronsko podpisana, prejme vsaka stranka elektronski izvirnik pogodbe. Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve pogodbe so možne le s soglasjem pogodbenih strank in v pisni obliki.

Številka: _____
Datum: _____

Številka: _____
Datum: _____

NAROČNIK

Univerzitetni klinični center Ljubljana
doc. dr. Marko Jug, dr. med., direktor

DOBAVITELJ

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Gospodarski subjekt: _____

V postopku oddaje javnega naročila »4K endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da predmet naše ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične specifikacije, navedene v nadaljevanju:

1	4 K VIDEO PROCESOR	
	Procesor mora zagotavljati polno 4K kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 × 2160 točk.	
	Mora zagotavljati video izhode, kompatibilne s ponujenim monitorjem. Vsaj 1 × 12/3G-SDI , vsaj 2 × DVI-D, 2 x Display Port 1.2.	
	Mora zagotavljati video vhode, kompatibilne s ponujeno opremo. Vsaj za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB.	
	Vsaj 2 × digitalni zoom.	
	Prikaz slike v razmerju 16:9.	
	Možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike.	
	Omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer.	
	Možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla.	
	Vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice.	
	Možnost shranjevanja slik ali video posnetkov vsaj preko USB priklopa ali zunanega diska. USB vhod za shranjevanje 4k slike v JPEG formatu in 4k video materiala (3840 × 2160) v MPEG4 formatu.	
	Možnost priključitve različnih glav kamere.	
	Možnost uporabe različnih barvnih filtrov za prepoznavanje različnih struktur (standard, Clara, Clara + Chroma, Spectra A, Spectra B).	
	Funkcija nastavitve testa beline.	
	Simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side) in slike v sliki (picture in picture), iz dveh različnih digitalnih virov.	
	Proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere.	
	Možnost najmanj 20 osebnih nastavitev.	
	Certificiran za medicinske namene (v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU).	
	V kompletu dobaviti:	
	• Procesor.	1
	• Digitalni modul za priklop 4K glave kamere.	1
	• Tipkovnica.	1
	• Potrebni priključni in komunikacijski kabli.	1
2	4K LED MONITOR 32'	
	Uporabniku prijazen dizajn – sprednja stran mora biti enostavna za čiščenje, zaradi ravne površine in možnosti skritih gumbov.	

	Velikost ekrana vsaj 32" oziroma 81,3 centimetrov.	
	Zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 točk.	
	Prikaz slike v razmerju 16:9.	
	Možnost predvajanja dveh slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP).	
	Oprema mora biti kompatibilna in povezana s ponujeno integracijsko opremo.	
	Osvetlitev najmanj 700 cd/m2.	
	Kontrast najmanj 1300:1.	
	Kot gledanja najmanj 178°.	
	Odzivni čas največ 18 ms.	
	Video vhodi vsaj: 1 x DP 1.2 (UHD); 1 x DVI-D (FULL HD); 1 x 3G-SDI (FULL HD); 1 x 12G-SDI (UHD); 1 x HDMI (UHD); 1 x RS-232C; 1 x Ethernet.	
	Video izhodi vsaj: 1 x DVI-D (FULL HD); 1 x 12G-SDI (UHD); 1 x DP 1.2 (UHD).	
	Certificiran za medicinske namene v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU. FDA Class I Medical Device.	
	V kompletu dobaviti:	
	• Medicinski monitor 4K LED MONITOR 32'.	1
	• potrebni priključni in komunikacijski kabli.	1
3	DODATNI SEKUNDARNI 4K LED MONITOR 32'	
	Uporabniku prijazen dizajn – sprednja stran mora biti enostavna za čiščenje, zaradi ravne površine in možnosti skritih gumbov.	
	Velikost ekrana vsaj 32" oziroma 81,3 centimetrov.	
	Zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 točk.	
	Prikaz slike v razmerju 16:9.	
	Možnost predvajanja dveh slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP).	
	Oprema mora biti kompatibilna in povezana s ponujeno integracijsko opremo.	
	Osvetlitev najmanj 700 cd/m2.	
	Kontrast najmanj 1300:1.	
	Kot gledanja najmanj 178°.	
	Odzivni čas največ 18 ms.	
	Video vhodi vsaj: 1 x DP 1.2 (UHD); 1 x DVI-D (FULL HD); 1 x 3G-SDI (FULL HD); 1 x 12G-SDI (UHD); 1 x HDMI (UHD); 1 x RS-232C; 1 x Ethernet.	
	Video izhodi vsaj: 1 x DVI-D (FULL HD); 1 x 12G-SDI (UHD); 1 x DP 1.2 (UHD).	
	V setu dobaviti modul, ki omogoča brezžično povezavo in prenos 4 k slike iz primarnega monitorja oziroma videoprosesorja	
	Certificiran za medicinske namene v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU. FDA Class I Medical Device.	
	V kompletu dobaviti:	
	• Medicinski monitor 4K LED MONITOR 32'.	1
	• potrebni moduli, priključni in komunikacijski kabli.	1
	• Samostojno stojalo za monitor, vsaj 4 antistatična kolesa z zavorami, za medicinsko uporabo	1
4	IZVOR SVETLOBE LED	
	LED svetlobni / fluorescentni vir hladne svetlobe, z dvema ločeno in hkrati aktivnima visokozmogljivima LED lučkama za belo svetlobo in blizu infra aplikacije z visoko intenzivnostjo svetlobe (npr. ICG).	
	Tip svetilke: dve visokozmogljivi LED; beli LED in blizu infrardeči LED, ki sta aktivni posamično ali hkrati.	

	Barvna temperatura: bela svetloba 5700 K.	
	Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 65.	
	Prilagajanje jakosti svetlobe: ročno ali avtomatično prek komunikacijskega kanala.	
	Napajanje: 100-240 VAC.	
	Frekvenca: 50-60 Hz.	
	Poraba energije 220 VA.	
	Dimenzije (š x v x d): 305 x 120 x 370 mm.	
	IEC 60601-1, IEC 60601-2-18, CE acc. v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU, zaščitni razred I / varnostni razred za zaščito pred električnim udarom, vsaj CF; s svetlobnimi kabli KS, CF defib.	
	Povprečna življenjska doba LED svetilke najmanj 30.000 ur.	
	Visoka energetska učinkovitost z najnovejšo LED tehnologijo.	
	Svetlobni adapter s ščitnikom proti bleščanju.	
	Gumb v pripravljenosti s funkcijo pomnilnika (zapomni si zadnjo izbrano stopnjo svetlosti).	
	Intenzivnost svetlobe se lahko ročno nastaviti v 20 korakih.	
	Intenzivnost svetlobe se lahko v 99 korakih prilagodi prek komunikacijskega kanala.	
	Ročni nadzor sterilnega polja s pomočjo gumbov glave kamere preko komunikacijskega kanala v kombinaciji z združljivim sistemom kamer.	
	Vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe.	
	Stopalka, ki v sterilnem polju omogoča preklap med belo svetlobo in blizu infra svetlobe z visoko intenzivnostjo svetlobe (npr. ICG).	
	Komunikacijski vmesnik na viru svetlobe za povezavo z drugimi enotami.	
	Tiho delovanje.	
	Okolju prijazna, saj LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS 2.	
	Zaščitni razred CF defib za svetlobne kable Karl Storz (zaščitni razred CF pri uporabi lahkih kablov drugih proizvajalcev).	
	Kompatibilnost z obstoječimi svetlobnimi kabli.	
	V kompletu dobaviti:	
	• Izvor svetlobe LED.	1
	• Stopalka za preklap med LED viri svetlobe	1
	• potrebni priključni in komunikacijski kabli.	1
5	4K GLAVA KAMERE s funkcijo ICG	
	4 K endoskopska glava kamere najvišjega standarda z resolucijo 3840 x 2160 točk, v progresivni tehniki in slikovnim razmerjem 16:9.	
	Osvežitev slike vsaj 50-krat na sekundo.	
	Z integriranim sistemom 3-kratne digitalne povečave.	
	Z vgrajenimi 1 čipom, kar preprečuje pregrevanje glave kamere.	
	Omogoča spreminjanje barvnih spektrov, spreminjanje intenzitete iluminacije ter kontrasta.	
	Glava kamere z integriranim video adapterjem za optiko z okularjem.	
	Programske tipke na glavi kamere (vsaj 3x) morajo omogočati nastavitve vseh parametrov iz glave kamere.	
	Teža glave kamere maksimalno 260 g.	
	Omogoča naj sterilizacijo vsaj v plazmi.	
	Kompatibilnost s ponujenim procesorjem.	

	Certificirana v skladu z EN 60601 CF-Defib.	
	V kompletu dobaviti:	
	<ul style="list-style-type: none"> Glava kamere 4K ICG 	1
6	ELEKTRONSKI CO2 INSUFLATOR	
	Uporabniku "prijazen" kontrolni panel, enostavna nastavitve in kontrola pritiska plina med procesom insuflacije.	
	Optični in akustični alarm v primeru prekoračenega intra-abdominalnega tlaka ter prazna jeklenka CO2.	
	Dva načina dotoka plina, pediatrični in za odrasle.	
	Možnost izbire opcije Visokega pretoka (High Flow).	
	Nastavitve pretoka plina: 0 – 50 L/min.	
	Nastavitve tlaka plina: 0 – 30 mmHg (3990Pa).	
	Gretje plina do 37°C.	
	Prikaz pritiska insuflacije.	
	Prikaz intra abdominalnega tlaka (0 - 50 mmHg).	
	Prikaz porabe plina (0 – 999L).	
	Skladno z IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CE acc. v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU.	
	Kompatibilen s potrošnim materialom za insuflacijo, ki se v ustanovi že uporablja	
	V kompletu dobaviti:	
	<ul style="list-style-type: none"> Insuflator. 	1
	<ul style="list-style-type: none"> Kabel 220 V. 	1
	<ul style="list-style-type: none"> Ključ za jeklenko. 	1
	<ul style="list-style-type: none"> Insuflacijska cev za povezavo z jeklenko za CO2. 	1
7	LAPAROSKOPSKA ICG OPTIKA IN SVETLOBNI KABLI	
	Teleskop lečni sistem kot gledanja 0 °, premer 10 mm	
	Avtoklavirna	
	Dolžina 31 cm	
	Omogočati mora delo z belo svetlobo kot IR svetlobo za delo z ICG	
	Kompatibilna s ponujeno opremo	
	V kompletu dobaviti:	
	<ul style="list-style-type: none"> Laparoskopska optika ICG 0 ° 	3
	<ul style="list-style-type: none"> Svetlobni kabel primeren za 10 mm optike in ICG; z 90 ° defleksijo proti instrumentu, premer 4,5 – 4,8 mm, dolžina 300 centimetrov 	3
	<ul style="list-style-type: none"> Sterilizacijska kaseta za hrambo optike, 500 x 110 x 45 mm (+/- 5%), s protizdrsno površino, zatemnjenim pokrovom 	3
	<ul style="list-style-type: none"> Adapter za obstoječe Karl Storz svetlobne kable, v kolikor ga ponujena oprema potrebuje. 	3
8	ELEKTROKIRURŠKA ENOTA	
	Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih.	
	Vsaj 9 palčni barvni monitor na dotik z visoko ločljivostjo.	
	Možnost shranjevanja najmanj 300 posegov.	
	USB-in RJ45 port-Service za posodobitev programske opreme in razširitev funkcij.	
	Stalno spremljanje nevtralne elektrode med enkratno uporabo.	
	Samodejno testiranje ob vklopu vseh ustreznih parametrov in funkcionalnosti za največjo varnost bolnikov in uporabnikov.	

Monopolarna moč vsaj: 400 W.	
Bipolarna moč vsaj : 400 W, Bipolarna resekcija in vaporizacija TUR.	
Avtomatična prepoznavna lap. bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življenjsko dobo inštrumenta.	
Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, opozarjanje na napake, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 5 0vatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas.	
Stalna kontrola izhodne moči	
Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode.	
Kontrola vračanja tokov preko nevtralne elektrode.	
Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode.	
Proženje koagulacije in rezanja preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.	
Priključki vsaj: 2 x monopolarni, 2 x bipolaren , ne-nevtralna elektroda, 2 x nožna stopalka.	
Napetostno območje: 100 – 120 V/ 220 – 240 V	
Tip: IEC 60601-1, CE acc. v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU. Razred zaščite I / CF, medicinski pripomoček razreda IIb.	
V kompletu dobaviti:	
• HF-elektrokirurška naprava.	1
• Napajalni kabel.	1
• Trinožna stopalka.	1
• Kabel za nevtralno elektrodo.	1
• Nevtralne elektrode za enkratno uporabo, odrasli	50
9 ČRPALKA ZA SUKCIJO IN IRIGACIJO	
HYS način: Regulacija s pomočjo tlaka (mmHg): Irigacijski tlak: 0-200 (26,6 kPa), nastavljen v korakih 10 mmHg. Pretok: 0-1300 ml/min (ni nastavljen).	
Način LAP: Regulacija s pomočjo pretoka (ml/min): Irigacijski tlak: 0-500 mmHg (66,6kPa) (ni nastavljen). Pretok: 0-1300 ml/min, nastavljen v korakih po 100 ml/min.	
Sukcijski tlak (bar): Regulirano: Način HYS: 0-(-)0,8 bara (-80 kPa), nastavljen v korakih po 0,1 bara. Način LAP: 0-(-)0,8 bara (-80 kPa), nastavljen v korakih po 0,1 bara.	
Maksimalna glasnost delovanja: < 80 dB	
Certificirano po: IEC 60601-1, oznaka CE v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU.	
Funkcijo irigacije izvaja valjčna črpalka, funkcijo sukcije izvaja membranska črpalka.	
Najvišji parametri za uporabo v načinu laparoskopije ali histeroskopije se nastavijo samodejno, z izbiro kompleta kasetnih cevi.	
Preprosta in natančna nastavitve parametrov irigacije in sukcije preko zaslona na dotik.	
Združljivost s komunikacijskim vodilom.	

	Komplet kasetnih cevi zagotavlja uporabniku prijazno uporabo naprave.	
	Funkcija sukcije in irigacije, za lažjo uporabo, združeni v eni napravi.	
	V kompletu dobaviti:	
	• Črpalka za sukcijo in irigacijo	1
	• Napajalni kabel	1
1 0	ENOTA MOTORNEGA SISTEMA IN SHAVERJA	
	Multidisciplinarni motorni sistem - enota za uporabo z elektro mehanskim motorjem in shaverjem; s črpalko z barvnim zaslonom na dotik (1 komplet)	
	Z avtomatskim prepoznavanjem priključenega motorja/ročnika	
	Z barvnim zaslonom na dotik	
	S stekleno sprednjo stranjo za lažje čiščenje in vzdrževanje	
	Z dvema priključkoma, za sočasen priklop dveh motorjev/ročnikov	
	Z možnostjo priključitve več različnih motorjev/ročnikov	
	Vse nastavitve naj bo možno upravljati oz. nadzorovati preko integriranega zaslona na dotik	
	S spremenljivim razponom hitrosti	
	Z možnostjo vnaprej nastavljive maksimalne hitrosti	
	S konstantno visoko močjo delovanja motorja v celotnem območju vrtljajev	
	Motorni sistem vključuje modul za ginekološke posege; ima modularen način delovanja, ki omogoča nadgradnjo na dodatne module in področja dela	
	Z modularno črpalko za sukcijo, ki je kompatibilna z motornim sistemom.	
	Omogočena naj bo avtomatska sukcija ob aktiviranju motorne enote	
	S črpalko, nadzorovano preko stopalke, ki upravlja tudi motorno enoto	
	Z dvostopenjsko stopalko, ki omogoča v prvi stopnji sukcijo v drugi sproži oscilacijo	
	S kontinuirano nastavljivo hitrostjo vrtenja	
	Omogoča naj integrirano komunikacijo enote preko ethernet vmesnika	
	Omogoča naj priklop/uporabo ročnikov z visokimi vrtljaji, shaver ročnikov (vsaj 5.000 vrtljajev/minuto)	
	Z dvema priključkoma za stopalko, z enim spredaj in z enim z zadnje strani	
	Z USB vhodom	
	Z ethernet vhodom	
	Z enojno stopalko z dvema stopnjama ter z možnostjo priključitve brezžične stopalke	
	Stopnja zaščite proti električnemu udaru: vsaj tip BF. Vrsta zaščite proti električnemu udaru: razred I	
	Vodotesnost testiranja po IPX11	
	Certifikati: IEC 60601-1, UL 60601-1, CE, MDR; Medicinska naprava class IIa	
	Minimalne tehnične zahteve za ročnik in delovne nastavke:	
	Ergonomsko oblikovan shaver ročnik, maksimalna teža 370 g, za ponovno uporabo	
	Omogoča uporabo z različnimi nastavki, ki so kompatibilni s 5 mm in 6 mm sistemom za shaver	
	Set nastavkov za večkratno uporabo za shaver naj vsebuje:	
	Shaver rezilo, za ponovno uporabo, ravno, omogoča sterilizacijo rezila, konkavni rezalni rob, dvojno nazobčan, ovalno okno za rezanje, premer 4 mm, dolžina 32 cm; kompatibilen s 6 mm histeroskopskim setom za motorno enoto in shaverjem	
	Shaver rezilo, za ponovno uporabo, ravno, omogoča sterilizacijo rezila, dvojno nazobčano rezilo, pravokotno okno za rezanje, premer 4 mm, dolžina 32 cm;	

	kompatibilen s 6 mm histeroskopskim setom za motorno enoto in shaverjem	
	Shaver rezilo, za ponovno uporabo, omogoča sterilizacijo rezila, lateralna odprtina, konkavni rezalni rob, pravokotno okno za rezanje, dvojno nazobčano rezilo, premer 3 mm, dolžina 32 cm; kompatibilen s 5 mm histeroskopskim setom za motorno enoto in shaverjem	
	Shaver rezilo, za ponovno uporabo, ravno, omogoča sterilizacijo rezila, distalna odprtina, konkavni rezalni rob, pravokotno okno za rezanje, dvojno nazobčano rezilo, premer 3 mm, dolžina 32 cm; kompatibilen s 5 mm histeroskopskim setom za motorno enoto in shaverjem	
	Vsa zgoraj našeta shaver rezila oziroma nastavki so za večkratno uporabo.	
	Histeroskopski set za uporabo z motorno enoto in shaverjem, 6 mm	
	Histeroskopska širokokotna optika, 6 stopinjska, premer 19 Fr, delovna dolžina 20 centimetrov, z delovnim kanalom premera 4 mm. Ovalna oblika delovnega elementa; s paralelnim okularjem, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe vgrajen. Z Luer konektom za dotok tekočine, barvna koda: zeleno-modra. V setu: optika, obturator in luer konekt za cev.	
	Svetlobni kabel kompatibilen z optiko in ponujenim izvorom svetlobe ter ustrezno sterilizacijsko kaseto za hrambo histeroskopskega seta (dimenzije vsaj 510x230x65 mm).	
	Prijemalke za prijemanje in disekcijo, premer 4 mm, kovinske, za ponovno uporabo, rigidne, dvoaktivne čeljusti, dolžina čeljusti 10 mm, 2x4 zobci, ročaj v obliki pištole, srajčka se mora rotirati, delovna dolžina 36 cm	
	Škarjice, premer 4 mm, kovinske, za ponovno uporabo, rigidne, dvoaktivne čeljusti, dolžina čeljusti 9,5 mm, nazobčene, konica ukrivljena navzgor, ročaj v obliki pištole, srajčka se mora rotirati, delovna dolžina 36 cm	
	Histeroskopski set za uporabo z motorno enoto in shaverjem, 5 mm	
	Histeroskopska širokokotna optika, 0 stopinjska, premer 5mm, delovna dolžina 19 centimetrov, z delovnim kanalom premera 3 mm. Ovalna oblika delovnega elementa; s paralelnim okularjem, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe vgrajen. Z Luer konektom za dotok tekočine, barvna koda: zeleno-bela. V setu: optika, obturator in luer konekt za cev.	
	Svetlobni kabel kompatibilen z optiko in ponujenim izvorom svetlobe ter ustrezno sterilizacijsko kaseto za hrambo histeroskopskega seta (dimenzije vsaj 510x230x65 mm).	
	Srajčka za kontinuirano sukcijo in pasiven odtok, 17 Fr	
	Prijemalke za prijemanje in disekcijo, premer 3 mm, kovinske, za ponovno uporabo, rigidne, dvoaktivne čeljusti, dolžina čeljusti 10 mm, 2x4 zobci, ročaj v obliki pištole, srajčka se mora rotirati, delovna dolžina 36 cm	
	Škarjice, premer 3 mm, kovinske, za ponovno uporabo, rigidne, dvoaktivne čeljusti, dolžina čeljusti 9,5 mm, nazobčene, konica ukrivljena navzgor, ročaj v obliki pištole, srajčka se mora rotirati, delovna dolžina 36 cm	
	V kompletu dobaviti:	
	• Motorno enoto z modulom (programsko opremo) za ginekološke posege	1
	• Enojno stopalko z dvostopenjskim delovanjem	1
	• Črpalko, povezljivo s komunikacijskim protokolom, ki deluje preko ethernet; modularno - za sukcijo ali hlajenje in izpiranje, s homogeno zmogljivostjo izpiranja v celotnem območju izpiranja, z ekranom na dotik	1

	• Osnovni set sterilnih cevi za črpalko	1
	• Priključitvene kable	1
	• Omrežni kabel	1
	• Shaver ročnik	1
	• Set nastavkov za shaver za večkratno uporabo (kot opisano zgoraj)	1
	• Histeroskopski set za uporabo z motorno enoto in shaverjem, 6 mm	1
	• Histeroskopski set za uporabo z motorno enoto in shaverjem, 5 mm	1
1	NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE IN SNEMANJE SLIK TER PODATKOV	
1	Glavni namen naprednega sistema za pridobivanje in snemanje slik ter podatkov je zmožnost zajemanja: podatkov o pacientu, mirujočih slik, video sekvenc in zvočnih datotek (anotacije) med diagnostičnim ali terapevtskim postopkom. Te funkcije dokumentacije postopka so del enote za fizično integracijo.	
	Kirurg, zdravnik ali njegov/njen pomočnik mora imeti popoln nadzor nad celotno dokumentacijo preko nadzornega zaslona. Sistem mora biti preprost, uporabniku prijazen, varen in nadgradljiv.	
	<i>Sistem za snemanje slik/video in arhiviranje podatkov mora vsebovati naslednje podrobne podatke:</i>	
	Uporabniku prijazna programska oprema, zasnovana posebej za medicinske namene	
	Zajem fotografij v 4K UHD in FULL HD, slike iz vseh integriranih virov in zvočnih datotek	
	Zajame video sekvence v 4K UHD, FULL HD ali 3D. Mora omogočati tudi zajem zvoka.	
	2-kanalno snemanje za fotografije in video posnetke	
	DSD vizualne in akustične povratne informacije pri snemanju fotografij in videoposnetkov.	
	Funkcija dodajanja vodnega žiga ustanove v sistemu.	
	<i>Minimalne tehnične zahteve sistema:</i>	
	Snemanje fotografij z ločljivostjo vsaj: 3840x2160p, izvorna ločljivost	
	Videoposnetki z ločljivostjo vsaj: 3840x2160p	
	Audio vhod – vsaj mikrofoni	
	Varnostni modul za varovanje sistema pred zunanjimi vdori	
	Upravljanje mora biti omogočeno preko zaslona na dotik	
	Operativni kirurg individualno prednastavi sistem za uporabo – enota mora podpirati različne uporabniške profile	
	Omogočati mora popoln nadzor od znotraj in zunaj sterilnega polja	
	Podpirati mora omrežno shranjevanje na datotečnih strežnikih	
	Podpirati mora shranjevanje FTP	
	Omogočati mora brezžično povezavo preko vgrajene Wi-Fi antene	
	Podpora USB, ki omogoča shranjevanje na pogonih USB	
	Prilagodljivi izpisi za dokumentirane informacije – možnost prilagoditve izpisov	
	Podpirati mora iskanje na kateri koli povezani tiskalnik (lokalni ali omrežni)	
	Vsebovati mora vmesni sistem za zagotovitev zanesljivosti	
	Sistem klasificiran kot medicinskega oprema s CE	
	Grabber-kartica: 1x DP 1.2a, 1x HDMI 2.0	

	Trdi disk: vsaj 2 TB	
	NAPREDNI SISTEM ZA ZAJEMANJE IN SNEMANJE SLIKE TER PODATKOV mora imeti naslednje tehnične podatke:	
	<p>Napajanje: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Poraba energije: Max. 500 vatov. Vodoodpornost: Vsaj IPX0</p> <p>Procesor: vsaj Intel® Core™ i7-6700 @ 3,4 GHz. Notranji pomnilnik: vsaj 1x SSD (70 GB) in 1x Trdi disk (2 TB). Pomnilnik RAM: vsaj 16 GB. Priključki: 2 x 1GB Ethernet (RJ 45), 4 x USB 2.0 in 3 x USB 3.0 zadaj, 1 x USB 3.0 spredaj. Izhodi: 2 x DP, 3 x RS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop, povezava pilotne luči,</p> <p>Format slike: BMP, JPG, JPNG. Video format: MPEG-4, MPEG-2, MOV. Vhodi za video signal: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0. Izhodi za video signal: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.</p> <p>Barvni sistem: PAL, NTSC. Operacijski sistem: vsaj Windows 10 IoT.</p> <p>Ločljivost fotografij: 3840x2160p, izvorna ločljivost. Ločljivost videoposnetkov: 3840x2160p@60Hz RGB/YUV</p>	
	Zahtevani certifikati: IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2.	
	<p>Razvrstitev: CE, v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/745/EU in 2020/561/EU, CSA. Zaščitni razred: 1/B. Medicinski pripomoček: Da.</p>	
	HL7 & DICOM POVEZLJIVOST NAPREDNEGA SISTEMA ZA ZAJEMANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE	
	<p>NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE IN SNEMANJE SLIK TER PODATKOV mora zagotavljati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povezljivost HL7. - Povezljivost DICOM. 	
	V sistem mora biti nameščen vmesnik, ki kirurgu omogoča ogled vseh slik, shranjenih v sistemu PACS, kot na zaslonu na dotik v operacijski. Poleg tega mora omogočati, da vse posnete intraoperativne slike prek vmesnika pošlje v sistem PACS za nadaljnjo obdelavo.	
	Upravljanje vsebin endoskopskih slik in videoposnetkov	
	<p>Upravljanje vsebine endoskopskih slik in videoposnetkov mora imeti naslednje karakteristike:</p> <p>Mora podpirati rešitve virtualnih strežnikov mora omogočati več hkratnih odjemalcev Rešitev podpira Unicode Za uporabo rešitve na mobilnih napravah mora biti podprt vsaj HTML 5 za uporabo rešitve na mobilnih napravah / v spletnem okolju priporočamo Safari / Internet Explorer</p>	
	<p>Sistem mora omogočati uporabniški in administracijski vmesnik / koncept dostopa Rešitev mora zagotavljati z geslom zaščiteno administracijo uporabnikov</p>	

	Rešitev mora zagotavljati koncept dostopa na podlagi vlog/profilov za dodelitev namenskih uporabniških pravic	
	Administracija s strani uporabnika mora omogočati: Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za upravljanje in administracijo uporabniških pravic in nastavitev aplikacije. Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za pregledovanje in analizo medicinskih videov. Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za upravljanje in administracijo vmesniških storitev	
	Upravljanje pacientov mora omogočati: Iskanje pacienta. Rešitev zagotavlja možnost za iskanje pacientov. Rešitev zagotavlja grafično zgodovino za vizualizacijo obiskov pacientov in neposrednega dostopa do posameznega primera. Rešitev omogoča ustvarjanje urgentnih pacientov.	
	V kompletu dobaviti:	
	• Napredni sistem za usmerjanje, zbiranje in snemanje slik ter podatkov;	1
	• Integriran, zložljiv zaslon na dotik dimenzije vsaj 12, 5 "	1
1	ENDOSKOPSKI VOZIČEK	
2		
	Primeren za namestitev ponujenih aparatov.	
	Mobilni s 4 antistatičnimi kolesi, na 2 kolesih zavore.	
	S centralnim stikalom, ki preko vgrajenega ločilnega transformatorja loči medicinske aparate od omrežja.	
	Minimalno 3 police in en predal, z možnostjo nastavitve višine.	
	Z dodatno izvlečno polico za tipkovnico.	
	Dimenzije vozička (v x š x g): min 1300 x 800 x 730 mm.	
	Nosilec za monitor, dolg, z vsaj enim kolenom, možnost nastavitve v vse smeri	
	Z držalom za kamero na strani vozička.	
	Vgrajeni dve ročki za vožnjo oziroma premikanje vozička. Locirane na zadnji strani vozička za lažje premikanje.	
	Nosilec za CO2 jeklenko.	
	V kompletu dobaviti:	
	• Endoskopski voziček.	1
	• Priključne in ozemljitvene kable za vso ponujeno opremo.	1

Zaželeno je, da ponudnik priloži **tehnično dokumentacijo** ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi, izjave proizvajalca ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta (naročnik lahko zahteva prospekte, tehnične liste ipd., torej več, kot le izjave).

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe: _____