

Številka: 200-31/2024-52
Datum: 16.10.2024

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-31/2024-49 z dne 14.10.2024**

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-31/2024
Predmet javnega naročila	Srčni spodbujevalniki in ostali MP Sklop 1: Impantabilne električne srčne naprave, elektrofiziologija in strukturni srčni posegi
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

1) Naročnik je po ponovnem pregledu izdane odločitve o izidu javnega naročila št. 200-31/2024-49 z dne 14.10.2024 ugotovil, da je v sklopu 1 prišlo do neljube napake pri določitvi najugodnejšega ponudnika in sicer pri art. N009439, N009440, N009442, N009443 in N009444.

2) Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-31/2024-49 z dne 14.10.2024 v točkah 3.1 kot sledi:

2.1) N009439 KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO

Artikel 965159 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO 6F Response CSL 5-5-5MM kat.št. 401399 St. Jude Medical« ponudnika Cardio Medical d.o.o. se označi kot **ustrezen** in kot **najugodnejši**. Naročnik bo za art. 965159 s ponudnikom Cardio Medical d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

2.2) N009440 KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO

Artikel 965160 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-2-MM kat.št. IBI-81171 Abbott (St. Jude Medical)« ponudnika Cardio Medical d.o.o. se označi kot **ustrezen** in kot **najugodnejši**. Naročnik bo za art. 965160 s ponudnikom Cardio Medical d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

Art. 466308 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm kat.št. 351200 Biotronik« ponudnika Bormia d.o.o. je sicer ustrezen, vendar ne najugodnejši. Naročnik za art. 466308 s ponudnikom Bormia d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

2.3) N009442 KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO

Artikel 965162 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-25-L kat.št. IBI-81174 Abbott (St. Jude Medical)« ponudnika Cardio Medical d.o.o. se označi kot **ustrezen** in kot **najugodnejši**. Naročnik bo za art. 965162 s ponudnikom Cardio Medical d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

Art. 466309 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm kat.št. 358797 Biotronik« ponudnika Bormia d.o.o. je sicer ustrezen, vendar ne najugodnejši. Naročnik za art. 466309 s ponudnikom Bormia d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

2.4) N009443 KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO

Artikel 965163 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry 1110-6-25-M kat.št. IBI-81102 Abbott (St. Jude Medical)« ponudnika Cardio Medical d.o.o. se označi kot **ustrezen** in kot **najugodnejši**.

Naročnik bo za art. 965163 s ponudnikom Cardio Medical d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

Art. 466310 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm kat.št. 358797 Biotronik« ponudnika Bormia d.o.o. je sicer ustrezen, vendar ne najugodnejši.

Naročnik za art. 466310 s ponudnikom Bormia d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

2.5) N009444 KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO

Artikel 965164 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry 1110-6-25-XL kat.št. IBI-81105 Abbott (St. Jude Medical)« ponudnika Cardio Medical d.o.o. se označi kot **ustrezen** in kot **najugodnejši**.

Naročnik bo za art. 965164 s ponudnikom Cardio Medical d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

Art. 466311 »KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm kat.št. 370144 Biotronik« ponudnika Bormia d.o.o. je sicer ustrezen, vendar ne najugodnejši.

Naročnik za art. 466311 s ponudnikom Bormia d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

3) V ostalem naročniku svoje odločitve št. 200-31/2024-49 z dne 14.10.2024 ne spreminja.

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dni od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00579524.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek, posl. sekr.

Rebek

Vodja službe za nabavo in javna naročila:

Tjaša Brumat, mag. prava

Brumat

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.



Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil

www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva

Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	Ustrezni	Izbrana	Datum Od	Datum Do	DODATNI PODATKI	Pogodba	Rezultat	Vrednost	LPO	Strokovne zahteve
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	N009439	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO	N009439	KOS	002079	BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE,	235,1510	0	Nadomestek	0	0	03.11.2024	02.11.2026	PD1: MultiCath 10J 6F 5 mm kateter EF diagn. PD2: BIOTRONIK SE & Co. KG PD3: MultiCath 10J 6F 5 mm PD4: 110 cm, 6F PD5: 351193 PD6: 1 kos PD7: Desetpolarni diagnostični EF kateter z fiksno konico		Neustrezen: Ponujeni kateter je krajši od dolžine navedene v strokovnih	1.175,7550	5.000	Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus; dolžina 120 cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 5-5-5 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	965159	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO 6F Response CSL 5-5-5MM kat.št. 401399 St. Jude Medical	N009439	KOS	007411	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	238,7100	1 Najugodnejša cena	Artikel	1	1	03.11.2024	02.11.2026	PD1: Kateter elektrofiziološki diagnostični s fiksno konico PD2: Abbott PD3: Response Electrophysiology Catheter 6F Decapolar CSL, 5-5-5 PD4: 6F, dolžina 120 cm PD5: 401399 PD6: 1 PD7: Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus; dolžina 120 cm;6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 5-5-5		Ustrezen	1.193,5500	5.000	
		N009440	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO																	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	965160	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-2-MM kat.št. IBI-81171 Abbott (St. Jude Medical)	N009440	KOS	007411	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	536,5500	1 Najugodnejša cena	Artikel	1	1	03.11.2024	02.11.2026	PD1: Kateter elektrofiziološki diagnostični z upogljivo konico PD2: Abbott PD3: Inquiry Electrophysiology catheter 5F Decapolar 1110-5-2-M PD4: 5F; dolžina 110 cm PD5: IBI-81171 PD6: 1 PD7: Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm; 5F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2mm		Ustrezen	2.682,7500	5.000	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	466308	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm kat.št. 351200 Biotronik	N009440	KOS	002079	BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE,	695,3250	0	Artikel	1	0	03.11.2024	02.11.2026	PD1: ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm diagnostični elektrofiziološki kateter PD2: BIOTRONIK SE & Co. KG PD3: ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm PD4: 110 cm, 6F PD5: 351200 PD6: 1 kos PD7: Desetpolarni diagnostični EF kateter		Ustrezen	3.476,6250	5.000	
		N009442	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO																	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	965162	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-25-L kat.št. IBI-81174 Abbott (St. Jude Medical)	N009442	KOS	007411	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	536,5500	1 Najugodnejša cena	Artikel	1	1	03.11.2024	02.11.2026	PD1: Kateter elektrofiziološki diagnostični z upogljivo konico PD2: Abbott PD3: Inquiry Electrophysiology catheter 5F Decapolar 1110-5-25-L PD4: 5F; dolžina 110 cm PD5: IBI-81174 PD6: 1 PD7: Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm; 5F; velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1		Ustrezen	2.682,7500	5.000	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	466309	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm kat.št. 358797 Biotronik	N009442	KOS	002079	BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE,	695,3250	0	Artikel	1	0	03.11.2024	02.11.2026	PD1: ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm diagnostični elektrofiziološki kateter PD2: BIOTRONIK SE & Co. KG PD3: ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm PD4: 110 cm, 6F PD5: 358797 PD6: 1 kos PD7: Desetpolarni diagnostični EF kateter		Ustrezen	3.476,6250	5.000	
		N009443	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO																	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	965163	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry 1110-6-25-M kat.št. IBI-81102 Abbott (St. Jude Medical)	N009443	KOS	007411	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	536,5500	1 Najugodnejša cena	Artikel	1	1	03.11.2024	02.11.2026	PD1: Kateter elektrofiziološki diagnostični z upogljivo konico PD2: Abbott PD3: Inquiry Electrophysiology catheter 6F Decapolar 1110-6-25-M PD4: 6F; dolžina 110 cm PD5: IBI-81102 PD6: 1 PD7: Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm; 6F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2		Ustrezen	2.682,7500	5.000	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	466310	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm kat.št. 358797 Biotronik	N009443	KOS	002079	BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE,	695,3250	0	Artikel	1	0	03.11.2024	02.11.2026	PD1: ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm diagnostični elektrofiziološki kateter PD2: BIOTRONIK SE & Co. KG PD3: ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm PD4: 110 cm, 6F PD5: 358797 PD6: 1 kos PD7: Desetpolarni diagnostični EF kateter		Ustrezen	3.476,6250	5.000	

		N009444	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO																	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	965164	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry 1110-6-25-XL kat.št. IBI-81105 Abbott (St. Jude Medical)	N009444	KOS	007411	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	536,5500	1 Najugodnejš a cena	Artikel	1	1	03.11.2024	02.11.2026	PD1: Kateter elektrofiziološki diagnostični z upogljivo konico PD2: Abbott PD3: Inquiry Electrophysiology catheter 6F Decapolar 1110-6-25-XL PD4: 6F; dolžina 110 cm PD5: IBI-81105 PD6: 1 PD7: Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm; 6F; Zelo velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2		Ustrezen	2.682,7500	5.000	
1565-1	Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t	466311	KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm kat.št. 370144 Biotronik	N009444	KOS	002079	BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE,	695,3250	0	Artikel	1	0	03.11.2024	02.11.2026	PD1: ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm diagnostični elektrofiziološki kateter PD2: BIOTRONIK SE & Co. KG PD3: ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm PD4: 110 cm, 6F PD5: 370144 PD6: 1 kos PD7: Desetpolarni diagnostični EF kateter		Ustrezen	3.476,6250	5.000	