SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

Številka: 200-32/2024-89
Datum: 21.10.2024

POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-32/2024-85 z dne 11.10.2024

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** **Ulica padlih borcev 13A** **5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	200-32/2024
Predmet javnega naročila	**Katetri in pripadajoči MP**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-32/2024-85 z dne 11.10.2024 kot sledi:

1) **N006047 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16"**

- Artikel 466147 »KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 kat.št. CT31610S Medovis Visionary Medical (sc=10kos)« ponudnika **RAM 2d.o.o..** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Ponujeni kateter ima balonček velikosti 30ml in ne 5-15ml, ter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.«
Naročnik za artikel 466147 s ponudnikom RAM 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 466268 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 kat.št. 1600-16 Uromedex" ponudnika Sanolabor d.d. se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Ponujeni kateter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.«
Naročnik za artikel 466268 s ponudnikom Sanolabor d.d**. ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel 959935 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 kat.št. 179361-000016 Teleflex Medical - Rüsch" ponudnika Thomy F.E. d.o.o. se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 959935 s ponudnikom Thomy F.E. d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

- Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

2) **N006048 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18"**

- Artikel 466148 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 kat.št. CT31810S Medovis Visionary Medical (sc=10kos)" ponudnika RAM 2 d.o.o. se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Ponujeni kateter ima balonček velikosti 30ml in ne 5-15ml, ter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah«.
Naročnik za artikel 466148 s ponudnikom RAM 2 d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 466269 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 kat.št. 1600-18 Uromedex" ponudnika Sanolabor d.d. se označi kot **neustrezen** z razlogom: »Ponujeni kateter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.«
Naročnik za artikel 466269 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma**.

- Artikel 959936 "KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 kat.št. 179361-000018 Teleflex Medical - Rüsch" ponudnika Thomy F.E. d.o.o. se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 959936 s ponudnikom Thomy F.E. d.o.o. **sklenil okvirni sporazum**.

- Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

3) **N008403 KATETER PICC - nursing kit 5Fx55cm**
Zaradi napake naročnika se vse ponudbe pod navedeno nadšifro zavrne in ne odda.
Obrazložitev: Po ponovnem pregledu razpisanih strokovnih zahtev naročnik opažal tudi konfuznost v samih strokovnih zahtevah postavljenih s strani naročnika, saj se vidi, da je bil opis večkrat popravljen skozi različne predhodne razpise.
Tudi LPO za naveden artikel je zelo nizek in odraža porabo v preteklosti, v prihodnje se pričakuje precej večja poraba tovrstnih katetrov. Naročnik bi že z enim samim naročilom izkoristil predviden LPO za celotno obdobje razpisa zato je smiselno, da se artikel ne odda in se v bližnji prihodnosti ponovi razpis z korigiranim LPO in prevetrenimi strokovnimi zahtevami.

4) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-32/2024-85 z dne 11.10.2024 ne spreminja.

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00556424.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek,posl.sekr.
Rebek l.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat,mag.prava

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" ŠEMPETER pri GORICI 3 NOVA GORICA

Priloga: preglednica

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:zbirka dokumentarnega gradiva

Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	*DODATNI PODATKI*	*Rezultat*	*Vrednost*	*LPO*	*Strokovne zahteve*
		N006047	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16												
1564	Katetri in pripadajoči MP	466147	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 kat.št. CT31610S Medovis Visionary Medical (sc=10kos)	N006047	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	6,5400	0	Artikel	PD1: Foley urinski kateter s temperaturno sondo št. 16 PD2: Medovis Visionary Medical PD3: Medovis Visionary Medical PD4: Ch 16 PD5: CT31610S PD6: 10 PD7: Foley urinski kateter s temperaturno sondo št. 16	Neustrezen: Ponujeni kateter ima balonček velikosti 30ml in ne 5-15ml, ter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.	981,0000	150.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	466268	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 kat.št. 1600-16 Uromedex	N006047	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	8,7381	0	Artikel	PD1: KATETER S TEMP. SENZ. CH16 SILIK. UROMED PD2: UROMEDEX EXPORT GMBH PD3: KATETER S TEMP. SENZ. CH16 SILIK. UROMED PD4: CH16 PD5: 1600-16 PD6: 1 PD7: KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16	Neustrezen: Ponujeni kateter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.	1.310,7150	150.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	959935	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 kat.št. 179361-000016 Teleflex Medical - Rüsch	N006047	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	9,9595	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	1.493,9250	150.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	463467	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 Urosid Sensor 400 kat.št. 64 60 16 Asid Bonz (sc=10kos)	N006047	KOS	002647	ADVAMED, D.O.O.	10,7201	0	Artikel			1.608,0150	150.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	463467	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 Urosid Sensor 400 kat.št. 64 60 16 Asid Bonz (sc=10kos)	N006047	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	11,6219	0	Artikel			1.743,2850	150.000	
		N006048	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18												
1564	Katetri in pripadajoči MP	466148	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 kat.št. CT31810S Medovis Visionary Medical (sc=10kos)	N006048	KOS	002062	RAM 2 D.O.O.	6,5400	0	Artikel	PD1: Foley urinski kateter s temperaturno sondo št. 18 PD2: Medovis Visionary Medical PD3: Medovis Visionary Medical PD4: Ch 18 PD5: CT31810S PD6: 10 PD7: Foley urinski kateter s temperaturno sondo št. 18	Neustrezen: Ponujeni kateter ima balonček velikosti 30ml in ne 5-15ml, ter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.	654,0000	100.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	466269	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 kat.št. 1600-18 Uromedex	N006048	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	8,7381	0	Artikel	PD1: KATETER S TEMP. SENZ. CH18 SILIK. UROMED PD2: UROMEDEX EXPORT GMBH PD3: KATETER S TEMP. SENZ. CH18 SILIK. UROMED PD4: CH18 PD5: 1600-18 PD6: 1 PD7: KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18	Neustrezen: Ponujeni kateter nima natisnjenih velikosti v mm, kot je to zahtevano v strokovnih zahtevah.	873,8100	100.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	959936	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 kat.št. 179361-000018 Teleflex Medical - Rüsch	N006048	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	9,9595	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	995,9500	100.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	463468	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 Urosid Sensor 400 kat.št. 64 60 18 Asid Bonz (sc=10kos)	N006048	KOS	002647	ADVAMED, D.O.O.	10,9610	0	Artikel			1.096,1000	100.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	N006048	KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18	N006048	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	11,6219	0	Nadomestek	PD1: KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM PD2: Medline PD3: KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM PD4: CH18 PD5: 646018 PD6: 5 PD7: KATETER FOLEY S TEMPERATURNIM SENZORJEM		1.162,1900	100.000	2-lumenski urinski kateter iz silikona s temperaturnim senzorjem in standardnim priključkom, 40 cm +-10% dolžine, z Nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen , s kontrastno črto po dolžini
		N008403	KATETER PICC - nursing kit 5Fx55cm												
1564	Katetri in pripadajoči MP	466287	KATETER PICC - nursing kit 5Fx60cm 45 žica, 5cm int, NURSE KIT kat.št. A14-05160-N Health Line (sc=5kos)	N008403	KOS	002354	ANMEDIC D.O.O.	91,9800	0	Artikel	PD1: PICC Synergy 1L, 5Frx60cm, 70 žica, 10 cm int, BASIC KIT PD2: Health Line PD3: 5Frx60cm Single Lumen Synergy CT PICC, 45cm Wire, 5cm introducer PD4: 60 cm PICC 5FR kateter, 45 cm vodilna žica, 5 cm uvajalo. PD5: A14-05160 PD6: 5 PD7: Biokompatibilni radiopačni poliuretan. Uporabljen material: PVC, Acetal, ABS, nerjavno jeklo in poliuretan). Del katetra, ki je v žili je 100% iz poliuretana.	Neustrezen_ zaradi napake naročnika se art. ne odda.	459,9000	5.000	

1564	Katetri in pripadajoči MP	466288	KATETER PICC - nursing kit 5Fx55cm kat.št. EU-25552-HP Teleflex Medical - Arrow (sc=5kos)	N008403	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	101,5600	0	Artikel	PD1: Kateter PICC PD2: Teleflex Medical - Arrow PD3: Pressure Injectable PICC PD4: Kateter 5F, dolžine 55 cm, 18/18G, 2-lumenski PD5: EU-25552-HP PD6: 5 kos PD7: Kateter za visoke pritiske, narejen iz poliuretana, za hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva 4ml/sec, z enako debelino po celotni dolžini, cm graduiran, brez lateksa. PD8: V setu: kateter z zaščitno srajčko, »Peel-Away« radiopačno uvajalo, markirana vodilna nitinol žica 0,018 inch, dolžine 45 cm, ehogena uvajalna igla 21 G, dolžine 7 cm, 10 ml LL brizga, skalpel št. 11, trimer, kožni fiksater	Neustrezen_ zaradi napake naročnika se art. ne odda.	507,8000	5.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	960862	KATETER PICC - nursing kit 5Fx55cm kat.št. MR17035205 Medcomp	N008403	KOS	001662	MEDITRINA D.O.O.	107,3100	0	Artikel		Neustrezen_ zaradi napake naročnika se art. ne odda.	536,5500	5.000	
1564	Katetri in pripadajoči MP	462263	KATETER PICC - nursing kit 5Fx55cm PowerPicc Solo2 kat.št. 6295118 Bard	N008403	KOS	000203	MEDIASI D.O.O.	139,1198	0	Artikel		Neustrezen_ zaradi napake naročnika se art. ne odda.	695,5990	5.000	