Splošna bolnišnica Celje

Številka: **JN005525**
Datum: 06.12.2024

Na podlagi določila 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izdaja Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje naslednjo

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Dobava dveh RTG aparatov, ureditev prostorov ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let« objavljen na Portalu javnih naročil pod JN005525/2024in v Uradnem listu EU pod številko 471178-2024 **se ne odda .**

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil pod št. objave JN005525/2024 objavljeno dne 05.08.2024

Rok za oddajo ponudb je bil določen za 14.10.2024 do 08:00 ure, datum in ura odpiranja ponudb pa 14.10.2024 ob 09:00 uri. Ponudbo sta oddala ponudnika s ponudbeno ceno:

Ponudniki	**Znesek brez davka (EUR)**	**Znesek davka (EUR)**	**Znesek z davkom (EUR)**
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Letališka cesta 029C, 1000 Ljubljana	1.013.015,00	222.863,30	1.235.878,30
Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas	972.193,60	213.882,59	1.186.076,19

Pred razvrščanjem ponudb po merilu za izbor je naročnik preveril, ali prejeti ponudbi izkazujeta izpolnjevanje zahtev naročnika. Pri pregledu ponudbe ponudnika Arbor Medical, prodaja in servis

medicinskih pripomočkov d.o.o naročnik ugotavlja, da ponudba ne ustreza zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah. Naročnik je v točki 1.8. podal zahtevo

1.1. *Sistem mora vsebovati funkcijo in programsko opremo in pribor(pedestal,) za slikanje celotne okončine in celotne hrbtenice.*

Zahteva se tudi INTERKOM DVOSMERNO KOMUNIKACIJO.

***Slikanje celotne okončine** izvede na podlagi slike, ki jo **zajame 3D kamera**, in tako da uporabniku ni potrebno ročno nastavljati začetnega in končnega kota rentgenske cevi pri izvajanju sestavljenih posnetkov, po zajemu posameznih RTG slik pa se te RTG slike samodejno zložijo v eno samo RTG sliko (sestavljeni posnetek).*

V zvezi z zahtevo je naročil na portalu javnih naročil podal odgovor z dne 28.08.2024: . *V tehnični zahtevi 1.8 je navedeno, da morata oba RTG aparata »vsebovati funkcijo in programsko opremo in pribor(pedestal,) za slikanje celotne okončine in celotne hrbtenice«. Glede na to, da naročnik v tehnični zahtevi 1.4 zahteva 3D kamero, vas prosimo za potrditev, da naročnik zahteva, da se slikanje celotne okončine izvede na podlagi slike, ki jo zajame 3D kamera, in tako da uporabniku ni potrebno ročno nastavljati začetnega in končnega kota rentgenske cevi pri izvajanju sestavljenih posnetkov, po zajemu posameznih RTG slik pa se te RTG slike samodejno zložijo v eno samo RTG sliko (sestavljeni posnetek)?*

- Odgovor: Da, potrjujemo.

Naročnik je za izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme v OBR 12 zahteval, da se v ponudbi predloži originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Obveznost ponudnika je, da izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis ustrezno označi, podčrta in navede ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika Arbor Medical d.o.o. izhaja , da ni omogočen omogočen avtomatski zajem slik na osnovi 3d kamere.

Ponudnik je kot doka za izpolnjevanje citirane tehnične zahteve navedel, da je izkazovanje tehnične zahteve razvidno iz priloga dok.1 stran _9-11. Po temeljitem pregledu navedene dokumentacije naročnik ugotavlja, da iz le tega ne izhaja, da opreme omogoča avtomatski zajema slike s pomočjo slike 3D kamere.

Navedeno ugotovitev, da oprema ne omogoča slikanja celotne okončine na podlagi slike, ki jo zajame 3D kamera, in tako da uporabniku ni potrebno ročno nastavljati začetnega in končnega kota rentgenske cevi pri izvajanju sestavljenih posnetkov utrjuje tudi dejstvo, da iz preostale, v ponudbi predložene dokumentacije - 12. priloga 3 IFU radiograf 7300C- navodila, str. 121-155,

kjer so navedena navodila za izvedbo stichinga, jasno izhaja, da se izvede popolnoma ročno z različnimi nastavitvami,jasno izhaja, da se izvede le s sestavo različnih aplikacij.
Citat:

The Automatic Image Stitching package is an all-in-one package to perform long lengths imaging fully automatically. It is comprised of the advanced orthopedic Automatic Stitching software, as well as all commonly required accessories, such as Lead ruler, Stitching patient support and osciallting 40/8/180 grid.

- Simple to use advanced orthopedic feature automatically performing long length imaging based on the defined
- Less manual work required due to automatic tube and detector movements during
- Large body coverage of up to 3 images with a range of 120 cm (47")
- No geometrical distortions in overlap areas due to the single focus approach

prised

reco

The package enables user to perform fully automatic long lengths images with a range of up to 120 cm (47"). After the automatic acquisition of the image set (up to three images depending on the requested body part), a composite image is created instantly on the Eleva workspot.

Depending on the examination, images can be acquired in upright position at the vertical stand as well as horizontally on the table.

Due to the precise rotation of the tube around a defined center point, image acquisition is performed with a single focus instead of multiple foci resulting in more accurate image overlaps and minimized image distortion.

UNIQUE image processing is applied automatically to the completed composite image to ensure a harmonized image contrast and image impression. The automatic image stitching package includes tools to measure Cobb's angle, femoral head difference and vertical alignment of the vertical spine.

Stitching Patient Support

OBR-12priloga dok1 , popravek 11.10.2024

Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da ponudnik Arbor Medical d.o.o. d.o.o. ni ponudil opreme, ki ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zato je ponudbo Arbor Medical d.o.o. označil kot nedopustno ponudbo v smislu določila 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in jo zavrnil.

Naročnik je v nadaljevanju opravil pregled ponudbe ponudnika SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. z vidika presoje tehnične ustreznosti in ugotovil, da ponudnik za ponujeno opremo izkazuje izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika. Nadalje je naročnik pri pregledu ponudbe in z vpogledom v aplikacijo e-dosje ugotovil, da ponudnik ne izkazuje izpolnjevanja izključitvenih razlogov. Naročnik tudi ugotavlja, da ponudnik v celoti izkazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ter je oddal ponudbo, ki v celoti ustreza zahtevami in potrebam naročnika ter je skladna s formalnimi zahtevami naročnika.

Naročnik pa ugotavlja, da je ponudnik SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o podal ponudbo, ki presega višino zagotovljenih sredstev za predmet naročila. Naročnik bo po pravnomočnosti te odločitve izvedel konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi b. točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3, pri čemer obvestila o naročilu ne bo objavil, pač pa bo v konkurenčnem postopku povabil ponudnika, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev ter, da je oddal ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami naročnika Naročnik se ima namen pogajati v novem postopku, zato višine zagotovljenih sredstev ne razkriva, saj bi razkritje lahko poslabšalo pogajalsko izhodišče naročnika[1].

Glede na dejstvo, da ponudba presega višino zagotovljenih sredstev se ponudba SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2, člena ZJN-3 označi kot nedopustna ponudba in se zavrne.

Glede na dejstvo, da naročnik v predmetnem postopku ni prejel dopustne ponudbe, ponudb ni razvrščal po merilu za izbor

S tem je utemeljena odločitev, kot izhaja iz izreka.

PRAVNI POUK:

Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN) ima ponudnik pravico, da v osmih delovnih dneh od objave odločitve o oddaji javnega naročila vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko, preko portala e-revizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, in sicer v višini 1000 EUR na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 0100 0358 802, SKLIC: 11 16110-7111290- 00005525). Naročnik skladno z določilom 92.člena ZJN-3 ne bo upošteval obdobja mirovanja, saj je v predmetnem postopku prejel samo eno ponudbo.

Direktor:
Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Objaviti:
- na portalu javnih naročil.

[1] Glej npr. odločitev DKOM v zadevah 018-217/2017 ali 018-226/2018: »*Ob tem, kot izhaja iz obrazložitve, se naročnik želi izogniti položaju, v katerem bi ponudniki prilagajali ponudbene cene višini zagotovljenih sredstev. Naročnik je na ta način konkretiziral razlog, zaradi katerega je štel, da bi bilo razkritje višine zagotovljenih sredstev v danem trenutku v nasprotju z javnim interesom, ki se kaže v načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), oz. da bi škodilo njegovemu poslovnemu interesu. Navedenemu razlogu tudi po presoji Državne revizijske komisije ni mogoče nasprotovati.*«