19 Dializni material 2025- 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**003**	**Polisulfonski dializatorji I (glej prilogo)**	
919010	01	MEDIS D.O.O.	Ponujeni dializatorji niso ustrezni, saj se ne skladajo s strokovno zahtevo po sterilizaciji z vodno paro in Sieving koeficient. Naša zahteva je večje ali enako 0,9, ponujeni ima 0,7.
919011	01	MEDIS D.O.O.	Ponujeni dializatorji niso ustrezni, saj se ne skladajo s strokovno zahtevo po sterilizaciji z vodno paro in Sieving koeficient. Naša zahteva je večje ali enako 0,9, ponujeni ima 0,7.
919012	01	MEDIS D.O.O.	Ponujeni dializatorji niso ustrezni, saj se ne skladajo s strokovno zahtevo po sterilizaciji z vodno paro in Sieving koeficient. Naša zahteva je večje ali enako 0,9, ponujeni ima 0,7.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

19 Dializni material 2025- 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**004**	**Polisulfonski dializatorjil II (glej prilogo)**	
919134	01	MEDIS D.O.O.	Ponujeni dializatorji so neustrezni, saj ne zadostijo strokovni zahtevi KUF 70ml/4/mmHg

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

19 Dializni material 2025- 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**006**	**Akrilonitril dializatorji za manjšo porabo heparina (glej prilogo)**	
919021	01	SALUS VELETRGOVINA d.o.o.	Ponujeni dializatorji so neustrezni, saj ne zadostijo strokovni zahtevi KUF >40ml/4/mmHg.

19 Dializni material 2025- 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**007**	**Polietersulfonski dializatorji (glej prilogo)**	
919043	01	AXON LAB d.o.o.	Ponujeni dializatorji so neustrezni, ker ne zadostijo strokovni zahtevi po sterilizaciji z vodno paro, debelini membrane in Sieving koeficientu za mioglobin.
919043	01	MEDINOVA D.O.O.	Ponujeni dializatorji so neustrezni, ker ne zadostijo strokovni zahtevi po sterilizaciji z vodno paro in debelini membrane.
919044	01	AXON LAB d.o.o.	Ponujeni dializatorji so neustrezni, ker ne zadostijo strokovni zahtevi po sterilizaciji z vodno paro, debelini membrane in Sieving koeficientu za mioglobin.
919044	01	MEDINOVA D.O.O.	Ponujeni dializatorji so neustrezni, ker ne zadostijo strokovni zahtevi po sterilizaciji z vodno paro in debelini membrane.

19 Dializni material 2025- 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**008**	**Filtri za hemoperfuzijo (glej prilogo)**	
919132	01	PRO-GEM D.O.O.	Filter ne ustreza strokovnim zahtevam, saj v priloženi dokumentaciji ni navedeno ali ima ponujeni filter stiren divinil benzen kopolimere.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

19 Dializni material 2025- 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**010**	**Filter za hemoadsorbcijo citokinov, 100% (glej prilogo)**	
919122	01	PRO-GEM D.O.O.	Adsorber filter ne ustreza strokovnim zahtevam, saj ne omogoča zdravljenja do 24 ur z enim filtrom.