

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 004 Pripomočki za odvzem krvi.			
902145	01	MEDIASI d.o.o.	Ponujena epruveta vakkumska brez aditivov nima zamaška na navoj.
905010	01	MEDIASI d.o.o.	Pri ponujeni epruveti plastični za kapilarni odvzem zamašek ni lahko prebodljiv in ga igla analizatorja ne prebode.

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 005 Laboratorijski potrošni material..			
902185	01	VENOFARMACIJA	Ponujena mikro vbodna lanceta za kožno vbodni test je iz nerjavečega jekla in ne iz polimetaakrilata.
902185	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena mikro vbodna lanceta za kožno vbodni test je iz nerjavečega jekla in ne iz polimetaakrilata.
902477	01	MEREL D.O.O.	Ponujena epruveta iz polistirena ima premajhen notranji premer, saj se vanjo ne more vstaviti cup s serumom ali plazmo.
905009	01	MEDIASI d.o.o.	Ponujena epruveta za urin ima neustrezen volumen.
905009	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena epruveta za urin ima neustrezen volumen.
905051	25	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponudnik je ponudil dva ločena artikla. Reagenčna steklenica in zamašek posebej.
905065	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujeno stojalo ni primerno za avtoklaviranje in število mest za epruvete je drugačno od zahteve v razpisu.
905086	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Žilna zažema za ponovno uporabo je iz tkanega poliestra. Ni možno hitro razkuževanje po vsaki uporabi.
905086	01	VENOFARMACIJA	Ponujena žilna zažema za ponovno uporabo je neustrezna, saj se ne da ustrezno očistiti pri sponki za zapiranje.

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 007 Laboratorijski material za centralni laboratorij..			
902266	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje nikotina v urinskih vzorcih ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905001	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje fenciklidina v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905016	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje ketamina v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905017	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje fentanila v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905018	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje oksikodona v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 009 Reagenti in potrošni material za plinski kromatograf..

905077	01	MIKRO POLO	Ponujen septum za vijale se kosmiči, drobcji padajo v raztopino za spiranje. Zaradi nastale večje odprtine kot običajno, topilo hitrje uhaja iz vijale.
--------	----	------------	---

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 010 Laboratorijski material za transfuzijsko medicino..			
902369	01	MEDIASI d.o.o.	Ponujena epruveta CPDA je neustrezna, saj je hitro lomljiva. Po odprtju epruvete se originalni zamaški več ne prilegajo na epruveto.
902375	01	VENOFARMACIJA	Ponujen zamašek za stekleno epruveto je premajhen in pade iz epruvete.

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 012 Laboratorijski material za genetsko diagnostiko			
902409	01	VENOFARMACIJA	Ponujena pipeta pasteur ima preširok konec pipete.
902409	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena pipeta pasteur ima premajhen volumen.
902409	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujena pipeta pasteur ima preširok končni del.
902409	01	MEREL D.O.O.	Ponujena pipeta pasteur ima preširok končni del.
902426	01	IRIS D.O.O.	Uporaba olja imerzijskega pri fluorescentni mikroskopiji zamegli polje in naredi nejasno sliko.
902454	01	LABENA D.O.O	Ponujen Medij RPMI ima neustrezen volumen 500 ml.
905041	01	MEREL D.O.O.	Ponujena mikroepruveta je prozorna in ne amber ter nima safe-lock pokrova.

36 Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 3, 2024-2025

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 016 Reagenti in ostali material za oddelek patologije

902564	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno organsko topilo pri postopku bistrenja tkivnih vzorcev vpliva na kvaliteto barvanja. Obarvane rezine postanejo blede, kar vpliva na interpretacijo določenega substrata pri posamezni metodi. Organsko topilo po zelo kratki uporabi postane moteno (mlečeno).
--------	----	-------------	---