Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

Številka: 845080118-054-24/ODL2
Datum: 19.12.2024

Na podlagi drugega in šestega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023 in 88/2023; v nadaljevanju: ZJN-3) sprejema naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, v postopku javnega naročanja »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki«, številka objave na Portalu javnih naročil: JN007946/2024-EUe16/01, to

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila – sprememba v sklopu št. 2

Odločitev o oddaji javnega naročila št. 845080118-054-24 z dne 12.12.2024 se spremeni tako, da se točki št. 2 in 3 izreka nadomestita z enotno točko, ki se glasi: »V sklopu št. 2 »Postelje z mizico« se zavrneta ponudbi ponudnikov MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, skupna ponudbena cena: 28.754,50 EUR brez DDV oziroma 35.080,49 EUR z DDV, in SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 35.603,00 EUR brez DDV oziroma 43.435,66 EUR z DDV.«

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 5.11.2024 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu v postopku javnega naročanja »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki«. Skladno z 11. točko Navodil ponudnikom se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV.

Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer:
- Sklop št. 1: Sistem monitorjev življenjskih funkcij,
- Sklop št. 2: Postelje z mizico.

Ta odločitev se nanaša izključno na sklop št. 2.

Naročnik je pravočasno, to je do dne 5.12.2024 do 9:00 ure v informacijskem sistemu e-JN za sklop št. 2 prejel 2 ponudbi, ki sta bili odprti na javnem odpiranju ponudb v navedenem informacijskem sistemu istega dne ob 10:00 uri.

Naročnik je za sklop št. 2 prejel naslednji ponudbi:
- MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, skupna ponudbena cena: 28.754,50 EUR brez DDV oziroma 35.080,49 EUR z DDV,
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 35.603,00 EUR brez DDV oziroma 43.435,66 EUR z DDV.

Naročnik je najprej preveril dopustnost obeh prejetih ponudb za sklop št. 2, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3. Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je »dopustna ponudba« ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je v predmetnem postopku javnega naročanja sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, v prilogi katerega je določil višino zagotovljenih sredstev za posamezne sklope. Naročnik je določil, da znašajo zagotovljena sredstva za sklop št. 2: 34.503,00 EUR brez DDV oziroma 42.093,66 EUR z DDV.

Iz navedenega je razvidno, da ponudba ponudnika SANOLABOR, d.d. presega zagotovljena sredstva naročnika za sklop št. 2, zato je naročnik navedeno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika MEDICOENGINEERING d.o.o. ugotovil, da ta ne izpolnjuje nekaterih tehničnih zahtev za sklop št. 2, vsebovanih v dokumentu Tehnične specifikacije, in sicer:

- Postelja intenzivna s tehtnico: dolžina ležišča vsaj 208 cm. Ponudnik ponuja posteljo z dolžino ležišča 192 cm, ki se lahko podaljša za 32 cm (če je postelja podaljšana, ni izpolnjena zahteva iz naslednje alineje, pri čemer postelja ne more biti hkrati v podaljšanem in nepodaljšanem položaju);
- Postelja intenzivna s tehtnico: zunanje dimenzije postelje največ 218 x 100 cm. Ponudnik ponuja posteljo zunanjih dimenzij 208 cm, ki se lahko podaljša za 32 cm (če postelja ni podaljšana, ni izpolnjena zahteva iz prejšnje alineje, pri čemer postelja ne more biti hkrati v podaljšanem in nepodaljšanem položaju);
- Postelja intenzivna s tehtnico: avtomatska postavitev vzglavja na 30° in 45° z eno tipko (dvig vzglavja se pri doseženih 30° in 45° stopinjah samodejno vstavi), isto dosežemo na centralni komandni plošči in komandah v ograjah. Ponujena postelja ne omogoča opisane avtomatske postavitve vzglavja na 45°;
- Postelja intenzivna s tehtnico: nastavitev višine od vsaj 41 do vsaj 79 cm. Ponujena postelja omogoča nastavitev višine od 48 cm do 81 cm, pri čemer je 48 cm slabše od 41 cm, saj to pomeni manjši razpon;
- Postelja intenzivna s tehtnico: položaj za pomoč vstajanju iz postelje. Ponujena postelja navedenega ne izpolnjuje.
- Postelja intenzivna: dolžina ležišča 200 cm. Ponudnik ponuja posteljo z dolžino ležišča 192 cm, ki se lahko podaljša za 32 cm.
- Postelja otroška – intenzivna: nastavitev višine od vsaj 58 do vsaj 83 cm. Ponujena postelja omogoča nastavitev višine od 59,5 cm do 99,5 cm, pri čemer je 59,5 cm slabše od 58 cm, saj to pomeni manjši razpon;
- Nočna omarica: širina: največ 520 mm. Ponujena nočna omarica je širine 540 mm.

Zaradi neizpolnjevanja navedenih tehničnih zahtev je naročnik ponudbo ponudnika MEDICOENGINEERING d.o.o. v sklopu št. 2 zavrnil kot nedopustno.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila – sprememba v sklopu št. 2 utemeljena. Predmetna odločitev v ničemer ne posega v Odločitev o oddaji javnega naročila št. 845080118-054-24 z dne 12.12.2024 v delu, v katerem se ta nanaša na sklop št. 1.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU


Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper to odločitev je osem delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Zahtevek za revizijo mora imeti sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017 in 72/2019; ZPVPJN).

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper to odločitev plačati takso v višini 1.000,00 EUR, ter zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri plačilu takse se navede referenca št. 11 16110-7111290-00794624.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor



Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil;
- arhiv.