# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **001** | **Žilne proteze in patchi** | |
| 912166 | 01 | THOMY FREY EAST D.O.O. | Ne ustreza strokovnim zahtevam, saj nima dveh konfiguracij stranskih vej in sicer, anatomsko trikrako za šivanje anastomoze v aortnih conah 1,2 in 3, ter razvejano za šivanje anastomoze v conah 0 in 1. |
| 912184 | 01 | MEDIS D.O.O. | Artikel ne ustreza stokovnim zahtevam - pretrdi. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

## 12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **002** | **Mehanične srčne zaklopke** | |
| 912068 | 01 | MAC'S MEDICAL GMBH | Ne ustreza zahtevam, zaradi premajhne površine ustja za velikosti 19,21 in 23. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

## 12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 004 Obroči** | | | |
| 912072 | 01 | MEDTRONIC d.o.o. | Oblika obroča ni dvojno sedlasta v celotnem srčnem ciklu. sedlaste oblike ne zadrži v diastoli, takrat se obroček izravna v planarno obliko. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 006** | **Oksigenatorji, linije in dodatki** | | |
| 912090 | 01 | MARK MEDICAL D.O.O. | Oksigenator ne omogoča pretokov 8 l/min. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

## 12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **008** | **Medicinski potrošni material pri kardiokirurških operacijah** | |
| 912016 | 01 | MAC'S MEDICAL GMBH | Artikel ne ustreza, saj je pretrdi. |
| 912043 | 01 | MAC'S MEDICAL GMBH | Ne ustreza zahtevam, saj morajo biti iz nitinola. |
| 912132 | 01 | MAC'S MEDICAL GMBH | Ne ustreza strokovnim zahtevam, saj ne vsebuje aplikatorja. |