Številka: 401-45/2024-10 | Datum: Ljubljana, 29. 11. 2024

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) sprejema naročnik Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana, to

ODLOČITEV

o oddaji posameznega javnega naročila v okviru dinamičnega nabavnega sistema

V postopku oddaje javnega naročila »Nakup, dostava in montaža centrifuge za potrebe UL, Biotehniške fakultete« se kot najugodnejšega ponudnika izbere:

SANOLABOR d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana

za skupno ponudbeno ceno za predmet naročila: 9.320,00 € brez DDV oziroma 11.370,40 € z DDV.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 12. 7. 2024 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu št. JN004934/2024-EUe16/01 v postopku »Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za laboratorijsko opremo na UL BF za obdobje 5 let«.

Naročnik je dne 14. 11. 2024 v okviru kategorije št. 2 dinamičnega nabavnega sistema ponudnike, ki jim je odobren dostop do dinamičnega nabavnega sistema preko portala e-JN, povabil k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo »Nakup, dostava in montaža centrifuge za potrebe UL, Biotehniške fakultete«.

Ponudbo so pravočasno, to je do dne 26. 11. 2024 do 10. ure, v informacijski sistem e-JN oddali trije (3) ponudniki:

Zap. št.	Ponudnik
1.	BIA d.o.o., Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana
2.	MEDILINE d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik
3.	SANOLABOR d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana

Odpiranje ponudb je potekalo v informacijskem sistemu e-JN 26. 11. 2024 ob 11.00 uri.

PREGLED IN OCENITEV PONUDB

Na podlagi 89. člena ZJN-3 je komisija dne 26. 11. 2024 pristopila k pregledu ponudb.

Skladno s točko 9 Povabila k oddaji ponudbe posameznega javnega naročila se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi naslednjih meril:

1) Končna ponudbena vrednost z DDV – največ 91 točk;
2) Podaljšan garancijski rok in krajši rok izvedbe – največ 9 točk.

Število točk po merilu "Ponudbena cena brez DDV" se izračuna tako, da se najnižja ponudbena cena deli s ponudbeno ceno brez DDV obravnavanega ponudnika, dobljeni količnik pa se pomnoži s 91.

Po merilu »Podaljšan garancijski rok in krajši rok izvedbe« se dodeli do 9 točk ponudnikom, ki ponudijo daljši garancijski rok in krajši rok izvedbe, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, so glede na merila ponudila naslednje:

Zap. št.	Ponudnik	Merilo C1: Ponudbena cena v EUR brez DDV	Merilo C2: podaljšan garancijski rok in krajši rok izvedbe
1.	BIA d.o.o.	7.719,60 €	36 mesecev garancije 29 dni izvedbeni rok
2.	SANOLABOR d.d.	9.320,00	36 mesecev garancije 29 dni izvedbeni rok
3.	MEDILINE d.o.o.	9.474,61 €	36 mesecev garancije 29 dni izvedbeni rok

Strokovna komisija je najprej preverila obstoj in vsebino podatkov oz. drugih navedb iz ponudb in ugotovila:

BIA d.o.o.: Strokovna komisija je pri pregledu ponudbe ponudnika BIA d.o.o. ugotovila, da ponujena oprema ni tehnično ustrezna, in sicer:

- širina ponujene centrifuge (77 cm) presega največjo možno širino, ki jo je zahteval naročnik (70 cm);
- v ponudbi ni navedeno, ali je pokrov rotorja hlapotesen;
- v ponudbi ni navedeno, ali je rotor avtoklavabilen.

Naročnik je zato ponudbo opredelil kot nedopustno ter posledično ni preverjal ostalih delov ponudbe.

SANOLABOR d.d.: Strokovna komisija je pri pregledu ponudbe ponudnika SANOLABOR d.d. ugotovila, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in jo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje

za sodelovanje, ponudba ni neobičajno nizka in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

MEDILINE d.o.o.: Strokovna komisija je pri pregledu ponudbe ponudnika MEDILINE d.o.o. ugotovila, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in jo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ni neobičajno nizka in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

Strokovna komisija je skladno z zastavljenimi merili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila točkovala dopustne ponudbe:

Zap. št.	Ponudnik	Merilo C1: Ponudbena cena v EUR brez DDV	Merilo C2: podaljšan garancijski rok in krajši rok izvedbe	Skupno število točk
1.	SANOLABOR d.d.	9.320,00 €	36 mesecev garancije 29 dni izvedbeni rok	**94,00**
		91,00	3,00	
2.	MEDILINE d.o.o.	9.474,61 €	36 mesecev garancije 29 dni izvedbeni rok	**92,52**
		89,52	3,00	

Iz navedenega izhaja, da je ekonomsko najugodnejša ponudba ponudnika SANOLABOR d.d., ki je prejela 94,00 točk.

Glede na ugotovljeno je strokovna komisija naročniku predlagala, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, določili ZJN-3 in merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe sprejme odločitev, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

POUK O PRAVNEM VARSTVU

Pravno varstvo zoper predmetno odločitev je zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Pripravil:

Univerza v Ljubljani
Podpisnik: GAŠPER TRDAN
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 094612B400000000572A335E
Potek veljavnosti: 11. 05. 2028
Čas podpisa: 29. 11. 2024 13:06

Gašper Trdan
strokovni sodelavec

Univerza v Ljubljani
Podpisnik: dekanja
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 00B2090CA60000000057296EDC
Potek veljavnosti: 26. 10. 2027
Čas podpisa: 30. 11. 2024 08:04

prof. dr. Marina Pintar
dekanja

Poslano:

objava na Portalu javnih naročil;

članom komisije;

arhiv.