OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

11 Srčni spodbujevalniki 2025 - 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**001**	**Srčni spodbujevalniki, tip SSIR**	
911001	01	MEDTRONIC d.o.o.	Ni opcije avtomatične zaznave MRI polja in preprogramiranja v ustrezen način delovanja.
911016	01	MEDTRONIC d.o.o.	Ne ustreza strokovnim zahtevam: avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanja občutljivosti ob vsakem utripu; algoritem za zmanjšanje nepotrebne prekatne stimulacije, algoritem za supresijo AF, avtomatsko merjenje praga draženja pri vsakem utripu.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

11 Srčni spodbujevalniki 2025 - 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 002		**Srčni spodbujevalniki, tip DDDR**	
911002	01	MEDTRONIC d.o.o.	ne ustreza strokovnim zahtevam: algoritem za zmanjšanje nepotrebne prekatne stimulacije; algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije oz. pogostosti paroksizmov AF; snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG najmanj 10 min.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

11 Srčni spodbujevalniki 2025 - 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**003**	**Srčni spodbujevalniki, tip DDDR z naprednimi funkcijami**	
911018	01	BORMIA D.O.O.	Nima posodobljen algoritem MVP; nima algoritem ractive ATP.
911019	01	MEDTRONIC d.o.o.	Nima algoritma za preprečevanje vazovagalne sinkope.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

11 Srčni spodbujevalniki 2025 - 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 004		**Srčni spodbujevalniki, tip DDDR za resinhronizacijo srca (bivetrikularno spodbujanje)**	
911007	01	BORMIA D.O.O.	Neustrezen protokol optimizacije.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

11 Srčni spodbujevalniki 2025 - 2026

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**006**	**Implantabilni snemalnik srčnega ritma**	
911020	01	BORMIA D.O.O.	Zunanja aktivacijska enota ni sestavni del kompleta.