# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 001** | | **Šivalni material, Poliglaktin 910, ligature - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910006 | 06 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Zahtevana je ligatura 4 X 90. |
| 910006 | 05 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponudnik ni dostavil vzorca, zato je izključen iz nadaljnjega ocenjevanja. |
| 910017 | 06 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Zahtevana je ligatura 3X45. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **003** | **Šivalni material, Poliglaktin 910, USP 2/0 - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910045 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Šiv gre težje iz ovoja, igla po večkratnih vbodih izgubi ostrino. |
| 910046 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Šiv gre težje iz ovoja, nit slabše drsi in je zelo groba. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 004** | | **Šivalni material, Poliglaktin 910, USP 3/0 do USP 6/0 - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910065 | 05 | MEDIS D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponudnik ni dostavil vzorca, zato je izključen iz nadaljnjega ocenjevanja. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 005 Šivalni material, Poliglaktin 910, USP 2 do USP 0, antibakterijski - 100% (dodatne zahteve)** | | | |
| 910080 | 06 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 006** | | **Šivalni material, Poliglaktin 910, USP 2/0 do USP 5/0, antibakterijski - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910082 | 05 | TREND MEDIKAL | Ponudba je nedopustna. Ponudnik ni dostavil vzorca, zato je izključen iz nadaljnjega ocenjevanja. |
| 910083 | 05 | TREND MEDIKAL | Ponudba je nedopustna. Ponudnik ni dostavil vzorca, zato je izključen iz nadaljnjega ocenjevanja. |
| 910083 | 01 | MEDIS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **007** | **Šivalni material, Poliglaktin 910, različni šivi (dodatne zahteve)** | |
| 910098 | 05 | TREND MEDIKAL | Ponudba je nedopustna. Ponudnik ni dostavil vzorca, zato je izključen iz nadaljnjega ocenjevanja. |
| 910098 | 08 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Zahtevana je obarvana nit. |
| 910099 | 08 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Zahtevana je brezbarvna nit. |
| 910101 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Šiv slabše drsi skozi tkivo, zaznavamo slabše vozlanje. |
| 910101 | 08 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Zahtevana je obarvana nit. |
| 910104 | 08 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Zahtevana je okrogla konica igle. |
| 910106 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Igla slabše penetrira skozi tkivo in je zelo groba. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 008** | **Šivalni material, hitro razgradljiv Poliglaktin 910 - 100% (dodatne zahteve)** | | |
| 910109 | 06 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Igla ni ustrezne velikosti. |
| 910113 | 06 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Igla ni ustrezne velikosti, ni reverzna. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 009** | | **Šivalni material, hitro razgradljiv Poliglaktin 910, različni šivi (dodatne zahteve)** | |
| 910119 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Igla slabše drsi skoz tkivo, ni dovolj ostra in se upogiba. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 010** | | **Šivalni material, poliglekapron 25 ali glikonat - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910126 | 08 | MEDIS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Ponujeni šiv ni v skladu s strokovnimi zahtevami. Barva ne ustreza. |
| 910128 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Igli ne zdržita porabe niti, nit slabše drsi. |
| 910131 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Nit slabše drsi skozi tkivo, nit se trga pri vozlanju. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 011** | | **Šivalni material, poliglekapron 25 ali glikonat, za plastično kirurgijo - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910138 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Zahtevano je ploščato mikrogravirano telo igle. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 012 Šivalni material, poliglekapron 25 ali glikonat- različni šivi (dodatne zahteve)** | | | |
| 910142 | 08 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponudba je nedopustna.. Zahtevano je okrogla topa konica. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 017** | | **Šivalni material iz polipropilena za plastično kirurgijo - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910202 | 01 | MEDIMPEKS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Igla je premalo ostra in ne zdrži porabe niti. Nit se slabše vozla. |
| 910202 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Nit gre težje iz ovoja. Igla je premalo ostra in se krivi. |
| 910202 | 08 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponujen šiv ni v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami. Igla ni dodatno naostrena. |
| 910203 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Nit gre težje iz ovoja. Igla je premalo ostra in se krivi. |
| 910204 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Nit gre težje iz ovoja. Igla je premalo ostra in se krivi. |
| 910204 | 01 | MEDIMPEKS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Igla je premalo ostra in ne zdrži porabe niti. Nit se slabše vozla. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 018** | | **Šivalni material iz polipropilena za očesno kirurgijo - (dodatne zahteve)** | |
| 910206 | 08 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Igla ni ustrezne oblike. |
| 910207 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Igla ni ustrezne oblike. |
| 910208 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec neustreza. Nit je zelo groba in slabše drsi. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **020** | **Šivalni material iz poliamida za plastično kirurgijo - 100% (dodatne zahteve)** | |
| 910219 | 01 | MEDIMPEKS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Pri večkratnih vbodih se igla skrivi in izgubi ostrino. |
| 910222 | 01 | MEDIMPEKS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Igla se skrivi pri večkratnih vbodih in slabše drsi skozi tkivo. |
| 910711 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Zahtevano je ploščato mikrogravirano telo igle. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 021 Šivalni material iz poliamida - različni šivi dodatne zahteve)** | | | |
| 910229 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Konica igle ne ustreza. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 026** | | **Šivalni material, samozatezujoči (dodatne zahteve)** | |
| 910295 | 01 | MM SURGICAL D.O.O. | Vzorec neustreza. Nit je pregroba in naredi preveliko traumo. |
| 910296 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Zahtevan je material z resorbcijo 180 dni. |
| 910297 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Zahtevan je material z resorbcijo 180 dni. |
| 910298 | 05 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ponudnik ni dostavil vzorca. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **028** | **Trakovi silikon, bombaž - 100%** | |
| 910305 | 13 | MEDITRADE D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ne zagotavlja 100% skupine. |
| 910306 | 13 | MEDITRADE D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Ne zagotavlja 100% skupine. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **029** | **Lepilo kirurško za kožo** | |
| 910307 | 01 | MINAMED | Vzorec ne ustreza. Težje rokovanje z ampulo. Lepilo je preveč tekoče. |
| 910309 | 01 | MEDIMPEKS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Ponujena količina lepila ne ustreza zahtevani. Lepilo se prehitro trdi. |
| 910309 | 01 | MINAMED | Vzorec ne ustreza. Težje rokovanje z ampulo. Lepilo je preveč tekoče. |
| 910309 | 01 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Količina lepila ne ustreza zahtevani. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **030** | **Kirurški vosek** | |
| 910310 | 01 | TREND MEDIKAL | Vzorec ne ustreza. Pri uporabi je vosek premalo čvrst. |
| 910310 | 01 | MEDIMPEKS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Pri uporabi je vosek premehek. |
| 910310 | 01 | MEDIS D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Pri uporabi je vosek premalo čvrst. |
| 910311 | 01 | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Zahtevan je mehkejši vosek, ki ni tako čvrst. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA: 031** | | **Kožni spenjalnik in odstranjevalec kožnih sponk - 100%** | |
| 910312 | 06 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Dimenzija sponke ne ustreza. |
| 910313 | 06 | MM SURGICAL D.O.O. | Ponudba je nedopustna. Dimenzija sponke ne ustreza. |

# OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

**10 Šivalni material 2025-2028**

| Ident | Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami | Ponudnik | Obrazložitev neustreznosti |
|---|---|---|---|
| **SKUPINA:** | **032** | **Žica kirurška jeklena (dodatne zahteve)** | |
| 910315 | 06 | MM SURGICAL D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Igla je premajhna. |
| 912163 | 01 | MM SURGICAL D.O.O. | Vzorec ne ustreza. Igla je prvelika, konica igle je preostra, ni reverzno trikotna. |