

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika
 - 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
 - 2. Obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)
 - 3. Obrazec rekapitulacije (OBR-2)
 - 4. Obrazec predračuna za opremo, potrošni material – sklop 1 (OBR-2.1)
 - Tabela 1: Predračun za opremo, potrošni material (OBR-2.1)
 - Tabela 2: Predračun za opremo (OBR-2.1)
 - Tabela 3: Predračun za potrošni material (OBR-2.1)
 - 5. Obrazec predračuna za opremo, potrošni material – sklop 2 (OBR-2.2)
 - Tabela 1: Predračun za opremo, potrošni material (OBR-2.2)
 - Tabela 2: Predračun za opremo (OBR-2.2)
 - Tabela 3: Predračun za potrošni material (OBR-2.2)
 - 6. Obrazec predračuna za opremo, potrošni material – sklop 3 (OBR-2.3)
 - Tabela 1: Predračun za opremo, potrošni material (OBR-2.3)
 - Tabela 2: Predračun za opremo (OBR-2.3)
 - Tabela 3: Predračun za potrošni material (OBR-2.3)
 - 7. Osnutek pogodbe za dobavo opreme (OBR-3)
 - 8. Osnutek okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-4)
 - 9. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-5)
 - 10. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-6)

Priloge:

- Obrazec ESPD (ESPD.xml)
- Navodila za črtne kode artiklov
- Obrazec za vpis črtnih kod

Številka povabila: 460-4(807105)2025-3

Datum: 5. 2. 2025

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za blago:

NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:
NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

I. SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	<p>NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME</p> <p>Javno naročilo je razdeljeno na sklope:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sklop 1: ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO S POTROŠNIM MATERIALOM- Sklop 2: LAPAROSKOPSKI STOLP S POTROŠNIM MATERIALOM- Sklop 3: TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA S POTROŠNIM MATERIALOM <p>Predmet javnega naročila je tudi :</p> <ul style="list-style-type: none">- dobava potrošnega materiala za opremo in sicer za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma in vzdrževanje (preventivno in korektivno) v času garancijske dobe. <p>Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika in razpisni dokumentaciji.</p> <p>Ponudniki lahko ponudijo opremo in potrošni material, ki je predmet tega javnega naročila, v celoti ali za posamezni sklop.</p>
Vrsta postopka:	<p>Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3).</p>
Trajanje naročila:	<p>Naročnik bo s ponudnikom, ki bo za posamezni sklop ponudil dopustno ponudbo ter najnižjo končno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV), sklenil pogodbo za dobavo opreme, ter okvirni sporazum za potrošni material za obdobje štirih (4) let. Rok za dobavo opreme je 70 dni od sklenitve pogodbe.</p>
Rok za oddajo ponudb:	<p>Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ do 11. 3. 2025 do 11:00 ure (Glej točko 2.5 teh navodil).</p>
Javno odpiranje ponudb:	<p>Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 3. 2024 in se bo začelo ob 14:00 uri na</p>

	spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ (Glej točko 2.6 teh navodil).
Definicije preventivnega, korektivnega vzdrževanja in vzdrževanja v garancijskem roku:	<p><u>Preventivno vzdrževanje v garancijskem roku</u> pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).</p> <p>Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.</p> <p><u>Korektivno vzdrževanje v garancijskem roku</u> pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu UKC Maribor z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.</p> <p><u>Vzdrževanje v garancijskem roku:</u> v času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.</p>

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila ter izpolnjuje razpisne pogoje za sodelovanje.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov iz točke 2.11 teh navodil, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali ti ne zajemajo vseh primerov iz točke 2.11 teh navodil, lahko te dokumente nadomesti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom,

notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. Naročnik od teh skupin ne bo zahteval, da se povežejo v kakršno koli pravno formalno obliko.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen obrazec ESPD in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.11.1. in 1. pogoj v točki 2.11.2.1. (1. točka); pogoj iz točke 2.11.2. pa dobavitelji opreme in potrošnega materiala. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Finančno zavarovanje predloži eden izmed partnerjev v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v razpisni dokumentaciji.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Obrazec rekapitulacije (OBR-2) in obrazec predračuna za opremo, potrošni material (OBR-2.1 in/ali OBR-2.2 in/ali OBR-2.3) (ločeno za vsak posamezni sklop) podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**;
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**;
- priložiti izpolnjene obrazce ESPD.

*** V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.*

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1),
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz poglavja 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

1.2.4 Zmogljivosti drugih subjektov

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, bo naročnik preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1 teh navodil) ter ali izpolnjujejo pogoje za sodelovanje

(pogoj iz točke 1 poglavja 2.11.2.1, pogoj iz točke 2 poglavja 2.11.2.1 pa samo, če gre za dobavitelja opreme in/ali potrošnega materiala). V ta namen mora ponudnik za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v poglavju 2.11.1 teh navodil.

Tak subjekt mora biti v ponudbi priglasičen kot podizvajalec ali partner skupne ponudbe. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko [Portala javnih naročil](#)¹. Pojasnila bodo posredovana preko [Portala javnih naročil](#).

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 26. 2. 2025 do 10:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, ki bi bila dana ponudnikom v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na [Portal javnih naročil](#).

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšane roka za oddajo ponudb.

II. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

¹ <http://www.enarocanje.si/>

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1) (ponudnik predloži obrazec v primeru sodelovanja s podizvajalci);
3. izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-2);
4. izpolnjen obrazec predračuna za opremo, potrošni material (OBR-2.1), (ponudnik predloži obrazec za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo):
 - predračun za opremo, potrošni material – sklop 1 (OBR-2.1) in/ali
 - predračun za opremo, potrošni material – sklop 2 (OBR-2.2) in/ali
 - predračun za opremo, potrošni material – sklop 3 (OBR-2.3)

vklučno z vso dokumentacijo v skladu z navodili na obrazcih;

5. izpolnjen osnutek pogodbe za dobavo opreme (OBR-3); za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo;
6. izpolnjen osnutek okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-4), za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo;
7. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
8. **ES (EU) izjavo o skladnosti in veljaven CE certifikat**, v skladu z zahtevami iz točke 2.12 teh navodil.
9. lastno izjavo, da so ponujene vrste blaga, kadar gre za medicinske pripomočke ali za in-vitro medicinske pripomočke, označene v skladu z veljavno zakonodajo EU.

Opomba: Izbrani ponudnik, bo pozvan, da naročniku posreduje črtne kode v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma za potrošni material. Priloga razpisne dokumentacije je obrazec za vpis črtnih kod, katerega pa ni potrebno predložiti v ponudbo.

Ponudnik naj pri pripravi in oddaji ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Ponudnik mora na vsako stran svojih lastnih obrazcev in prilog označiti, na kateri sklop se nanaša dokument (na vsako stran zgoraj desno navede št. sklopa: npr.: »sklop 1«).

V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve izjemoma tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

Iz prejete ponudbe, predložene ter v skladu z navodili označene tehnične dokumentacije ter lastnih izjav podanih pod kazensko in materialno odgovornostjo - potrjenih s strani proizvajalca opreme, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev, ki niso razvidne iz tehnične dokumentacije, jih pa oprema izpolnjuje, mora biti torej nedvoumno razvidno:

- da je ponujena vsa zahtevana oprema iz specifikacije zahtev naročnika v ustrezni oz. zahtevani količini ter
- da ponujena oprema v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

Ponudnik mora predložiti vso ponudbeno dokumentacijo iz točke 4 (predračun na lastnem obrazcu, dokazila, prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) ločeno za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo. Dokumente je potrebno shraniti ločeno v arhivskih mapah v formatu ZIP (*.zip). Arhivske mape se poimenujejo s »Ponudba za sklop X«, kjer je »X« navedba št. sklopa.

Ostali obrazci in dokazila, ki se nanašajo na vse sklope (v primeru predložitve ponudbe za več sklopov), za katere ponudnik oddaja ponudbo, ponudnik shrani in predloži ločeno.

Opomba:

Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in vzorca finančnih zavarovanj so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbeno dokumentacijo je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca, za katerega je zaželeno, da je poleg obvezne XML oblike predložen tudi v PDF datoteki.

Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

- v razdelku »Predračun« naloži izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelku »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

- v razdelku »Ostale priloge« naloži celotno ponudbo.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči« oz. razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjen obrazec ESPD.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva za soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-1.1);
- izpolnjen obrazec ESPD.

2.4 Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti izpolnjena elektronsko ali s čitljivo pisavo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati² (z enotnim pečatom). Na obrazcih je treba izpolniti polja, ki so na dokumentih označena s sivo barvo. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V primeru, da pri posamezni postavki na obrazcih predračunov ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni

² V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga mu ni potrebno žigosati navedenih obrazcev.

določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

Obrazec ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1 teh navodil) in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje (poglavje 2.11.2 teh navodil), hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v obrazcu ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnike prosimo, da v ESPD obrazcu (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi) v razdelku »B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« v polju »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavnstvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO)« navedejo tudi podatek o številki EMŠO za vse predstavnike (zakonite zastopnike in/ali člane nadzornega odbora) posameznega gospodarskega subjekta.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

2.5 Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 4 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik (oseba) ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika³). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

³ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631)

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do 11. 3. 2025 do 11:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **11. 3. 2025** in se bo začelo **ob 14:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...).

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.11.1 in 2.11.2 teh navodil.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#), [105/22](#) – ZZNSPP in [16/23](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

Za potrebe preveritve ponudbe lahko gospodarski subjekt potrdila iz kazenske evidence predloži tudi sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudbe poravnava neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.1.1 Popravni mehanizem

Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev ne izključijo iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz točke 1 ali 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev in uveljavlja popravni mehanizem, pri izpolnjevanju obrazca ESPD v predmetnem polju poda odgovor »DA«, ter v zato predvideno polje (»Opišite jih«) navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 teh navodil.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. da je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo gospodarski subjekti izpolnjevati ta pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?", odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo na AJPES, pod "Referenca/Koda" vpišete ponovno številko, ki ste jo navedli pod Registracijska številka, v polje "Izdajatelj" vpišete Ajpes (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

oziroma v primeru tujega ponudnika:

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Dokazilo: Obrazec ESPD za gospodarski subjekt oz. gospodarske subjekte, ki bodo dobavitelji opreme in/ali potrošnega materiala.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko vpisa v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, pri navedbi "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?" odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo do spletne strani JAZMP, v polje Referenca/Koda ponovno vpišete številko, ki ste jo navedli v polje Registracijska številka, v polje Izdajatelj pa vpišete JAZMP (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji).

2.12 Tehnične zahteve

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika.

Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.

V Specifikaciji zahtev naročnika so ponekod navedeni standardi z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Naročnik dopušča, da ponudnik dokaže izpolnjevanje zahteve z enakovrednim standardom, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela, opremo in potrošni material v okviru predmeta javnega naročila za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Velja za medicinske pripomočke:

V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja I (razen Is, Im, Ism in Ir) mora biti le-to označeno s CE oznako. Ponudnik mora v ponudbo predložiti Izjavo o skladnosti z veljavno Uredbo (EU) 2023/607 (ki pokriva Uredbo 2017/745 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).

V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja Is, Im, Ism, Ir, IIa, IIb in III mora ponudnik v ponudbo predložiti CE certifikat in Izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo (EU) 2023/607 (ki pokriva Uredbo 2017/745 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).

Ponudniki morajo za ponujeno vrsto blaga predložiti zgoraj navedene dokumente (v kolikor so potrebni).

Velja za In-vitro medicinske pripomočke:

V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja A (razen A+s in A+m) mora biti le-to označeno s CE oznako. Ponudnik mora v ponudbo predložiti Izjavo o skladnosti z veljavno Uredbo (EU) 2023/607 (ki pokriva Uredbo 2017/746 ter Direktivo 98/79/EEC).

V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja A+s, A+m, B, C in D mora ponudnik v ponudbo predložiti CE certifikat in Izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo (EU) 2023/607 (ki pokriva Uredbo 2017/746 ter Direktivo 98/79/EEC).

Ponudniki morajo za ponujeno vrsto blaga predložiti zgoraj navedene dokumente (v kolikor so potrebni).

2.13 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popuste in rabate.

Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Cene in končna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti razen Okvirnega sporazuma, kjer so korekcije možne skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. [1/04](#); v nadaljevanju: Pravilnik). Pogodbeni stranki sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Uskladitev cene bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k okvirnemu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja okvirnega sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

2.14 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja skupna ponudbena vrednost ponudbe za posamezni sklop, v EUR brez DDV.**

Naročnik bo navedeno merilo pri ocenjevanju ponudb uporabil na naslednji način:

1. Vrednost ponudbe za opremo za posamezni sklop , v EUR brez DDV;
2. Vrednost potrošnega materiala za opremo za posamezni sklop , za obdobje štirih (4) let v EUR brez DDV.
= skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop, v EUR brez DDV (1+2)

Skupna ponudbena vrednost je seštevek ponudbene vrednosti za opremo, potrošni material.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.15 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV), za posamezni sklop.

2.16 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati šest (6) mesecev od dneva določenega za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.17 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III. FINANČNA ZAVAROVANJA (velja samo za sklop 2 in 3)

Dokumenti finančnih zavarovanj morajo biti izdani po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Naročnik zahteva naslednja finančna zavarovanja:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančna zavarovanja morajo biti izdana od:

- banke v državi naročnika ali
- zavarovalnice v državi naročnika.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (velja samo za sklop 2 in 3)

Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti opreme (vrednost iz Tabele2: Predračun za opremo OBR-2.2. (za sklop 2) in/ali vrednost iz Tabele2: Predračun za opremo OBR-2.3. (za sklop 3) v EUR z DDV (za vsak posamezni sklop ločeno) v roku 10-ih delovnih dneh od podpisa pogodbe.

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti so opredeljena v osnutku pogodbe (OBR-3).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (velja samo za sklop 2 in 3)

Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od vrednosti opreme (vrednost iz Tabele2: Predračun za opremo OBR-2.2. (za sklop 2) in/ali vrednost iz Tabele2: Predračun za opremo OBR-2.3. (za sklop 3)) v EUR z DDV, (za vsak posamezni sklop ločeno), v roku 10-ih delovnih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika.

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku so opredeljena v osnutku pogodbe (OBR-3).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

IV. SKLENITEV POGODBE / OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik in izbrani ponudnik za posamezni sklop bosta sklenila pogodbo za dobavo opreme po določenih osnutku pogodbe za dobavo opreme (OBR-3) in okvirni sporazum za dobavo potrošnega materiala po osnutku okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-4).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo oz. okvirni sporazum v roku desetih (10) dni od naročnikovega poziva k podpisu pogodbe / okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe za dobavo opreme, okvirnega sporazuma za potrošni material in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

VI. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#) in [72/19](#)) po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka: **SI56 0110 0100 0358 802** – izvrševanje proračuna RS.

SWIFT KODA: **BSLJSI2X**

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: **11 16110-7111290-XXXXXXLL** (oznaka **X** pomeni št. objave javnega naročila, oznaka **L** pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše **0**. Primer: št. objave: **JN001016/2021-B01** → št. sklica: **11 16110-7111290-00101621**).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala [eRevizija](https://www.portalerevizija.si/)⁴.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

⁴ <https://www.portalerevizija.si/>

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

Splošne zahteve:

- Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.
- Ponujena oprema mora imeti ES (EU) **izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo o medicinskih pripomočkih ter CE certifikat**, če je le ta, glede na stopnjo tveganja medicinskega pripomočka, zahtevan.
- Povedati, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim

SKLOP 1: ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO S POTROŠNIM MATERIALOM

I. OPREMA

EBUS VIDEOBRONHOSKOP

ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO mora omogočati punkcijo mediastinalnih in hilarnih bezgavk ter transtrahealno biopsijo.

Ponujeni aparat mora zagotavljati naslednje:

1. Kompatibilnost z obstoječim endoskopskim ultrazvočnim centrom Fujifilm Arietta750.
2. Kompatibilen z obstoječim endoskopskim videoprosesorjem (Olympus CV-190) in izvorom svetlobe (Olympus CLV-190).
3. Direktno balonsko kontaktno metodo.
4. Integriran mora imeti barvni visokoresolucijski CCD (charge-coupled device) čip.
5. Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje endoskopske in endoultrazvočne slike.
6. Vsebovati mora funkcijo identifikacije endoskopa s štetjem uporabe endoskopa.
7. Omogočati mora uporabo transbronhialnih aspiracijskih igel z največjim premerom igle do 19G in dolžino igle, najmanj 40mm.
8. Delovati mora najmanj na naslednjih frekvencah: 5MHz, 7,5MHz, 10MHz in 12MHz.
9. Biti mora primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo in kompatibilen z obstoječim strojem za termodezinfekcijo fleksibilnih endoskopov ter z vsemi priključki za reprocesiranje v obstoječih termodezinfektorjih in omarah za shranjevanje.
10. Sestavljen naj bo iz dveh delov; endoskopa in priključnega kabla za priklop na endoskopski ultrazvočni center, to omogoča enostavno čiščenje, zmanjša možnost poškodbe pri rokovanju in čiščenju in omogoča lažje vzdrževanje endoskopa.
11. Biti mora primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo, kompatibilen z navadno endoskopsko košaro.

Preostale tehnične zahteve:

12. Vidno polje najmanj 80°.
13. Smer gledanja naravnost po kotom 20°.
14. Globina vidnega polja najmanj 2 do 50mm.
15. Premer distalnega dela tubusa, največ 6,6mm.
16. Premer uvajalnega dela tubusa, največ 6,3mm.
17. Delovna dolžina tubusa najmanj 600mm.
18. Celotna dolžina najmanj 890mm.
19. Premer delovnega kanala najmanj 2,2mm.
20. Premer kanal za balonček, najmanj 1,0mm.
21. Upogib navzgor vsaj 160°.
22. Upogib navzdol vsaj 70°.
23. Področje skeniranja, najmanj 60°.
24. Dolžina priključnega kabla do endoskopskega ultrazvočnega centra, najmanj 1500mm.
25. Omogočati mora naslednje načine; B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode.
26. Metoda skeniranja mora biti linearna.
27. Smer skeniranja mora biti vzporedna z smerjo uvajanja.
28. Omogočati mora izbiro naslednjega razpona frekvenc: 5 / 7.5 / 10 / 12MHz.
29. **Set mora vsebovati:**
 - 29.1 Endoskopski ultrazvočni linearni bronhoskop za transbronhialno igelno aspiracijo, 1 kos.
 - 29.2 Začetni set za vzdrževanje endoskopa.
 - 29.3 Kovček za prenos endoskopa.

II. POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO

ASPIRACIJSKE IGLE ZA TRANSBRONHIALNO FINO IGELNO ASPIRACIJO , 21 G

Predvidena količina za obdobje 4 let: 400 kos

Tehnične zahteve so naslednje:

1. Aspiracijske igle morajo biti za enkratno uporabo.
2. Namenjena za FNA.
3. Igla mora biti sterilna in sestavljena iz naslednjih delov: aspiracijska igla, srajčka, držalo in brizga.
4. Omogočati mora kompatibilnost z EBUS bronhoskopom.
5. Najmanjši delovni kanal 2.0mm.
6. Največji presek vzorca mora biti najmanj 1.8mm.
7. Delovna dolžina najmanj 700mm.
8. Premer igle, najmanj 21G.
9. Dolžina igle najmanj 40mm.
10. V setu z adapterjem za delovni kanal, ter 20 ml aspiracijsko brizgo, s pred nastavitvijo nadtlaka.
11. Kompatibilne morajo biti z transbronhialnim EUZ bronhoskopom, katerega premer delovnega kanala je vsaj 2,0mm.

SKLOP 2: LAPAROSKOPSKI STOLP S POTROŠNIM MATERIALOM

I. OPREMA

4K VIDEO PROCESOR

1. Procesor mora zagotavljati polno 4K kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 × 2160 točk.
2. Mora zagotavljati video izhode, kompatibilne s ponujenim monitorjem. Vsaj 1 × 12/3G-SDI, vsaj 2 × DVI-D, 2 × Display Port 1.2.
3. Mora zagotavljati video vhode, kompatibilne s ponujeno opremo. Vsaj za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB.
4. Vsaj 2 × digitalni zoom.
5. Prikaz slike v razmerju 16:9.
6. Možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike.
7. Omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer.
8. Možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla.
9. Vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice.
10. Možnost shranjevanja slik ali video posnetkov vsaj preko USB priklopa ali zunanega diska. USB vhod za shranjevanje 4k slike v JPEG formatu in 4k video materiala (3840 × 2160) v MPEG4 formatu.
11. Možnost priključitve različnih glav kamere.
12. Možnost uporabe različnih barvnih filtrov za prepoznavanje različnih struktur (npr.: kapilarni način, standard,...).
13. Funkcija nastavitve testa beline.
14. Simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side) in slike v sliki (picture in picture), iz dveh različnih digitalnih virov.
15. Proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere.
16. Možnost do 20 osebnih nastavitvev.
17. Certificiran za medicinske namene (MDD).
18. Procesor mora biti kompatibilen z obstoječim modulom in Full HD glavo kamere proizvajalca Karl Storz, da se ohrani kompatibilnost videolinije kar poveča uporabnost endoskopskega stolpa.
19. **V kompletu dobaviti:**
 - 19.1. Procesor
 - 19.2. Digitalni modul za priklop 4K glave kamere.
 - 19.3. Digitalni modul za priklop Full HD glave kamere.
 - 19.4. Tipkovnica.
 - 19.5. Potrebni priključni in komunikacijski kabli.

4K LED MONITOR 32"

20. Uporabniku prijazen dizajn – sprednja stran je enostavna za čiščenje, zaradi ravne površine in možnosti skritih gumbov.
21. Velikost ekrana vsaj 32" oziroma 81,3 centimetrov.
22. Zagotavlja mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 točk.
23. Prikaz slike v razmerju 16:9.
24. Možnost predvajanja dveh slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP).
25. Oprema mora biti kompatibilna in povezana s ponujeno integracijsko opremo.

26. Osvetlitev najmanj 700 cd/m².
27. Kontrast najmanj 1300:1.
28. Kot gledanje 178°.
29. Odzivni čas največ 18 ms.
30. Video vhodi vsaj: 1 x DP 1.2 (UHD); 1 x DVI-D (FULL HD); 1 x 3G-SDI (FULL HD); 1 x 12G-SDI (UHD); 1 x HDMI (UHD); 1 x RS-232C; 1 x Ethernet.
31. Video izhodi vsaj: 1 x DVI-D (FULL HD); 1 x 12G-SDI (UHD); 1 x DP 1.2 (UHD).
32. Certificiran za medicinske namene MDD 93/42/EEC. FDA Class I Medical Device.
33. **V kompletu dobaviti:**
 - 33.1 Medicinski monitor 4K LED MONITOR 32'.
 - 33.2 Potrebni priključni in komunikacijski kabli.

IZVOR SVETLOBE LED

34. LED svetlobni / fluorescentni vir hladne svetlobe, z dvema ločeno in hkrati aktivnima visokozmogljivima LED lučkama za belo svetlobo in blizu infra aplikacije z visoko intenzivnostjo svetlobe (npr. ICG).
35. Tip svetilke: dve visokozmogljivi LED; beli LED in blizu infrardeči LED, ki sta aktivni posamično ali hkrati.
36. Barvna temperatura: bela svetloba 5700 K.
37. Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 65.
38. Prilagajanje jakosti svetlobe: ročno ali avtomatično prek komunikacijskega kanala.
39. Napajanje: 100-240 VAC.
40. Frekvenca: 50-60 Hz.
41. Poraba energije 220 VA.
42. Dimenzije (š x v x d): 305 x 120 x 370 mm.
43. IEC 60601-1, IEC 60601-2-18, CE acc. do MDD, zaščitni razred I / varnostni razred za zaščito pred električnim udarom, vsaj CF; s svetlobnimi kabli KS, CF defib.
44. Povprečna življenjska doba LED svetilke 30.000 ur.
45. Visoka energetska učinkovitost z najnovejšo LED tehnologijo.
46. Svetlobni adapter s ščitnikom proti bleščanju.
47. Gumb v pripravljenosti s funkcijo pomnilnika (zapomni si zadnjo izbrano stopnjo svetlosti).
48. Intenzivnost svetlobe se lahko ročno nastavi v 20 korakih.
49. Intenzivnost svetlobe se lahko v 99 korakih prilagodi prek komunikacijskega kanala.
50. Ročni nadzor sterilnega polja s pomočjo gumbov glave kamere preko komunikacijskega kanala v kombinaciji z združljivim sistemom kamer.
51. Vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe.
52. Komunikacijski vmesnik na viru svetlobe za povezavo z drugimi enotami.
53. Tiho delovanje.
54. Okolju prijazna, saj LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS 2.
55. Zaščitni razred CF defib za svetlobne kable KARL STORZ (zaščitni razred CF pri uporabi lahkih kablov drugih proizvajalcev).
56. Kompatibilnost z obstoječimi svetlobnimi kabli.
57. Kompatibilnost z obstoječimi laparoskopskimi ICG optikami proizvajalca Karl Storz.
58. **V kompletu dobaviti:**
 - 58.1 Izvor svetlobe LED.
 - 58.2 potrebni priključni in komunikacijski kabli.

4K GLAVA KAMERE s funkcijo ICG

- 59. 4K endoskopska glava kamere najvišjega standarda z resolucijo 3840 x 2160 točk, v progresivni tehniki in slikovnim razmerjem 16:9.
- 60. Osvežitev slike vsaj 50-krat na sekundo.
- 61. Z integriranim sistemom 3-kratne digitalne povečave.
- 62. Z vgrajenimi 1 čipom, kar preprečuje pregrevanje glave kamere.
- 63. Omogoča spreminjanje barvnih spektrov, spreminjanje intenzitete iluminacije ter kontrasta.
- 64. Glava kamere z integriranim video adapterjem za optiko z okularjem.
- 65. Programske tipke na glavi kamere (vsaj 3x) morajo omogočati nastavitve vseh parametrov iz glave kamere.
- 66. Teža glave kamere maksimalno 260 g.
- 67. Omogoča naj sterilizacijo vsaj v plazmi.
- 68. Kompatibilnost s ponujenim procesorjem.
- 69. Certificirana v skladu z EN 60601 CF-Defib.
- 70. **V kompletu dobaviti:**
 - 70.1 Glava kamere 4K ICG.

ENDOSKOPSKA/HISTEROSKOPSKA FULL HD GLAVA KAMERE

- 71. FULL HD endoskopska kamera najvišjega standarda z resolucijo 1920 x 1080 točk in slikovnim razmerjem 16 : 9.
- 72. Fokusna dolžina: 16 mm.
- 73. Z vgrajenim enim čipom.
- 74. Z možnostjo ročnega finega fokusiranja, nastavljivega direktno na kameri.
- 75. Programske tipke na glavi kamere za proženje funkcij in komunikacijo z videoprocisorjem, omogočati morajo nastavitve vseh parametrov iz glave kamere.
- 76. Z dvema programskima gumboma, ki omogočata poljubno nastavitve parametrov glave kamere (avtomatska nastavitve funkcij vsaj štirih gumbov oz. funkcij na glavi kamere, preko katerih je možen dostop do željenih funkcij).
- 77. Teža kamere čim manjša; maksimalno : 135 g.
- 78. Omogoča naj reprocesiranje v plazma sterilizaciji (Sterrad), plinski sterilizaciji ali kemijski sterilizaciji (H₂O₂) ter ročno dezinfekcijo.
- 79. Kompatibilna z obstoječo videolinijo proizvajalca Karl Storz.
- 80. **V kompletu dobaviti:**
 - 80.1 Full HD glava kamere.

ELEKTRONSKI CO₂ INSUFLATOR

- 81. Uporabniku "prijazen" kontrolni panel, enostavna nastavitve in kontrola pritiska plina med procesom insuflacije.
- 82. Optični in akustični alarm v primeru prekoračenega intra-abdominalnega tlaka ter prazna jeklenka CO₂.
- 83. Dva načina dotoka plina, pediatrični in za odrasle.
- 84. Možnost izbire opcije Visokega pretoka (High Flow).
- 85. Nastavitve pretoka plina: 0 – 50 L/min.
- 86. Nastavitve tlaka plina: 0 – 30 mmHg (3990Pa).
- 87. Gretje plina do 37°C.
- 88. Prikaz pritiska insuflacije.
- 89. Prikaz intra abdominalnega tlaka (0 - 50 mmHg).
- 90. Prikaz porabe plina (0 – 999L).
- 91. Skladno z IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CE acc. do MDD 93/42/EEC.
- 92. Set cevi za insuflacijo s filtrom.

93. V kompletu dobaviti:

- 93.1 Insuflator.
- 93.2 Kabel 220 V.
- 93.3 Ključ za jeklenko.
- 93.4 Insuflacijska cev za povezavo z jeklenko za CO₂.

LAPAROSKOPSKA ICG OPTIKA in ICG OPTIKAZA ODPRTE POSEGE S SVETLOBNIMI KABLI

- 94. Teleskop lečni sistem kot gledanja 0 ° in 30°, premer 10 mm.
- 95. Avtoklavirna.
- 96. Dolžina 31 cm.
- 97. Omogočati mora delo z belo svetlobo kot IR svetlobo za delo z ICG.
- 98. Kompatibilna s ponujeno opremo.
- 99. V kompletu dobaviti:
 - 99.1 Laparoskopska optika ICG 0 ° 1kom.
 - 99.2 Adapter za obstoječe Karl Storz svetlobne kable, v kolikor ga ponujena oprema potrebuje.

ICG ZA ODPRTE POSEGE

- 100. 4k 2D NIR/ICG avtoklavirni eksoskop, ki omogoča delo z belo in flurencenčno (NIC/ICG) svetlobo za delo med diagnostičnimi in kirurškimi posegi.
- 101. Delovna dolžina 100 mm.
- 102. Kot gledanja: 90 stopinj.
- 103. Kot gledanja slike: 32 stopinj.
- 104. Razmerje slike 16:9.
- 105. Resolucija: 3840 x 2160 pikslov (4k resolucija).
- 106. Eksoskop mora biti kompatibilen z glavo kamere 4 k NIR/ICG. Ima standardni konekt za endoskopsko glavo kamere. Ima tudi standardni konekt za svetlobni kabel, ki omogoča uporabo NIR/ICG kot belo svetlobo.
- 107. Omogočati mora ergonomsko delo; ročno ali pritrjeno na mehansko držalno roko.
- 108. Fleksibilna delovna razdalja od 10 do 30 centimetrov, optimalna delovna razdalja pri 18 centimetrih.
- 109. Ročna kontrola horizonta za orientacijo in pozicioniranje.
- 110. Teža eksoskopa skupaj s kompatibilno glavo kamere in svetlobnim kablom je maksimalno 500 gramov.
- 111. Omogočati mora sterilizacijo v avtoklavu.
- 112. Interdisciplinarni modularni sistem za vizualizacijo in dokumentacijo NIR/ICG in bele svetlobe za endoskopsko in odprto kirurgijo.
- 113. Omogočati mora zajem in dokumentiranje slike ter videa za namene poučevanja in usposabljanja.
- 114. Sistem mora omogočati vizualizacijo:
 - 114.1 žilnega sistema, npr. za oceno perfuzije ali za vizualizacijo žilnih struktur/segmentov, kot so na primer segmenti jeter.
 - 114.2 limfnega sistema, npr. (sentinelnih) bezgavke ali limfna drenaža.
 - 114.3 hepatobiliarnega sistema, npr. za uhajanje žolča v jetra ali žolčne kanale.
 - 114.4 HCC in jetrnih metastaz.
 - 114.5 cist in lipomov.
- 115. Eksoskop mora biti kompatibilen z obstoječo NIR/ICG glavo kamere in izvorom svetlobe, saj tako omogoča delo z ICG na več lokacijah znotraj oddelka.

ELEKTROKIRURŠKA ENOTA

116. Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih.
117. Vsaj 9 palčni barvni monitor na dotik z visoko ločljivostjo.
118. Možnost shranjevanja 300 posegov.
119. USB-in RJ45 port-Service za posodobitev programske opreme in razširitev funkcij.
120. Stalno spremljanje nevtralne elektrode med enkratno uporabo.
121. Samodejno testiranje ob vklopu vseh ustreznih parametrov in funkcionalnosti za največjo varnost bolnikov in uporabnikov.
122. Monopolarna moč vsaj: 400 W.
123. Bipolarna moč vsaj : 400 W, Bipolarna resekcija in vaporizacija TUR.
124. Avtomatična prepoznava laparoskopskih bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje življenjsko dobo inštrumenta.
125. Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, opozarjanje na napake, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 5 0vatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas.
126. Stalna kontrola izhodne moči.
127. Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode.
128. Kontrola vračanja tokov preko nevtralne elektrode.
129. Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode.
130. Proženje koagulacije in rezanja preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.
131. Priključki vsaj: 2 x monopolarni, 2 x bipolarni, ne-nevtralna elektroda, 2 x nožna stopalka.
132. Napetostno območje: 100 – 120 V/ 220 – 240 V.
133. Tip: IEC 60601-1, CE acc. na MDD. Razred zaščite I / CF, medicinski pripomoček razreda IIb.
134. kompatibilnost z kabli in ročniki, ki jih uporabljamo sedaj: monopolarni priključni kabel firme Bowa ref 285-050, 4, 5 m in ročnikom Bowa, bipolarni kabel Bowa 287-050 in bipolarno pinceto Bowa 600-024, ter kabel kompatibilen z resektoskopom Olympus A42011A, v kolikor kabli in ročniki niso kompatibilni se zahtevajo ustrezni adapterji.
135. **V kompletu dobaviti:**
 - 135.1 HF-elektrokirurška naprava.
 - 135.2 Bipolarni resektoskop 15fr.
 - 135.3 Napajalni kabel.
 - 135.4 Trinožna stopalka.
 - 135.5 Kabel za nevtralno elektrodo.
 - 135.6 Adapter za kable v kolikor je ta potreben in kable za aparat.
 - 135.7 Kabel za bipolarni resektoskop Olympus A42011A v kolikor ni kompatibilen za navedenim resektoskopom.

15 Fr Bipolarni resektoskop (1 komplet):

136. Resektoskopska srajčka, 15 Fr, Set; konica v obliki poševni kljun, vrtljiva notranja srajčka s keramično izolacijo, hitro sprostitveni mehanizem, barvna oznaka: zelena; V setu tudi pripadajoča resektoskopska srajčka in povezovalna cev znotraj srajčke, ki omogoča irigacijo in sukcijsko.
137. Delovni element, bipolarni, upravljanje s pomočjo prsta. V mirovanju je elektroda v srajčki. Kompatibilen s ponujenim resektoskopom.
138. optika HOPKINS teleskop 0°, velikost 2,9 mm, dolžina 30 centimetrov, avtoklavirna,

- fiberoptični prenos svetlobe vgrajen, barvna koda: zelena; enakovredna Karl Storz 26120 AA. Kompatibilna s ponujenim resektoskopom.
139. Standardni obturator, za uporabo s srajčkami velikosti 15 Fr, kompatibilen z ostalo ponujeno opremo; barvna koda: zelena
 140. Set za čiščenje resektoskopa
 141. Kovček za transport in hrambo resektoskopa
 142. **V kompletu dobaviti:**
 - 143.1 15 Fr Bipolarni resektoskop (1 komplet) in kable

NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE IN SNEMANJE SLIK TER PODATKOV

143. 1. Glavni namen naprednega sistema za pridobivanje in snemanje slik ter podatkov je zmožnost zajemanja: podatkov o pacientu, mirujočih slik, video sekvenc in zvočnih datotek (anotacije) med diagnostičnim ali terapevtskim postopkom. Te funkcije dokumentacije postopka so del enote za fizično integracijo.
144. 2. Kirurg, zdravnik ali njegov/njen pomočnik mora imeti popoln nadzor nad celotno dokumentacijo preko nadzornega zaslona. Sistem mora biti preprost, uporabniku prijazen, varen in nadgradljiv.

Sistem za snemanje slik/video in arhiviranje podatkov mora vsebovati naslednje podrobne podatke:

145. Uporabniku prijazna programska oprema, zasnovana posebej za medicinske namene.
146. Zajem fotografij v 4K UHD in FULL HD, slike iz vseh integriranih virov in zvočnih datotek.
147. Zajame video sekvence v 4K UHD, FULL HD ali 3D. Mora omogočati tudi zajem zvoka.
148. 2-kanalno snemanje za fotografije in video posnetke.
149. DSD vizualne in akustične povratne informacije pri snemanju fotografij in videoposnetkov.
150. Funkcija dodajanja vodnega žiga ustanove v sistemu.

Minimalne tehnične zahteve sistema:

151. Snemanje fotografij z ločljivostjo vsaj: 3840x2160p, izvorna ločljivost.
152. Videoposnetki z ločljivostjo vsaj: 3840x2160p.
153. Avdio vhod – vsaj mikrofona.
154. Varnostni modul za varovanje sistema pred zunanji vdori.
155. Upravljanje mora biti omogočeno preko zaslona na dotik.
156. Operativni kirurg individualno prednastavi sistem za uporabo – enota mora podpirati različne uporabniške profile.
157. Omogočati mora popoln nadzor od znotraj in zunaj sterilnega polja.
158. Podpirati mora omrežno shranjevanje na datotečnih strežnikih.
159. Podpirati mora shranjevanje FTP.
160. Omogočati mora brezžično povezavo preko vgrajene Wi-Fi antene.
161. Podpora USB, ki omogoča shranjevanje na pogonih USB.
162. Prilagodljivi izpisi za dokumentirane informacije – možnost prilagoditve izpisov.
163. Podpirati mora iskanje na kateri koli povezani tiskalnik (lokalni ali omrežni).
164. Vsebovati mora vmesni Sistem za zagotovitev zanesljivosti.
165. Sistem klasificiran kot medicinska oprema s CE.
166. Grabber-kartica: 1x DP 1.2a, 1x HDMI 2.0.
167. Trdi disk: vsaj 2 TB.

NAPREDNI SISTEM ZA ZAJEMANJE IN SNEMANJE SLIKE TER PODATKOV mora imeti naslednje tehnične podatke:

- 168. Napajanje: 100-240 VAC, 50-60 Hz.
- 169. Poraba energije: Max. 500 vatov.
- 170. Vodoodpornost. Vsaj IPX0.
- 171. Procesor: vsaj Intel® Core™ i7-6700 @ 3,4 GHz.
- 172. Notranji pomnilnik: vsaj 1x SSD (70 GB) in 1x Trdi disk (2 TB).
- 173. Pomnilnik RAM: vsaj 16 GB.
- 174. Priključki: 2 x 1GB Ethernet (RJ 45), 4 x USB 2.0 in 3 x USB 3.0 zadaj, 1 x USB 3.0 spredaj.
- 175. Izhodi: 2 x DP, 3 x RS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop, povezava pilotne luči.
- 176. Format slike: BMP, JPG, JPNG.
- 177. Video format: MPEG-4, MPEG-2, MOV.
- 178. Vhodi za video signal: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.
- 179. Izhodi za video signal: 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 2.0.
- 180. Barvni sistem: PAL, NTSC.
- 181. Operacijski sistem: vsaj Windows 10 IoT.
- 182. Ločljivost fotografij: 3840x2160p, izvorna ločljivost.
- 183. Ločljivost videoposnetkov: 3840x2160p@60Hz RGB/YUV.
- 184. Zahtevani certifikati: IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2.
- 185. Razvrstitev: CE, MDD, CSA.

HL7 & DICOM POVEZLJIVOST NAPREDNEGA SISTEMA ZA ZAJEMANJE SLIK IN PODATKOV TER SNEMANJE

- 186. Napredni sistem za zbiranje in snemanje slik ter podatkov mora zagotavljati:
 - 186.1 Povezljivost HL7.
 - 186.2 Povezljivost DICOM.
- 187. V sistem mora biti nameščen vmesnik, ki kirurgu omogoča ogled vseh slik, shranjenih v sistemu PACS, kot na zaslonu na dotik v operacijski. Poleg tega mora omogočati, da vse posnete intraoperativne slike prek vmesnika pošlje v sistem PACS za nadaljnjo obdelavo.

Upravljanje vsebin endoskopskih slik in videoposnetkov

- 188. Sistem mora omogočati Uporabniški in administracijski vmesnik / koncept dostopa.
- 189. Rešitev mora zagotavljati z geslom zaščiteni administracijo uporabnikov.
- 190. Rešitev mora zagotavljati koncept dostopa na podlagi vlog/profilov za dodelitev namenskih uporabniških pravic.
- 191. Administracija s strani uporabnika mora omogočati:
 - 191.1 Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za Upravljanje in administracijo uporabniških pravic in nastavitev aplikacije.
 - 191.2 Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za pregledovanje in analizo medicinskih videov.
 - 191.3 Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za Upravljanje in administracijo vmesniških storitev.
- 192. Upravljanje pacientov mora omogočati:
 - 192.1 Iskanje pacienta.
 - 192.2 Rešitev zagotavlja možnost za Iskanje pacientov.
 - 192.3 Rešitev zagotavlja grafično zgodovino za vizualizacijo obiskov pacientov in neposrednega dostopa do posameznega primera.
 - 192.4 Rešitev omogoča ustvarjanje urgentnih pacientov.

193. **V kompletu dobaviti:**
 193.1 Napredni sistem za zbiranje in snemanje slik ter podatkov.
 193.2 Integriran, zložljiv zaslon na dotik dimenzije vsaj 12, 5".
 193.3 Vsi potrebni priključni kabli za delovanje sistema.

ENDOSKOPSKI VOZIČEK

194. Primeren za namestitev ponujenih aparatov.
 195. Mobilni s 4 antistatičnimi kolesi, na 2 kolesih zavore.
 196. S centralnim stikalom, ki preko vgrajenega ločilnega transformatorja loči medicinske aparate od omrežja.
 197. Minimalno 3 police in en predal, z možnostjo nastavitve višine.
 198. Z dodatno izvlečno polico za tipkovnico.
 199. Dimenzije vozička (v x š x g): min 1300 x 660 x 730 mm.
 200. Nosilec za monitor.
 201. Z držalom za kamero na strani vozička.
 202. Vgrajeni dve ročki za vožnjo oziroma premikanje vozička. Locirane na zadnji strani vozička za lažje premikanje.
 203. Nosilec za CO₂ jeklenko.
 204. Po višini nastavljen nosilec za tekočine nosilnost za 5 l.
 205. **V kompletu dobaviti:**
 205.1 Endoskopski voziček.
 205.2 Priključne in ozemljitvene kable za vso ponujeno opremo.

II. POTROŠNI MATERIAL

z.š.	Opis	EM	Okvirna količina za obdobje 4 let (kos)
1.	Cevi za Co ₂ s filtrom	kos	2000
2.	Svetloben kabel	kos	10
3.	Kabli za večkratno uporabo za laparaskopske posege (bipolarni)	kos	15
4.	Kabli za večkratno uporabo za laparaskopske posege (monopolarni)	kos	5
5.	Kabli za večkratno uporabo za laparatomije (bipolrne)	kos	15
6.	Kabli za večkratno uporabo za laparatomije (monopolarne)	kos	10
7.	Elektrode za rezanje (ukrivljene v špico)	kos	10
8.	Elektrode za rezanje (konica v obliki polkroglice)	kos	10
9.	Zanka za rezanje za resektoskop	kos	10
10.	Bipolarni kabel dolžine vsaj 400 cm	kos	1

SKLOP 3: TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA S POTROŠNIM MATERIALOM

I. OPREMA

3D ENDOSKOPSKI STOLP S FUNKCIJO FLUORESCENCE

SPLOŠNI OPIS

Predmet razpisa je 3D endoskopski stolp s funkcijo fluorescence snemanja za potrebe kardiokirurgije, torakalne kirurgije (po potrebi še urologije in abdominalne kirurgije) s krmilno enoto kamere, glavo kamere z integrirano 30-stopinjsko optiko ter svetlobnim/video kablom, z glavnim in pomožnim monitorjem, insuflatorjem, snemalnikom operativnega postopka, z ustreznim vozičkom, vsemi povezovalnimi in komunikacijskimi kabli, ki morajo biti priloženi in potrošnim materialom.

TEHNIČNE ZAHTEVE

3D VIDEO KRMILNA ENOTA 1 kos

1. krmilna enota omogoča delovanje v 3D in 2D načinu
2. omogoča menjavo glave kamere med kirurškim posegom
3. kontrolna enota avtomatsko spozna priključeno glavo kamere in samodejno zagotovi ustrezne nastavitve kamere
4. prednastavljeni profili za različne vrste posegov (torakoskopski, laparoskopski, urološki.. itd)
5. poleg prednastavljenih profilov omogoča tudi kreiranje vsaj treh lastnih individualiziranih profilov
6. enota omogoča naslednje nastavitve:
 - 6.1. stopenjsko nastavitve svetlosti
 - 6.2. stopenjski digitalni zoom (do vsaj 1.8X)
 - 6.3. stopenjska nastavitve kontrasta
 - 6.4. stopenjsko nastavitve izboljšanja vidljivosti robov (edge enhancement)
 - 6.5. zasuk slike 180 stopinj - samo za 30 stopinjsko glavo kamere
 - 6.6. preklap 2D/3D
 - 6.7. preklap med belo in fluorescenčno svetlobo
7. omogoča različne protokole za optimizacijo vizualizacije med posegom:
 - 7.1. algoritem za intenziviranje rdečih odtenkov (red enhancement)
 - 7.2. algoritem za zmanjšanje vpliva dima (smoke reduction)
 - 7.3. možnost hkratnega prikaza originalne in optimizirane slike (Picture out of picture - PoP)
 - 7.4. prikaz trenutno izbrane funkcije na ekranu
 - 7.5. kombiniranje optimizacijskih algoritmov (npr. istočasni vklop red enhancement in smoke reduction)
8. prikaz trenutnih nastavitev in izbranega profila na ekranu
9. krmilna enota in glava kamere omogočata upravljanje funkcij kot so ravnovesje bele svetlobe (white balance), zasuk slike, digitalni zoom, meni, vklop/izklop bele svetlobe, zajemanje slike in posnetkov
10. možnost umerjenja beline svetlobe (white balance) na kontrolni enoti in glavi kamere
11. samodejni nadzor jakosti svetlobe v kombinaciji z LED izvorom svetlobe
12. v primeru izpada 3D slike se operativni poseg lahko nadaljuje v 2D načinu.
13. krmilna enota mora imeti najmanj naslednje izhode:
 - 13.1. 2 x 3D preko 3G HD-SDI (1080p)
 - 13.2. 2 x 3D preko DVI-D (1080p)

- 13.3. 2 x 2D preko DVI-D (1080p)
- 13.4. 1 x 2D preko HD-SDI (1080i)
- 13.5. LAN Ethernet
- 13.6. USB
- 14. Ohišje mora biti odporno na dezinfekcijo z dezinfekcijskimi robčki
- 15. Omrežno napajanje: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- 16. Razred zaščite: I
- 17. Kontrolna enota mora imeti oznako CF defibrillation safe.
- 18. IEC/DIN EN 60601-1-2 Class A
- 19. Standardna skladnost IEC/DIN EN 6060-1
- 20. Skladnost z uredbo (EU) 2017/745

LED/LASER IZVOR SVETLOBE 1 kos

- 21. Povprečna doba LED modula (bela svetloba) približno 30.000 obratovalnih ur.
- 22. Povprečna doba laserskega modula (NIR svetloba) približno 10.000 obratovalnih ur
- 23. LCD zaslon za prikaz stanja delovanja, izhoda svetlobe, samodejnega nadzora izhoda svetlobe, priključitve svetlobnega kabla in rezultata preizkusa svetlobnega kabla
- 24. barvna temperatura LED modula okoli 5600 K
- 25. LED modula naj omogoča svetlobni tok okoli 3.000 lumnov
- 26. omogoča stopenjski nadzor jakosti svetlobe preko
- 27. Sredstvo za slikanje: indocianin zeleno (ICG)
- 28. Laserski razred (po IEC 60825-1): razred 1 M
- 29. omogoča samodejno uravnavanje jakosti svetlobe preko kontrolne enote kamere
- 30. omogoča deaktivacijo samodejnega načina osvetlitve z ročnim upravljanjem gumba za jakost svetlobe.
- 31. Nanzor izvora svetlobe preko glave kamere.
- 32. Priključek 3,5/4,8 mm za več svetlobnih kablov (Olympus, Aesculap/Storz in Wolf)
- 33. Ohišje odporno na dezinfekcijo z dezinfekcijskimi robčki
- 34. Izvor hladne svetlobe mora imeti oznako CF defibrillation safe
- 35. Standardna skladnost IEC/DIN EN 6060-1
- 36. Zaščitni razred pred vdorom vode: IP21
- 37. Razvrstitev po uredbi (EU) 2017/745: IIa

3D FI GLAVA KAMERE Z INTEGRIRANIMA ENDOSKOPOM IN SVETLOBNIM KABLOM

- 38. Glava kamere s 30 stopinjskim endoskopom premera 10,0 mm 1 kos
 - 38.1. ločljivost senzorja: vsaj Full HD (1920 x 1080 slikovnih pik) ali več
 - 38.2. slikovni senzorji: 2 x 1/3" CMOS
 - 38.3. stereo endoskop s sistemom paličastih leč
 - 38.4. glava kamere omogoča nadzor različnih funkcij preko najmanj 4 štirih komandnih tipk, kot npr. ravnovesje bele svetlobe, zasuk slike, digitalni zoom, meni, vklop/izklop bele svetlobe, zajemanje slike in posnetkov
 - 38.5. vizualni prikaz načina aktivne fluorescence prek barvnega LED zaslona v glavi kamere
 - 38.6. omogoča prikaz fluorescence v 2D in 3D
 - 38.7. glavo kamere je možno razkužiti z brisanjem
 - 38.8. samodejno prilagajanje svetlosti
 - 38.9. endoskop z zunanjim premerom 10 mm

- 38.10. vgrajeno elektronsko nadzorovano ogrevanje na distalni konici endoskopa (funkcija proti rosenju)
- 38.11. svetlobni kabel vgrajen v video kabel (mono kabel)
- 38.12. globina ostrine 20 - 220 mm
- 38.13. omogoča digitalni zoom 1,8 x ali več
- 38.14. glava kamere z integriranim endoskopom in svetlobnim/video kablom se ne sterilizira. Sterilni pogoji se zagotavljajo z uporabo sterilne prevleke za enkratno uporabo, ki prekrije endoskop, glavo kamere in kabel (potrošni material).
- 38.15. glava kamere mora imeti oznako CF defibrillation safe
- 38.16. teža kamere skupaj z endoskopom (brez kabla) ne sme presegati 600 g
- 38.17. standardna skladnost IEC/DIN EN 6060-1
- 38.18. Zaščitni razred pred vdorom vode: IPX7
- 38.19. Razvrstitev po uredbi (EU) 2017/745: IIa

DOKUMENTACIJSKI SISTEM 1 kos

- 39. neposredno shranjevanje bolnikovih podatkov, mirujočih in gibljivih slik v realnem času med operativnim postopkom.
- 40. možnost shranjevanja podatkov na lokalni HDD; prenos podatkov na CD/DVD, USB pomnilnik in omrežje.
- 41. Med snemanjem videa v živo je mogoče ustvariti fotografije
- 42. Funkcija zamrznitve 2D/3D slik
- 43. Samodejno zaznavanje priključenega in aktivnega sistema kamer.
- 44. Uporabnik lahko upravlja snemanje mirujočih/gibljivih slik preko glave kamere, krmilne enote, nožnega upravljalnika ali ločenega zaslona na dotik.
- 45. Zmogljivost notranjega trdega diska(HDD): 1 TB.
- 46. Kompatibilen z različnimi strežniki(LAN, HL7; PACS-DICOM 3.0).
- 47. Ohišje odporno na dezinfekcijo z dezinfekcijskimi robčki.
- 48. Standardna skladnost EN 6060-1 varnostni razred 1, EN 6060-1-2, EN 62304

INSUFLATOR 1 kos

- 49. insuflacija CO2 z prednastavljeno hitrostjo pretoka in tlaka
- 50. kapaciteta pretoka plina CO2: od 0,1 do 50 l/min
- 51. uporabniški vmesnik na dotik (touch screen)
- 52. Nastavitev tlaka od 1mmHg do 30 mmHg.
- 53. Najvišja jakost sesanja 12 l/min.
- 54. Razpon vstopnega tlaka vsaj 3 do 80 bar.
- 55. Univerzalni priključek za plinsko jeklenko.
- 56. Preklopni ventil za priklop dveh jeklenk.
- 57. Filtracija z aktivnim ogljem.
- 58. omogoča ogrevanje plina za zmanjševanje rosenja optike in preprečevanje hipotermije bolnika
- 59. sistem za evakuacijo kirurškega dima za čisto in brezdimno sliko
- 60. Uporabniški vmesnik na dotik (touch screen) omogoča prikaz nastavljenih parametrov
- 61. Standardi:
 - 61.1. IEC 60601-1: 1988 + A1:1991 + A2: 1995 (izvod 2.0)
 - 61.2. IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012(3.1).
 - 61.3. EN 60601-1:2006/A1:2013 (3.1)
 - 61.4. EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (izv. 3).
 - 61.5. IEC 60601-1-2:2014 (izv. 4).

- 61.6. IEC 60601-1-6:2010 (izv. 3) + A1:2013
- 61.7. CISPR 11 razred B
- 62. **Insuflatorju je potrebno priložiti:**
 - 62.1. DVODELNO CEV ZA JEKLENKO PO DIN STANDARDU 1 kos
 - 62.2. STOPALKO ZA AKTIVACIJO/DEAKTIVACIJO ASPIRACIJE DIMA 1 kos

GLAVNI 2D/3D LCD MEDICINSKI MONITOR 1 kos

- 63. Diagonala vidnega polja vsaj 31,5 palcev.
- 64. Ločljivost vsaj 1920 x 1080 točk
- 65. Barvni LCD Zaslon s tehnologijo IPS
- 66. Protiodsevna plast
- 67. Izbira načina prikaza 2D/3D.
- 68. LED osvetlitev ozadja
- 69. Razmerje stranic 16:9.
- 70. Omogoča Vzporedni prikaz dveh vhodnih slik (slika v sliki PIP; picture out of picture POP; možna menjava velikosti prikaza)
- 71. Video vhodi : 2 x 3G-SDI, 2 x DVI-D(s HDCP), 1 x RGB, 1 x S-video, 1 x Video in D-Sub 15 pinski (mini).
- 72. Video izhodi: 2 x 3G-SDI, 1 x DVI-D, 1 x S-Video in 1 x Video.
- 73. Konfiguracija barve, odtenka, svetlosti, slike, osvetlitve ozadja, RGB in ostrine
- 74. Funkcijske tipke na sprednjem delu monitorja.
- 75. Vsaj štiri uporabniško določljive funkcijske tipke.
- 76. Sprememba smeri prikaza (2D način: rotacija/zrcaljenje 180 st., 3D način: rotacija 180 st.).
- 77. Funkcija prilagajanja paralakse (samo 3D prikaz).
- 78. Svetilnost vsaj 650 cd/m2.
- 79. VESA standard 100 in 200.
- 80. Zaščitni razred pred vdorom vode: IP45 spredaj, IP32 zadaj.
- 81. Standardna skladnost EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1
- 82. Z monitorjem je potrebno dostaviti tudi en kos zaščitnega pokrivala.

Pomožni 2D LCD MEDICINSKI MONITOR vsaj 21 PALCEV 1 kos

- 83. Vidna diagonala zaslona vsaj 21 palcev
- 84. Ločljivost vsaj 1920 x 1080 točk
- 85. Barvni LCD zaslon
- 86. Zaslon občutljiv na dotik
- 87. Vhodni signal HDMI
- 88. Kontrast vsaj 1000:1
- 89. Svetilnost vsaj 250 cd/m2.
- 90. VESA standard 100
- 91. Standardna skladnost EN 60601-1, EN 60601-1-2

VOZIČEK ZA ENDOSKOPSKI STOLP 1 kos

- 92. Stabilen in mobilni endoskopski voziček
- 93. Zavore na antistatičnih kolesih
- 94. Dovoljena obremenitev na polico vsaj 40 kg
- 95. Dovoljena obremenitev vozička vsaj 200 kg
- 96. Standardna skladnost:
 - 96.1. IEC/DIN EN 60601-1

- 96.2. IEC/DIN EN 60601-1-2
- 96.3. EN 14971
- 97. Oprema vozička:
 - 97.1. Vsaj tri police, od tega vsaj dve nastavljivi
 - 97.2. Centralna gibljiva in višinsko nastavljiva roka s podaljšitvijo za centralen monitor.
 - 97.3. Stranska gibljiva in višinsko nastavljiva roka za pomožni monitor
 - 97.4. Stranski ročaji za premikanje vozička
 - 97.5. Nosilec za plinsko jeklenko
 - 97.6. Nosilec za infuzijo
 - 97.7. Nosilec za glavo 3D kamere
 - 97.8. Pomožna stranska košara
 - 97.9. Glavno stikalo
 - 97.10. Glavni napajalni/omrežni kabel.

DODATNI 32' 2D/3D LCD MEDICINSKI MONITOR NA SAMOSTOJNEM STOJALU 1 kos

- 98. Dodatni 32' 2D/3D LCD monitor z enakimi specifikacijami kot glavni 32' 2D/3D monitor
- 99. mobilno stojalo za dodatni monitor
- 100. oprema za brezžičen priklop dodatnega monitorja na centralno enoto

3D OČALA

- 101. 3D polarizacijska očala z vizirjem 3 kos
- 102. 3D polarizacijska očala proti meglenju (za operaterje) 5 kos
- 103. 3D polarizacijska očala (za opazovalce) 15 kos
- 104. Klip-on polarizacijska 3D očala (za kirurške lupe) 3 kos

II. POTROŠNI MATERIAL

Z.Š.	Opis	EM	Okvirna količina za obdobje 4 let (kos)
1.	sterilna srajčka za glavo kamere z endoskopom 30 st. in kablom	kos	720
2.	kaseta s filtrom za odstranjevanje dima	kos	120
3.	cev za odstranjevanje dima za enkratno uporabo	kos	720
4.	Filter za insuflacijo za enkratno uporabo	kos	720
5.	Cev za insuflacijo CO2 z gretjem za enkratno uporabo	kos	720

PODATKI O PONUDNIKU

Skupna ponudba: ... (navesti: DA/NE).¹

1. Opis predmeta javnega naročila: NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik:
2.4 Identifikacijska številka za DDV:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 E-mail ponudnika:
2.9 Kontaktna oseba:
2.10 Odgovorna oseba za podpis pogodb:

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

.....

¹ V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila: NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME, vključili naslednjega podizvajalca:

1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	
Kontaktni podatki (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:

Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (eur brez ddv)	

Datum:

žig in podpis odgovorne osebe ponudnika

3. Soglasje podizvajalca

Zahteva (4. alineja drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) *(izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo)*:

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Datum:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. tega obrazca. Če ponudnik ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

Številka ponudbe:

Datum:

PONUĐNIK:
(Naziv in naslov)

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	SKLOP 1: ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO S POTROŠNIM MATERIALOM	
2.	SKLOP 2: LAPAROSKOPSKI STOLP S POTROŠNIM MATERIALOM	
3.	SKLOP 3: TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA S POTROŠNIM MATERIALOM	

Opomba:

- V polje vrednost v EUR brez DDV ponudnik vpiše skupno ponudbeno vrednost (opreme + potrošnega materiala za obdobje 4 let) v EUR brez DDV iz tabele 1 obrazcev predračuna za posamezni sklop (OBR-2.1 in/ali OBR-2.2 in/ali OBR-2.3), za katerega oddaja ponudbo.
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

.....

PONUĐNIK:**OBR-2.1**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME****SKLOP 1: ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI
VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO S
POTROŠNIM MATERIALOM**

**TABELA 1
PREDRAČUN
za opremo in potrošni material**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA: ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO	0,00
2.	POTROŠNI MATERIAL: Skupna vrednost potrošnega materiala za opremo za obdobje 4 (štirih) let	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2):		0,00

Opombe:

- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepíše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELE 2.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepíše skupna vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV iz TABELE 3 za obdobje 4 let

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: _____

TABELA 2
PREDRAČUN ZA OPREMO

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO	kpl	1	0,00	22%	0,00	0,00	0,00
SKUPNA VREDNOST:						0,00	0,00	0,00

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja.
- Ponudnik vpiše v polje "Cena na EM" skupno opreme (1 kpl), ki mora biti zaokrožena na **dve (2) decimalni mesti**.
- **Ker se oprema (ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO) sestoji iz različnih komponent, mora ponudnik vso ponujeno opremo podrobneje specificirati na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca. Iz specificirane opreme na lastnem obrazcu morajo biti razvidne ponujene komponente opreme, količine in njihove cene. Za posamezne komponente opreme morajo biti v ponudbi navedene tudi kataloške številke oz. modeli/tipi.**
- V cenah morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podrobneje opredeljeni v 3. členu vzorca pogodbe za dobavo opreme, ter vsi morebitni dodatni stroški ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.
V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

TABELA 3
PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	EM	Okvirna količina za 4 leta	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	ASPIRACIJSKA IGLA ZA TRANSBRONHIALNO FINO IGELNO ASPIRACIJO	kos	400	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
				SKUPNA VREDNOST za obdobje 4 let:		0,00	0,00	0,00

ZŠ	Opis	Proizvajalec	Tip blaga oz. kataloška številka	Velikost pakiranja (št./paket)
1.	ASPIRACIJSKA IGLA ZA TRANSBRONHIALNO FINO IGELNO ASPIRACIJO			

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja.
- V obrazcu predračuna za potrošni material je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 4 (štirih) let.
- Ponudnik mora v tabeli za ponujen potrošni material navesti tip oziroma kataloško številko, proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja (število kosov v paketu - za potrebe naročanja).
- Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika.

PONUĐNIK:**OBR-2.2**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME****SKLOP 2: LAPAROSKOPSKI STOLP S POTROŠNIM MATERIALOM**

TABELA 1
PREDRAČUN
za opremo in potrošni material

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA: LAPAROSKOPSKI STOLP	0,00
2.	POTROŠNI MATERIAL: Skupna vrednost potrošnega materiala za opremo za obdobje 4 (štirih) let	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2):		0,00

Opombe:

- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELE 2.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV iz TABELE 3 za obdobje 4 let

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

TABELA 2
PREDRAČUN ZA OPREMO

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	LAPAROSKOPSKI STOLP	kpl	1	0,00	22%	0,00	0,00	0,00
SKUPNA VREDNOST:						0,00	0,00	0,00

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja
- Ponudnik vpiše v polje "Cena na EM" skupno opreme (1 kpl), ki mora biti zaokrožena na **dve (2) decimalni mesti**
- **Ker oprema (LAPAROSKOPSKI STOLP) sestoji iz različnih komponent, mora ponudnik vso ponujeno opremo podrobneje specficirati na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca. Iz specficirane opreme na lastnem obrazcu morajo biti razvidne ponujene komponente opreme, količine in njihove cene. Za posamezne komponente opreme morajo biti v ponudbi navedene tudi kataloške številke oz. modeli/tipi.**
- V cenah morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podrobneje opredeljeni v 3. členu vzorca pogodbe za dobavo opreme, ter vsi morebitni dodatni stroški ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.
V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

TABELA 3
PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	EM	Okvirna količina za 4 leta	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	Cevi za Co2 s filtrom	kos	2000	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
2.	Svetloben kabel	kos	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3.	Kabli za večkratno uporabo za laparaskopske posege (bipolarni)	kos	15	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.	Kabli za večkratno uporabo za laparaskopske posege (monopolarni)	kos	5	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5.	Kabli za večkratno uporabo za laparatomije (bipolrne)	kos	15	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6.	Kabli za večkratno uporabo za laparatomije (monopolarne)	kos	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
7.	Elektrode za rezanje (ukrivljene v špico)	kos	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
8.	Elektrode za rezanje (konica v obliki polkroglice)	kos	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
9.	Zanka za rezanje za resektoskop	kos	10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
10.	Bipolarni kabel dolžine vsaj 400 cm	kos	1	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
				SKUPNA VREDNOST za obdobje 4 let:		0,00	0,00	0,00

ZŠ	Opis	Proizvajalec	Tip blaga oz. kataloška številka	Velikost pakiranja (št./paket)
1.	Cevi za Co2 s filtrom			
2.	Svetloben kabel			
3.	Kabli za večkratno uporabo za laparaskopske posege (bipolarni)			
4.	Kabli za večkratno uporabo za laparaskopske posege (monopolarni)			
5.	Kabli za večkratno uporabo za laparatomije (bipolrne)			
6.	Kabli za večkratno uporabo za laparatomije (monopolarne)			
7.	Elektrode za rezanje (ukrivljene v špico)			
8.	Elektrode za rezanje (konica v obliki polkroglice)			
9.	Zanka za rezanje za resektoskop			
10.	Bipolarni kabel dolžine vsaj 400 cm			

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja
- V obrazcu predračuna za potrošni material je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 4 (štirih) let.
- Ponudnik mora v tabeli za ponujen potrošni material navesti tip oziroma kataloško številko, proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja (število kosov v paketu - za potrebe naročanja).
- Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika.

PONUĐNIK:**OBR-2.3**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME****SKLOP 3: TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA S POTROŠNIM MATERIALOM**

TABELA 1
PREDRAČUN
za opremo in potrošni material

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA: TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA	0,00
2.	POTROŠNI MATERIAL: Skupna vrednost potrošnega materiala za opremo za obdobje 4 (štirih) let	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2):		0,00

Opombe:

- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELE 2.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV iz TABELE 3 za obdobje 4 let

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: _____

TABELA 2
PREDRAČUN ZA OPREMO

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA	kpl	1	0,00	22%	0,00	0,00	0,00
SKUPNA VREDNOST:						0,00	0,00	0,00

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja.
- Ponudnik vpiše v polje "Cena na EM" skupno opreme (1 kpl), ki mora biti zaokrožena na **dve (2) decimalni mesti**.
- **Ker oprema (TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA) sestoji iz različnih komponent, mora ponudnik vso ponujeno opremo podrobneje specificirati na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca. Iz specificirane opreme na lastnem obrazcu morajo biti razvidne ponujene komponente opreme, količine in njihove cene. Za posamezne komponente opreme morajo biti v ponudbi navedene tudi kataloške številke oz. modeli/tipi.**
- V cenah morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podrobneje opredeljeni v 3. členu vzorca pogodbe za dobavo opreme, ter vsi morebitni dodatni stroški ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.
V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

TABELA 3
PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL

Predmet javnega naročila: **NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME**

ZŠ	Opis	EM	Okvirna količina za 4 leta	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	Sterilna srajčka za glavo kamere z endoskopom 30 st. in kablom	kos	720	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
2.	Kaseta s filtrom za odstranjevanje dima	kos	120	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3.	Cev za odstranjevanje dima za enkratno uporabo	kos	720	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.	Filter za insuflacijo za enkratno uporabo	kos	720	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5.	Cev za insuflacijo CO2 z gretjem za enkratno uporabo	kos	720	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
				SKUPNA VREDNOST za obdobje 4 let:		0,00	0,00	0,00

ZŠ	Opis	Proizvajalec	Tip blaga oz. katalogška številka	Velikost pakiranja (št./paket)
1.	Sterilna srajčka za glavo kamere z endoskopom 30 st. in kablom			
2.	Kaseta s filtrom za odstranjevanje dima			
3.	Cev za odstranjevanje dima za enkratno uporabo			
4.	Filter za insuflacijo za enkratno uporabo			
5.	Cev za insuflacijo CO2 z gretjem za enkratno uporabo			

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja
- V obrazcu predračuna za potrošni material je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 4 (štirih) let.
- Ponudnik mora v tabeli za ponujen potrošni material navesti tip oziroma katalogsko številko, proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja (število kosov v paketu - za potrebe naročanja).
- Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika.

OSNUTEK POGODBE ZA DOBAVO OPREME (sklop št. 1 in/ali 2 in/ali 3)

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojo FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka za DDV kupca: SI56644817, matična številka kupca: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: , matična številka prodajalca: .

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Kupec in prodajalec ugotavljata, da je kupec v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. US, [100/22](#) – ZNUZSZS, [28/23](#) in [88/23](#) – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za blago: **NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave .

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava **ENDOSKOPSKE OPREME za sklop št. 1 in/ali 2 in/ali 3** (v nadaljevanju: oprema), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi s predračunom, št. , z dne (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je prodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

3. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- dostava in kompletna montaža ponujene opreme,
- zagon, funkcionalen preizkus delovanja ponujene opreme in validacija opreme,
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca,
- brezplačna nadgradnja oz. posodobitev nameščene programske opreme v času garancijske dobe,
- preventivno vzdrževanje v času trajanja garancijske dobe,

- odprava vseh napak (korektivno vzdrževanje) v garancijskem roku.

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

III. ROK DOBAVE, PRIMOPREDAJA OPREME, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

4. člen

Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel izobraževanje iz 3. člena te pogodbe v roku 70 dni od sklenitve te pogodbe.

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je treba dostaviti v prostore:

- Oddelek za pljučne bolezni (velja za opremo sklopa št. 1);
- Klinika za ginekologijo in perinatologijo (velja za opremo sklopa št. 2);
- Oddelek za kardiokirurgijo (velja za opremo sklopa št. 3).

5. člen

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik prodajalca in kupca.

Skrbnik pogodbe za kupca je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Pooblaščen predstavnik kupca je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Pooblaščen predstavnik prodajalca je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo prodajalec kupcu izročil še:

1. Tehnično dokumentacijo v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
3. Navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku;
4. Garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme.

6. člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu vsaj 24-mesečno garancijo.

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.

7. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 8. člena te pogodbe, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel kupec večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

IV. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

8. člen

Kupec se obvezuje plačati kupnino v vrednosti:

..... EUR brez DDV oz. EUR z DDV, za sklop 1,
..... EUR brez DDV oz. EUR z DDV, za sklop 2,
..... EUR brez DDV oz. EUR z DDV, za sklop 3.

v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, veljavno v času izvajanja te pogodbe, po podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun prodajalca, ki bo naveden na računu. Pred spremembo transakcijskega računa je prodajalec dolžan kupca pisno obvestiti o spremembi.

Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta. Osnova za izstavitve računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik za celotno opremo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški vezani na predmet pogodbe iz 2. člena (prevozni, špediterski, carinski, stroški vseh storitev opredeljenih v 3. členu te pogodbe, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati.

Cene veljajo ddp UKC Maribor - razloženo in montirano v prostore:

- Oddelek za pljučne bolezni (velja za opremo sklopa št. 1);
- Klinika za ginekologijo in perinatologijo (velja za opremo sklopa št. 2);
- Oddelek za kardiokirurgijo (velja za opremo sklopa št. 3).

Pogodbena vrednost je fiksna in velja do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Prodajalec mora poslati kupcu račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V. ODPRAVA NAPAK

9. člen

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti na e-naslov prodajalca: _____, tel. št.: _____. V pisnem sporočilu prijave napake je potrebno navesti: a) ime uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Usposobljen serviser proizvajalca bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 24-ih ur od pisne prijave napake s strani kupca. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 48-ih ur od prejema pisnega obvestila o napaki. V primeru, da napaka ne bo odpravljena v zahtevanem času, mora prodajalec v tem roku zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas do odprave napake.

V primeru zamude z izvajanjem v predhodnem odstavku navedenih pogodbenih obveznosti bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude in sicer za vsak koledarski dan zamude roka za odpravo napake v višini 0,5% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti predmetnega sklopa v EUR z DDV.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po prodajalčevi ponudbi, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

10. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani proizvajalca. Kupec bo pred servisiranjem preveril ali ima serviser veljavno ustrezno potrdilo proizvajalca opreme.

V kolikor serviser usposobljenosti za servisiranje ne bo ustrezno izkazal, kupec izvajanje servisa ne bo dovolil; za morebitno zamudo (neupoštevanje odzivnih rokov, rokov za odpravo napak) pa bo v tem primeru odgovoren prodajalec in mu bo kupec zaračunal, skladno z določili 3. odstavka 9. člena, pogodbeno kazen.

V kolikor bo prodajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti prodajalec.

VI. PODIZVAJALCI /se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/

11. člen

Prodajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Prodajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

Podizvajalec 1 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: v vrednosti EUR brez DDV, v vrednosti EUR, z DDV.
Podizvajalec 2 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: v vrednosti EUR brez DDV, v vrednosti EUR, z DDV.

Prodajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg dela/storitev ter cena za opravljene storitve/dela.

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Prodajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Prodajalec svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Prodajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Prodajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-1.1.),
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva (OBR-1.1.).

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

VII. FINANČNA ZAVAROVANJA (velja za sklop 2 in 3)

12. člen

Prodajalec bo kupcu izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti iz 8. člena te pogodbe (v EUR z DDV) (za vsak posamezni sklop, za katerega se sklepa pogodba), ki mora veljati še najmanj 30 dni od pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Prodajalec mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 delovnih dni od podpisa te pogodbe.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral prodajalec unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko kupec poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima kupec do prodajalca:

- če se bo izkazalo, da prodajalec del oz. dobav v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno

- dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravnava, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če prodajalec kupcu ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da kupec to lahko zahteva;
- če bo kupec pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani prodajalca;
- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi zamude na strani prodajalca;
- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi prodajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- če prodajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
- če kupci povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu kupca;
- če kupcu poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral kupec javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če kupec utрпи kakšne druge posledice.

Prodajalec mora v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti kupcu finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (za vsak posamezni sklop, za katerega se sklepa pogodba) v višini 5% pogodbene vrednosti iz 8. člena te pogodbe (v EUR z DDV) in mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka za opremo iz 6. člena te pogodbe, sicer lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko kupec unovči, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

IX. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

15. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

16. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu finančno zavarovanje iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe (velja za sklop 2 in sklop 3).

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve kupca s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo kupec postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve kupca s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

17. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

18. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

Kupec:
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA POTROŠNI MATERIAL (sklop št. 1 in/ali 2 in/ali 3)

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: , matična številka stranke sporazuma: .

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in stranka tega sporazuma ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. US, [100/22](#) – ZNUZSZS, [28/23](#) in [88/23](#) – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za blago: **NABAVA ENDOSKOPSKE OPREME**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave .

2. člen

S tem okvirnim sporazumom (v nadaljevanju: sporazum) se naročnik in stranka sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

II. PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Stranki sporazuma sklepata ta sporazum za potrošni material za
opremo sklopa št. 1 in/ali
opremo sklopa št. 2 in/ali
opremo sklopa št. 3 (v nadaljevanju: blago) opredeljen v ponudbi s predračunom, št. , z dne (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je stranka sporazuma prijavila na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

Predmet tega sporazuma so tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene nabave blaga bo naročnik izvršil po cenah dogovorjenih s tem sporazumom, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga za katerega je s stranko sporazuma sklenjen ta sporazum (prvi odstavek 95. člena ZJN-3).

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga. Naročnik bo o tem stranko sporazuma obvestil v najkrajšem možnem času, ko zanj izve.

Naročnik si pridružuje pravico dopolnjevati seznam razpisanih vrst blaga v času trajanja tega sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga, in ki niso bili zajeti ponudbi. Naročnik bo v tem primeru pozval stranko sporazuma k predložitvi ponudbe za te nove vrste blaga, kadarkoli v času trajanja tega sporazuma. Naročnik bo za te nove vrste blaga ugotavljal ustreznost ponujenih vrst blaga pod pogoji in način opredeljenih v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo s stranko sporazuma, katerega ponudba bo ocenjena kot ustrezna, sklenil za te vrste blaga aneks k temu sporazumu.

III. CENE

4. člen

Naročnik bo nabavljal blago, po cenah iz ponudbe.

Cene blaga iz tega sporazuma so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. [1/04](#); v nadaljevanju: Pravilnik). Stranki sporazuma sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma.

Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke.

Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali

drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

IV. NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

5. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku petih delovnih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče naročnika.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz po volumnu večjih oz. velikih količin transportne embalaže, ki je predmet dostave blaga (plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojnina celotne pošiljke) neposredno po dobavi.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času trajanja okvirnega sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,...) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

V kolikor stranka sporazuma določene vrste blaga, ki je predmet posameznega naročila nima trenutno na zalogi, lahko naročniku ponudi ustrezno nadomestno blago (istega ali drugega proizvajalca), po enaki ali nižji ceni in, ki mora biti enakovredno vrsti blaga, ki je predmet sporazuma.

V primeru, da naročnik ponujenega nadomestnega blaga še ni uporabljal, mora stranka sporazuma naročniku dostaviti brezplačen vzorec za testiranje, v roku in na način kot ga določi naročnik.

V času testiranja oz. do potrditve strokovne ustreznosti, lahko naročnik izvede kritni kup skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

V. PREVZEM BLAGA

6. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi e-dobavnice. E-dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga.

Dobavljeno blago po e-dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko. Prav tako mora račun vsebovati enake podatke kot e-dobavnica.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (e-dobavnica, račun) ter na artiklu, ki je predmet tega sporazuma (na primarni in sekundarni obojnini artikla).

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko in lot.

Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke ali med in-vitro medicinske pripomočke, mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo EU.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu.

VI. KAKOVOST BLAGA

7. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VII. PLAČILNI POGOJI

8. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun prodajalca ki bo naveden na računu v roku 30 dni oz. v roku, ki bo skladen z veljavno zakonodajo, od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga. Pred spremembo transakcijskega računa je stranka sporazuma dolžna naročnika pisno obvestiti o spremembi.

Račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

VIII. SKRBNIK SPORAZUMA

9. člen

Skrbnik sporazuma za naročnika je:, tel. št., e-naslov:

Pooblaščen predstavnika naročnika je:, tel. št., e-naslov:

Skrbnik sporazuma za stranko sporazuma je: , tel. št. , e-naslov: .

IX. SKLENITEV SPORAZUMA, TRAJANJE SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA**10. člen**

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let.

Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki tega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma iz naslova dodatnih nabav, nabav morebitnih novih vrst blaga in podaljšanja veljavnosti sporazuma, razen sprememb sporazuma iz naslova valorizacije denarnih obveznosti, zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga, za katero je s stranko sporazuma sklenjen sporazum.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

11. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko, ob pogojih iz prejšnjega odstavka, odstopi od tega sporazuma predvsem, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- drugih kršitev tega sporazuma.

Vsaka od strank sporazuma lahko odstopi od tega sporazuma s 3 mesečnim odpovednim rokom. Stranka sporazuma mora v času odpovednega roka zagotavljati dobavo blaga, ki je predmet tega sporazuma, po cenah iz ponudbe.

Stranki sporazuma lahko na podlagi medsebojnega sporazuma določita krajši odpovedni rok.

V kolikor bi naročnik obstoječo opremo, na kateri se uporabljajo materiali, ki so predmet tega sporazuma, nadomestil z novo prej kot poteče veljavnost tega sporazuma, se stranki sporazuma ob podpisu tega sporazuma sporazumeta, da se lahko ta sporazum prekine predčasno.

V takem primeru stranka sporazuma do naročnika ne bo uveljavlja kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega sporazuma in s tem posledično manjših dobavljenih količin od okvirnih.

X. POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, bo stranka sporazuma plačala naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od vrednosti nedobavljene vrste blaga v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) vrednosti nedobavljene vrste blaga.

Naročnik pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko stranka sporazuma naročnika, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani stranke sporazuma), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora stranki sporazuma zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo stranke sporazuma mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

XI. PODIZVAJALCI /se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/**13. člen**

Stranka sporazuma za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Stranka sporazuma pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

Podizvajalec 1 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: v vrednosti EUR brez DDV, v vrednosti EUR, z DDV.
Podizvajalec 2 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: v vrednosti EUR brez DDV, v vrednosti EUR, z DDV.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg dela/storitev ter cena za opravljene storitve/dela. Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do stranke sporazuma v tej pogodbi.

Stranka sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik

namesto stranke sporazuma poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Stranka sporazuma svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Stranka sporazuma se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora stranka sporazuma skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-1.1.),
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva (OBR-1.1.).

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil stranko sporazuma najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XII. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Ta sporazum je ničen, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIII. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja tega sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

16. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

17. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

Kupec:
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (sklop št. 2 in/ali 3)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: **Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor**

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo

zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Izdano finančno zavarovanje je brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (sklop št. 2 in/ali 3)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavežujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Izdano finančno zavarovanje je brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

»NAVODILO ZA IZPOLNITEV EXCEL TABEL - ČRTNE KODE ARTIKLOV na podlagi vsebine iz razpisne dokumentacije«:

Dobavitelj poda lastno izjavo, da so ponujene vrste blaga, kadar gre za medicinske pripomočke ali za in-vitro medicinske pripomočke, označene v skladu z veljavno zakonodajo EU*. Izbrani ponudnik bo pozvan, da naročniku posreduje črtne kode v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma, **kadar je njegovo blago označeno s črtno kodo.**

*Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredba (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Dobavitelj izpolni priloženo Excel tabelo, kateri so v nadaljevanju podana vsebinska in slikovna pojasnila:

Zaporedna številka	Naziv artikla	Kataloška številka artikla (REF.ŠT.)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) <u>Slika 1 (Package) GTIN=28717648176689</u> (zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«): 28717648176689	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (v kolikor obstaja) <u>Slika 2 (Primary) GTIN=08717648176685</u> (zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«): 08717648176685 Če črna koda ne obstaja, vpišite 0.	Tip kode (opišite: GTIN, EAN, ostalo) Opomba: Če ne gre za medicinske pripomočke velja tudi EAN, ali ostali tipi kod, ki so berljive s čitalcem črtnih kod. POMEMBNO: Črtne kode bomo vnesli preko kataloške številke v sistem že pred dejansko dobavo.
--------------------	---------------	--------------------------------------	---	--	---

Opomba: Če dobavitelj ne posreduje vseh podatkov in je to naknadno ugotovljeno v skladišču, mora na poziv skladišča nemudoma posredovati sliko artikla s črtnimi kodami (pakiranje in posamezno pakiranje).

Primer materiala (vir podatkov): <https://accessgudid.nlm.nih.gov/>

DEVICE: HI-TORQUE COMMAND (08717648176685)

DEVICE RECORD HISTORY DOWNL

[VIEW ALL SECTIONS](#) | [CLOSE ALL SECTIONS](#)

⊖ DEVICE IDENTIFIER (DI) INFORMATION

Brand Name: HI-TORQUE COMMAND

Version or Model: 2078175

Commercial Distribution Status: In Commercial Distribution

Catalog Number: 2078175

Company Name: ABBOTT VASCULAR INC.

Device Description: Hi-Torque Command ES Guide Wire .014" 300 cm

Primary DI Number: 08717648176685

Issuing Agency: GS1

Commercial Distribution End Date:

Device Count: 1

Labeler D-U-N-S® Number*: 964569052 [*Terms of Use](#)

[CLOSE](#)

+ DEVICE CHARACTERISTICS

+ DEVICE RECORD STATUS

⊖ ALTERNATIVE AND ADDITIONAL IDENTIFIERS

⊖ PACKAGE DI [?]

Package DI Number	Quantity per Package	Contains DI Package	Package Discontinue Date	Package Status	Package Type
28717648176689	5	08717648176685		In Commercial Distribution	Case

Slika 1 (*PACKAGE): ŠKATLA S 5 KOMADI (GTIN=28717648176689)



Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire



0.014"
300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

LOT 1121071
 2023-11-30
 2021-12-10

REF 2078175


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Utbyte; Verwisseling; Udsøftning; Αντικατάσταση; Wymiana

REF 2078175
LOT 1121071

www.AbbottVascular.com/lifu (U.S.)
 PTA
 R
 5
 STERILE R
 2797

Hi-TORQUE Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

Hi-TORQUE Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 227-9902
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (951) 914-4689
 Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
 Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Culliganlaan 28
 1831 Diegem, BELGIUM
 TEL: + 32 2 714 14 11
 FAX: + 32 2 714 14 12

WPL2131164-02 (2021-01-04)

Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire

REF 2078175 **LOT 1121071** 2023-11-30


 (01) 2 8717648 17668 9

 (17) 231130 (10) 1121071 (91) 6210

Slika 2 (** PRIMARY): POSAMEZNI KOMAD iz škatle (GTIN=08717648176685)



Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire



0.014"
300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

LOT 1121071
 2023-11-30
 2021-12-10

REF 2078175


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Utbyte; Verwisseling; Udsøftning; Αντικατάσταση; Wymiana

REF 2078175
LOT 1121071

www.AbbottVascular.com/lifu (U.S.)
 PTA
 R
 1
 STERILE R
 2797

Hi-TORQUE Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

Hi-TORQUE Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 227-9902
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (951) 914-4689
 Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
 Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Culliganlaan 28
 1831 Diegem, BELGIUM
 TEL: + 32 2 714 14 11
 FAX: + 32 2 714 14 12

WPL2131165-02 (2021-01-04)

Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire

REF 2078175 **LOT 1121071** 2023-11-30


 (01) 0 8717648 17668 5

 (17) 231130 (10) 1121071 (91) 2865

ŠTEVILKA OKVIRNEGA SPORAZUMA OZ. KUPOPRODAJNE POGODBE:				DOBAVITELJ:	
ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Ce črna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
PRIMER	HI-TOURQUE COMMAND	2078175	28717648176689	8717648176685	GTIN
1		0	0	0	
2		0	0	0	
3		0	0	0	
4		0	0	0	
5		0	0	0	
6		0	0	0	
7		0	0	0	
8		0	0	0	
9		0	0	0	
10		0	0	0	
11		0	0	0	
12		0	0	0	
13		0	0	0	
14		0	0	0	
15		0	0	0	
16		0	0	0	
17		0	0	0	
18		0	0	0	
19		0	0	0	
20		0	0	0	
21		0	0	0	
22		0	0	0	
23		0	0	0	
24		0	0	0	
25		0	0	0	
26		0	0	0	
27		0	0	0	
28		0	0	0	
29		0	0	0	
30		0	0	0	
31		0	0	0	

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)

Del I: Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku oziroma naročniku.

Informacije o objavi

Pri postopkih oddaje javnega naročila, pri katerih je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bodo informacije, zahtevane v delu I, pridobljene samodejno, če bo dokument ESPD ustvarjen in izpolnjen s storitvijo ESPD. Sklic na objavo ustreznega obvestila v Uradnem listu Evropske unije:

Številka prejetega obvestila

Številka obvestila v UL S: 0000/S 000-000000

URL UL S

Če javni razpis ni objavljen v Uradnem listu Evropske unije ali če ga tam ni treba objaviti, mora naročnik vnesti informacije, s katerimi je mogoče nedvoumno opredeliti postopek oddaje javnega naročila (npr. sklic na objavo na nacionalni ravni).

Identiteta naročnika

Uradno ime: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Davčna številka, če obstaja: SI 56644817

Spletna stran (če obstaja): <https://www.ukc-mb.si/>

Mesto: Maribor

Ulica in številka: Ljubljanska ulica 5

Poštna številka: 2000

Kontaktna oseba: Regina Stajnko Polutnik

Telefon: +386 23211386

fax: regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si

E-pošta: regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si

Država: SI

Informacije o postopku oddaje javnega naročila

Naziv: NABAVA VIDEO-ENDOSKOPSKE OPREME

Kratek opis:

Naročnik je javno naročilo razdelil na posamezne sklope in sicer: - Sklop 1: ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI PUNKCIJSKI LINEARNI VIDEOBRONHIALNI ENDOSKOP ZA TRANSBRONHIALNO IGELNO ASPIRACIJO S POTROŠNIM MATERIALOM - Sklop 2: LAPAROSKOPSKI STOLP S POTROŠNIM MATERIALOM - Sklop 3: TORAKOSKOPSKA VIDEO LINIJA S POTROŠNIM MATERIALOM

Referenčna številka spisa, ki jo je določil naročnik (če je primerno): 460-4(807105)2025-3

Vrsta postopka: Odprti postopek

Področje: Blago

CPV kode:

Število sklopov: 3

Ponudbe so lahko oddane za

En ali več sklopov

Del III: Razlogi za izključitev

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Člen 57(1) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev

Sodelovanje v hudodelski združbi

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi sodelovanja v hudodelski družbi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

Korupcija

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi korupcije, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, UL C 195, 25.6.1997, str. 1, in členu 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54). Ta razlog za izključitev zajema tudi korupcijo, kot je opredeljena v nacionalnem pravu javnega naročnika (naročnika) oziroma gospodarskega subjekta.

Goljufija

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi goljufije, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? V smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 316, 27.11.1995, str. 48).

Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi terorističnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot so opredeljena v členih 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3). Ta razlog za izključitev zajema tudi spodbujanje k storitvi kaznivega dejanja, pomoč ali podporo pri tem ali poskus storitve kaznivega dejanja, kot je navedeno v členu 4 navedenega okvirnega sklepa.

Pranje denarja ali financiranje terorizma

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi pranja denarja ali financiranje terorizma, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno členu 1 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15).

Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi dela otrok in drugih oblik trgovine z ljudmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Člen 57(2) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev

Plačevanje davkov

Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti plačevanja davkov v državi, v kateri ima sedež, in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta ni ista kot država sedeža?

Prag

50 EUR

Plačevanje prispevkov za socialno varnost

Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti plačevanja prispevkov za socialno varnost v državi, v kateri ima sedež, in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta ni ista kot država sedeža?

Prag

50 EUR

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Člen 57(4) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev

Ni izbranih kriterijev.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Drugi razlogi za izključitev, ki so predvideni v nacionalni zakonodaji države članice naročnika

Ali je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja?

Ali je pri gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek?

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalškega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izločitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).

Del IV: Pogoji za sodelovanje

Glede pogojev za sodelovanje naročnik zahteva, da gospodarski subjekt izjavlja, da

A: Ustreznost

Člen 58(2) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje

Vpis v ustrezen poklicni register

Je vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža, kot je navedeno v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU; od gospodarskih subjektov iz nekaterih držav članic se lahko zahteva, da izpolnijo druge zahteve iz navedene priloge.

Sklop ID

Sklop 1

Sklop ID

Sklop 2

Sklop ID

Sklop 3

Naziv registra

Register pri pristojnem sodišču ali drugemu organu

Sklop ID

Sklop 1

Sklop ID

Sklop 2

Sklop ID

Sklop 3

Naziv registra

Register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji) oziroma v primeru tujega ponudnika register poslovnih subjektov, ki opravljajo distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Del V: Zaključek

Del VI: Sklepne izjave

Gospodarski subjekt uradno izjavlja, da so informacije, navedene v delih II-V, točne in pravilne in podane ob zavedanju posledic resnega napačnega prikazovanja.

Gospodarski subjekt uradno izjavlja, da lahko na zahtevo nemudoma predloži potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicuje, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici (pod pogojem, da je gospodarski subjekt predložil potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; kadar se zahteva, je treba za tak dostop priložiti ustrezno soglasje), ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Gospodarski subjekt daje uradno soglasje, da naročnik pridobi dostop do dokazil, predloženih v Delu III in Delu IV tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene postopka oddaje javnega naročila, ki je naveden v Delu I.

Datum, kraj in, če se zahteva ali če je potrebno, podpis/(i):

Datum

Kraj

Podpis