12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**007**	**Kanile in katetri**	
912033	01	SURGIMED D.O.O.	Konica ni ojačana z žico, temveč je kovinska.
912040	01	SURGIMED D.O.O.	Ni zamaška na vrhu vodila kanile in pri kanilacija brez žice teče kri.
912091	05	SURGIMED D.O.O.	Ponudnik ni pravočasno dostavil vzorcev.
912095	05	SURGIMED D.O.O.	Ponudnik ni dostavil vzorca.
912098	01	SURGIMED D.O.O.	Predolg uvajalni del kanile (kotni del).
912100	01	SURGIMED D.O.O.	Predolg uvajalni del kanile (kotni del).
912100	05	MEDITRINA d.o.o.	Ponudnik ni dostavil vzorca.
912101	01	SURGIMED D.O.O.	Predolg uvajalni del kanile (kotni del).
912101	05	MEDITRINA d.o.o.	Ponudnik ni dostavil vzorca.
912102	01	SURGIMED D.O.O.	Kanila je kotna, ne ravna. Trda konica.
912103	01	SURGIMED D.O.O.	Ponujena kanila prevelika in (debela stena) predolg del za dranažo krvi.
912108	05	MEDITRINA d.o.o.	Ponudnik ni dostavil vzorca.
912158	01	SURGIMED D.O.O.	Ponujena kanila ima stranske odprtine, zato ni primerna za centralno kanilacijo.
912159	05	SURGIMED D.O.O.	Ponudnik ni dostavil vzorca.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**008**	**Medicinski potrošni material pri kardiokirurških operacijah**	
912126	05	MEDTRONIC d.o.o.	Ponudnik ni dostavil vzorca.

12 Kardiokirurški medicinski potrošni material 2025-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**015**	**Venske kanile - 100% skupina**	
992004	01	MEDTRONIC d.o.o.	Ponudnik ni ponudil v setu vseh velikosti, manjka 20 Fr.