Datum: 11. 2. 2025
Številka: JN 06/23-P1

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.) izdaja v postopku oddaje javnega naročila »Nakup blaga za izvedbo biokemijskih in imunokemijskih preiskav ter najem analitskega sistema z njegovim vzdrževanjem« po izvedenem odprtem postopku oddaje javnega naročila naročnik Bolnišnica Sežana sprejme naslednjo

ODLOČITEV

Javno naročilo se odda ponudniku ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

Obrazložitev:

Naročnik Bolnišnica Sežana (v nadaljevanju: naročnik) je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za »Nakup blaga za izvedbo biokemijskih in imunokemijskih preiskav ter najem analitskega sistema z njegovim vzdrževanjem«. Obvestilo o naročilu je bilo dne 6. 12. 2024 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN008832/2024.

Do roka za oddajo ponudb je naročnik prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

Zap.št. ponudbe	Naziv ponudnika	Datum oddaje	Ura
1.	INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o.	4. 1. 2025	11:40
2.	ROCHE farmacevtska družba d.o.o.	6. 1. 2025	8:19
3.	MEDIS farmacevtska družba d.o.o.	6. 1. 2025	9:24

Bolnišnica Sežana / Cankarjeva ulica 4 / 6210 SEŽANA / matična št.: 5054940 / št. registra 1/02212/00 OS KOPER
Tel.: (05) 707 40 00 / fax: (05) 707 40 19 / internet: www.bolnisnica-sezana.si / e-pošta: info@bsezana.si

Naročnik je ponudbe razvrstil po merilu najnižja cena, določenem v razpisni dokumentaciji:

Vrstni red	Naziv ponudnika	Ponujena cena brez DDV
1.	MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.	598.717,92 EUR
2.	ROCHE farmacevtska družba d.o.o.	757.903,60 EUR
3.	INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o.	801.563,82 EUR

Dopustna ponudba je tista, ki jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je po razvrstitvi ponudb izvedel najprej pregled ponudb in ugotovil naslednje:

Ponudba ponudnika MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o. je **nedopustna**, saj:

- ponujeni predmet ne ustreza tehničnim zahtevam, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji, v tabeli 4, točki 16.; ponudnik ponuja analitski sistem Architest Ci4100, ki v tej točki ne ustreza, saj ima tako na imunokemijskem kot tudi na biokemijskem modulu vgrajen sistem zaščite pred navzkrižno kontaminacijo (»carry over«) v obliki programa za čiščenje/izpiranje vzorčnih igel brez možnosti uporabe pipetnih nastavkov
- ponujeni predmet ne ustreza tehničnim zahtevam, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v tabeli 5 »Dodatni strokovni kriteriji za biokemijski (ISE) modul analitskega sistema« v točki 8; ponudnik ponuja metodo z reagentom CRP VARIO, ki ne omogoča določitve CRP iz EDTA plazme.
- ponujena količina pakiranj za posamezne preiskave ne ustreza. Ugotovljeno je, da ponudnik navaja premalo količin za tiste reagente, ki jih v času »on board stability« ne bomo mogli potrošiti zaradi manjše frekvence naročenih preiskav (npr S-PSA, S-prosti PSA, S-Digoxin,…).

Ponudba je zato izločena.

Bolnišnica Sežana / Cankarjeva ulica 4 / 6210 SEŽANA / matična št.: 5054940 / št. registra 1/02212/00 OS KOPER
Tel.: (05) 707 40 00 / fax: (05) 707 40 19 / internet: www.bolnisnica-sezana.si / e-pošta: info@bsezana.si

Ponudba ponudnika ROCHE farmacevtska družba d.o.o. je **dopustna**.

Ponudba ponudnika INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o. je **nedopustna**, saj:

- ponujeni predmet ne ustreza tehničnim zahtevam, ki jih je ponudil naročnik v razpisni dokumentaciji v tabeli 2, točki 9; naročnik je zahteval preiskavo S-CRP (C-reaktivni protein), ponudnik pa v ponudbi ponuja neustrezno preiskavo hCRP (visoko občutljiv CRP) kar ni skladno s strokovnimi kriteriji razpisne dokumentacije.

Ponudba je zato izločena.

Naročnik je izbral edino dopustno ponudbo, to je ponudbo ponudnika Roche farmacevtska družba d.o.o. S tem je odločitev utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev naročnika je mogoče v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in nasl.) vložiti zahtevek za revizijo

postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj mora v zahtevku navesti vse elemente iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti v roku 8 delovnih dni po vročitvi te odločitve o oddaji javnega naročila. Zahtevek se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse v višini 18.492,85 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda BS LJ SI 2X Ministrstva pristojnega za finance s sklicem, 11 16110-7111290-00883224.

BOLNIŠNICA SEŽANA
SEŽANA
-2-
CANKARJEVA ULICA 4

mag. Vanja Debevec
v. d. direktorice

VROČITI:

- preko portal javnih naročil

Bolnišnica Sežana / Cankarjeva ulica 4 / 6210 SEŽANA / matična št.: 5054940 / št. registra 1/02212/00 OS KOPER
Tel.: (05) 707 40 00 / fax: (05) 707 40 19 / internet: www.bolnisnica-sezana.si / e-pošta: info@bsezana.si