Predmet javnega razpisa: **»Katetri«**
Objava na Portalu javnih naročil dne 10.06.2024, št. obj: JN003960/2024-EUe16/01
Postopek: Odprti postopek (40.člen ZJN-3) s sklenitvijo pogodbe za obdobje 2 (dveh) let, z možnostjo podaljšanja.

Naročnik Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v skladu s (3) odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) sprejel naslednjo:

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

1. Za oddajo naročila po posameznih sklopih/artiklih, so izbrani sledeči cenovno najugodnejši ponudniki, ki so oddali dopustne ponudbe:

Glej priloženo tabelo Izbor JN16-24, stolpec »Izbrani ponudnik«; izbor je naveden po posameznem sklopu/artiklu, vrednost brez DDV , vrednost z DDV.

Z izbranimi ponudniki bo naročnik, po pravnomočni odločitvi, sklenil pogodbe za dve leti, s predvideno veljavnostjo od 01.03.2025, do 28.02.2027; z možnostjo podaljšanja za naslednje leto oziroma dve leti.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je skladu ZJN-3 izvedel odprti postopek za nakup katetrov, z namenom sklenitve pogodb z izbranimi ponudniki za obdobje 2 (dveh) let. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu JN dne 10.06.2024 pod številko JN003960/2024-EUe16/01.

Predmet javnega naročila je bilo naslednje blago:

Sklop	Naziv sklopa	Način izbora
ARL53001	STERILNI ŽILNI KATETRI ZA 1xUPORABO	
ARL5300101	CVK enolumenski 70cm	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300102	CVK z antimikrobično prevleko	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300103	Katetri umbilikalni, enolumenski	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300104	CVK dvolumenski 70cm	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53002	STERILNI URINSKI KATETRI ZA 1xUPORABO	
ARL5300201	Enopotni ženski	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300202	Enopotni nelaton	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300203	Dvopotni lateks s PTFE prevleko	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300204	Tropotni silikoniziran lateks	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300205	Tropotni, lateks s hidrogel prevleko	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300206	Enopotni Mercier	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300207	Enopotni Tiemann	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300208	Tropotni, 100% silikon, konica dufor	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300209	Dvopotni, silikoniziran lateks	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300210	Dvopotni, 100% silikon	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300211	Dvopotni, silikon elastomer	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300212	S temperaturnim senzorjem	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300213	Bio katetri	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300214	Enopotni ženski (zmanjševanje trenja)	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300215	Enopotni moški (zmanjševanje trenja)	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300216	Dvopotni, silikon elastomer, Tieman konica	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53003	ASPIRACIJSKI KATETRI ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI	
ARL5300301	Dolžina 49-60cm, z lijakastim nastavkom	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300302	Dolžina 49-60cm, z regulacijo vleka	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300303	Za aspiracijo levega bronhija	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop

ARL53004	KATETRI ZA ARTERIJSKO EMBOLEKTOMIJO	
ARL5300401	Za arterijsko embolektomijo	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300402	Za trombektomijo	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53005	KATETRI URETERNI	
ARL5300501	Ureterni upognjeni I.	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300502	Ureterni upognjeni II.	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53006	KATETRI ZA NEFROSTOMIJO	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53007	KATETRI DORMIA	
ARL5300701	Brez vodila 65cm, Ch5	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530702	Z vodilom 65cm, Ch5	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5308	SETI S CENTRALNO - VENSKIMI KATETRI	
ARL530801	I.sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530802	II.sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530803	III.sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53009	DIALIZNI KATETRI	
ARL5300901	Dvolumenski femoralni	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300902	Dvolumenski jugularni	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53010	KATETRI MIDLINE PREDNALOŽENI	
ARL5301001	I. Sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301002	II. Sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301003	III.sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301004	IV. Sklop	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53011	CVK KATETRI S PREKRITJEM	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53012	ARTERIJSKI KATETER SET	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53013	KATETRI PICC	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53014	KATETER SET PICC Z ANTIMIKROBNO ZAŠČITO	
ARL5301401	1-SVETLINSKI	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301402	2-SVETLINSKI	Ponudnik mora ponuditi celotni sklop

Odpiranje ponudb prek sistema eJN je potekalo dne 19.07.2024 ob 11:00 uri. Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel naslednje (devetnajst) ponudb (Zapisnik o odpiranju, portal JN, 19.07.24):

1. AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o., Vodovodna cesta 099, 1000 Ljubljana
2. ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Šmartinska cesta 053, 1000 Ljubljana
3. CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 001, 1236 Trzin
4. EUROMED trgovina in storitve d.o.o., Podpeška cesta 14, Brezovica, 1351 Brezovica pri Ljubljani
5. FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici
6. INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o., Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana
7. IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana
8. MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o., Leskoškova cesta 009D, 1000 Ljubljana
9. MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom, Brodišče 012, 1236 Trzin
10. MEDICO3, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Ihanska cesta 018, 1230 Domžale
11. MEDICOTEHNA podjetje za zastopanje in inženiring d.o.o., Zadobrovška cesta 042A, Ljubljana, 1260 Ljubljana - Polje
12. MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
13. PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Preradovičeva ulica 020A, 2000 Maribor
14. PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana
15. PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana
16. RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Bratislavska cesta 007, 1000 Ljubljana
17. SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana
18. THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 024, 1236 Trzin
19. VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o., Gregorčičeva ulica 009, 1000 Ljubljana

Naročnik je v postopku pregleda ponudb ugotovil naslednje:

IZBRANI PONUDNIKI:

Naročnik je v skladu z 89. členom ZJN-3 naprej pregledal in preveril, ali so predložene ponudbe dopustne in ali so v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je »dopustna ponudba« tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je izvedel tudi testiranje ponujenega blaga za posamezne artikle.

Naročnik ugotavlja, da so ponudbe izbranih ponudnikov, ki so navedeni v tabeli pod »Izbran ponudnik«, **dopustne**, ker izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije in so finančno sprejemljive.

Glede na merilo za izbor (cena, ponder 100 %) se naročilo odda ponudnikom, ki so oddali dopustno in nadalje cenovno najugodnejšo ponudbo.

OBRAZLOŽITEV: NEIZBRANI PONUDNIKI:

Naročnik je ocenil naslednje ponudbe kot »nedopustne« in jih izločil na podlagi ugotovitev, da **ne ustrezajo** potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah oziroma so bili izločeni, ker **ne izpolnjujejo zakonskih pogojev.**

Podrobnejša obrazložitev izločenih ponudnikov po sklopih/ artiklih, je navedena v stolpcu **»Zavrnjeni cenejši ponudnik«.**

Naročnik ni prejel ponudb za naslednje sklope in sicer:

Glej tabelo Izbor JN16-24, z navedbo »Nismo prejeli ponudb«.

V primeru, da se naknadno pokaže potreba po artiklih iz sklopov, za katere ni bilo ponudb, bo naročnik izvedel nov postopek javnega naročanja.

Za sklop ARL5300901 Dvolumenski femoralni katetri, bo odločitev podana naknadno.

S tem je obrazložitev utemeljena.

PRAVNI POUK:

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti lahko vloži v roku osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o

načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Slovenj Gradec, dne 12.02.2025

Vročiti:

- Na Portal JN
- arhiv, tu

Priloga: Tabela Izbor JN15-24

Direktor bolnišnice:

Vladimir Topler, dr. med.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC 4

Sklop/ Izbrani ponudnik	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Zavrnjeni cenejši / Opomba
ARL5300101 CVK enolumenski 70cm			
P01305 ANMEDIC, DRUŽBA ZA TRGOVINO S	22.910,00	25.086,45	
ARL5300102 CVK z antimikrobično prevleko			
P00456 MEDIS d.o.o.	13.636,90	14.932,41	
ARL5300103 Umbilikalni, enolumenski			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	2.540,73	2.782,10	
ARL5300104 CVK dvolumenski 70cm			
Nismo prejeli ponudb.			
ARL5300201 Enopotni ženski			
P00671 SANOLABOR, D.D.	349,35	382,54	
ARL5300202 Enopotni nelaton			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	88,07	96,43	
ARL5300203 Dvopotni lateks s PTFE prevleko			
P00085 CARDIO MEDICAL, d.o.o.	994,08	1.088,52	**Advamed:** Vzorec št.:5271 (NL009355: Ne ustreza našim zahtevam - neustrezen material, oblika. **Medicotehna**: nismo prejeli zahtevanih vzorcev.
ARL5300204 Tropotni silikoniziran lateks			
NI IZBORA			**Medical intertrade**: vzorec št: 5275 (NL009358):Ne ustreza našim zahtevam - neustrezen material, kapaciteta balona; Vzorec št.: 5274 (NL009360): Premajhne odprtine- se maši; Premajhen balon; Vzorec št.: 5279 (NL009359): Ne ustreza našim zahtevam - neustrezen material, kapaciteta balona; Vzorec št.: 5276 (NL009361): Premajhne odprtine- se maši
ARL5300205 Tropotni, lateks s hidrogel prevleko			
P00085 CARDIO MEDICAL, d.o.o.	7.210,50	7.895,50	**Medical intertrade**: vzorec št: 5277 (NL009361): Neustrezna kapaciteta balona; Vzorec št.: 5278 (NL009363): Ne ustreza našim zahtevam - kapaciteta balona
ARL5300206 Enopotni Mercier			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	616,44	675,00	
ARL5300207 Enopotni Tiemann			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	739,31	809,54	**Interpart:** vzorec št.: 4977 (NL009183) Artikel nima dobro označene ovojnine. Vodilo je krajše od vodil, ki jih trenutno uporabljamo in je za predvidene tubuse minimalne dolžine - zato se težko varno fiksira na tubus, kar je z vidika varnosti zelo pomembno.
ARL5300208 Tropotni, 100%silikon, konica dufor			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	357,08	391,00	
ARL5300209 Dvopotni, silikoniziran lateks			
P01448 FORMADENT, TRGOVINA NA DEBELO	1.311,70	1.436,31	
ARL5300210 Dvopotni, 100% silikon			
P00671 SANOLABOR, D.D.	799,73	875,70	**Promed**: nismo prejeli zahtevanih vzorcev.
ARL5300211 Dvopotni, silikon elastomer			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	4.850,99	5.311,83	**Advamed**: vzorec št.:5273 (NL009411) ne ustreza našim azahtevam - neustrezen; Kateter je iz lateksa, zahtevan je silikon elastomer; Vzorec št.: 5272 (NL009412) ne ustreza našim azahtevam - neustrezen; Kateter je iz lateksa, zahtevan je silikon elastomer. **Profarmakon**: vzorec št.: 5036 (NL009411), ponujen neustrezen material - silikon. Naša zahteva je silikon elastomer; Vzorec št.: 5035 (NL009412), ponujen neustrezen material - silikon. Naša zahteva je silikon elastomer.
ARL5300212 S temperaturnim senzorjem			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	1.522,83	1.667,50	**Ram 2**: vzorec št.: 5002 (NL009415), na delu za temperaturni senzor - kabel - se plastika raztegne in je zaradi tega vidna notranjost žičke; Vzorec št.: 5003 (NL009416), na delu za temperaturni senzor - kabel - se plastika raztegne in je zaradi tega vidna notranjost žičke. **Advamed**: vzorec št.: 5268 (NL009415): Po daljši uporabi preneha meriti temperaturo; vzorec št.: 5269 (NL009416), po daljši uporabi preneha meriti temperaturo.
ARL5300213 Bio katetri			
P00085 CARDIO MEDICAL, d.o.o.	256,52	280,89	
ARL5300214 Enopotni ženski (zmanjševanje trenja)			

P02514 MEDICO3, MEDICINSKA	29,10	31,86	**Valencia stoma - medical**: vzorec št.: 5046 (NL009429), predolg drsnik; katetera ni možno vstaviti do konca; Vzorec št.: 5048 (NL009430), predolg drsnik; katetera ni možno vstaviti do konca.
ARL5300215 Enopotni moški (zmanjševanje trenja)			
P02514 MEDICO3, MEDICINSKA	87,30	95,59	**Valencia stoma - medical:** vzorec št.: 5045 (NL009432), predolg drsnik je zelo moteč pri katetrizaciji. Katetra ni mogoče uvesti do konca, kar je pri aplikaciji kemoterapije pomembno; vzorec št.: 5047 (NL009433), predolg drsnik; katetera ni možno vstaviti do konca.
ARL5300216 Dvopotni,silikon elastomer,Tieman konica			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	318,93	349,23	
ARL5300301 Dolžina 49-60cm, z lijakastim nastavkom			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	624,02	683,30	
ARL5300302 Dolžina 49-60cm, z regulacijo vleka			
P00671 SANOLABOR, D.D.	2.404,98	2.633,45	**Interpart:** vzorec št.: 4997 (NL009449), kateter je zelo mehak, kar otežuje potiskanje po tubusu in ovira potek dela; Vzorec št.:4995 (NL009450), kateter je zelo mehak, kar otežuje potiskanje po tubusu in ovira potek dela; Vzorec št.: 4998 (NL009451), kateter je zelo mehak, kar otežuje potiskanje po tubusu in ovira potek dela. **Euromed**: nismo prejeli zahtevanih vzorcev.
ARL5300303 Za aspiracijo levega bronhija			
P00671 SANOLABOR, D.D.	276,80	303,09	
ARL5300401 Za arterijsko embolektomijo			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	2.838,36	3.108,00	
ARL5300402 Za trombektomijo			
Nismo prejeli ponudb.			
ARL5300501 Ureterni upognjeni I.			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	582,65	638,00	**Medical intertrade**: Nismo prejeli zahtevanih vzorcev.
ARL5300502 Ureterni upognjeni II.			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	405,48	444,00	
ARL53006 ZA NEFROSTOMIJO			
NI IZBORA			**Medical Intertrade**: Nismo prejeli zahtevanih vzorcev.
ARL5300701 Brez vodila 65cm, Ch5			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	279,45	306,00	
ARL5300702 Z vodilom 65cm, Ch5			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	279,45	306,00	
ARL5300801 I.sklop			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	1.260,27	1.380,00	
ARL5300802 II.sklop			
P00294 IRIS , MEDNARODNA TRGOVINA	3.101,00	3.571,34	
ARL5300803 SETI S CENTRALNO - VENSKIMI KATETRI - III.sklop			
Nismo prejeli ponudb.			
ARL5300901 Dvolumenski femoralni			
Še v fazi analiz - odločitev bo podana naknadno.			
ARL5300902 Dvolumenski jugularni			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	712,33	780,00	
ARL5301001 I.sklop			
P00438 MEDIASI, TRGOVANJE IN TRŽENJE	2.590,00	2.836,05	
ARL5301002 II.sklop			
P00438 MEDIASI, TRGOVANJE IN TRŽENJE	9.107,84	9.973,08	
ARL5301003 III.sklop			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	931,43	1.019,91	
ARL5301004 IV.sklop			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	28,37	34,61	
ARL53011 CVK KATETRI S PREKRITJEM			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	442,92	485,00	
ARL53012 ARTERIJSKI KATETER SET			
P00811 THOMY FREY EAST D.O.O.	527,40	577,50	
ARL53013 KATETRI PICC			
P00438 MEDIASI, TRGOVANJE IN TRŽENJE	254,10	278,24	**Interpart**: ponujeni katetri ne ustrezajo našim zahtevam - katetri nimajo valvule, ki zmanjša refluks krvi.
ARL5301401 1-svetlinski			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	649,47	711,17	
ARL5301402 2-svetlinski			
P00290 INTERPART D.O.O.,LJUBLJANA	696,73	762,92	