Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si

Splošna bolnišnica Jesenice

Številka: 460-0075/2024/0002
Zaporedna številka: JN 10/2024
Datum: 26. 2. 2025

Na osnovi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), izdaja Petra Rupar, dr. med., direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 25. 10. 2024, številka objave JN007753/2024-EUe16/01 ter na portalu Evropske unije TED št. 651908-2024 dne 25. 10. 2024 naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo **"MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL – ŠIVALNI MATERIAL"** se za spodaj navedene artikle odda naslednjim ponudnikom:

	Šivalni material	**Izbrani ponudnik**	**Vrednost skupaj v EUR brez DDV za dve leti**
	SKLOP 1: Šivi		
ARLM00101	Resorbtivni sintetični material z iglo 1	Medis d.o.o.	48.976,21
ARLM00201	Resorbtivni sintetični mat. brez igle	Medis d.o.o.	4.408,08
ARLM00301	Hitro resorbtivni sintetični mat. z iglo	Medis d.o.o.	10.168,24
ARLM00501	Resorbtivni sintetični material z iglo	Medis d.o.o.	1.879,20
ARLM00601	Resorbtivni sintetični material z iglo	Medis d.o.o.	15.613,80
ARLM00701	Naravni neresorbtivni pleteni mat.z iglo	Medis d.o.o.	8.696,08
ARLM00901	Naravni neresorbtivni plet.mat.brez igle	Medis d.o.o.	747,12
ARLM01001	Neresorbtivni sintetični material z iglo	Medis d.o.o.	28.516,28
ARLM01201	Neresorbtivni sintetični material z iglo	Medis d.o.o.	7.967,52
ARLM01501	Neresorbtivni sintetični material z iglo	Medis d.o.o.	478,80
ARLM02101	Resorbtivni sintetični material z iglo	Medis d.o.o.	2.064,96

AACI ISO 9001
POLNI CERTIFIKAT Družini prijazno podjetje

	SKLOP 2: ostali šivalni material		
ARLM01604	Trakovi kirurški silikonski	Medis d.o.o.	179,28
ARLM01606	Lepilo za kožo	Medis d.o.o.	1.603,80
ARLM01610	Kožni staplerji in odstr. kožnih sponk	Medis d.o.o.	3.220,32
ARLM01801	Mrežica plošča makroporozna	Medis d.o.o.	8.370,40
ARLM01807	Mrežna plošča-neoblikovana 1	Medis d.o.o.	3.199,40
ARLM01811	Mrežica za dimeljsko kilo	Medis d.o.o.	2.064,96
ARLM01906	Resorpcijski lokalni hemostatik	Medis d.o.o.	1.981,36

Naročnik je v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pregledal dopustnost ponujenih artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da so izbrane ponudbe prispele pravočasno, da ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam in so skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne.

Skladno s tem je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

OBRAZLOŽITEV

Javno naročilo je bilo izvedeno na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 460-0076/2024/0001, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 25. 10. 2024, številka objave JN007753/2024-EUe16/01 ter na portalu Evropske unije TED št. 651908-2024 dne 25. 10. 2024.

Odpiranje je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 11. 2024 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Naročnik je v okviru postopka prejel 3 pravočasne ponudbe in sicer:

1	MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
2	MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o., Ulica ob hrastih 24, 1291 Škofljica
3	TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o., Ulica Marjana Kozine 066, 8000 Novo mesto

Naročnik je pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb uporabil merilo najnižja končna ponudbena vrednost brez DDV za posamezen podsklop, pri čemer je upošteval dopustnost ponudb glede ustrezanja tehničnih določil razpisanih v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je ponudnike, katerih ponujenega blaga ni poznal oziroma ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik je pregledal dopustnost ponujenih artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da izbrani ponudniki v vseh zahtevanih postavkah izpolnjujejo postavljene zahteve naročnika.

Pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb je ponudnik ugotovil, da spodaj navedene ponudbe ne ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika in so zato skladno s 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustne.

Podsklop:	ARLM00201 Resorbtivni sintetični material z iglo 1
Ponudnik:	Trend medikal d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe. Artikel je naročnik testiral in ugotovil, da se težje odpira, nit se slabše vozla, je groba in iz manj prožnega materiala. Vozel popušča, kar zmanjšuje sigurnost vozla.
Podsklop:	ARLM00501 Resorbtivni sintetični material z iglo
Ponudnik:	Trend medikal d.o.o
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe. Artikel je naročnik testiral in ugotovil, da se težje odpira, nit gre težje iz ovoja, slaba konica igle, igla ne zdrži porabe niti.
Podsklop:	ARLM00601 Resorbtivni sintetični material z iglo
Ponudnik:	Trend medikal d.o.o
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe. Artikel je naročnik testiral in ugotovil, da se težje odpira, igla se krivi in ne zdrži porabe niti, nit slabše drsi. Del vzorcev je bil dostavljen z neustrezno kataloško številko.
Podsklop:	ARLM00901 Naravni neresorbtivni plet.mat.brez igle
Ponudnik:	Trend medikal d.o.o
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe. Artikel je naročnik testiral in ugotovil, da se težje odpira, nit se slabše vozla, je groba in iz manj prožnega materiala. Ni sigurnosti vozlov, vozel popušča.
Podsklop:	ARLM01801 Mrežica plošča makroporozna
Ponudnik:	Trend medikal d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Artikel je naročnik testiral in ugotovil, da je mrežica trda in groba. Velikost por ne ustreza prav tako teža mrežice.
Podsklop:	ARLM01807 Mrežica plošča neoblikovana 1

Ponudnik:	Trend medikal d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Artikel je naročnik testiral in ugotovil, da je mrežica trda in groba. Velikost por ne ustreza zahtevam prav tako teža in debelina mrežice.
Podsklop:	ARLM01807 Mrežica plošča neoblikovana 1
Ponudnik:	MM surgical d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponudnik ni dostavil zahtevanega vzorca.
Podsklop:	ARLM01811 Mrežica za dimeljsko kilo
Ponudnik:	Trend medikal d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Zahtevana je mrežica iz PVDF=polyvinylidena, ponujena pa je mrežica iz polipropilena.
Podsklop:	ARLM01811 Mrežica za dimeljsko kilo
Ponudnik:	MM surgical d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Zahtevana je mrežica iz PVDF=polyvinylidena, ponujena pa je mrežica iz polipropilena.
Podsklop:	ARLM01811 Mrežica za dimeljsko kilo
Ponudnik:	Medis d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Ponujen artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Zahtevana je mrežica iz PVDF=polyvinylidena, ponujena pa je mrežica iz polipropilena.

Za podsklop ARLM01811 Mrežica za dimeljsko kilo je naročnik sicer prejel ponudbe, vendar nobena ponudba ne ustreza naročnikovim razpisanim zahtevam, skladno s tem so vse ponudbe nedopustne in se naročilo za ta podsklop ne odda.

Za podsklop ARLM01607 Zanke za konizacijo naročnik ni prejel nobene ponudbe, skladno s tem se naročilo ne odda.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril ali so ponudbe ponudnikov, skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Ugotovitve naročnika:

- Naročnik je, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, preveril, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo in ugotovil, da so izbrani ponudniki v ponudbi predložil vsa zahtevana dokazila.
- Nadalje je naročnik preveril, ali izbrani ponudniki izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemur je bilo ugotovljeno:
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali so bili izbrani ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, to je dne 25. 11. 2024, uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in ugotovil, da ponudniki niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali je bila ponudnikom v zadnjih treh letih pred zaključkom roka za oddajo ponudbe, to je do dne 25. 11. 2024, dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali imajo ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, to je dne 25. 11. 2024, 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznih dajatev in drugih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira Finančna uprava RS, in imajo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih 5 let, in ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.

Na podlagi navedenega naročnik meni, da so izpolnjeni tako vsebinski kot pravnoformalni razlogi, da se javno naročilo odda ponudnikom navedenim v izreku te odločitve. Z izbranimi ponudniki se sklene Pogodba o dobavi blaga za razpisano obdobje.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I , 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem (8) delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil www.enarocanje.si.

Zahtevek za revizijo se vloži preko informacijskega sistema eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802

Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za posamezni zaprt podsklop vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Petra Rupar, dr. med.
Direktorica
Po pooblastilu št.: 007-0002/2024/0009
Tanja Anderlič Svetina, univ. dipl. prav.

Objaviti:

- na portalu javnih naročil.