SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Številka: 16-77/24
Datum: 26.02.2025

Na podlagi določbe 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) izdajam naslednjo

ODLOČITEV O (NE)ODDAJI NAROČILA

Predmet naročila: **BOLNIŠKE POSTELJE IN NOČNE OMARICE**

Objava:
- Portal javnih naročil št. JN000218/2025-SL1/01, z dne 17.01.2025

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

I. da se javno naročilo za sklop 1 BOLNIŠKE POSTELJE in sklop 2 NOČNE OMARICE ne odda.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je pravočasno prejete ponudbe razvrstil po merilu iz razpisne dokumentacije, in sicer najnižja ponudbena cena za posamezni razpisan sklop.

VRSTNI RED PREJETIH PONUDB ZA POSAMEZNE SKLOPE:

Sklop 1: BOLNIŠKE POSTELJE

	Naziv ponudnika	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	CE-MED d.o.o.	61.298,44
2.	MEDICOENGINEERING d.o.o.	103.718,52

Sklop 2: BOLNIŠKE POSTELJE S TEHTNICO

	Naziv ponudnika	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	CE-MED d.o.o.	19.509,18
2.	MEDICOENGINEERING d.o.o.	31.930,20

Sklop 3: NOČNE OMARICE

	Naziv ponudnika	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	CE-MED d.o.o.	20.520,00
2.	MEDICOENGINEERING d.o.o.	26.694,00

Naročnik je nato najugodnejše ponudbe za posamezni sklop preverjal z vidika dopustnosti in ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih zahtev glede predmeta javnega naročila. Pri tem je ponudnike, katerih blago je ustrezalo naročnikovim zahtevam, vendar ga naročnik ni poznal oz. ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga oz. k dopolnitvi ponudbene dokumentacije.

Naročnik je ponudnika, ki je predložil formalno nepopolno in nejasno ponudbe preko sistema eJN pozval k dopolnitvam/pojasnilom ponudb.

K dopustnim pojasnilom in dopolnitvam ponudbe je naročnik pozval:

- ponudnika CE-MED, d.o.o. za sklop 3 NOČNE OMARICE k dostavi vzorca nočne omarice in predložitvi 2 ustreznih referenc (V ponudbi predložene reference se niso glasile na model, ki ga ponudnik ponuja v predmetnem JN.)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

- ponudnika MEDICOINGENEERING, d.o.o. za sklop 1, podsklop 1 Bolniške postelje z dvodelno ograjo, sklop 1, podsklop 2 Bolniške postelje s štiridelno ograjo in sklop 2 Bolniške postelje s štiridelno ograjo in tehtnico k dostavi po 2 referenc za vsak model ponujenih postelj. (V ponudbi referenc ni bilo predloženih.)

Ponudnika sta v zahtevanem roku predložila dopolnitve ponudb.

Naročnik je na podlagi analize prejetih ponudb, dopolnitev ponudb iz nadaljnjega ocenjevanja izločil ponudbe, ki ne izpolnjujejo strokovnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, in sicer:

za sklop 1 BOLNIŠKE POSTELJE

- ponudbo ponudnika CE-MED, d.o.o. za sklop 1, podsklop 1 BOLNIŠKA POSTELJA Z DVODELNO OGRAJO, ker

  1. varnostni odbojniki niso integrirani in posegajo v prostor (specifikacija št. 1.1.14)
  2. je pri vznožju postelje z dvignjeno ograjo odprtina dovolj velika, da je omožen padec oz. lezenje s postelje, kar je razvidno iz priloženega kataloga (specifikacija št. 1.1.19),
  3. bolniška postelja nima dvokoles, kar je razvidno iz priloženega kataloga (specifikacija št. 1.1.32.b),

- ponudbo ponudnika MEDICOENGINEERING, d.o.o. za sklop 1, podsklop 1 BOLNIŠKA POSTELJA Z DVODELNO OGRAJO, ker ponudnik v dopolnitvi ni predložil zadostno število ustreznih referenc, potrjenih s strani naročnika-investitorja. Kljub pozivu naročnika na dopolnitev ponudbe manjka 1 referenca. Ponudnik je predložil tudi 3 dokumente-račune, ki ne izkazujejo, da je referenčni uporabnik s predmetno opremo zadovoljen.

-
- ponudbo ponudnika CE-MED, d.o.o. za sklop 1, podsklop 2 BOLNIŠKA POSTELJA S ŠTIRIDELNO OGRAJO, ker

  1. stopalki centralnega zavornega sistema nista na bočni strani zadnjih dveh koles in nista ločeni (specifikacija št. 1.2.11),
  2. varnostni odbojniki niso integrirani in posegajo v prostor (specifikacija št. 1.2.14)
  3. je pri vznožju postelje z dvignjeno ograjo odprtina dovolj velika, da je omožen padec oz. lezenje s postelje oz. zatikanje okončin, kar je razvidno iz priloženega kataloga (specifikacija št. 1.2.19),
  4. bolniška postelja nima dvokoles, kar je razvidno iz priloženega kataloga (specifikacija št. 1.2.31.b),

za sklop 2 BOLNIŠKA POSTELJA ŠTIRIDELNO OGRAJO IN S TEHTNICO

- ponudbo ponudnika CE-MED, d.o.o. za sklop 2, BOLNIŠKA POSTELJA ŠTIRIDELNO OGRAJO IN S TEHTNICO, ker

  1. stopalki centralnega zavornega sistema nista na bočni strani zadnjih dveh koles in nista ločeni (specifikacija št. 2.11),
  2. varnostni odbojniki niso integrirani in posegajo v prostor (specifikacija št. 2.14)
  3. je pri vznožju postelje z dvignjeno ograjo odprtina dovolj velika, da je omožen padec oz. lezenje s postelje oz. zatikanje okončin, kar je razvidno iz priloženega kataloga (specifikacija št. 2.19),
  4. bolniška postelja nima dvokoles, kar je razvidno iz priloženega kataloga (specifikacija št. 2.31.b),

- ponudbo ponudnika MEDICOENGINEERING, d.o.o. za sklop 2 BOLNIŠKA POSTELJA ŠTIRIDELNO OGRAJO IN S TEHTNICO, ker ponudnik ni predložil zadostno število referenc, potrjenih s strani naročnika-investitorja Kljub pozivu naročnika na dopolnitev ponudbe manjka 1 referenca. Ponudnik je predložil tudi 1 dokument-račun, ki ne izkazuje, da je referenčni uporabnik s predmetno opremo zadovoljen.

-

za sklop 3 NOČNE OMARICE

- ponudbo ponudnika CE-MED, d.o.o., ker dopolnitvena dokumentacija ni vsebovala referenc za ponujen model nočnih omaric, iz katerih je razvidno, da je naročnik-investitor s predmetno opremo zadovoljen.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

- ponudbo ponudnika MEDICOENGINEERING, d.o.o., ker servirna mizica nočne omarice ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, ker ni nastavljiva po naklonu (dvostransko) za 20 st.

PRAVNI POUK:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od objave te odločitve.

Zahtevek za revizijo se skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

VROČITI:
- na Portalu javnih naročil (e-pošta)
- odložiti v zadevo (e-pošta)

Vodja službe za nabavo in skladiščenje:

Barbara Slak Turk

Direktorica:

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 4