UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor
Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5
Tel.: 00386 2 321-25-66, Faks: 00386 2 33-11-533

Številka: 460-1(807202)/2025-2
Datum: 4. 3. 2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za naročilo male vrednosti za nabavo dveh videolaringoskopov, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 23. 1. 2025, številka objave JN000398/2025-SL1/01 naslednjo

ODLOČITEV
O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

»Javno naročilo za nabavo dveh videolaringoskopov se odda ponudniku Karl Storz Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana za končno ponudbeno vrednost 65.750,00 EUR brez DDV«.

Obrazložitev odločitve:

Naročnik je javno naročilo za izbiro ponudnika po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za nabavo dveh videolaringoskopov objavil na portalu javnih naročil, datum objave 23. 1. 2025, številka objave JN000398/2025-SL1/01.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 3. 2. 2025 do 12.00 ure, je naročnik prejel ponudbe ponudnikov:

1. Karl Storz Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana
2. Pharmamed-Mado d.o.o., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 3. 2. 2025 ob 15.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbene vrednosti prejetih ponudb znašajo:

ZŠ	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV
1.	Karl Storz Endoskopija d.o.o.	65.750,00
2.	Pharmamed-Mado d.o.o.	17.000,00

Naročnik je v dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega naročila določil zahteve za predmet javnega naročila na način, da je v specifikaciji zahtev navedel proizvajalca ter tipe oz. modele posameznih komponent videolaringoskopa ter pripisal »ali enakovredno« ter s tem posredno določil tudi tehnične zahteve, ki jih mora oprema izpolnjevati.

1. Naročnik pri pregledu in ocenjevanju ustreznosti ponujene opreme ponudnika Pharmamed-Mado d.o.o. ugotovil sledeče:
   - Dimenzije lopatic ponujene opreme ne ustrezajo tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika.
   - Resolucija ekrana ponujenega modela opreme je 1920x1080 px, kar ne ustreza tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika, saj ima model opreme, ki ga je naročnik navedel v okviru tehničnih zahtev resolucijo ekrana 1920x1200 px,

- da tehnična izvedba lopatic ponujenega modela ne ustreza tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika. Iz priložene ponudbe namreč izhaja, da ponujene lopatice niso fiksno spojene z ročajem, temveč so ločene oz. deljene.

Glede na navedeno je ponudba ponudnika Pharmamed-Mado d.o.o. nedopustna.

2. Naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe ponudnika Karl Storz Endoskopija d.o.o., ugotavlja, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje naročnik še ugotavlja, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi s prejeto ponudbo ponudnika Karl Storz Endoskopija d.o.o., naročnik še ugotavlja, da pri omenjenemu ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika Karl Storz Endoskopija d.o.o., dopustna.

Glede na to, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti navedel, da bo izbran ponudnik, ki bo predložil dopustno ponudbo ter bo ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe brez DDV, se naročilo za nabavo dveh videolaringoskopov odda ponudniku Karl Storz Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana, in sicer za končno ponudbeno vrednost 65.750,00 EUR brez DDV.

PRAVNI POUK:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 71/17 - ZIPRS1819 IN 13/18 - ZIPRS18/19-A, 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v petih delovnih dneh od objave te odločitve o oddaji javnega naročila vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Ponudnik mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.604,30 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00039825.

Ponudnik mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Vodja oddelka za investicije v opremo:
Aleš Dobaj

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 12

Odločitev objavljena:
- na portalu javnih naročil.