SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

Številka: 200-47/2024-74
Datum: 17.01.2025

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU**
**JAVNEGA NAROČILA št. 200-47/2024-70 z dne 10.01.2025**

## 1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

| **Javno naročilo** | |
|---|---|
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**<br>**Ulica padlih borcev 13A**<br>**5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 200-47/2024 |
| **Predmet javnega naročila** | **MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo (ponovitev za 1.sklop)** |
| **Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN** | Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom |

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-47/2024-70 z dne 10.01.2025 kot sledi:

1) N011950 UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO

- Artikel 466397 »UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO 8,5Fx11CM kat.št. 42.09.10014 SCW Medicath LTD (sc=20kos) « ponudnika Bormia d.o.o.. se označi kot **neustrezen** z razlogom: » Ne ustreza ker so ponudili žilno uvajalo, ki je krajše od zahtevanega in uvajalno žico, ki je debelejša in daljša, zahtevano debelina žice 0,035 in dolžina 45 cm.« Naročnik za artikel 466397 s ponudnikom BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 975656 »UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO 7Fr kat.št. SI-09880 Teleflex Medical-Arrow (sc=10kos) » ponudnika **THOMY F.E.,D.O.O.** se označi kot **najugodnejši**.
Naročnik bo za artikel 975656 s ponudnikom Thomy F.E.,d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

2) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-47/2024-70 z dne 10.01.2025 ne spreminja.

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00808924.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: mag. Katarina Kovač

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat, mag.prava

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

Priloga: preglednica

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:zbirka dokumentarnega gradiva

| Šifra | Opis | Ident | Naziv artikla | Nadr.ident | EM | Partner | Naziv | Cena | Status cene | Tip artikla | *DODATNI PODATKI* | *Rezultat* | *Vrednost* | *LPO* | *OPOMBA* | *Strokovne zahteve* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N011950 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO | | | | | | | | | | | | | |
| 1543-1NP1 | MP za anes.in int.ter-ostalo | N011950 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO | N011950 | KOS | 002609 | ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, | 22,0000 | 0 | Nadomestek | PD1: Žilno uvajalo<br>PD4: 7F, 11 cm<br>PD6: 5<br>PD7: Žilno uvajalo s hemostatsko valvulo (7F, 11 cm), "snap-fit" dilatatorjem z gladkim prehodom, tripotnim ventilčkom, J žico (0,035", 50 cm) in iglo (18 G, 7 cm). | Neustrezen | 440,0000 | 20.000 | Vzorec ni bil poslan. | Žilno uvajalo s hemostatsko valvulo, za uvajanje 7 Fr in 7,5 Fr katetrov ( pace maker, Swan Ganz). Usebuje naj 7 Fr žilno uvajalo dolžine 10 cm iz radiopačnega poliuretana, dilatator, J-uvajalna žica debelin 0,35"(0,89mm), dolžone 45 cm, vbodna igla 18 Ga, obturator in PVC zaščita za kateter dolžine vsaj 80cm. |
| 1543-1NP1 | MP za anes.in int.ter-ostalo | 466397 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO<br>8,5Fx11CM kat.št. 42.09.10014 SCW Medicath LTD (sc=20kos) | N011950 | KOS | 002079 | BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE, | 45,0000 | | Artikel | PD1: Uvajalo vensko 8,5F x 11cm<br>PD4: 8,5F ,11cm<br>PD6: 20 kos<br>PD7: 8.5Fr, dolžine 11 cm, z J-uvajalno žico debeline 0.038", dolžine 50 cm, vbodna igla 18Gx6.5 cm | Neustrezen | 900,0000 | 20.000 | ne ustreza ker so ponudili žilno uvajalo, ki je krajše od zahtevanega in uvajalno žico, ki je debelejša in daljša, zahtevano debelina žice 0,035 in dolžina 45 cm | |
| 1543-1NP1 | MP za anes.in int.ter-ostalo | 975656 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO<br>7Fr kat.št. SI-09880 Teleflex Medical-Arrow (sc=10kos) | N011950 | KOS | 007610 | THOMY F.E.,D.O.O. | 66,6667 | 0<br>1 Najugodnejša cena | Artikel | | Ustrezen | 1.333,3340 | 20.000 | | |